





EXPEDIENTE: 2019000015

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de SISTEMAS FLASH DE MONITORIZACIÓN DE GLUCOSA PARA PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO I, para cubrir las necesidades del Hospital


LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO	CANTIDAD
1	1	<p>SISTEMAS FLASH PARA MONITORIZACIÓN DE GLUCOSA</p> <p><u>Características técnicas</u></p> <p>Sensores de monitorización de glucosa</p> <ul style="list-style-type: none">- Método de análisis de glucosa: electroquímico amperométrico- Rango de lectura: 40-500mg/dl- Tamaño sensor: 5mm altura y 35 de diámetro- Peso: 5gr- Fuente de alimentación: batería óxido de plata- Duración: 14 días- Memoria sensor: 8 Horas.- Temperatura funcionamiento: 10°C - 45°C- Temperatura almacenamiento: 4°C-25°C- Humedad: 10% a 90% Resistencia al agua IP27: puede resistir inmersión en un metro de agua durante un máximo 30min. Altitud de funcionamiento: -381 metros a 3.048 metros. <p>Lectores</p> <ul style="list-style-type: none">- Pantalla táctil y en color- Almacena hasta 90 días de datos de glucosa- Proporciona información gráfica comprensible para el paciente. Los datos que recoge tras escaneo son:<ul style="list-style-type: none">- Lectura de glucosa actual- Flecha de tendencia de la glucosa- Gráfico de evolución de la glucosa en las últimas 8 h <p>El adjudicatario deberá ceder sin coste para el Hospital, los lectores necesarios para su correcto funcionamiento.</p>	3.960


Fdo. Dr. Marcelino Cucarella Gallana
SUBDIRECTOR AREA MÉDICA

 <p>Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC</p>	<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p>	<p>ANEXO 24</p>
--	---	------------------------

ANEXO:

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de las referencias de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna.
3. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: NO.
En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
4. Etiquetado en el que figure:
 - a. La denominación del artículo.
 - b. El método de esterilización utilizado.
 - c. Las fechas de caducidad del producto.
 - d. El número de lote.
 - e. La referencia comercial.
 - f. Marcado CE.
 - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
5. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.
6. Posibilidad de cursos de formación y actualización tanto a nivel médico, de enfermería y de gestión.


 Fdo. Dr. Marcelino Cucarella Galiana
 SUBDIRECTOR AREA MÉDICA



**Hospital Universitario
Ramón y Cajal**

SERVICIO DE SUMINISTROS

SUMC

ANEXO AL PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

ANEXO 25

P.A. 2019000015

LOTE	N.O.	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (6 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	SISTEMAS FLASH DE MONITORIZACIÓN DE GLUCOSA	UNIDAD	3.960	45,45	179.982,00	10	17.998,20	197.980,20

IMPORTE TOTAL:	179.982,00		17.998,20	197.980,20
-----------------------	-------------------	--	------------------	-------------------