

**COMUNICACIÓN EMPRESAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS**
**LECTURA INFORME TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA**

<b>Expediente:</b>	P.A. 2018-0-65
--------------------	----------------

<b>Denominación</b>	SUMINISTRO DE AGUJAS Y BALONES PARA ECOENDOSCOPIA CON DESTINO AL SERVICIO DE ENDOSCOPIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
---------------------	---

<b>Tipo de Procedimiento</b>	ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
------------------------------	----------------------------------

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario “12 de Octubre”, en sesión de fecha **23 de mayo de 2018**, evaluada la documentación técnica presentada por los licitadores en el expediente de referencia, ha realizado la lectura del Informe técnico emitido por el servicio correspondiente, acordando admitir las siguientes proposiciones de los licitadores abajo indicados por presentar oferta que según Informe técnico recogido en el ANEXO, se ajusta a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

NIF	EMPRESA
A80401821	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.
A08525073	COOK ESPAÑA, S.A.
B08438731	IZASA HOSPITAL, S.L.U.
B80749781	MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, S.L. (MTW ENDOSCOPIA)
A82866591	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.
A08214157	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.

A continuación se efectúa la apertura del sobre N° 3 (documentación económica) de las empresas que a continuación se relacionan:

NIF	EMPRESA
A80401821	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.
A08525073	COOK ESPAÑA, S.A.
B08438731	IZASA HOSPITAL, S.L.U.
B80749781	MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, S.L. (MTW ENDOSCOPIA)
A82866591	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.
A08214157	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.

Y para que conste, se expide y firma en Madrid, a **23 de mayo de 2018**, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Real Decreto 49/2003, de 3 de abril.

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN





La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **0890142436840461710382**

<b>EXPEDIENTE: 2018-0-65</b>			
<b>Material: AGUJAS Y BALONES PARA ECOENDOSCOPIA SERVICIO ENDOSCOPIAS</b>		<b>Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE</b>	
LOTE	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
1 (orden 1 al 3)	<b>AGUJA HD PARA PUNCION CITOLOGICA CON ECOENDOSCOPIO</b>  <b>TOTAL PUNTOS..... MAXIMO 30 PUNTOS</b>	<b>BOSTON SCIENT. IBERICA S.A.: TOTAL PUNTOS: 19</b>  1. <b>4 Puntos:</b> 4 artículos 2. <b>15 Puntos:</b> 3 configuraciones	
	1. Evidencia científica disponible en publicaciones científicas de alto nivel de impacto ..... <b>15 puntos.</b>	<b>COOK MEDICAL S.A.: TOTAL PUNTOS: 25 puntos</b>  1. <b>10 Puntos:</b> 9 artículos 2. <b>15 Puntos:</b> 3 configuraciones	
	2. Obtendrá mayor puntuación la oferta con mayor disponibilidad de configuraciones, longitudes y calibres ..... <b>Máximo 15 puntos.</b>	<b>IZASA HOSPITAL S.L.U.: TOTAL PUNTOS 15</b>  1. <b>0 Puntos:</b> no aporta 2. <b>15 Puntos:</b> 3 configuraciones	
		<b>M.T.W. ENDOSCOPIA S.L.: TOTAL PUNTOS 15</b>  1. <b>0 Puntos:</b> no aporta 2. <b>15 Puntos:</b> 3 configuraciones	



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv  
 mediante el siguiente código seguro de verificación: **6890142436840461710382**

**EXPEDIENTE: 2018-0-65**

Material: AGUJAS Y BALONES PARA ECOENDOSCOPIA SERVICIO ENDOSCOPIAS		Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE	
LOTE	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
2 (orden 4 al 6)	<b>AGUJA HD PARA PUNCION HISTOLOGICA CON ECOENDOSCOPIO</b>  <b>TOTAL PUNTOS..... MAXIMO 30 PUNTOS</b>  1. Evidencia científica disponible en publicaciones científicas de alto nivel de impacto ..... <b>15 puntos.</b>  2. Obtendrá mayor puntuación la oferta con mayor disponibilidad de configuraciones, longitudes y calibres ..... <b>Máximo 15 puntos.</b>	<b>BOSTON SCIENT. IBERICA S.A.: TOTAL PUNTOS: 30</b>  1. <b>15 Puntos:</b> 14 referencias 2. <b>15 Puntos:</b> 3 configuraciones  <b>COOK MEDICAL S.A.: TOTAL PUNTOS: 23</b>  1. <b>8 Puntos:</b> 7 referencias 2. <b>15 Puntos:</b> 3 configuraciones	
	<b>AGUJA CON VAINA METÁLICA PARA PUNCIÓN CITOLÓGICA CON ECOENDOSCOPIO</b>  <b>TOTAL PUNTOS..... MAXIMO 30 PUNTOS</b>  1. Evidencia científica disponible en publicaciones científicas de alto nivel de impacto ..... <b>15 puntos.</b>  2. Obtendrá mayor puntuación la oferta con mayor disponibilidad de configuraciones, longitudes y calibres ..... <b>Máximo 15 puntos.</b>	<b>OLYMPUS IBERIA S.A.U: TOTAL PUNTOS: 30</b>  1. <b>15 Puntos:</b> 14 referencias 2. <b>15 Puntos:</b> 2 configuraciones	<b>BOSTON SCIENT. IBERICA S.A:</b> En la ficha técnica no especifica vaina metálica ajustable, tal y como se solicita en el PPT



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **0890142436840461710382**


<b>EXPEDIENTE: 2018-0-65</b>			
<b>Material: AGUJAS Y BALONES PARA ECOENDOSCOPIA SERVICIO ENDOSCOPIAS</b>		<b>Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE</b>	
<b>LOTE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>Que cumplen con las especificaciones técnicas</b>	<b>Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan</b>
<b>4 (orden 9 y 10)</b>	<b>AGUJA CON VAINA METÁLICA PARA PUNCIÓN HISTOLÓGICA CON ECOENDOSCOPIO</b>  <b>TOTAL PUNTOS..... MAXIMO 30 PUNTOS</b>  1. Evidencia científica disponible en publicaciones científicas de alto nivel de impacto ..... <b>15 puntos.</b>  2. Obtendrá mayor puntuación la oferta con mayor disponibilidad de configuraciones, longitudes y calibres ..... <b>Máximo 15 puntos.</b>	<b>OLYMPUS IBERIA S.A.U: TOTAL PUNTOS: 30</b>  1. <b>15 Puntos:</b> 5 referencias 2. <b>15 Puntos:</b> 2 configuraciones	
<b>5 (orden 11 y 12)</b>	<b>BALON PARA ECO-ENDOSCOPIO LINEAL Y RADIAL</b>  <b>TOTAL PUNTOS..... MAXIMO 30 PUNTOS</b>  1. Evidencia científica disponible en publicaciones científicas de alto nivel de impacto ..... <b>15 puntos.</b>  2. Obtendrá mayor puntuación la oferta con mayor disponibilidad de configuraciones, longitudes y calibres ..... <b>Máximo 15 puntos.</b>	<b>SIS. INTEGRALES MEDICINA S.A. TOTAL PUNTOS: 15</b>  1. <b>0 puntos:</b> no aporta. 2. <b>15 puntos</b>	<b>M.T.W. ENDOSCOPIA S.L.: No se especifica longitud de 22 mm, tal y como se solicita en el PPT.</b>



EXPEDIENTE: 2018-0-65

Material: AGUJAS Y BALONES PARA ECOENDOSCOPIA SERVICIO ENDOSCOPIAS		Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE	
LOTE	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan

Madrid, 21 de mayo de 2018

  
Fdo.; Dr. DIAZ-TASENDE  
Coordinador U. Endoscopia M. Ap. Digestivo

La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: 0890142436840461710382

