



EXPEDIENTE: 2019000003

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de MATERIAL SANITARIO COMÚN: OXIGENOTERAPIA, para cubrir las necesidades del Hospital

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO	CANTIDAD
1	1	970386	NEBULIZADOR P/ CARGA AGUA DESECHABLE.	200
	2	970387	CARGA AGUA ESTÉRIL NEBULIZADOR DESECHABLE.	9.000

NEBULIZADOR P/ CARGA AGUA DESECHABLE

- Tubo de plástico rígido, indeformable, en forma de T.
- Dispositivo de regulación de oxígeno de 28 a 98%.
- Produciendo partículas de H₂O de 1,4 a 8 micras.
- Tubo flexible inyector de oxígeno a la carga de agua con punzón perforador.
- Con posibilidad de conexión a circuito de oxígeno Standard, carga de agua y tubo corrugado.
- Exento de látex.
- Marcado CE.
- En envase individual estéril.

CARGA AGUA ESTÉRIL NEBULIZADOR DESECHABLE

- Recipiente de plástico traslúcido, con agua estéril capacidad mínima 500ml.
- Conexión adaptable a caudalímetro.
- Conexión a tubo de mascarilla de oxígeno cerrada que permita la apertura de forma manual, sin necesidad de utilizar ningún objeto para ello.
- En envase individual.
- Exento de látex.
- Marcado CE.

Aplicaciones: Nebulización y humidificación de oxígeno

2	3	970157	GAFA OXÍGENO ADULTO	93.000
---	---	--------	---------------------	--------

- Adaptador nasal de material plástico transparente y flexible.
- Con dos cánulas de igual calibre y longitud adaptables a fosas nasales con orificios terminales bien rematados, que no lesionen mucosa. Con pestaña de fijación.
- Sistema de sujeción antideslizamiento para un buen ajuste, sin reborde para evitar lesiones.
- Tubo para conectar a sistema de oxígeno de 1,75m-1,85m. no colapsable y antiacodable.
- Exenta de látex.
- En envase individual.
- Marcado CE.

Aplicaciones: Para administración de oxigenoterapia.

 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODIFICADO	ANEXO 24
--	--	------------------------

3	4	970185	MASCARILLA OXÍGENO ADULTO	55.320
---	---	--------	---------------------------	--------

- Mascarilla de plástico incolora y flexible. Con rotula giratoria y sistema de fijación para cintas de sujeción.
- Adaptable anatómicamente.
- Cinta de sujeción extensible y regulable, libre de látex, que no se desconecte de la mascarilla con facilidad.
- Válvula para regular varias concentraciones de oxígeno, tipo venturi. Con escala de 24% a 50%. Con mecanismo de seguridad.
- Certificado del cumplimiento Norma UNE-EN 13544
- Tubo flexible antiacodable para conectar a toma de oxígeno de 1,75m-1,85m
- Exenta de látex.
- En envase individual.
- Marcado CE.

Aplicaciones: Administración de Oxígeno.

4	5	970385	MASCARILLA OXÍGENO C/ NEBULIZADOR ADULTO	35.520
---	---	--------	--	--------

- Mascarilla de plástico transparente y flexible, adaptable anatómicamente.
- Con depósito de plástico rígido transparente para nebulizar de 10 ml con marcas de medida, capacidad $\pm 5\%$
- Volumen residual máximo de 0,9 ml.
- Se aportara información del diámetro medio de las partículas nebulizadas.
- Conexión segura entre la mascarilla y el nebulizador.
- Cinta de sujeción extensible y regulable, libre de látex.
- Tubo flexible antiacodable para conectar a toma de oxígeno.
- Exenta de látex.
- Certificado del cumplimiento la Norma UNE-EN 13544.
- En envase individual.
- Exento látex.
- Marcado CE.

Aplicaciones: Administración de medicamentos nebulizados mediante oxígeno.

5	6	019473	MASCARILLA OXÍGENO ALTA CONCENTRACIÓN	3.264
---	---	--------	---------------------------------------	-------

- Mascarilla de plástico transparente y flexible, con reservorio.
- Con dos válvulas laterales para la espiración y una válvula de retención en la conexión a reservorio.
- Adaptable anatómicamente.
- Con rótula giratoria en forma de T, para conexión reservorio y línea de oxígeno.
- Tubo flexible, antiacodable para conectar a toma de oxígeno.
- Regulación flujo continuo.
- Cinta de sujeción extensible y regulable.
- Exenta de látex.
- En envase individual.
- Marcado CE.

 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODIFICADO	ANEXO 24
--	---	-----------------

Aplicaciones: Administración de Oxígeno hasta el 100%.

ANEXO:

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de las referencias de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna.
3. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **SI**
 - 5 unidades de cada número de orden

En caso de ser necesarias un mayor nº de unidades para completar el informe técnico correspondiente podrían ser solicitadas con posterioridad.

El procedimiento será:

 - Entregar las muestras en el Almacén del HOSPITAL RAMON Y CAJAL (control de almacenes planta -4 dcha).
 - Cada licitador deberá entregar en Almacén junto con las muestras dos relaciones en donde aparezca indicado lo siguiente:
 - Nº Procedimiento.
 - Nº de Lote – Orden.
 - Nombre del proveedor.
 - Al entregar en Almacén las muestras le sellarán las 2 copias, una de ellas se quedará en el Almacén, y la otra copia sellada será entregada al Proveedor.
 - Las muestras deben estar bien identificadas con su número de lote, orden y referencia de la misma, siendo desestimadas las que no cumplan con estos requisitos.
4. Etiquetado en el que figure:
 - a. La denominación del artículo.
 - b. El método de esterilización utilizado.
 - c. Las fechas de caducidad del producto.
 - d. El número de lote.
 - e. La referencia comercial.
 - f. Marcado CE.
 - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
5. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.
6. Posibilidad de cursos de formación y actualización tanto a nivel médico, de enfermería y de gestión.


**Hospital Universitario
Ramón y Cajal**
 Comunidad de Madrid
SaludMadrid
LA SUBDIRECCIÓN DE ENFERMERÍA

Fdo.: ÁNGELES FERNÁNDEZ PUENTES

Fdo. Ángeles Fernández Puentes
 SUBDIRECCIÓN DE ENFERMERÍA



**Hospital Universitario
Ramón y Cajal**
SERVICIO DE SUMINISTROS
SUMC

**ANEXO AL PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS**

ANEXO 25

P.A. 2019000003

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (24 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	970386	NEBULIZADOR P/ CARGA DE AGUA DESECHABLE	UNIDAD	200	2,250000	450,00	21	94,50	544,50
1	2	970387	CARGA AGUA ESTERIL NUBULIZADOR DESECHABLE	UNIDAD	9.000	0,962975	8.666,78	21	1.820,02	10.486,80
					TOTAL LOTE 1:		9.116,78		1.914,52	11.031,30

2	3	970157	GAFA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	93.000	0,200000	18.600,00	21	3.906,00	22.506,00
3	4	970185	MASCARILLA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	55.320	0,642099	35.520,92	21	7.459,39	42.980,31
4	5	970385	MASCARILLA OXIGENO C/ NEBULIZADOR ADULTO	UNIDAD	35.520	0,702975	24.969,67	21	5.243,63	30.213,30
5	6	019473	MASCARILLA OXIGENO ALTA CONCENTRACION	UNIDAD	3.264	1,080000	3.525,12	21	740,28	4.265,40

IMPORTE TOTAL:	91.732,49		19.263,82	110.996,31
-----------------------	------------------	--	------------------	-------------------