

**PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****P.A.31/2021 HUP****SET DE TERAPIAS DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO**

| Lote | Bien/Producto   | Cantidad | Tipo Ud. | BASE IMPONIBLE (IVA EXCLUIDO) | IVA (10 %) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
|------|---|----------|----------|-------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1    | <b>SET DE TERAPIAS DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (210620):</b><br>Membrana biocompatible de alta capacidad adsorbtiva.<br>Set de un solo uso, premontado, que incluya filtro, líneas arterial y venosa, líneas de reposición y diálisis, y bolsa de recogida de ultrafiltrado.<br>Superficie en pacientes adultos: igual o mayor a 1,3 m <sup>2</sup> .<br><br>UCI: 1.024 REA7: 512 HDI: 24 | 1560     | Ud.      | 151,55 €                      | 15,16 €    | 166,705 €                      | 260.059,80 €                |

**MÁQUINAS PARA TÉCNICAS CONTINUAS DE REEMPLAZO RENAL**

La oferta debe incluir la cesión en uso durante el plazo de ejecución del contrato, de 10 consolas para aplicación y monitorización de las técnicas de reemplazo renal continuo y otras terapias de purificación sanguínea extracorpórea.

La solución de las averías debe realizarse en un período máximo de 24 horas.

Características principales y configuración mínima:

- Interface de usuario de fácil utilización e interpretación.
- Pantalla Táctil para monitorización del proceso y regulación de los parámetros establecidos.
- Monitorización continua de las presiones:
  - De acceso a la sangre.
  - De la sangre a la entrada del filtro.
  - De la sangre de retorno.
  - De la salida de líquido efluente.
- Dispositivo que minimice las interferencias sobre el electrocardiograma.
- Línea adicional para anticoagulación regional con citrato o como línea de infusión. Con corrección regional de los niveles de Ca antes del retorno de la sangre al paciente, cuando la anticoagulación sea con citrato.
- Triple detector de seguridad (aire, sangre y línea de retorno).

Modalidades terapéuticas:

- Ultrafiltración lenta continua.
- Hemofiltración venovenosa continua.
- Hemodiálisis venovenosa continua.
- Hemodiafiltración venovenosa continua.
- Hemoperfusión.



**PROCEDIMIENTO ABIERTO 31/2021 HUP.**

Una vez elaborado el pliego de prescripciones técnicas correspondientes al Procedimiento Abierto 31/2021 HUP, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (B.O.E. de 9 de noviembre de 2017), el Director Gerente del Hospital Universitario de la Princesa, en uso de las atribuciones que le confiere la Resolución de 11 de junio de 2020, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, de delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Directores Gerentes de los Centros de Atención Hospitalaria adscritos al Servicio Madrileño de Salud, Centro de Transfusión y en el Director-Gerente del SUMMA-112, apartado primero (B.O.C.M. núm. 143, de 15 de junio de 2020),

**RESUELVE:**

Aprobar dichos pliegos para el mencionado Procedimiento Abierto.

En Madrid a fecha el día de la firma

**EL DIRECTOR GERENTE**

Fdo.: Fidel ILLANA ROBLES

