



LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MUESTRAS
1	1	265186	DRENAJE ASPIRACIÓN SILICONA RANURADO 10 FR	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tubo de silicona ranurado exterior en la zona de drenaje abierto, continuando con tubo cerrado; de una sola pieza, con posibilidad de dividir en varias ramas el tubo principal. Sin efecto memoria.</li><li>- Resistente y flexible.</li><li>- Con trocar</li><li>- Longitud 1200mm, <math>\pm 5\%</math></li><li>- Con línea radiopaca y marca colocación.</li><li>- Buena conexión al sistema de recogida de drenado.</li><li>- Envase individual estéril.</li><li>- Exento de látex.</li></ul> <p>Aplicaciones: Para drenado de heridas.</p>	Nº muestras: 3 uds de cada nº de orden <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Certificado de exención de látex: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	2	306476	DRENAJE ASPIRACIÓN SILICONA RANURADO 15 FR		
	3	265188	DRENAJE ASPIRACIÓN SILICONA RANURADO 19 FR		
	4	270412	DRENAJE ASPIRACIÓN SILICONA RANURADO 24 FR		
2	5	270527	DRENAJE ASPIRACION REDONDO 10 FR	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tubo de silicona con extremo distal abierto, con orificios laterales, atraumático. Gran resistencia a la tracción. Sin efecto memoria.</li><li>- Con trocar</li><li>- Longitud 70 cm, zona perforada 20 cm aprox.</li><li>- Calibre solicitado referido a la luz interior del tubo.</li><li>- Línea radiopaca.</li><li>- En envase individual estéril.</li><li>- Empaquetado doble bolsa.</li><li>- Exento de látex.</li></ul> <p>Aplicaciones: Para evacuación de fluidos corporales.</p>	Nº muestras: 3 uds de cada nº de orden <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Certificado de exención de látex: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	6	970066	DRENAJE ASPIRACION REDONDO 16 FR		
	7	970067	DRENAJE ASPIRACION REDONDO 20 FR		

FDO. M<sup>a</sup> JOSÉ VILLARREAL SOLERA  
Responsable de Recursos Materiales



LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MUESTRAS
3	8	002931	EQUIPO DRENAJE PUNCIÓN DIRECTA 7FR 20-30 CM T/PIGTAIL	<ul style="list-style-type: none"><li>- Catéter de silicona, polietileno o similar radiopaco. Consistencia que permita perforar piel y tejidos. No se acode.</li><li>- Con marcas de introducción graduadas.</li><li>- Con fiador semirrígido, maleable y atraumático.</li><li>- Fácil retirada del fiador, no se pegue al catéter.</li><li>- Extremo distal tipo pigtail (rabo de cerdo).</li><li>- Aguja de punción trocar de acero inox. Con introductor y punta atraumática.</li><li>- Extremo proximal conexión Luer-Lock.</li><li>- Envase individual estéril.</li><li>- Exento látex.</li></ul> <p>Aplicaciones: Para evacuación de fluidos corporales.</p>	Nº muestras: 3 uds de cada nº de orden <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Certificado de exención de látex: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	9	002929	EQUIPO DRENAJE PUNCIÓN DIRECTA 8FR 30 CM T/PIGTAIL		
	10	002930	EQUIPO DRENAJE PUNCIÓN DIRECTA 9FR 30 CM		
	11	003003	EQUIPO DRENAJE PUNCIÓN DIRECTA 10FR 30 CM		
	12	012436	EQUIPO DRENAJE PUNCIÓN DIRECTA 12FR 30 CM		
4	13	970362	UNIDAD DRENAJE TORÁCICO COMPLETO ADULTO.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Recipiente de plástico para drenaje torácico compuesto por tres cámaras:</li><li>- Cámara, válvula de seguridad para el paciente, con sellado de agua</li><li>- Cámara de control de succión milimetrada.</li><li>- Cámara colectora de líquidos milimetrada 2l. aprox.</li><li>- Válvula para extracción de muestra</li><li>- Escala medida de las camaras con buena identificación que facilite la lectura</li><li>- Dos tubos, uno para conectar a catéter torácico de 180 cm. aprox. y otro para conectar al sistema de vacío de 30 cm. aprox.</li><li>- En envase individual estéril.</li><li>- Exento de látex</li></ul> <p>Aplicaciones: Para evacuación de líquidos y aire torácico.</p>	Nº muestras: 2 <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Certificado de exención de látex: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

FDO. Mª JOSÉ VILLARREAL SOLERA  
Responsable de Recursos Materiales



ANEXO:

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de la referencia de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Cada uno de los artículos incluidos en este Procedimiento deberá reunir:
  - ☒ Las condiciones exigidas en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de Octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.
  - ☐ Las condiciones exigidas en el Real Decreto 1616/2009, de 26 de Octubre, por el que se regulan los productos sanitarios implantables activos.
  - ☐ Las condiciones exigidas en el Real Decreto 1662/2000, de 29 de Septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico "in vitro", modificado por el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, y por el Real Decreto 109/2010 de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales decretos en materia sanitaria para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
  - ☐ Otra legislación \_\_\_\_\_.
3. Posibilidad de cursos de formación y actualización tanto a nivel médico, de enfermería y de gestión.
4. La reposición del material debe realizarse en las 24 horas al de su petición.
5. Garantía de Actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.
6. Etiquetado en el que figure:
  - a. La denominación del artículo.
  - b. El método de esterilización utilizado.
  - c. Las fechas de caducidad del producto.
  - d. El número de lote.
  - e. La referencia comercial.
  - f. Marcado C.E.
  - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.

FDO.Mª JOSÉ VILLARREAL SOLERA  
Responsable de Recursos Materiales



Hospital Universitario  
Ramón y Cajal  
Comunidad de Madrid  
SERVICIO DE SUMINISTROS

SUMC

ANEXO AL PLIEGO DE  
ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS

ANEXO 25

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (24 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA incluido)	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)	BASE IMPONIBLE	TOTAL IVA (21 %)
1	1	265186	DRENAJE ASPIRACION SILICONA RANURADO 10 FR	UN	186	7,909	1.471,07	1.215,76	255,31
	2	306476	DRENAJE ASPIRACION SILICONA RANURADO 15 FR	UN	330	8,780	2.897,40	2.394,55	502,85
	3	265188	DRENAJE ASPIRACION SILICONA RANURADO 19 FR	UN	1.765	8,780	15.496,70	12.807,19	2.689,51
	4	270412	DRENAJE ASPIRACION SILICONA RANURADO 24 FR	UN	872	8,780	7.656,16	6.327,40	1.328,76
TOTAL LOTE 1:							27.521,33	22.744,90	4.776,43

2	5	270527	DRENAJE ASPIRACION REDONDO 10 FR	UN	575	3,470	1.995,25	1.648,97	346,28
	6	970066	DRENAJE ASPIRACION REDONDO 16FR	UN	2.209	3,470	7.665,23	6.334,90	1.330,33
	7	970067	DRENAJE ASPIRACION REDONDO 20 FR	UN	1.425	3,470	4.944,75	4.086,57	858,18
TOTAL LOTE 2:							14.605,23	12.070,44	2.534,79

3	8	002931	EQUIPO DRENAJE PUNCION DIRECTA 7FR 20-30 CM T/PIGTAIL	UN	72	77,825	5.603,40	4.630,91	972,49
	9	002929	EQUIPO DRENAJE PUNCION DIRECTA 8FR 30 CM T/PIGTAIL	UN	305	77,825	23.736,63	19.617,05	4.119,58
	10	002930	EQUIPO DRENAJE PUNCION DIRECTA 9 FR 30 CM	UN	160	77,825	12.452,00	10.290,91	2.161,09
	11	003003	EQUIPO DRENAJE PUNCION DIRECTA 10FR 30 CM	UN	60	87,120	5.227,20	4.320,00	907,20
	12	012436	EQUIPO DRENAJE PUNCION DIRECTA 12FR 30 CM	UN	15	87,120	1.306,80	1.080,00	226,80
TOTAL LOTE 3:							48.326,03	39.938,87	8.387,16

4	13	970362	UNIDAD DRENAJE TORACICO COMPLETO ADULTO	UN	3.116	21,115	65.794,96	54.376,00	11.418,96
TOTAL LOTE 4:							65.794,96	54.376,00	11.418,96

IMPORTE TOTAL:	156.247,55	129.130,21	27.117,34
----------------	------------	------------	-----------