

P.A.2 2019 – 0 – 244

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE CARTUCHOS  
ESTERILIZANTES DE ÁCIDO PERACÉTICO**

**1. OBJETIVO Y ALCANCE.**

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro de CARTUCHOS ESTERILIZANTES DE ÁCIDO PERACÉTICO, para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

**2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO**

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

| LOTE<br>ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   |
|--------------|--------|---|
| 1            | 243270 | <p><b>CARTUCHO AGENTE ESTERILIZANTE ÁCIDO PERACÉTICO</b></p> <p>Para su uso en el sistema de procesamiento Steris System 1® Express y Steris System 1® Plus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Agente esterilizante en polvo concentrado a base de ácido peracético al 35%.</li> </ul> |

**3. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO**

La empresa adjudicataria realizará, para los profesionales implicados, actuaciones de transferencia de conocimiento en la correcta práctica clínica del manejo de los productos suministrados.

Madrid, ..... de 2019

Fdo.: Dra. Cristina Fernández Pérez

Jefa del Servicio de Medicina Preventiva



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **105522/51068144969260**