

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE: SUMINISTRO DE FIJADOR CITOLÓGICO, ESPÁTULA GINECOLÓGICA, TIRAS REACTIVAS DE ORINA Y TORUNDAS PARA TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. El material presentará una caducidad mínima de 18 meses desde su fecha de recepción, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del proveedor.
2. El proveedor dispondrá de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso incluyendo la adecuada eliminación de los mismos.
3. En los supuestos de rotura de stock y desabastecimiento el proveedor comunicará esta situación de forma inmediata, informando del plazo estimado de normalización del suministro. En ningún caso será superior a tres meses y el proveedor tendrá obligación de sustituir el material objeto del contrato por otro de igual o superior calidad al adjudicado, previa conformidad de la Gerencia.
4. Existirá un servicio de atención a la gestión y logística de pedidos que comprenderá al menos un teléfono, dirección de e-mail y/o fax específico de contacto.
5. El adjudicatario garantizará durante la vigencia del contrato la capacidad de abastecimiento.
6. Las entregas del suministro se efectuarán en los almacenes relacionados en este pliego.
7. En su caso, todas las instrucciones vendrán en castellano.
8. La fecha de caducidad y el lote estarán indicados en el envase general y en el individual del producto en los casos en los que proceda.

Normativa general

9. Todo el material ofertado tendrá marcado CE, de acuerdo con la Directiva 1993/42/CEE, rectificada por la Directiva 2007/47/CE de productos sanitarios.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Expediente: A/SUM-021419/2018 "SUMINISTRO DE FIJADOR CITOLÓGICO, ESPÁTULA GINECOLÓGICA, TIRAS REACTIVAS DE ORINA Y TORUNDAS PARA TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA"



RELACIÓN DE ALMACENES PARA ENTREGAS DE MATERIAL:

Almacén PAVONES	C.S. Pavones C/ Hacienda de Pavones nº 271, entrada por rampa C/ Brujas 28030 - Madrid 913.016.415
Almacén COSLADA	Avda. de Madrid nº 11, C.S. Ciudad San Pablo 28822 - Coslada 916.714.488
Almacén MELCHOR FDEZ. ALMAGRO	C/ Melchor Fernández Almagro nº 1 28029 - Madrid 913.352.595
Almacén MAJADAHONDA	Avda. España, 7 28220 - Majadahonda (Madrid) 916.026.974
Almacén LEGANÉS	Avda. de los Pinos nº 30, planta -1 28914 - Leganés (Madrid) 915.129.311
Almacén ALBERTO PALACIOS	C/ Domingo de Párraga nº 48, C.S. San Andrés 28021 - Madrid 915.059.416

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Expediente: A/SUM-021419/2018 "SUMINISTRO DE FIJADOR CITOLÓGICO, ESPÁTULA GINECOLÓGICA, TIRAS REACTIVAS DE ORINA Y TORUNDAS PARA TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA"



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	100889	FIJADOR CITOLOGICO	<ul style="list-style-type: none"> • Spray hidrosoluble para la fijación en porta objetos ginecológicos. • En el envase individual debe aparecer de forma expresa la fecha de caducidad • Presentación en bote de 200ml
2	100924	ESPATULA GINECOLOGICA (CITOLOGIAS)	<ul style="list-style-type: none"> • Espátula ginecológica de plástico estéril. • Bordes atraumáticos. • En envase individual. • Presentación: Caja de 100 envases unitarios máximo. • Esterilizado con óxido de etileno • Exento de látex

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Expediente: A/SUM-021419/2018 "SUMINISTRO DE FIJADOR CITOLÓGICO, ESPÁTULA GINECOLÓGICA, TIRAS REACTIVAS DE ORINA Y TORUNDAS PARA TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA"

3 de 6



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
3	200034	TIRA REACTIVA COLORIMETRICA URIANALISIS 11 PARAMETROS	<ul style="list-style-type: none"> • Tiras reactivas para la detección cualitativa y semicuantitativa de los siguientes parámetros analíticos en orina: ácido ascórbico, glucosa, bilirrubina, cuerpos cetónicos (ácido acetoacético), densidad, sangre, pH, proteínas, urobilinógeno, nitritos y leucocitos • Lectura visual comparando escala colorimétrica en el envase • Todos los parámetros identificados en castellano • Alta resistencia al ácido ascórbico. • Envase desecante de larga duración. • Validez de los reactivos una vez abierto el envase que será de al menos 3 meses. • Las tiras serán estables antes y después de la apertura del envase a temperatura ambiente (5-30°C). • El tiempo total de lectura no excederá de 120 seg • La sensibilidad y especificidad estará documentada en el prospecto, así como las circunstancias concretas en que cada uno de ellos pueda verse alterada. • Instrucciones de uso en castellano • Marcado CE, ISO 1400182015 sobre Gestión Medioambiental e ISO 13485 sobre Sistema de Gestión sobre la Calidad de Productos Sanitarios y fecha de caducidad en el envase. • Envases de 100 tiras

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Expediente: A/SUM-021419/2018 "SUMINISTRO DE FIJADOR CITOLÓGICO, ESPÁTULA GINECOLÓGICA, TIRAS REACTIVAS DE ORINA Y TORUNDAS PARA TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA"

4 de 6



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
4	200192	TORUNDA ALGODÓN MADERA SIN MEDIO CULTIVO CON TUBO ESTÉRIL	<ul style="list-style-type: none"> • Torunda con tubo para transporte de muestras biológicas • Escobillón estéril. • Tubo etiquetado para identificación. • Varilla de madera sin medio. • Tubo seco • Tapón de color diferenciador • Presentación: envase individual con fecha de caducidad en el mismo y marcado CE
5	200193	TORUNDA RAYÓN ALAMBRE FLEXIBLE C/MEDIO STUART	<ul style="list-style-type: none"> • Torunda con tubo para transporte de muestras biológicas • Escobillón estéril. • Tubo etiquetado para identificación. • Tapón de color diferenciador • Varilla de aluminio flexible con torunda de dacrón o rayón • Medio de transporte Stuart • Presentación: envase individual con fecha de caducidad en el mismo y marcado CE • UNE EN ISO 980 etiquetado e identificación de producto

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Expediente: A/SUM-021419/2018 "SUMINISTRO DE FIJADOR CITOLÓGICO, ESPÁTULA GINECOLÓGICA, TIRAS REACTIVAS DE ORINA Y TORUNDAS PARA TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA"

5 de 6



RELACIÓN DE PRECIOS Y UNIDADES

Lote	Código	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic. (unitario sin IVA)	Base	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote con IVA
1	100889	FIJADOR CITOLÓGICO	unidad	2,227000	10.000	600	1.336,20	21	1.616,80
2	100924	ESPÁTULA GINECOLÓGICA (CITOLOGÍAS)	unidad	0,034000	10.000	51.000	1.734,00	21	2.098,14
3	200034	TIRA REACTIVA COLORIMÉTRICA URINANÁLISIS 11 PARÁMETROS	unidad	0,041700	10.000	700.000	29.190,00	21	35.319,90
4	200192	TORUNDA ALGODÓN MADERA SIN MEDIO CULTIVO CON TUBO ESTÉRIL	unidad	0,090000	10.000	10.500	945,00	21	1.143,45
5	200193	TORUNDA RAYON ALAMBRE FLEXIBLE C/MEDIO STUART	unidad	0,438700	10.000	4.000	1.754,80	21	2.123,31

Madrid,

La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales
Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 31/03/2011)

María Luisa Tello García

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Expediente: A/SUM-021419/2018 "SUMINISTRO DE FIJADOR CITOLÓGICO, ESPÁTULA GINECOLÓGICA, TIRAS REACTIVAS DE ORINA Y TORUNDAS PARA TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA"

6 de 6

