

EXPEDIENTE Nº 2016-0-89

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE APÓSITOS TRANSPARENTES DE POLIURETANO PARA ACCESOS VENOSOS PARA EL HOSPITAL “12 DE OCTUBRE”.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, forma parte del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adquisición del **SUMINISTRO DE APÓSITOS TRANSPARENTES DE POLIURETANO PARA ACCESOS VENOSOS PARA EL HOSPITAL “12 DE OCTUBRE”.**

LOTE	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1 (orden 1 al 5)		<p>APOSITO TRANSPARENTE POLIURETANO PARA ACCESO VENOSO CENTRAL.</p> <p>CARACTERISTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lámina transparente de poliuretano transpirable, elástica, resistente, impermeable y porosa. ➤ Buena sujeción para cualquier tipo de catéter. ➤ Fácil manejo en la colocación con guantes. ➤ Adhesivo con adherencia suficiente, pero que no produzca irritación en la piel del paciente a su retirada. ➤ Soporte de papel satinado cubriendo el adhesivo con marco de aplicación y que facilite su implantación. ➤ Presentación en envase individual estéril con apertura de pestaña y plastificado, con código EAN. ➤ Tira de esparadrapo para colocar la fecha de implantación. ➤ Certificación de clase “IIa Quirúrgico” ➤ Exento de látex que debe estar reflejado en el envase. <p>Indicación: Apósito para cubrir heridas de UPP Grado I y canalizaciones de acceso venoso central.</p>
	015439	6 x 7 cm
	015440	10 x 12 cm
	015441	20 x 30 cm

LOTE	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
	014059	<p>APOSITO TRANSPARENTE POLIURETANO 7x 8'5 cm PARA ACCESO VENOSO PERIFERICO</p> <p>CARACTERISTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sistema de fijación para terapia intravenosa periférica compuesto por: ➤ Lámina transparente de poliuretano, transpirable, elástica, resistente, impermeable, con una hendidura con solapas reforzadas de tejido sin tejer y dos tiras de tejido sin tejer para sujeción para catéter. ➤ Buena sujeción para cualquier tipo de catéter. ➤ Fácil manejo en la colocación con guantes. ➤ Adhesivo con adherencia suficiente, pero que no produzca irritación en la piel del paciente a su retirada. ➤ Soporte de papel satinado cubriendo el adhesivo con marco de aplicación y que facilite su implantación. ➤ Presentación en envase individual estéril con apertura de pestaña y plastificado, con código EAN. ➤ Tira de esparadrapo para colocar la fecha de implantación. ➤ Certificación de clase "IIa Quirúrgico" ➤ Exento de látex que debe estar reflejado en el envase. <p>Indicación: Apósito para canalización de accesos venosos periféricos.</p>
	014047	<p>APOSITO TRANSPARENTE POLIURETANO 5 x 5'7 cm PARA ACCESOS VENOSOS EN NEONATOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sistema de fijación para terapia intravenosa periférica compuesto por: ➤ Lámina transparente de poliuretano, transpirable, elástica, resistente, impermeable, con una hendidura con solapas reforzadas de tejido sin tejer y dos tiras de tejido sin tejer para sujeción para catéter. ➤ Buena sujeción para cualquier tipo de catéter. ➤ Fácil manejo en la colocación con guantes. ➤ Adhesivo con adherencia suficiente, pero que no produzca irritación en la piel del paciente a su retirada. ➤ Soporte de papel satinado cubriendo el adhesivo con marco de aplicación y que facilite su implantación. ➤ Presentación en envase individual estéril con apertura de

LOTE	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
		<p>pestaña y plastificado, con código EAN.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tira de esparadrapo para colocar la fecha de implantación. ➤ Certificación de clase “IIa Quirúrgico” ➤ Exento de látex, que debe estar reflejado en el envase. <p>Indicación: Apósito para canalización de accesos venosos específicos en el Servicio de Neonatología.</p>

**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: (SI)
10 UNIDADES POR CADA NÚMERO DE ORDEN.**

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

*Las muestras se entregarán en el Almacén General **separadas** del resto de documentación del expediente.*

Madrid, a 25 de Abril de 2016.

LA DIRECTORA GERENTE,



Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González.



EXPEDIENTE: 2016-0-89

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE APÓSITOS TRANSPARENTES DE POLIURETANO PARA ACCESOS VENOSOS

PRESUPUESTO										
LOTE	Nº ORDEN	COD. ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROGA 24 MESES	PRECIO (SIN IVA)	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO
1	1	015439	APOSITO TRANSPARENTE POLIURETANO 6X7 CM PARA ACCESO VENOSO CENTRAL	292.000	292.000	0,1568	45.785,600	4.578,560	50.364,160	91.571,200
	2	015440	APOSITO TRANSPARENTE POLIURETANO 10X12 CM PARA ACCESO VENOSO CENTRAL	374.000	374.000	0,2800	104.720,000	10.472,000	115.192,000	209.440,000
	3	015441	APOSITO TRANSPARENTE POLIURETANO 20X30 CM PARA/ACCESO VENOSO CENTRAL	2.560	2.560	0,9600	2.457,600	245,760	2.703,360	4.915,200
	4	014059	APOSITO TRANSPARENTE POLIURETANO 7X8,5 CM P/ACCESO VENOSO PERIFERICO	12.800	12.800	0,3600	4.608,000	460,800	5.068,800	9.216,000
	5	014047	APOSITO TRANSPARENTE POLIURETANO 5X5,7 CM P/ACCESO VENOSO EN NEONATOS	5.600	5.600	0,3600	2.016,000	201,600	2.217,600	4.032,000
							159.587,200	15.958,720	175.545,920	319.174,400
							IMPORTE TOTAL VALOR ESTIMADO 10%			351.091,840

