

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Nº EXPEDIENTE: PA 51/2016

***“SUMINISTROS DE LENTES INTRAOCULARES PARA EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA”***



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE "SUMINISTRO DE LENTES INTRAOCULARES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA" A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO (PA 51/2016)

Este Pliego de Prescripciones Técnicas habrá de regir la ejecución de la prestación del suministro cuyo objeto a continuación se indica, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece el TRLCSP. El plazo de ejecución será de **12 meses** y el presupuesto de licitación es **153.725,00.-€**, siendo la base imponible **139.750,00.-€** y el I.V.A (10 %) **13.975,00.-€**.

1. OBJETO

El presente pliego tiene por objeto la adquisición de **SUMINISTRO DE LENTES INTRAOCULARES** con destino al **HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA DE LEGANÉS**, según las características particulares y en las cantidades estimadas, precios máximos y características generales que se encuentran definidos a continuación.

2. CANTIDADES, PRECIOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LOTE 1.- LENTE ACRILICA HIDROFILICA DE UNA PIEZA PARA MICROINCISION.

| LOTE N° | CODIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. SIN IVA | CTDAD. | BASE IMPONIBLE | TIPO I.V.A. | IMPORTE IVA | IMPORTE TOTAL CON I.V.A. |
|---------|--------|--|----------------------|--------|----------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 1 | PL0020 | LENTE ACRILICA HIDROFILICA DE UNA PIEZA PARA MICROINCISION | 70,00 | 1.850 | 129.500,00 | 10 | 12.950,00 | 142.450,00 |

| | |
|---------------|------------|
| TOTAL: | 129.500,00 |
| IVA: | 12.950,00 |
| IMPORTE TOTAL | 142.450,00 |

CONDICIONES TECNICAS:

- Implantación para incisión de 1.8 mm.
- Óptica esférica libre de aberraciones.
- Hápticos de cuatro puntos de fijación y cuatro hápticos ranurados.
- 26% de contenido en agua.
- Angulación de los hápticos de 10°.
- Diámetro de óptica dependiendo de la potencia de la lente (5,6mm a 9,2mm).
- Diámetro total dependiendo de la potencia de la lente (10,5mm a 11mm).
- Amplio rango dióptrico.



LOTE 2.- LENTE HIDROFÓBICA PRECARGADA.

| LOTE N° | CODIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. SIN IVA | CTDAD. | BASE IMPONIBLE | TIPO I.V.A. | IMPORTE IVA | IMPORTE TOTAL CON I.V.A. |
|---------|--------|-------------------------------|----------------------|--------|----------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 2 | PL0017 | LENTE HIDROFOBICA PRECARGADA, | 82,00 | 125 | 10.250,00 | 10 | 1.025,00 | 11.275,00 |

| | |
|---------------|-----------|
| TOTAL: | 10.250,00 |
| IVA: | 1.025,00 |
| IMPORTE TOTAL | 11.275,00 |

CONDICIONES TECNICAS:

- Lente hidrofóbica precargada monobloque plegable.
- Filtro amarillo entre 400 – 475 nm, para protección de la retina y filtro UV.
- Índice de refracción 1.55 (asegura menor espesor).
- Asférica.
- Menor índice de PCO posible.
- Diámetro de la óptica 6 mm y longitud total 13 mm.
- Inyector de émbolo con lente precargada y protección de la incisión para 2.2. a 3.2 mm.
- Hidrófoba (contenido en agua menor del 1%).
- Borde recto.

3. CONDICIONES GENERALES

El adjudicatario estará obligado durante la vigencia del contrato a:

Condiciones generales de ejecución del suministro

El suministro se efectuará en el Almacén General del Hospital U. Severo Ochoa en horario de 08:30h a 13:30h.

Depósito


En los lotes el adjudicatario creará y mantendrá un depósito en el Hospital de acuerdo con las indicaciones e instrucciones del Servicio de Oftalmología.

Indicarán expresamente en su oferta:

- Indicación expresa de los mecanismos de reposición de las lentes deterioradas o de implantación fallida.
- Seguridad en el suministros continuado, con indicación de los Centros Hospitalarios en los que se implanten las lentes ofertadas.

Plazo de Entrega/ reposición

Plazo de entrega / reposición de los productos demandados será en los pedidos ordinarios, como máximo de 72 horas a contar desde el momento de recepción del pedido.



Reposición por anomalías y defectos en el suministro.

Caso de detectarse defectos en los productos suministrados, el adjudicatario sustituirá en el plazo de 24 horas dichos productos por otros del mismo tipo y con la calidad adjudicada.

Leganés, a 08 AGO 2016



JEFE SERVICIO

EL DIRECTOR GERENTE



DOMINGO DEL CACHO MALO

CONFORME EL ADJUDICATARIO:



ANEXO

CUADRO DE OFERTAS TECNICAS PRESENTADAS

(ATENCION): Debe ser incluido en el sobre 2 como primera hoja de la oferta técnica)

| LOTE AL QUE LICITA | CODIGO INDICADO EN EL PPT (Sólo en el caso que los artículos vengan codificados en el PPT) | DESCRIPCION DEL ART. INDICADA EN EL PPT | BASE O VARIANTE | DESCRIPCION DEL ART. DADA POR EL LICITADOR (Sólo en el caso de que se describa de forma distinta a la indicada en el pliego) | REFERENCIA DEL LICITADOR |
|--------------------|--|---|-----------------|--|--------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

