

INFORME ANALISIS MUESTRAS

EXPEDIENTE P.A. SUM. 002-2017. "SUMINISTRO DE ETIQUETAS ISBT Y CODABAR PARA PRODUCTOS HEMOTERAPICOS Y TUBOS DE EXTRACCION DE SANGRE"

MUESTRAS ENVIADAS POR SOLUCIONES GALLEGO S.L.:

Las Muestras enviadas cumplen a la perfección con las características técnicas detalladas en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

MUESTRAS ENVIADAS POR GRAFIETIC S.L.

Se reciben muestras de las etiquetas tipo con una codificación distinta a la codificación ISBT 128 que utiliza el Centro de Transfusión.

La impresión no es correcta, ya que en cada etiqueta individual debe aparecer el código de barras y todos los dígitos correspondientes, cosa que no ocurre con las muestras recibidas.

Las etiquetas tipo 2 para tubos, bolsas de sangre y cuestionarios enviadas por Grafietic S.L., no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en los pliegos.

Se adjunta a este informe las muestras recibidas.

Fdo.  20 FEB. 2017

Rosario Villamayor

Subdirector de Enfermería.