

**COMUNICACIÓN EMPRESAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS**
**LECTURA INFORME TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA**

<b>Expediente:</b>	P.A. 2018-0-55
--------------------	----------------

<b>Denominación</b>	SUMINISTRO DE BALONES, CATÉTERES, CEPILLOS Y CESTAS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE
---------------------	---

<b>Tipo de Procedimiento</b>	ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
------------------------------	----------------------------------

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario “12 de Octubre”, en sesión de fecha **09 de mayo de 2018**, evaluada la documentación técnica presentada por los licitadores en el expediente de referencia, ha realizado la lectura del Informe técnico emitido por el servicio correspondiente, acordando admitir las siguientes proposiciones de los licitadores abajo indicado por presentar ofertas que según Informe técnico recogido en el ANEXO, se ajustan a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

NIF	EMPRESA
A80401821	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A
A08214157	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.
A80776867	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A.

A continuación se efectúa la apertura del sobre N° 3 (documentación económica) de las empresas que a continuación se relacionan:

NIF	EMPRESA
A80401821	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A
A08214157	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.
A80776867	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A.

Y para que conste, se expide y firma en Madrid, a **09 de mayo de 2018**, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Real Decreto 49/2003, de 3 de abril.

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

**Fdo.: M<sup>a</sup> Nieves Lasso de la Vega Oteo**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1276374794560892449105**

EXPEDIENTE: 2018-0-55

Material: BALONES, CATÉTERES, CEPILLOS Y  
CESTAS SERVICIO ENDOSCOPIAS

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
1	<b>BALON DE EXTRACCION DE CALCULOS</b> <b>TOTAL PUNTOS ..... MÁXIMO 30 PUNTOS</b> 1.- Obtendrá mayor puntuación la oferta con mayor variedad de calibres y longitudes..... Máximo 30 puntos	<b>OLYMPUS: TOTAL PUNTOS.....30 puntos</b> 1.- 30 PUNTOS (9 configuraciones)	<b>BOSTON SCIENTIFIC:</b> -No dispone de modelos compatibles con canal de trabajo de 2.2 mm o inferior; tal y como se solicita en el PPT.
2	<b>CATETERES DE DILATACION BILIAR</b> <b>TOTAL PUNTOS ..... MÁXIMO 30 PUNTOS</b> 1.- Obtendrá mayor puntuación la oferta con mayor variedad de calibres y longitudes..... Máximo 30 puntos	<b>BOSTON SCIENTIFIC: TOTAL PUNTOS.....30</b> 1.- 30 PUNTOS (8 configuraciones)  <b>OLYMPUS: TOTAL PUNTOS.....18,75</b> 1.- 18'75 PUNTOS (5 configuraciones)	
3	<b>CEPILLOS DE CITOLOGIA</b> <b>TOTAL PUNTOS ..... MÁXIMO 30 PUNTOS</b> 1.- Obtendrá mayor puntuación la oferta con mayor variedad de calibres y longitudes..... Máximo 30 puntos	<b>BOSTON SCIENTIFIC; ST. ENDOSCOPIA: TOTAL PUNTOS.....15</b> 1.- 15 PUNTOS (1 configuración)  <b>OLYMPUS: TOTAL PUNTOS.....30</b> 1.- 30 PUNTOS (2 configuraciones)	

 La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: 127637479456089449105



EXPEDIENTE: 2018-0-55

Material: BALONES, CATÉTERES, CEPILLOS Y CESTAS SERVICIO ENDOSCOPIAS		Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE	
LOTE	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
4	<b>CESTAS DE DORMIA PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS</b> <b>TOTAL PUNTOS ..... MÁXIMO 30 PUNTOS</b>  1.- Obtendrá mayor puntuación la oferta con mayor variedad de calibres y longitudes..... Máximo 30 puntos	<b>OLYMPUS: TOTAL PUNTOS.....30 puntos</b>  1.- 30 puntos (8 configuraciones)	<b>Boston Scientific:</b> -No dispone de dispositivos extrafinos para canal de 1'7 mm; tal y como se solicita en el PPT
5	<b>CESTAS DE DORMIA PARA LITOTRIPTOR MECÁNICO</b>  <b>TOTAL PUNTOS ..... MÁXIMO 30 PUNTOS</b>  1.- Obtendrá mayor puntuación la oferta con mayor variedad de calibres y longitudes..... Máximo 30 puntos	<b>OLYMPUS: TOTAL PUNTOS.....30 Puntos</b>  1.- 30 puntos (4 configuraciones)  <b>ST. ENDOSCOPIA: TOTAL PUNTOS....7,5 Puntos</b>  1.- 7'5 puntos (1 configuración)	

La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: 8276374794560892449105

Madrid, 4 de Mayo del 2018

Dr. Diaz Tasende,

Coordinador U. Endoscopias y Med. A. Digestivo