

EXPEDIENTE N° 2016-0-99

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE SET DE CIRCULACION EXTRACORPOREA CON OXIGENADOR DE MEMBRANA PARA CIRUGIA CARDIACA PEDIÁTRICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, forma parte del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adquisición del **SUMINISTRO DE SET DE CIRCULACION EXTRACORPOREA CON OXIGENADOR DE MEMBRANA PARA CIRUGIA CARDIACA PEDIÁTRICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.**

Lote	Nº Orden	CODIGO	ARTICULO
1	1	014974	<p>SISTEMA NEONATAL DE OXIGENADOR CON RESERVORIO Y SET DE TUBOS PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA</p> <p>♦ Compuesto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Oxigenador de membrana, de fibra hueca de polipropileno microporoso y superficie de membrana inferior a 0,30 m2; con flujo de sangre máximo de al menos 600 mL/min, con un volumen de cebado inferior a 35 mL ○ Reservorio venoso rígido con capacidad de al menos 450 mL ○ Material completamente estéril y apirógeno ○ Set que incluye tubos, conectores y filtros preconectados al oxigenador ○ Filtro arterial
2	2	014980	<p>SISTEMA INFANTIL DE OXIGENADOR CON RESERVORIO PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA</p> <p>♦ Compuesto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Oxigenador de membrana, de fibra hueca de polipropileno microporoso y superficie de membrana inferior a 0,9 m2; con flujo de sangre máximo de al menos 2000 mL/min, con un volumen de cebado inferior a 150 mL ○ Reservorio venoso rígido con capacidad de al menos 1500 mL ○ Filtro arterial* ○ Material completamente estéril y apirógeno

Lote	Nº Orden	CODIGO	ARTICULO
	3	014838	<p>SISTEMA PEDIÁTRICO DE OXIGENADOR CON RESERVORIO PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Compuesto de: <ul style="list-style-type: none"> ○ Oxigenador de membrana, de fibra hueca de polipropileno microporoso y superficie de membrana inferior a 1,5 m²; con flujo de sangre máximo de al menos 4000 mL/min, con un volumen de cebado inferior a 400 mL ○ Reservorio venoso rígido con capacidad de al menos 3500 mL ○ Filtro arterial* ○ Material completamente estéril y apirógeno
	4	014833	<p>SET INFANTIL PEQUEÑO DE TUBOS PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Set que incluye tubos, conectores y filtros preconectados entre sí, según diseño del Hospital (Anexo "Set Infantil Pequeño"). ◆ Filtro arterial* ◆ Material completamente estéril y apirógeno.
	5	014984	<p>SET INFANTIL MEDIANO DE TUBOS PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Set que incluye tubos, conectores y filtros preconectados entre sí, según diseño del Hospital (Anexo "Set Infantil Mediano"). ◆ Filtro arterial* ◆ Material completamente estéril y apirógeno.
	6	014834	<p>SET INFANTIL GRANDE DE TUBOS PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Set que incluye tubos, conectores y filtros preconectados entre sí, según diseño del Hospital (Anexo "Set Infantil Grande"). ◆ Filtro arterial* ◆ Material completamente estéril y apirógeno.

*Los filtros arteriales del lote 2 pueden estar incluidos en el sistema de oxigenación o en el set de tubos

Para la realización de la técnica de circulación extracorpórea la empresa adjudicataria del lote 2 deberá ceder, durante la vigencia del contrato, una maquina nueva y funcionante de circulación extracorpórea dotada de 5 rodillos (configuración específica a concordar con el servicio) y con medidor de gases en línea que no genere coste de material fungible (aparato que no utilice material fungible o coste del fungible a cargo de la empresa adjudicataria). En caso de avería, el tiempo de reposición de estos elementos será de 24 horas.


MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SI

- 1 Unidad por Lote y Número de Orden.

No obstante, durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, a 27 de septiembre de 2016

LA DIRECTORA GERENTE,



Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González.

EXPEDIENTE 2016-0-99

ANEXO AL PLIEGO

**OBJETO: SET DE CIRCULACION EXTRACORPOREA CON
 OXIGENADOR DE MEMBRANA PARA CIRUGIA CARDIACA
 PEDIÁTRICA**

PRESUPUESTO										
LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ARTº	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROGA 24 MESES	PRECIO (SIN IVA)	BASE IMPONIBLE	IVA 21	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO
1	1	014974	SISTEMA NEONATAL DE OXIGENADOR CON RESERVORIO Y SET DE TUBOS PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA	34	34	929,90	31.616,60	6.639,49	38.256,09	63.233,20
	2	014980	SISTEMA INFANTIL DE OXIGENADOR CON RESERVORIO PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA	192	192	500,60	96.115,20	20.184,19	116.299,39	192.230,40
	3	014838	SISTEMA PEDIATRICO DE OXIGENADOR CON RESERVORIO PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA	36	36	500,60	18.021,60	3.784,54	21.806,14	36.043,20
2	4	014833	SET INFANTIL PEQUEÑO DE TUBOS PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA	174	174	190,00	33.060,00	6.942,60	40.002,60	66.120,00
	5	014984	SET INFANTIL MEDIANO DE TUBOS PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA	30	30	190,00	5.700,00	1.197,00	6.897,00	11.400,00
	6	014834	SET INFANTIL GRANDE DE TUBOS PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA	42	42	190,00	7.980,00	1.675,80	9.655,80	15.960,00
							192.493,40	40.423,61	232.917,01	384.986,80
Importe Total Valor Estimado 10%									423.485,48	