



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Nº EXPEDIENTE: PA 55-2019

***“ADQUISICIÓN DE ELECTRODOS Y BISTURÍS DESECHABLES EN
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA”***



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **120409681312902049399**

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO “ADQUISICIÓN DE ELECTRODOS Y BISTURÍS DESECHABLES EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO (PA 55-2019)

Este Pliego de Prescripciones Técnicas habrá de regir la ejecución de la prestación del suministro cuyo objeto a continuación se indica, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la LCSP. El plazo de ejecución será de 24 meses y el presupuesto de licitación es **140.415,41 €**, siendo la base imponible **116.045,79 €** y el IVA (21%) **24.369,62 €**.

1. OBJETO

El presente pliego tiene por objeto la adquisición de electrodos y bisturís desechables con destino al HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA DE LEGANÉS, según las características particulares y en las cantidades estimadas, precios máximos y características generales que se encuentran definidos a continuación.

2. CANTIDADES , PRECIOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A continuación se exponen los lotes de productos que son objeto de licitación, con indicación de las características que, con carácter de mínimo, deberán cumplir las proposiciones ofertadas como condición de admisibilidad.

LOTE 1: BISTURÍ ELÉCTRICO DESECHABLE Y PUNTAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD 24 meses	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
F27010	BISTURI ELECTRICO DESECHABLE	0,9345	16.000	14.952,00	21	3.139,92	18.091,92
	TERMINAL PARA BISTURI(PALA DE 140-150 MM)	2,60	200	520,00	21	109,20	629,20
	TERMINAL PARA BISTURI (ELECTRODO DE BOLA)	2,60	200	520,00	21	109,20	629,20
TOTAL LOTE 1				15.992,00		3.358,32	19.350,32

CARACTERÍSTICAS

A. BISURÍ ELECTRICO DESECHABLE

* Bisturí de corte y coagulación compuesto de:

- Mango anatómico en forma de bolígrafo de 15-16 cm. de longitud aprox., con interruptor incorporado para control de corte y coagulación.



- Para electrodos de vástago de 2,4 mm.
- Con hilo conductor recubierto de plástico y cable incorporado de 3 m. de longitud aprox.
- Extremo proximal con conexión standard a generador de corriente.
- Con electrodo incorporado e intercambiable en forma de lanceta en su extremo distal.
- Impermeable en todos sus componentes.
- En envase individual estéril.
- Exento de látex.

B. TERMINAL PARA BISTURI (PALA DE 140-150MM)

- Compatible con la partida A de este lote.
- Electrodo desechable con punta de pala.
- Acero inoxidable con recubrimiento de teflón.
- Longitud entre 140 y 150mm
- Envase individual estéril
- Exento de látex.

C. TERMINAL PARA BISTURI (ELECTRODO DE BOLA)

- Compatible con la partida A de este lote.
- Electrodo de punta de bola de 6 mm de diámetro.
- Acero inoxidable con recubrimiento de teflón.
- Envase individual estéril
- Exento de látex.

LOTE 2: PLACA BISTURÍ DESECHABLE BILOBULADAS

LOTES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
2	F27089	PLACA BISTURI DESECHABLE BILOBULADAS	0,3885	15.000	5.827,50	21	1.223,78	7.051,28

CARACTERISTICAS

* Placa adhesiva conductora bilobulada formada por:

- Lámina de aluminio flexible impregnada con un gel adhesivo conductor hipoalérgico que garantice un contacto homogéneo y prolongado de la placa, permitiendo una retirada fácil y no traumática.
- Colocada sobre una espuma oclusiva que evite la filtración de líquidos a través de la placa, flexible y perfectamente adaptable.
- Superficie efectiva de contacto del electrodo neutro lo más grande posible (indicar dimensiones del área de superficie conductora).
- Con lengüeta y bordes adhesivos no conductores para evitar la penetración de líquidos y fluidos en la superficie de la placa y mantener el aislamiento eléctrico.
- División del electrodo en dos lados de igual conducción.
- De baja impedancia de contacto.
- Exento de látex.
- Envasada en bolsa termo sellada de aluminio.



- Superficie de contacto mínima de 108 cm²

*El adjudicatario suministrará de forma gratuita todos los cables necesarios para su utilización con los electro bisturís del hospital: ERBE y MARTÍN.

LOTE 3. - PLACA ADHESIVA PARA BISTURÍ DESECHABLE

LOTES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
3	F27090	PLACA ADHESIVA PARA BISTURI DESECHABLE	0,3885	3.600	1.398,60	21	293,71	1.692,31

CARACTERISTICAS

*Placa adhesiva conductora formada por:

- Lámina de aluminio flexible impregnada con un gel adhesivo conductor hipoalérgico que garantice un contacto homogéneo y prolongado de la placa, permitiendo una retirada fácil y no traumática.
- Colocada sobre una espuma oclusiva que evite la filtración de líquidos a través de la placa, flexible y perfectamente adaptable.
- Superficie efectiva de contacto del electrodo neutro lo más grande posible (indicar dimensiones del área de superficie conductora).
- Con lengüeta y bordes adhesivos no conductores para evitar la penetración de líquidos y fluidos en la superficie de la placa y mantener el aislamiento eléctrico.
- De baja impedancia de contacto.
- Exento de látex.
- Envasada en bolsa termo sellada de aluminio.
- Superficie de contacto mínima de 136 cm²

*El adjudicatario suministrará de forma gratuita todos los cables necesarios para su utilización con los electro bisturís del hospital: ERBE y MARTÍN.

LOTE 4: ELECTRODO FETAL PROTEGIDO DE UNA ESPIRAL

LOTES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
4	F33006	ELECTRODO FETAL PROTEGIDO DE UNA ESPIRAL	2,94	1.400	4.116,00	21	864,36	4.980,36

CARACTERISTICAS

- * Electrodo para monitorizar la frecuencia cardiaca del feto, no debe producir artefactos durante la monitorización.
- Con una espiral.
- Con guía semirrígida para una cómoda introducción.

- Con conexión standard protegida de seguridad.
- Exento de látex.
- En envase individual estéril.

LOTE 5: ELECTRODO ADHESIVO DE LATIGUILLO CON CONEXIÓN DE 1,5 MM

LOTES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
5	F33015	ELECTRODO ADHESIVO DE LATIGUILLO CON CONEXION HEMBRA	0,25725	2.000	514,50	21	108,05	622,55

CARACTERISTICAS.

- Impregnados de gel conductor de alta conductividad.
- Mínima superficie y alto poder adhesivo, resistente al agua.
- Hipoalérgico.
- Con soporte cuya composición permita la transpiración de la piel.
- De fácil retirada.
- Con latiguillo de 60 cm. (+ - 10 cm.)
- Con conexión de 1,5 mm. de diámetro interno
- Exento de látex.
- Presentación en envase que impida la desecación del gel.
- Dimensiones: de unos 2 cm. aprox. de diámetro.
- durabilidad mínima de 72 horas con el uso habitual.

LOTE 6.- ELECTRODO DE CORCHETE ADULTO (ECG)

LOTES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
6	F33025	ELECTRODO DE CORCHETE - ADULTO-	0,045	600.000	27.000,00	21	5.670,00	32.670,00

CARACTERISTICAS

- Impregnados de gel conductor de alta conductividad.
- Máxima área de adhesividad, resistente al agua.
- Hipoalérgico.
- Alto poder adhesivo.
- De fácil retirada.
- Con corchete central o excéntrico para conexión con el cable.
- Exento de látex.
- Dimensiones: no superior a 4,5 cm. de diámetro.

- Presentación en envases que impidan la desecación del gel.
- Aplicaciones: para ECG y monitorización cardiaca.

* El adjudicatario deberá proveer sin cargo de los corchetes (conectores a cable de electrocardiógrafo) necesarios para la utilización de los electrodos (250 anuales aproximadamente)

LOTE 7-ELECTRODO ADHESIVO DE LENGÜETA

LOTES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
7	F33026	ELECTRODO ADHESIVOS DE LENGÜETA	0,01365	351.463	4.797,47	21	1.007,47	5.804,94

CARACTERISTICAS

- Impregnados de gel conductor de alta conductividad.
- Máxima área de adhesividad, resistente al agua.
- Hipoalérgico.
- Alto poder adhesivo.
- Con soporte ultrafino con lámina de fibra de carbono.
- Fijación de lengüeta.
- Exento de látex.
- Presentación en envase que impida la desecación del gel.

LOTE 8 ELECTRODO CORCHETE PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS

LOTES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
8	F33027	ELECTRODO CORCHETE P/PRUEBAS DIAGNOSTICAS	0,126	40.000	5.040,00	21	1.058,40	6.098,40

CARACTERISTICAS

- Impregnados en gel conductor de alta conductividad.
- Elevada adhesividad, que no se desprege con la traspiración asociada en el desarrollo de la Prueba
- Hipoalérgico.
- Con corchete excéntrico para conexión con el cable.
- De fácil retirada.
- Exento de látex.
- Presentación en envase que impida la desecación del gel
- Aplicaciones: para Pruebas de Esfuerzo.

LOTE 9.-F33030.- ELECTRODO DE BANANA HEMBRA NEONATAL CON LATIGUILLO

LOTES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
9	F33030	ELECTRODOS DE BANANA HEMBRA-NEONATAL-	0,2625	35.000	9.187,50	21	1.929,38	11.116,88

CARACTERISTICAS.

- Impregnados de gel conductor de alta conductividad.
- Mínima superficie y alto poder adhesivo, resistente al agua.
- Hipoalérgico.
- Con soporte cuya composición permita la transpiración de la piel.
- De fácil retirada.
- Con latiguillo de 60 cm. (+ 10 cm.)
- Con conexión hembra de 4 mm. de diámetro interno
- Exento de látex.
- Presentación en envase que impida la desecación del gel.
- Dimensiones: de unos 2-3cm. aprox. de diámetro

LOTE 10 - GEL ECOGRÁFICO (PASTA CONDUCTORA)

LOTES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
10	F33500	GEL ECOGRAFICO (PASTA CONDUCTORA)	0,294	9.000	2.646,00	21	555,66	3.201,66

CARACTERISTICAS.

- Gel conductor para ultrasonidos.
- Materias primas de grado cosmético o farmacéutico.
- Hipoalérgico, sin perfume y soluble en agua.
- Extensión fácil y uniforme.
- Conductividad adecuada al uso.
- En envase de 250 ml. aprox. Con tapón que permita apertura y cierre del envase
- Presentación en envases que impida la desecación del gel.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1204096813312902049399**

LOTE 11.- ELECTRODO ADHESIVO DESFIBRILACION P/ DESFIBRILADOR COMPATIBLE CON EQUIPOS LIFEPAK, PHILIPS Y PHISIOCONTROL

LOTES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (DE CADA PAR DE ELECTRODOS) SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
11	F33014	ELECTRODO ADHESIVO PARA MARCAP.EXT (DEFIBRILADOR) (PAR DE ELECTRODOS)	11,487	250	2.871,75	21	603,07	3.474,82

CARACTERISTICAS

- Adhesivos
- Con gel conductor de alta conductividad, no debe hacer artefactos en la monitorización.
- Exento de látex
- Hipoalérgico.
- Conexión compatible con equipos LIFEPAK, PHILIPS Y PHISIO CONTROL, suministrando de forma gratuita todos los adaptadores necesarios para su uso con todos ellos.
- Envase estéril que impida la desecación del gel.

LOTE 12.- GEL CONDUCTOR PARA PALAS DE DESFIBRILACION O ELECTROCARDIOGRAFO

LOTES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
12	F33503	GEL CONDUCTOR ELECTRO-GEL	11,81	200	2.362,00	21	496,02	2.858,02

CARACTERISTICAS

- Gel conductor específico para desfibrilación o electrocardiógrafo.
- Biocompatible
- Hipoalergénico, sin perfume y soluble en agua.
- Conductividad adecuada a su uso (voltaje residual <100mV e impedancia AC 10Hz <2000Ω)
- Envase no metálico de 200-400 cc.

LOTE 13.-DISPOSITIVO LIMPIADOR DE ELECTRODO DE BISTURI

LOTES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
13	F08001	DISPOSITIVO LIMPIADOR DE ELECTRODO DE BISTURI	0,315	2.875	905,63	21	190,18	1.095,81

CARACTERISTICAS

- Pieza de lija para limpieza de electrodo de mínimo 5 x 5 cm. +/- 5%.
- Montada sobre una base de gomaespuma o similar.
- Con adhesivo en la cara inferior que permita su sujeción al campo estéril.
- Envase estéril individual de apertura de solapa.

LOTE 14.- PINZA ADAPTADOR PARA ELECTRODOS DE LENGÜETA Y CORCHETE (COCODRILO)

LOTES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
14	F33034	ADAPTADOR P/ELECTRODOS DE CORCHETE Y LENGÜETA (COCODRILO)	1,89	600	1.134,00	21	238,14	1.372,14

CARACTERISTICAS

- Pinza adaptador reutilizable para electrodos de lengüeta y corchete.
- Compatible con electrodos de monitorización y diagnóstico cardiológicos.
- El adaptador de banana debe ser válido para conectores de 3 a 4mm de diámetro.
- Libre de látex y pftalatos.
- Cuerpo de policarbonato o similar y material de sujeción de acero inoxidable.

LOTE 15.- ELECTRODO PARA ESTIMULACIÓN MUSCULAR TRANSCUTANEA DE 5x5 CM

LOTES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
15	F33601	ELECTRODO ESTIMULACION MUSCULAR 5 X 5	0,5775	3.200	1.848,00	21	388,08	2.236,08

CARACTERISTICAS

- Electrodo para electroestimulación transcutanea.
- Elemento conductor. Carbón.
- Con capa de gel sólido que garantice contacto piel-electrodo en toda la superficie del mismo y una conductividad adecuada a la técnica.
- Con soporte textil
- En paquetes de 4 unidades con cierre tipo "zip" que permitan su correcta conservación una vez que ya han sido usados, con una vida media mínima de 15 usos
- Con conexión tipo banana hembra de 1,7mm
- Cable de entre 5 y 10 cm. De longitud.
- Medidas de electrodo 50 x 50 mm.

LOTE 16.- ELECTRODO PARA ESTIMULACIÓN MUSCULAR TRANSCUTANEA DE 5x9 CM

LOTES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
16	F33602	ELECTRODO ESTIMULACION MUSCULAR 5 X 9	0,756	3.200	2.419,20	21	508,03	2.927,23

CARACTERISTICAS

- Electrodo para electroestimulación transcutánea.
- Elemento conductor. Carbón.
- Con capa de gel sólido que garantice contacto piel-electrodo en toda la superficie del mismo y una conductividad adecuada a la técnica.
- Con soporte textil
- En paquetes de 4 unidades con cierre tipo "zip" que permitan su correcta conservación una vez que ya han sido usados, con una vida media mínima de 15 usos
- Con conexión tipo banana hembra de 1,7mm
- Cable de entre 5 y 10 cm. De longitud.
- Medidas de electrodo 50 x 90 mm.

LOTE 17.-ELECTRODO CORCHETE ADULTO DE CARBONO COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR

LOTES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
17	F33024	ELECTRODO CORCHETE ADULTO DE CARBONO P/RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR	0,42	1.300	546,00	21	114,66	660,66

CARACTERISTICAS

- Impregnados de gel conductor de alta conductividad.
- Máxima área de adhesividad, resistente al agua.
- Hipoalérgico.
- Alto poder adhesivo.
- Con soporte cuya composición permita la transpiración de la piel.
- De fácil retirada.
- Con corchete central o excéntrico para conexión con el cable.
- Exento de látex.
- Dimensiones: no superior a 4,5 cm. de diámetro.
- Presentación en envases que impidan la desecación del gel.
- Aplicaciones: monitorización cardíaca.
- Compatible con RNM de hasta 3 teslas.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1204096813312902049399**

LOTE 18.-ELECTRODO DE IONTOFORESIS PARA VOLUMEN DE 2,5CC

LOTES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
18	F33405	ELECTRODO IONTOFORESIS P/ VOL. 2,5 CC	8,925	120	1.071,00	21	224,91	1.295,91

CARACTERISTICAS

- Electrodo con sistema de doble cámara; Una cámara que actúa como buffer que captura los iones H⁺ y OH⁻ para evitar la irritación cutánea y la otra es un reservorio para la droga próximo a la piel que proporciona una liberación de la droga más rápida y eficaz.
- Con una espuma para mejorar la adaptabilidad y la adhesión y que impida pérdidas de la medicación durante el tratamiento
- Volumen de 2,5 cc.

LOTE 19.-ELECTRODO DE IONTOFORESIS CON FORMA DE MARIPOSA PARA VOLUMEN DE 2CC

LOTES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
19	F33401	ELECTRODO DE IONTOFORESIS P/ VOL. 2 CC.(MARIPOSA)	11,13	240	2.671,20	21	560,95	3.232,15

CARACTERISTICAS

- Electrodo con sistema de doble cámara; Una cámara que actúa como buffer que captura los iones H⁺ y OH⁻ para evitar la irritación cutánea y la otra es un reservorio para la droga próximo a la piel que proporciona una liberación de la droga más rápida y eficaz.
- Con una espuma para mejorar la adaptabilidad y la adhesión y que impida pérdidas de la medicación durante el tratamiento
- Volumen de 2 cc. forma de mariposa.

LOTE 20.-ELECTRODO PARA ESTIMULACIÓN MUSCULAR TRANSCUTANEA ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD DEL DOLOR DE 5x5 CM

LOTES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
20	F36035	ELECTRODO PARA TENS 5X5 CM.(REUTILIZABLE)	2,4150	350	845,25	21	177,50	1.022,75

CARACTERISTICAS

- Electrodo para electroestimulación transcutánea.
- Elemento conductor. Carbón.
- Con capa de gel sólido que garantice contacto piel-electrodo en toda la superficie del mismo y una conductividad adecuada a la técnica, distribución óptima y uniforme de la corriente gracias a la colocación de una malla controlada de forma precisa
- Con soporte flexible y con adhesivo de doble capa.
- En paquetes de 4 unidades con cierre tipo "zip" que permitan su correcta conservación una vez que ya han sido usados, con una vida media mínima de 15 usos
- Con conexión tipo banana hembra de 1,7mm
- Cable de entre 5 y 10 cm. De longitud.
- Medidas de electrodo 50 x 50 mm. Aprox.

LOTE 21 TERMINAL PARA BISTURI (PUNTA DE COLORADO)

LOTES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
21	PMQ054	AGUJA DE COLORADO	10,50	900	9.450,00	21	1.984,50	11.434,50

CARACTERISTICAS

- Con vástago de 2.4 mm. compatibles con bisturí eléctrico universal
- Electrodo de punta de colorado de 65-70 mm.de longitud.
- Acero inoxidable o tungsteno con recubrimiento de teflón.
- Envase individual estéril
- Exento de látex.

LOTE 22 LAPIZ DERMATOGRAFICO

LOTES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
22	F27080	LAPIZ DERMATOGRAFICO	0,609	1.800	1.096,20	21	230,20	1.326,40

CARACTERISTICAS

- Rotulador quirúrgico de piel con regla de 15 cm. de longitud mínima
- Punta normal
- Tinta de grado médico no irritante, color violeta
- Estéril , clase 1
- Envase individual estéril. Apertura de solapa
- Exento de látex.



LOTE 23 AGUJA SUBDERMICA DE BAJA IMPEDANCIA COMPATIBLE CON MONITOR DE FUNCION CEREBRAL MODELO OBM MARAC OLYMPIC

LOTES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
23	F33801	AGUJA SUBDERMIOCA DE BAJA IMPEDANCIA P/ MONITOR DE FUNCION CEREBRAL (OBM)	13,30	200	2.660,00	21	558,60	3.218,60

CARACTERISTICAS

- Diseñados para monitorización y registro continuo
- Duración mínima 48 horas
- Calibración automática
- Posibilidad de ajuste de velocidad y amplitud de trazado
- Determina efectos de drogas y otras terapias en el cerebro
- Que proporcione análisis en tiempo real de la actividad cerebral

LOTE 24 PINZA DE EXTREMIDADES PARA ECG

LOTES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
24	F33132	PINZAS DE EXTREMIDADES ADULTO	8,82	300	2.646,00	21	555,66	3.201,66

CARACTERISTICAS

- Pinza reutilizable de extremidades para adulto
- Colores verde , rojo, amarillo y negro (se deberán ofertar de los 4 colores obligatoriamente) .El hospital se reserva el derecho de solicitar el/los colores necesarios
- Con placa metálica en parte interna de alta conductividad, que no produzcan artefactos en la toma del registro
- Con conector compatible con banana universal
- Que no produzca iatrogenia en los pacientes

LOTE 25 ELECTRODO CORCHETE PARA HOLTER CARDIACO

LOTES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
25		ELECTRODO CORCHETE P/PRUEBAS HOLTER	0,14	50.000	7.000,00	21	1.470,00	8.470,00

CARACTERISTICAS

- Impregnados en gel conductor de alta conductividad.
- Elevada adhesividad, que no se despegue con la transpiración asociada en el desarrollo de la Prueba
- Hipoalérgico.
- Con corchete excéntrico para conexión con el cable.
- Con soporte cuya composición permita la transpiración de la piel.
- De fácil retirada.
- Debe permitir una correcta monitorización continuada durante 24 horas.
- Exento de látex.
- Presentación en envase que impida la desecación del gel.
- Aplicaciones: para Holter.

3.- CONDICIONES GENERALES

- 1.- El adjudicatario estará obligado durante la vigencia del contrato a:

Condiciones generales de ejecución del suministro

El suministro se efectuará en el Almacén General del Hospital Universitario Severo Ochoa en horario de 08:30h a 13:30h.

Plazo de Entrega/ reposición.

Plazo de entrega/reposición de los productos demandados será en los pedidos ordinarios, como máximo de 72 horas a contar desde el momento de recepción del pedido. Los pedidos calificados como urgentes serán suministrados en las 24 horas siguientes a la recepción del pedido.

Reposición por anomalías y defectos en el suministro.

Caso de detectarse defectos en los productos suministros, el adjudicatario sustituirá en el plazo de 24 horas dichos productos por otros del mismo tipo y con la calidad adjudicada.

- 2.- Todo el material objeto del presente contrato deberá, además de cumplir toda la legislación vigente aplicable, deberá ser adecuado para realizar las técnicas para las que se solicita, siendo motivo de exclusión el que dificulte dichas técnicas o que su uso sea lesivo para el paciente

- 3.- La presentación de muestras que no se corresponden con las referencias ofertadas en la documentación técnica presentada, será motivo de exclusión.

4. REQUERIMIENTOS REGULATORIOS

Todos los productos ofertados deberán cumplir con los requerimientos de legalidad y de autorización de comercialización establecidos en la normativa nacional y comunitaria. Deben poseer marcado CE.



5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El adjudicatario, para el cumplimiento del contrato, adoptarán las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación medioambiental vigente que sea de aplicación al trabajo realizado, debiendo responder de cualquier incidente medioambiental por ellos causados, liberando al Hospital de cualquier responsabilidad sobre el mismo. En especial se deberán adoptar todas aquellas medidas exigidas legalmente, relativas a evitar vertidos indeseados, emisiones contaminantes a la atmósfera y al abandono de cualquier tipo de residuos, con extrema atención en la correcta gestión de los clasificados como peligrosos.

Así mismo el adjudicatario se compromete al cumplimiento de todas las obligaciones laborales vigentes, relativas a la contratación y empleo de su personal y la relativa a Seguridad Social y Seguridad e Higiene (Ley de Protección de Riesgos Laborales).

6. CONDICION ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En cumplimiento de lo regulado en el art. 202.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el adjudicatario deberá adoptar medidas concretas para favorecer la formación de los trabajadores en el lugar de trabajo que mejoren la cualificación de los recursos humanos vinculados al objeto del contrato en cualquiera de sus fases de ejecución (fabricación, distribución, comercialización etc..), favoreciendo con ello sus derechos laborales y la calidad de la ejecución del objeto del contrato. Para ello el adjudicatario, antes de formalizar el contrato, deberá presentar compromiso de adopción de estas medidas durante la ejecución del contrato.

El Hospital, durante dicha ejecución, podrá exigir la presentación de los comprobantes que acrediten el cumplimiento de dicha condición especial de ejecución comprometida (Plan de Formación adoptado y/o acreditación de los cursos realizados). En cumplimiento de lo recogido en el Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, lo recogido en esta cláusula se considera como condición esencial de ejecución, constituyendo su incumplimiento causa de resolución del contrato.

EL DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

CONFORME EL ADJUDICATARIO:



A N E X O 1

CUADRO DE OFERTAS TECNICAS PRESENTADAS

(ATENCIÓN: Debe ser incluido en el sobre 2 como primera hoja de la oferta técnica)

LOTE AL QUE LICITA	CODIGO INDICADO EN EL PPT (Sólo en el caso que los artículos vengan codificados en el PPT)	DESCRIPCION DEL ART. INDICADA EN EL PPT	BASE O VARIANTE	DESCRIPCION DEL ART. DADA POR EL LICITADOR (Sólo en el caso de que se describa de forma distinta a la indicada en el pliego)	REFERENCIA DEL LICITADOR



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1204096813312902049399**