

REMITENTE: DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA "SAN JOSÉ Y SANTA ADELA"

A: Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid

Asunto: **Petición de publicación URGENTE de rectificación del pliego de prescripciones técnicas del Procedimiento Abierto HCCR 15/2017-SU (Suministro e instalación de una torre de laparoscopia, con destino al Hospital Central de la Cruz Roja).**

Advertido error en el apartado 3º de "Especificaciones Técnicas mínimas del equipo", del Pliego de prescripciones técnicas del procedimiento indicado más arriba, publicado con fecha 18 de agosto de 2017, se procede a su corrección en los siguientes términos:

**DONDE DICE:**

- "1 Monitor 4K compatible con resoluciones UHD y Full 4 K, en brazo de lámpara de quirófano totalmente instalado. Tamaño mínimo 24 pulgadas"

**DEBE DECIR:**

- "1 Monitor secundario 4K, UHD o HD. Tamaño mínimo 24 pulgadas"

Se mantienen las mismas fechas de licitación del expediente.

Madrid, 25 de agosto de 2017

EL DIRECTOR GERENTE

