

COMUNICACIÓN EMPRESAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
--

LECTURA INFORME TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

Expediente:	P.A. 2018-0-54
--------------------	----------------

Denominación	SUMINISTRO DE GUÍAS BILIARES Y SISTEMAS DE DRENAJE BILIAR PLÁSTICO PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
---------------------	---

Tipo de Procedimiento	ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
------------------------------	----------------------------------

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario “12 de Octubre”, en sesión de fecha **16 de mayo de 2018**, evaluada la documentación técnica presentada por los licitadores en el expediente de referencia, ha realizado la lectura del Informe técnico emitido por el servicio correspondiente, acordando rechazar la siguiente proposición del licitador abajo indicado por presentar oferta que según Informe técnico recogido en el ANEXO, no se ajustan a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

NIF	EMPRESA
A80776867	S.T. ENDOSCOPICOS, S.A.

A continuación se efectúa la apertura del sobre N° 3 (documentación económica) de las empresas que a continuación se relacionan:

NIF	EMPRESA
A80401821	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.
A08525073	COOK ESPAÑA, S.A.
A08214157	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.

Y para que conste, se expide y firma en Madrid, a **16 de mayo de 2018**, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Real Decreto 49/2003, de 3 de abril.

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: M^a Nieves Lasso de la Vega Oteo

EXPEDIENTE: 2018-0-54

Material: GUÍAS BILIARES Y SISTEMAS DE DRENAJE
BILIAR PLÁSTICO SERVICIO ENDOSCOPIAS

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
1	GUIAS BILIARES TOTAL PUNTOS..... MAXIMO 30 PUNTOS 1.- Obtendrá mayor puntuación la oferta con mayor variedad de calibres y longitudes.... Máximo 30 puntos	OLYMPUS IBERIA, S.A.U. TOTAL PUNTOS....30 1.- 30 puntos (16 configuraciones)	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A COOK ESPAÑA, S.A S.T. ENDOSCOPICOS, S.A -No disponibilidad de la medida de 270 cm exigida en el pliego técnico.
2	SISTEMAS DE DRENAJE BILIAR PLÁSTICO TOTAL PUNTOS..... MAXIMO 30 PUNTOS 1.- Obtendrá mayor puntuación la oferta con mayor variedad de calibres y longitudes.... Máximo 30 puntos	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.: TOTAL PUNTOS...3 1.- 3 puntos (36 configuraciones) COOK ESPAÑA, S.A.: TOTAL PUNTOS....6 1.- 6 puntos (68 configuraciones) OLYMPUS IBERIA, S.A.U. TOTAL PUNTOS....30 1.- 30 puntos (333 configuraciones)	

Madrid, 10 de mayo del 2018

Fdo.: Dr. Díaz Tasende

 Coordinador Udad. Endoscopias y Med. Ap. Digestivo
 