

EXPEDIENTE: 2018-0-136

## PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE CATÉTERES INTRAUTERINOS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y el artículo 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del **SUMINISTRO DE CATÉTERES INTRAUTERINOS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**.

### Características técnicas:

LOTE	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
1	017717	<p><b>CATETER DE MEDICION DE PRESION INTRAUTERINA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catéter de polietileno transparente de 80-85 cm de longitud con sensor de presión en extremo distal.</li> <li>• La medición de presión debe realizarse fuera de la cavidad uterina.</li> <li>• Exactitud en la medición de presiones, permitiendo su calibración (rehacer el "cero").</li> <li>• Con una primera marca a 30 cm y una segunda a 45 cm para saber hasta donde debemos introducir el catéter.</li> <li>• No debe presentar ningún componente electrónico en el catéter desechable, evitando riesgos de interferencia que pueden suponer fallos de toma de presión.</li> <li>• Introdutor de punta redondeada atraumática, que reduce el riesgo de perforación uterina y desprendimiento de placenta.</li> <li>• Guía de colocación acodada hacia delante y abierta que permita ser retirada.</li> <li>• En el extremo distal, válvula anti-retorno que permite amnioinfusión a través de ella.</li> <li>• Capacidad de realizar infusión amniótica.</li> <li>• Relación flexibilidad / rigidez adecuada que asegura la facilidad de uso. Por lo que se garantiza la colocación con éxito</li> <li>• Exentos de látex; si es de PVC, preferible que sea libre de di-2-etil hexil ftalatos (DEHP); reflejado en el etiquetado.</li> <li>• Presentación en envase individual estéril, con fecha de caducidad en lugar visible, y en cajas de 10 unidades máximo.</li> </ul> <p>Indicación: <b>Medición de presión intrauterina.</b></p>

LOTE	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
2	017520	<p><b>CATETER INTRAUTERINO FETAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catéter en forma de malla, con aberturas amplias para facilitar el drenaje de fluidos.</li> <li>• Red de alambre sellada por una membrana de silicona fina y flexible.</li> <li>• Marcas de rayos x en ambos extremos.</li> <li>• Materiales superelásticos para lograr la máxima adaptación al movimiento del feto.</li> <li>• Sin riesgo de estrangulación de las extremidades.</li> <li>• Cánula de 18 G para minimizar cualquier ruptura del saco amniótico.</li> <li>• Alta visibilidad en ultrasonido de la punta de la cánula y de la malla.</li> <li>• Punta de la cánula extremadamente afilada.</li> <li>• Exento de látex y ftalatos, reflejado en el etiquetado</li> </ul> <p><b>Indicación:</b> Tratamiento del feto con trastornos obstructivos en el tracto urinario, en el tratamiento de hidronefrosis, disfunciones en la vejiga o acumulación de fluidos en el abdomen, hidrotórax, efusión pleural y malformaciones pulmonares</p>

**OTROS REQUISITOS LOTE 1:** La empresa adjudicataria debe presentar una memoria del plan de formación, indicando número de sesiones, días formativos, cronograma,..... Así como, se suministrarán todos los cables y adaptadores necesarios que necesite el hospital sin cargo alguno

**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SI**

**1 UNIDAD POR LOTE**

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 19 de marzo de 2019

DIRECTORA DE ENFERMERIA


**Hospital Universitario**  
**12 de Octubre**  
 DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA

Fdo.: D<sup>a</sup>. Andión Gofí Olangua

SUPERVISOR DE RECURSOS MATERIALES



Fdo.: D. Antonio Jarillo

ADJUNTA AL ÁREA  
DE PARITORIOS



Fdo.: Dña. Ana Isabel Saavedra

## ANEXO

**EXPEDIENTE : 2018-0-136**

**OBJETO: SUMINISTRO DE CATETERES INTRAUTERINOS**

LOTE	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROGA 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
1	017717	CATETER DE MEDICION PRESION INTRAUTERINA	1.240	1.240	19,9100	24.688,4000	5.184,5640	29.872,9640
2	017520	CATETER INTRAUTERINO FETAL	24	24	1500,0000	36.000,0000	7.560,0000	43.560,0000
						<b>60.688,40000</b>	<b>12.744,5640</b>	<b>73.432,9640</b>