

**RESOLUCIÓN**

Comunidad de Madrid

Exp.: **GCASU1900142**

Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario del Tajo, por la que se dispone la publicación de la rectificación de errores materiales en el Pliego de Prescripciones Técnicas para el procedimiento de Suministro de “EQUIPOS DE ENDOSCOPIA”.

EL DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO, en virtud de las atribuciones conferidas según Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, Servicio Madrileño de Salud, de delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Gerentes de Atención Especializada, Servicios de Urgencias Médicas de Madrid y Centro de Transfusión (B.O.C.M. nº 76 de fecha 31-03-2011).

**CONSIDERANDO**

El error material en el Pliego de Prescripciones Técnicas del procedimiento de licitación referido al Exp. GCASU1900142 “Suministro de Equipos de Endoscopia para el Hospital Universitario de Tajo”

**RESUELVE**

Hacer pública la Subsanación del error advertido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en los términos que se indican a continuación:

**Punto 1.2.- Equipamiento nuevo a suministrar.****Opción 1.****Donde dice:**

EQUIPO	MODELO	FABRICANTE	Nº SERIE
VIDEOCOLONOSCOPIO	EPLI-5000		
PROCESADOR CON FUENTE DE LUZ INTEGRADA	EC3890LI		

**Debe decir:**

EQUIPO	MODELO	FABRICANTE	Nº SERIE
VIDEOCOLONOSCOPIO	EC3890LI		
PROCESADOR CON FUENTE DE LUZ INTEGRADA	EPKI-5000		

**Punto 1.3.2.- Características específicas de los diferentes equipos:****VIDEO GASTROSCOPIO PEDIATRICO****Donde dice:**

- Canal de trabajo mínimo 2.4 mm de diámetro.

**Debe decir:**

- Canal de trabajo mínimo 2.0 mm de diámetro.

Aranjuez, 29 de agosto de 2019  
EL DIRECTOR GERENTE,

Fdo.: Antonio Romero Plasencia



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **101926879832135386172**