

## SERVICIO DE CONTRATACIÓN

EXP. A/SUM-000571/2018 (exp. 14/2018)

### CERTIFICADO

D. Francisco Domínguez Hernández, Secretario de la Mesa de Contratación del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

La Mesa de Contratación del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Decreto 49/2003, de 3 de Abril), en su reunión de fecha 8 de mayo de 2018 ha acordado la admisión y exclusión de los Licitadores que se relacionan a continuación, de conformidad con el Informe Técnico de evaluación emitido por el órgano encargado de su evacuación, del procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios tramitado para la adjudicación del contrato denominado "SUMINISTRO DE BOLSAS DE ALIMENTACIÓN PARENTERAL, ORINA Y SISTEMAS DE IRRIGACIÓN PARA EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN".

PLICA	LICITADORES	RESULTADO DE LA CALIFICCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (Con indicación de los defectos u omisiones de la Documentación motivos de su exclusión)
1	COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS, S.A.	<b>LOTE 4: ADMITIDA.</b> <b>LOTE 13: ADMITIDA.</b> <b>LOTE 14: ADMITIDA</b>
2	OARSO S. COOP.	<b>LOTE 1: ADMITIDA.</b> <b>LOTE 2: ADMITIDA.</b>
3	PRIM, S.A.	<b>LOTE 3: ADMITIDA.</b>
4	GARRIC MÉDICA, S.L.	<b>LOTE 4: EXCLUIDA,</b> La bolsa se acoda. Presenta bolsa cerrada. <b>LOTE 8: ADMITIDA.</b>
5	CONVATEC, S.L.	<b>LOTE 3: EXCLUIDA,</b> Presenta bolsa de drenaje de 2000 ml.
6	B. BRAUN MEDICAL, S.A.	<b>LOTE 3: EXCLUIDA,</b> Presenta bolsa de drenaje de 2000 ml. <b>LOTE 4: ADMITIDA.</b> <b>LOTE 6: ADMITIDA.</b> <b>LOTE 7: ADMITIDA.</b> <b>LOTE 9: ADMITIDA.</b> <b>LOTE 10: ADMITIDA.</b> <b>LOTE 11: ADMITIDA.</b> <b>LOTE 13: ADMITIDA.</b> <b>LOTE 14: ADMITIDA.</b>

7	JUVAZQUEZ, S.L.	<p><b>LOTE 3: EXCLUIDA</b>, Presenta bolsa de drenaje de 2000 ml.</p> <p><b>LOTE 5: EXCLUIDA</b>, Presenta bolsa de drenaje de 2000 ml.</p> <p><b>LOTE 8: EXCLUIDA</b>, La zona del adhesivo de la bolsa no presenta acolchado.</p>
8	TELEFLEX MEDICAL, S.A.	<p><b>LOTE 3: EXCLUIDA</b>, Presenta bolsa de drenaje de 2000 ml.</p>
9	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	<p><b>LOTE 3: EXCLUIDA</b>, La orina se queda retenida en la sonda y no cae al sistema de diuresis horaria a no ser que se mueva constantemente, pudiendo llegar a hacer falsas retenciones de orina en los pacientes.</p>

Madrid, 9 de mayo de 2018  
EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: Francisco Domínguez Hernández