

**PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS RELATIVO A LA CONTRATACION DEL
SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA
IZQUIERDA, ATRICLIP™ (CIRUGÍA CARDIACA)**

1. DEFINICION DEL OBJETO. LOTE/ITEM/NOMBRE DEL ARTÍCULO

LOTE/ITEM	NOMBRE DEL ARTICULO
1.1	DISPOSITIVO PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA (ESTERNOTOMIA) 35 MM, ATRICLIP™ FLEX
1.2	DISPOSITIVO PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA (ESTERNOTOMIA) 40 MM, ATRICLIP™ FLEX
1.3	DISPOSITIVO PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA (ESTERNOTOMIA) 45 MM, ATRICLIP™ FLEX
1.4	DISPOSITIVO PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA (ESTERNOTOMIA) 50 MM, ATRICLIP™ FLEX
2.1	DISPOSITIVO PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA (TORACOTOMÍA) 35 MM, ATRICLIP™
2.2	DISPOSITIVO PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA (TORACOTOMÍA) 40 MM, ATRICLIP™
2.3	DISPOSITIVO PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA (TORACOTOMÍA) 45 MM, ATRICLIP™
2.4	DISPOSITIVO PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA (TORACOTOMÍA) 50 MM, , ATRICLIP™

2. DESCRIPCIONES TECNICAS DE LOS ARTICULOS

LOTE/ ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1		DISPOSITIVO PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA (ESTERNOTOMIA), ATRICLIP™ FLEX <ul style="list-style-type: none"> - Dispositivo para la exclusión de la orejuela izquierda, con un clip Gillinow-Cosgrove precargado en un sistema de liberación. Diseñado para aplicarse a nivel epicárdico y a través de esternotomía. Con guía de selección. - Eje flexible de 6 cm. - Empuñadura de agarre. - Barras internas de sostén en titanio y carbothane™ - Muelles en nitinol. - Recubrimiento en Dacrón.
1.1	322876	DISPOSITIVO PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA (ESTERNOTOMIA) 35 MM, ATRICLIP™ FLEX <ul style="list-style-type: none"> - Medida 35 mm.
1.2	324880	DISPOSITIVO PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA (ESTERNOTOMIA) 40 MM, ATRICLIP™ FLEX <ul style="list-style-type: none"> - Medida 40 mm.
1.3	324884	DISPOSITIVO PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA (ESTERNOTOMIA) 45 MM, ATRICLIP™ FLEX <ul style="list-style-type: none"> - Medida 45 mm.
1.4	324888	DISPOSITIVO PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA (ESTERNOTOMIA) 50 MM, ATRICLIP™ FLEX <ul style="list-style-type: none"> - Medida 50 mm.
2		DISPOSITIVO PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA (TORACOTOMÍA), ATRICLIP™ <ul style="list-style-type: none"> - Dispositivo para la exclusión de la orejuela izquierda, con un clip Gillinow-Cosgrove precargado en un sistema de liberación. Diseñado para aplicarse de forma epicárdica con acceso por minitoracotomía. Con guía de selección. - Eje maleable de 25 cm. - Cabeza articulada omnidireccional (180°) con bloqueo. - Funciones de implantación rápidas. - Barras internas de sostén en titanio y carbothane™ - Muelles en nitinol. - Recubrimiento en Dacrón
2.1	323747	DISPOSITIVO PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA (TORACOTOMÍA) 35 MM, ATRICLIP™ <ul style="list-style-type: none"> - Medida 35 mm.
2.2	324894	DISPOSITIVO PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA (TORACOTOMÍA) 40 MM, ATRICLIP™ <ul style="list-style-type: none"> - Medida 40 mm.

LOTE/ ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2.3	324895	DISPOSITIVO PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA (TORACOTOMÍA) 45 MM, ATRICLIP™ - Medida 45 mm.
2.4	324897	DISPOSITIVO PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA (TORACOTOMÍA) 50 MM, ATRICLIP™ - Medida 50 mm.



Luis C. Naranjo Caballero