

SUMINISTRO DE REACTIVOS DE INMUNOENSAYO QUIMIOLUMINISCENTE PARA LA REALIZACION DE DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS (PA SUM 002-2020 - A/SUM-007302/2020)

INFORME TECNICO

Una vez analizada la documentación técnica presentada por los licitadores en líneas generales, nuestro criterio técnico respecto a lo leído es:

1. Abbott parece cumplir con todos los requisitos técnicos
2. Roche presenta al menos dos salvedades:
 - Reactivo a Roche IgM anti CMV NO cumple con especificidad >99% (pág. 4/5 y 5/5 de su insert
 - Respecto a la disponibilidad inmediata "listos para su uso" de reactivos, calibradores, controles, Roche NO cumple con el calibrador de HTLV que suministra liofilizado. Argumenta en su defensa una serie de bondades pero "sensu estricto" no cumple este apartado. La máxima automatización son requisitos que valoramos para obtener la máxima calidad y seguridad en los resultados, previniendo el error humano.

Madrid, 16 de abril de 2020



Fdo. Alberto Richart López

RESPONSABLES DE SEROLGIA

Fdo. Rocío González Díez

RESPONSABLE DE SEROLGIA Y NAT