

CERTIFICADO DE OFERTAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS

En sesión de fecha 14 de abril de 2020 la Mesa de Contratación del Centro de Transfusión, realizó la apertura de los sobres presentados por los licitadores que contienen la documentación administrativa y técnica requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas del procedimiento **“SUMINISTRO DE REACTIVOS DE INMUNOENSAYO QUIMIOLUMINISCENTE PARA LA REALIZACION DE DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS (P.A. SUM. 002-2020 - A/SUM-007302/2020)”**.

Revisada la documentación y emitido informe técnico por los responsables de los laboratorios de Serología y NAT, se determina las ofertas admitidas y excluidas a la licitación del procedimiento:

LICITADORES ADMITIDOS:

ABBOTT LABORATORIES, S.A., con C.I.F.: A08099681 cumple con la totalidad de las prescripciones técnicas.

LICITADORES EXCLUIDOS:

ROCHE DIAGNOSTICS, S.L. con C.I.F.: B61503355

CAUSAS DE EXCLUSIÓN:

El licitador presentado no cumple con la totalidad de las prescripciones técnicas exigidas en el Pliego Técnico.

Reactivo a **Roche IgM anti CMV NO cumple con especificidad >99%** (pág. 4/5 y 5/5 de su insert)

Respecto a la disponibilidad inmediata “listos para su uso” de reactivos, calibradores, controles, Roche NO cumple con el calibrador de HTLV que suministra liofilizado. Argumenta en su defensa una serie de bondades pero "sensu estricto" no cumple este apartado. La máxima automatización son requisitos que valoramos para obtener la máxima calidad y seguridad en los resultados, previniendo el error humano.

Esta información se publica en el Tablón de anuncios electrónicos de la Comunidad de Madrid:
www.madrid.org/contratospublicos

Madrid,
EL SECRETARIO DE LA MESA

Fdo.: Sonia Palazuelos Sánchez.