

EXPEDIENTE: 2018-0-14

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE JERINGAS PRECARGADAS DE CLORURO SÓDICO DE 3 ML PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”**

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del **SUMINISTRO DE JERINGAS PRECARGADAS DE CLORURO SÓDICO DE 3 ML PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES**

Nº LOTE	CODIGO	ARTICULO DESCRIPCION TECNICA
1	015920	<p><b>JERINGA PRECARGADA DE CLORURO SÓDICO DE 3 ML.</b></p> <p><b>CARACTERISTICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeringa precargada de un solo uso de 3 ml de cloruro sódico al 0.9%, de contenido y recorrido estéril. Apirógena.</li> <li>• Cuerpo translúcido (que no debe ser de color azul o malva) con cono luer-lock estándar compatible con cualquier llave de 3 pasos y conector para acceso vascular. Diámetro interno de 12-15 mm. Con escala medidora nítida, precisa e imborrable.</li> <li>• Embolo formado por un vástago que se desliza suavemente que en ningún caso debe ser de color azul ni malva.</li> <li>• Tope trasero de seguridad.</li> <li>• Exento de látex que deberá indicarse en el etiquetado del envase, preferiblemente.</li> <li>• Exento de phtalatos, que deberá indicarse en el etiquetado del envase, preferiblemente.</li> </ul> <p><b>INDICACION:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salinizar accesos vasculares venosos, principalmente periféricos.</li> </ul>

**OTROS REQUISITOS:**

**1.- Envasado:**

Envase unitario estéril. De fácil apertura que garantice la liberación completa de la jeringa.

**2.- Etiquetado en el que figure:**

- La denominación del artículo.
- El método de esterilización utilizado.

- c. Las fechas de caducidad del producto.
- d. El número de lote.
- e. La referencia comercial.
- f. Marcado C.E.
- g. Toda la información será perfectamente legible y estará escrita en castellano o con simbología internacionalmente aceptada.

**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SI, 10 UNIDADES.**

- o No obstante, durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 31 de enero 2018

DIRECTORA DE ENFERMERIA

Fdo.: D<sup>a</sup> Andión Goñi Olagua

SUPERVISOR DE RECURSOS MATERIALES

Fdo.: Antonio Jarillo Sánchez

**EXPEDIENTE: 2018-0-14**

**OBJETO: SUMINISTRO DE JERINGA PRECARGADA CLORURO SODICO DE 3 ML**

ANEXO							
LOTE	CODIGO ART°	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 12 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
1	015920	JERINGA PRECARGADA CLORURO SODICO 3 ML	700.000	0,23	162.400,00	34.104,00	196.504,00
					162.400,00	34.104,00	196.504,00