

| |
|--|
| COMUNICACIÓN EMPRESAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS |
|--|

| |
|---|
| LECTURA INFORME TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA |
|---|

| | |
|--------------------|----------------|
| Expediente: | P.A. 2018-0-14 |
|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------|---|
| Denominación | SUMINISTRO DE JERINGAS PRECARGADAS DE CLORURO SÓDICO DE 3 ML PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE” |
|---------------------|---|

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Tipo de Procedimiento | ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS |
|------------------------------|----------------------------------|

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario “12 de Octubre”, en sesión de fecha **03 de mayo de 2018**, evaluada la documentación técnica presentada por los licitadores en el expediente de referencia, ha realizado la lectura del Informe técnico emitido por el servicio correspondiente, acordando admitir la siguiente proposición del licitador abajo indicado por presentar oferta que según Informe técnico recogido en el ANEXO, se ajusta a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

| NIF | EMPRESA |
|-----------|------------------------|
| A50140706 | BECTON DICKINSON, S.A. |

A continuación se efectúa la apertura del sobre N° 3 (documentación económica) de la empresa que a continuación se relaciona:

| NIF | EMPRESA |
|-----------|------------------------|
| A50140706 | BECTON DICKINSON, S.A. |

Y para que conste, se expide y firma en Madrid, a **03 de mayo de 2018**, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Real Decreto 49/2003, de 3 de abril.

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: M^a Nieves Lasso de la Vega Oteo

EXPEDIENTE: 2018-0-14


Material: SUMINISTRO DE JERINGA PRECARGADA CLORURO SODICO DE 3ML

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

| LOTE | CODIGO | CONCEPTO | Que cumplen con las especificaciones técnicas | Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan |
|------|--------|--|---|--|
| 1 | 015920 | JERINGA PRECARGADA DE CLURURO SÓDICO DE 3ML TOTAL PUNTOS.....MAXIMO 30PUNTOS 1. No admita presión negativa.....15 puntos. 2. Capacidad total de la jeringa independientemente del contenido.....máximo15 puntos. -Si presenta contenido de 3ml.... 15 puntos -Si presenta contenido de >3ml... 0 puntos | BECTON DICKINSON, S.A.: TOTAL: 30 PUNTOS 1. 15 puntos 2. 15 puntos | |

Madrid, 18 de abril 2018

Ha participado en la valoración de este procedimiento abierto



Tejada Hernández, Nuria
Supervisora Día Médico



Jarillo Sánchez, Antonio
Supervisor Recursos Materiales