

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA EL USO DE NEURONAVEGADOR BRAINLAB DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y el artículo 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del *SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA EL USO DE NEURONAVEGADOR BRAINLAB DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE*.

OBJETO

El presente contrato tiene por objeto el suministro del material fungible necesario para la utilización del sistema de navegación BRAINLAB, propiedad del hospital y disponible para los servicios de Neurocirugía y Cirugía Maxilofacial del Hospital. Todo el material fungible licitado deberá ser compatible por tanto con el navegador y es condición imprescindible que se compruebe dicha compatibilidad adjuntando un certificado del fabricante del navegador.

Lote	Orden	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	1	SET DE AGUJA DESECHABLE PARA PROCEDIMIENTOS DE BIOPSIA CEREBRAL • Set de biopsia que contenga una regla, jeringa y adaptador para la jeringa a la aguja de biopsia. • Aguja de biopsia de diámetro externo de 1,8mm; longitud de trabajo de la aguja de 150mm, longitud de la ventana para biopsia de 10mm. • La aguja llevara incorporados localizadores planos detectables por el navegador y serán estériles y precalibradas para su uso, de tal forma que sean automáticamente reconocidas por el navegador. • Compatibles y para uso con el sistema de biopsias sin marco “Varioguide de Brainlab” propiedad del Hospital. • Presentación: Set de 5 unidades
	2	MANDRIL UN SOLO USO PARA AGUJA DE ACCESO PEDICULAR • Mandril estéril para set de aguja acceso pedicular para alambres de Kirschner. • El diámetro del mandril debe ser de 1,8mm, con punta de trocar afilada. • Presentación: estéril en set de 5 unidades Ha de estar disponible en el set de instrumental para uso con navegador Brainlab.

Lote	Orden	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
	3	ESTILETE DESECHABLE PARA LA INTRODUCCIÓN DE CATÉTERES INTRAVENTRICULARES BAJO GUÍA DEL NAVEGADOR • Que permita la introducción de catéteres ventriculares con ayuda del neuronavegador Brainlab. • Precalibrados: Llevaran incorporados localizadores planos detectables por el navegador y serán automáticamente reconocidas por el navegador. • Compatibles con catéteres de diámetro interno mínimo de 1,3mm y longitud máxima 150 mm.
2	4	ESFERA REFLECTANTE DESECHABLE • Esferas marcadoras reflectantes, aptas para ser utilizadas con el equipo de navegación de Brainlab, revestidas de una capa reflectante a la luz IR. • Esterilizadas con óxido de etileno.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: NO

No obstante, durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 23 de abril de 2019

Subdirectora Médica Área Quirúrgica



Fdo: Dra. Moliner Robredo

Jefe de Servicio de Neurocirugía



Fdo.: Dr. Alfonso Lagares Gómez-Abascal

ANEXO

EXPEDIENTE 2019-0-10

OBJETO: DE MATERIAL FUNGIBLE PARA EL USO DE NEURONAVEGADOR BRAINLAB DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

					PRESUPUESTO			
LOTE	Nº ORDEN	COD ART.	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 12 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL
1	1	010908	SET AGUJA DESECHABLE P/PROCEDIMIENTOS DE BIOPSIA CEREBRAL	10	355,000	3.550,000	745,500	4.295,500
	2	018915	MANDRIL UN SOLO USO P/AGUJA DE ACCESO PEDICULAR	5	72,025	360,125	75,626	435,751
	3	011708	ESTILETE DESECHABLE P/INTRODUCCION DE CATETERES INTRAVENTRICULARES BAJO GUIA DEL NAVEGADOR	20	177,500	3.550,000	745,500	4.295,500
2	4	017649	ESFERA REFLECTANTE DESECHABLE	1.350	8,340	11.259,000	2.364,390	13.623,390
						18.719,125	3.931,016	22.650,141