

EXPEDIENTE Nº 2016-0-128

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE PRÓTESIS DE PENE MALEABLE PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, forma parte del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adquisición del **SUMINISTRO DE PRÓTESIS DE PENE MALEABLE PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”**.

LOTE	Código artículo	ARTICULO (DESCRIPCIÓN TÉCNICA)
1	055230	PRÓTESIS PENE MALEABLE • Sistema diseñado para la colocación intravenosa con dos barras cilíndricas compuestas por una hélice de plata, polipropileno, Dacrón y recubiertas de silicona. Extremo distal acabado en punta roma para evitar lesión a nivel del glande y el extremo proximal acabado en recto para permitir la conexión de los extensores. • El pack debe incluir los extensores de diferentes medidas y que sean adaptables a los cilindros. • El pack a implantar no debe contener látex. • Deben existir packs de distintas longitudes para de este modo adaptarse a las necesidades anatómicas del paciente.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: (SI)

1 UNIDAD POR LOTE

*Las muestras se entregarán en el Almacén General **separadas** del resto de documentación del expediente.*

Madrid, a 25 de Agosto de 2016.

LA DIRECTORA GERENTE,



Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González.

EXPEDIENTE 2016-0-128

OBJETO: SUMINISTRO DE PRÓTESIS DE PENE MALEABLE

PRESUPUESTO						
LOTE	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROGA 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE
1	055230	IMPLANTE PENE MALEABLE	12	12	1.800,00	21.600,00
						IVA
						IMPORTE TOTAL
						VALOR ESTIMADO
						43.200,00
						21.600,00
						2.160,00
						23.760,00
						43.200,00
						47.520,00