



**EXPEDIENTE:** 2021000019

**OBJETO DEL CONTRATO**

El presente contrato tiene por objeto el suministro de MATERIAL SANITARIO COMÚN: ALARGADERAS, LLAVES DE 3 PASOS Y REGULADOR DE FLUJO, para cubrir las necesidades del Hospital

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO
1	1	002853	ALARGADERA VENOSA 12-15 CM
	2	970021	ALARGADERA VENOSA 30 CM

- Tubo alargadera de material plástico, sin punto de inyección
- Con conexión Luer-lock macho y hembra, con superficies pulidas y bordes redondeados para evitar lesiones en la piel
- Volumen residual máximo 10 ml y 24 ml respectivamente
- Material flexible que permita una buena fijación y que no se acode (sin memoria de plegado)
- Presión  $\geq 2$  bar
- Exenta de látex y DHEP
- En envase individual estéril
- Marcado CE

**Aplicaciones:** para alargar cuando sea preciso la línea de infusión en pediatría

2	3	970184	LLAVE 3 PASOS 2 VÍAS
---	---	--------	----------------------

- Llave de tres vías con cuerpo de policarbonato, totalmente transparente, con dos conectores hembra/macho, conexión Luer-Lock rotatoria que permita una conexión segura con el catéter periférico o central y de fácil conexión con los sistemas de suero en las otras dos salidas
- Debe ser compatible con hemoderivados, lípidos, hipostáticos, soluciones alcohólicas y en general con fármacos de alto poder cáustico. Se acreditará mediante certificado
- Tapón en cada una de las salidas
- De perfil bajo con superficies pulidas y bordes redondeados para evitar lesiones en la piel
- Aletas ergonómicas blancas o transparentes, con flechas indicativas de la dirección de flujo y giro de 360°
- Presión  $\geq 3$  bar
- Mínimo espacio muerto
- Exenta de látex
- En envase individual estéril



3	4	970198	REGULADOR DE FLUJO
---	---	--------	--------------------

- Tubo flexible de material biocompatible de 40 a 45 cm de longitud, transparente, con dispositivo regulador de flujo de precisión, de pequeño tamaño y mínimo volumen de cebado
- Escala con buena visualización y cortos intervalos, desde 5 ml/hora a 250 ml/hora. Marcas de flujo indelebles
- Mantendrá el ritmo de infusión independientemente del calibre del catéter y de la densidad del líquido a infundir
- Conexión luer lock rotatoria a paciente y conexión luer hembra a sistema de infusión
- El dispositivo no deberá presentar riesgo de giro accidental y no modificará la posición de los tubos de infusión.
- Con tope en la regulación. De fácil manejo y fiable en la medición
- Envase individual estéril
- Exento de látex y DEHP


#### ANEXO:

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de las referencias de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. Los artículos ofertados deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios y, para el caso de productos implantables activos el Real Decreto 1616/2009 de 26 de octubre así como el Real Decreto 1662/2000 de 29 de septiembre para los productos sanitarios diagnóstico "in vitro". En cualquier caso todos los productos que lo requieran deberán incluir el certificado de exención de látex.
3. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
  - Relación de productos ofertados.
  - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna.
4. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **SI**  
**10 unidades cada número de orden**  
En caso de ser necesarias un mayor nº de unidades para completar el informe técnico correspondiente podrían ser solicitadas con posterioridad.  
El procedimiento será:
  - Entregar las muestras en el Almacén del HOSPITAL RAMON Y CAJAL (control de almacenes planta -4 dcha).
  - Cada licitador deberá entregar en Almacén junto con las muestras dos relaciones en donde aparezca indicado lo siguiente:
    - Nº Procedimiento.
    - Nº de Lote – Orden.
    - Nombre del proveedor.
  - Al entregar en Almacén las muestras le sellarán las 2 copias, una de ellas se quedará en el Almacén, y la otra copia sellada será entregada al Proveedor.
  - Las muestras deben estar bien identificadas con su número de lote, orden y referencia de la misma, siendo desestimadas las que no cumplan con estos requisitos.
5. Etiquetado en el que figure:
  - a. La denominación del artículo.





- b. El método de esterilización utilizado.
  - c. Las fechas de caducidad del producto.
  - d. El número de lote.
  - e. La referencia comercial.
  - f. Marcado CE.
  - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
6. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.
7. Posibilidad de cursos de formación y actualización tanto a nivel médico, de enfermería y de gestión.
8. La reposición del material debe realizarse en las 24 horas al de su petición.

 <b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> SERVICIO DE SUMINISTROS <b>SUMC</b>	ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 25
---	--	----------

**P.A. 2021000019**

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (24 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no ncluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	2853	ALARGADERA VENOSA 12-15 CM.	UNIDAD	62.400	0,1800	11.232,00	21,00	2.358,72	13.590,72
1	2	970021	ALARGADERA VENOSA FLEXIBLE 30 CM	UNIDAD	68.000	0,1600	10.880,00	21,00	2.284,80	13.164,80
					<b>TOTAL LOTE 1:</b>		<b>22.112,00</b>		<b>4.643,52</b>	<b>26.755,52</b>

2	3	970184	LLAVE 3 PASOS 2 VIAS	UNIDAD	480.000	0,1251	60.048,00	21,00	12.610,08	72.658,08
---	---	--------	----------------------	--------	---------	--------	-----------	-------	-----------	-----------

3	4	970198	REGULADOR FLUJO	UNIDAD	160.000	0,3500	56.000,00	21,00	11.760,00	67.760,00
---	---	--------	-----------------	--------	---------	--------	-----------	-------	-----------	-----------

						<b>IMPORTE TOTAL:</b>	<b>138.160,00</b>		<b>29.013,60</b>	<b>167.173,60</b>
--	--	--	--	--	--	-----------------------	-------------------	--	------------------	-------------------