

COMUNICACIÓN EMPRESAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
--

LECTURA INFORME TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

Expediente:	P.A. 2018-0-53
--------------------	----------------

Denominación	SUMINISTRO DE AGUJAS PARA EXTRACCIÓN DE VACÍO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”
---------------------	--

Tipo de Procedimiento	ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
------------------------------	----------------------------------

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario “12 de Octubre”, en sesión de fecha **03 de mayo de 2018**, evaluada la documentación técnica presentada por los licitadores en el expediente de referencia, ha realizado la lectura del Informe técnico emitido por el servicio correspondiente, acordando rechazar las siguientes proposiciones de los licitadores abajo indicados por presentar oferta que según Informe técnico recogido en el ANEXO, no se ajusta a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

NIF	EMPRESA
B03362621	AKRALAB, S.L.
B80196934	GARRIC MEDICA, S.L.

A continuación se efectúa la apertura del sobre N° 3 (documentación económica) de las empresas que a continuación se relacionan:

NIF	EMPRESA
A50140706	BECTON DICKINSON, S.A.
B81382210	BIOGEN DIAGNOSTICA, S.L.
A81664492	GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.

Y para que conste, se expide y firma en Madrid, a **03 de mayo de 2018**, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Real Decreto 49/2003, de 3 de abril.

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: M^a Nieves Lasso de la Vega Oteo

ANEXO

EXPEDIENTE: 2018-0-53

Material: AGUJAS PARA EXTRACCIÓN DE VACIO				Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE	
LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas		Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
1	020183	<p>Aguja Extracción de Sangre (Vacío) con dispositivo de seguridad y portatubos</p> <p>TOTAL PUNTOS MÁXIMO 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> Exención de látex en el etiquetado... 10 puntos Activación fácil del dispositivo de seguridad con una mano.. 10 puntos El mecanismo de seguridad no introduce modificaciones en la técnica..... 10 puntos 	<p>BECTON DICKINSON, S.A., GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.U., BIOGEN DIAGNOSTICA, S.L:</p> <p>TOTAL: 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 10 puntos 10 puntos 10 puntos 		<p>AKRALAB, S.L: No presenta memoriam del plan de formación para el uso de los productos en caso de ser adjudicatario.</p>
2	020191	<p>Portatubos con Cono Luer (Adaptador para Sistema de Extracción Múltiple de Vacío por Catéteres), para Punción de un Tubo Integrado</p> <p>TOTAL PUNTOS MÁXIMO 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> Exención de látex en el etiquetado 15 puntos El portatubos se puede separar del adaptador no se desprende con facilidad 15 puntos 	<p>GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.U</p> <p>TOTAL: 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 15 puntos 15 puntos 		<p>GARRIC MÉDICA, S.L: Presenta portatubos de cono concéntrico, cuando se solicita de cono excéntrico.</p>

EXPEDIENTE: 2018-0-53

Material: AGUJAS PARA EXTRACCIÓN DE VACIO

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

Madrid, 26 de abril de 2018

Han participado en este procedimiento las siguientes unidades



Del Hoyo Gordillo, Antonio Javier
Supervisor Urgencias RG

Morales Lagarejo, Joaquín
Supervisor Laboratorios Extracciones



Muñoz Ruipérez, Carmen
Jefa Servicio Prevención Riesgos Laborales



Jarillo Sánchez, Antonio
Supervisor Recursos Materiales