



LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MUESTRAS
1		970387	CARGA AGUA ESTÉRIL NEBULIZADOR DESECHABLE	<ul style="list-style-type: none">- Recipiente de plástico traslúcido y rígido en parte lateral zona delimitada de fácil identificación para introducir el punzón del tubo de oxígeno.- Con agua estéril capacidad mínima 500ml- Conexión adaptable a caudalímetro.- Conexión a tubo de mascarilla de oxígeno.- En envase individual. Exento de látex- Marcado C.E.	Nº muestras: 5 <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Certificado de exención de látex: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
		970386	NEBULIZADOR P/ CARGA AGUA DESECHABLE.	<ul style="list-style-type: none">- Tubo de plástico rígido, indeformable, en forma de T..- Dispositivo de regulación de Oxígeno de 28 a 98%.- Produciendo partículas de H₂O de 1'4 a 8 micras.- Tubo flexible inyector de oxígeno a la carga de agua con punzón perforador.- Con posibilidad de conexión a circuito de oxígeno Standard, carga de agua y tubo corrugado.- Exento de látex.- Marcado CE- En envase individual estéril. <p>Aplicaciones: Nebulización y humidificación de oxígeno.</p>	
2		970157 009413	GAFA OXÍGENO ADULTO GAFA OXÍGENO PEDIÁTRICA	<ul style="list-style-type: none">- Adaptador nasal de material plástico transparente y flexible.- Con dos cánulas de igual calibre y longitud adaptables a fosas nasales con orificios terminales bien rematados, que no lesionen mucosa. Con pestaña de fijación- Sistema de sujeción antideslizamiento para un buen ajuste, sin reborde para evitar lesiones.- Tubo para conectar a sistema de oxígeno de 1,75m-1,85m.No colapsable.- Exenta de látex.- En envase individual estéril- Marcado C.E. <p>Aplicaciones: Para administración de oxigenoterapia.</p>	Nº muestras: 6 <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Certificado de exención de látex: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO



LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MUESTRAS
3		970185	MASCARILLA OXÍGENO ADULTO	<ul style="list-style-type: none">- Mascarilla de plástico incolora y flexible. Con rotula giratoria y sistema de fijación para cintas de sujeción- Adaptable anatómicamente.- Cinta de sujeción extensible y regulable, libre de látex. que no se desconecte de la mascarilla con facilidad.- Válvula para regular varias concentraciones de oxígeno, tipo venturi. Con escala de 24% a 50%. Con mecanismo de seguridad.- Certificado del cumplimiento Norma UNE-EN 13544- Tubo flexible antiacodable para conectar a toma de oxígeno de 1,75m-1,85m- Exenta de látex.- En envase individual estéril- Marcado CE <p>Aplicaciones: Administración de Oxígeno.</p>	<p>Nº muestras: 6</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Certificado de exención de látex:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
4		970385	MASCARILLA OXÍGENO C/ NEBULIZADOR ADULTO	<ul style="list-style-type: none">- Mascarilla de plástico transparente y flexible, adaptable anatómicamente.- Con depósito de plástico rígido transparente para nebulizar de 60ml de capacidad $\pm 5\%$- Volumen residual máximo de 0,9 ml.- Se aportara información del diámetro medio de las partículas nebulizadas.- Conexión entre la mascarilla y el nebulizador segura.- Cinta de sujeción extensible y regulable, libre de látex.- Tubo flexible antiacodable para conectar a toma de oxígeno.- Exenta de látex.- Certificado del cumplimiento la Norma UNE-EN 13544- En envase individual estéril- Exento látex- Marcado CE <p>Aplicaciones: Administración de medicamentos nebulizados mediante oxígeno.</p>	<p>Nº muestras: 6</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Certificado de exención de látex:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>

ANEXO:

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de la referencia de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Cada uno de los artículos incluidos en este Procedimiento deberá reunir:
☐ Las condiciones exigidas en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de Octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.
3. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
 - Relación de productos ofertados.

- Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna a efectos de valoración de los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego.
- Muestras: **SI (VER COLUMNA MUESTRAS)**. En caso de ser necesarias un mayor nº de unidades para completar el informe técnico correspondiente podrían ser solicitadas con anterioridad.

El procedimiento será:

- Entregar las muestras en el Almacén del HOSPITAL RAMON Y CAJAL (control de almacenes planta -4 dcha).
- Cada licitador deberá entregar en Almacén junto con las muestras dos relaciones en donde aparezca indicado lo siguiente:
 - Nº Procedimiento.
 - Nº de Lote – Orden.
 - Nombre del proveedor.
- Al entregar en Almacén las muestras le sellarán las 2 copias, una de ellas se quedará en el Almacén, y la otra copia sellada será entregada al Proveedor.
- Las muestras deben estar bien identificadas con su número de lote, orden y referencia de la misma, siendo desestimadas las que no cumplan con estos requisitos.

4. Etiquetado en el que figure:

- a. La denominación del artículo.
- b. El método de esterilización utilizado.
- c. Las fechas de caducidad del producto.
- d. El número de lote.
- e. La referencia comercial.
- f. Marcado CE.
- g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.

5. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.





LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MUESTRAS
5		407001	CIRCUITO MANUAL RESPIRADOR	<p>Formado por:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 pieza de plástico rígido con conexiones en la parte superior para válvula de control y tubo corrugado. Extremo proximal conecta a tubo acodado y extremo distal a balón.- Con conector o rótula angulada giratoria, de plástico rígido, con tapón, para adaptar mascarilla.- tubo corrugado de plástico flexible, de 15mm de diámetro.- Válvula control de presión.- Balón de 2 L.- De 150cm de longitud aprox.- En envase individual- Marcado CE- Exento de látex <p>Aplicaciones: Para ventilación mecánica.</p>	<p>Nº muestras: 5</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Certificado de exención de látex:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
6		407006	CIRCUITO RESPIRADOR DESECHABLE C/ CONECTOR GIRATORIO	<ul style="list-style-type: none">- Formado por dos piezas de tubo coarrugado de plástico flexible, de 22mm de diámetro, unidas en Y.- Con conector o rótula angulada giratoria.- Tapón incorporado para capnografía- De 1,8 m de longitud aprox.- En envase individual.- Marcado CE- Exento de látex <p>Aplicaciones: Para ventilación mecánica.</p>	<p>Nº muestras: 5</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Certificado de exención de látex:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
7		970169	FILTRO BACTERIANO RESPIRADOR ADULTOS	<ul style="list-style-type: none">- Filtro externo hidrófugo- Tubo corrugado de 20 cm de longitud aproximada.- Con conexión de 15 y 22 mm a circuito externo y toma de capnografía.- En envase individual.- Exento de látex- Marcado CE <p>Aplicaciones: Para evitar la contaminación del circuito respiratorio.</p>	<p>Nº muestras: 5</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Certificado de exención de látex:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>



LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MUESTRAS
8		279360 279361 279362	MASCARILLA LARINGEA CON ACCESO GÁSTRICO REUTILIZABLE Nº 3 MASCARILLA LARINGEA CON ACCESO GÁSTRICO REUTILIZABLE Nº 4 MASCARILLA LARINGEA CON ACCESO GÁSTRICO REUTILIZABLE Nº 5	Mascarilla laríngea hinchable mediante balón piloto externo, unida a dos tubos: uno, el tubo flexible de la vía aérea, y dos, el tubo de acceso-drenaje gástrico. Todo ello de material histocompatible. <ul style="list-style-type: none">- Extremo proximal con conector universal de 15 mm (conexión con tubuladura de respirador).- Con un canal de drenaje gástrico; en tamaños 3, 4 y 5 posibilidad de colocar sonda oro gástrica mayor de 10 Fr.- Presión de sellado orofaríngeo, mínimo de 30 cmH2O.- En envase individual.- Reutilizable.- Exenta de látex. Marcado CE.	Nº muestras: 5 <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Certificado de exención de látex: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
9		304553 304554 304555	MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE Nº 3 MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE Nº 4 MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE Nº 5	Mascarilla laríngea hinchable mediante balón piloto externo, unida a tubo, preformada, con curvatura anatómica, de material histocompatible. <ul style="list-style-type: none">- Extremo proximal con conector universal de 15 mm (conexión con tubuladura de respirador).- En envase individual.- Exenta de látex.- No reutilizable.- Marcado CE.	Nº muestras: 5 <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Certificado de exención de látex: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MUESTRAS
10		273902	MASCARILLA LARÍNGEA CON ACCESO GÁSTRICO DESECHABLE Nº 3	<p>Mascarilla laríngea hinchable mediante balón piloto externo, unida a tubo, preformada, con curvatura anatómica, de material histocompatible.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dos sellos: sello orofaríngeo y sello esofágico. - Extremo proximal con conector universal de 15 mm (conexión con tubuladura de respirador). - Fácil y rápida inserción - Con un canal de drenaje gástrico; en tamaños 3, 4 y 5 posibilidad de colocar sonda oro-gástrica mayor de 10 Fr. - Presión de sellado orofaríngeo, mínimo 30 cmH₂O. - Con sistema para fijación. - En envase individual. - Exenta de látex. - No reutilizable. - Marcado CE. 	<p>Nº muestras: 5 <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Certificado de exención de látex: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO </p>
		273903	MASCARILLA LARÍNGEA CON ACCESO GÁSTRICO DESECHABLE Nº 4		
		273904	MASCARILLA LARÍNGEA CON ACCESO GÁSTRICO DESECHABLE Nº 5		
11		304556	MASCARILLA LARÍNGEA FLEXOMETÁLICA DESECHABLE Nº 3	<p>Mascarilla laríngea hinchable mediante balón piloto externo, unida a tubo reforzado flexometálico, con neumo de silicona.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Extremo proximal con conector universal de 15 mm (conexión con tubuladura de respirador). - En envase individual. - Exenta de látex. - No reutilizable. - Marcado CE. 	<p>Nº muestras: 5 <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Certificado de exención de látex: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO </p>
		304557	MASCARILLA LARÍNGEA FLEXOMETÁLICA DESECHABLE Nº 4		
		304558	MASCARILLA LARÍNGEA FLEXOMETÁLICA DESECHABLE Nº 5		

ANEXO:

- En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de la referencia de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
- Cada uno de los artículos incluidos en este Procedimiento deberá reunir:
☐ Las condiciones exigidas en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de Octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.
- Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
 - Relación de productos ofertados.

P.A. 2015000013
MATERIAL OXIGENOTERAPIA

Página 3 de 4

Fdo. DR. PESTAÑA LAGUNAS
JEFE SERVICIO ANESTESIA Y REANIMACIÓN

VºBº Dr. RAFAEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
SUBDIRECCIÓN QUIRÚRGICA



- Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna a efectos de valoración de los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego.
- Muestras: **SI (VER COLUMNA MUESTRAS)**. En caso de ser necesarias un mayor nº de unidades para completar el informe técnico correspondiente podrían ser solicitadas con posterioridad.

El procedimiento será:

- Entregar las muestras en el Almacén del HOSPITAL RAMON Y CAJAL (control de almacenes planta -4 dcha).
- Cada licitador deberá entregar en Almacén junto con las muestras dos relaciones en donde aparezca indicado lo siguiente:
 - Nº Procedimiento.
 - Nº de Lote – Orden.
 - Nombre del proveedor.
- Al entregar en Almacén las muestras le sellarán las 2 copias, una de ellas se quedará en el Almacén, y la otra copia sellada será entregada al Proveedor.
- Las muestras deben estar bien identificadas con su número de lote, orden y referencia de la misma, siendo desestimadas las que no cumplan con estos requisitos.

4. Etiquetado en el que figure:

- a. La denominación del artículo.
- b. El método de esterilización utilizado.
- c. Las fechas de caducidad del producto.
- d. El número de lote.
- e. La referencia comercial.
- f. Marcado CE.
- g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.

5. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.



Hospital Universitario
Ramón y Cajal
Comunidad de Madrid
SERVICIO DE SUMINISTROS

SUMC

ANEXO AL PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

ANEXO 25

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (24 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA Incluido)	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA Incluido)	BASE IMPONIBLE	TOTAL IVA (Tipo 21 %)
1		970387	CARGA AGUA ESTERIL NEBULIZADOR DESECHABLE 600 ML	UNIDAD	17.120	1,11	19.003,20	15.705,12	3.298,08
1		970386	NEBULIZADOR P/CARGA AGUA DESECHABLE	UNIDAD	892	2,59	2.310,28	1.909,32	400,96
TOTAL LOTE 1:							21.313,48	17.614,44	3.699,04

2		009413	GAFA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	918	0,47	431,46	356,58	74,88
2		970157	GAFA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	69.812	0,25	17.453,00	14.423,97	3.029,03
TOTAL LOTE 2:							17.884,46	14.780,55	3.103,91

3		970185	MASCARILLA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	47.520	0,74	35.164,80	29.061,82	6.102,98
4		970385	MASCARILLA OXIGENO C/NEBULIZADOR ADULTO	UNIDAD	25.056	0,62	15.534,72	12.838,61	2.696,11
5		407001	CIRCUITO MANUAL RESPIRADOR	UNIDAD	9.286	7,92	73.545,12	60.781,09	12.764,03
6		407006	CIRCUITO RESPIRADOR DESECHABLE C/CONECTOR	UNIDAD	14.570	1,34	19.523,80	16.135,37	3.388,43
7		970169	FILTRO BACTERIANO RESPIRADOR ADULTOS	UNIDAD	28.022	1,03	28.862,66	23.853,44	5.009,22

8		279360	MASCARILLA LARINGEA CON ACCESO GÁSTRICO REUTILIZABLE Nº 3	UNIDAD	30	363,00	10.890,00	9.000,00	1.890,00
8		279361	MASCARILLA LARINGEA CON ACCESO GÁSTRICO REUTILIZABLE Nº 4	UNIDAD	75	363,00	27.225,00	22.500,00	4.725,00
8		279362	MASCARILLA LARINGEA CON ACCESO GÁSTRICO REUTILIZABLE Nº 5	UNIDAD	45	363,00	16.335,00	13.500,00	2.835,00
TOTAL LOTE 8:							54.450,00	45.000,00	9.450,00

9		304553	MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE Nº 3	UNIDAD	280	6,05	1.694,00	1.400,00	294,00
9		304554	MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE Nº 4	UNIDAD	700	6,05	4.235,00	3.500,00	735,00
9		304555	MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE Nº 5	UNIDAD	420	6,05	2.541,00	2.100,00	441,00
TOTAL LOTE 9:							8.470,00	7.000,00	1.470,00

10		273902	MASCARILLA LARINGEA CON ACCESO GÁSTRICO DESECHABLE Nº 3	UNIDAD	250	20,50	5.125,00	4.235,54	889,46
10		273903	MASCARILLA LARINGEA CON ACCESO GÁSTRICO DESECHABLE Nº 4	UNIDAD	625	20,50	12.812,50	10.588,84	2.223,66
10		273904	MASCARILLA LARINGEA CON ACCESO GÁSTRICO DESECHABLE Nº 5	UNIDAD	375	20,50	7.687,50	6.353,31	1.334,19
TOTAL LOTE 10:							25.625,00	21.177,69	4.447,31

11		304556	MASCARILLA LARINGEA FLEXOMETALICA DESECHABLE Nº 3	UNIDAD	140	24,20	3.388,00	2.800,00	588,00
11		304557	MASCARILLA LARINGEA FLEXOMETALICA DESECHABLE Nº 4	UNIDAD	350	24,20	8.470,00	7.000,00	1.470,00
11		304558	MASCARILLA LARINGEA FLEXOMETALICA DESECHABLE Nº 5	UNIDAD	210	24,20	5.082,00	4.200,00	882,00
TOTAL LOTE 11:							16.940,00	14.000,00	2.940,00

IMPORTE TOTAL:	317.314,04	262.243,01	55.071,03
----------------	------------	------------	-----------