

9EXPEDIENTE:	<b>GCASU2000010</b>
OBJETO:	<b>SUMINISTRO DE: SENSORES PARA LA MONITORIZACIÓN DEL NIVEL DE LA PROFUNDIDAD ANESTÉSICA, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE EL CRITERIO ÚNICO.</b>

### **TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO**

Celebrada con fecha 15 de julio de 2020 la Mesa de Contratación, se da lectura de la valoración técnica de cumplimiento del PPT.

LICITADORES	CUMPLE PPT	OBSERVACIONES
MASIMO EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA	<b>NO</b>	Presenta un sensor bilateral y se solicita el el pliego unilateral con colocación indistinta en el lado izquierdo o derecho. El sensor bilateral exigen su adhesividad completa y no permite la colocación de sensores de otro tipo y puede ser imposible la colocación en uno de los lados. Se solicita compatibilidad con todos los monitores existentes en el bloque quirúrgico, en su documentación técnica no se especifica si es posible o no.
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	<b>SI</b>	

Y para que conste, se expide y firma en San Sebastián de los Reyes, a 15 de julio de 2020, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública a la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril.

EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN,



**Hospital Universitario  
Infanta Sofía**  
SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIONES

Fdo.: Jose Alberto Torcal Ochoa.