

EXPEDIENTE: 2017-0-139

**PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DE MONITORIZACION HEMODINAMICA POR ANALISIS DEL CONTORNO DE PULSO Y SATURACION VENOSA CENTRAL CONTINUA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”**

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con los artículos 116 del TRLCSP, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del suministro de **MATERIAL FUNGIBLE DE MONITORIZACION HEMODINAMICA POR ANALISIS DEL CONTORNO DE PULSO Y SATURACION VENOSA CENTRAL CONTINUA**.

LOTE	ORDEN	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	1	013611	<b>SONDA DE OXIMETRIA VENOSA CENTRAL CONTINUA POR FIBRA OPTICA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda que permita monitorizar la saturación venosa central de oxígeno en la vena cava superior de forma continua.</li> </ul>
	2	015820	<b>SENSOR DE MONITORIZACION DEL GASTO CARDIACO DE FORMA CONTINUA POR ANALISIS DE CONTORNO DE PULSO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor para la medición de forma continúa del gasto cardiaco, mas parámetros de respuesta de volumen, postcarga y contractilidad.</li> </ul>

**La empresa adjudicataria dejará en cesión de uso, durante la vigencia del concurso, un mínimo de 7 monitores para la utilización del material objeto del concurso**

**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: NO.**

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 30 de Octubre de 2017

JEFE DE SECCIÓN ANESTESIA Y REA.



Fdo.: Dra. López López

JEFE SERVICIO ANESTESIA Y REA R.G



Fdo. Dr. Francisco Pérez Cerdá

SUBDIRECTOR MÉDICO ÁREA QUIRÚRGICA



Fdo.: Dr. Manuel Ferro Osuna

EXPEDIENTE:2017-0-139

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DE MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA POR ANALISIS DEL CONTORNO DE PULSO Y SATURACIÓN VENOSA CENTRAL CONTINUA

PRESUPUESTO										
LOTE	ORDEN	CODIGO ART°	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 12 MESES	PRORROGA 12 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA (21%)	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO (incluida 10% modificación)
1	1	013611	SONDA DE OXIMETRIA VENOSA CENTRAL CONTINUA POR FIBRA OPTICA	100	100	168,22	16.822,000	3.532,620	20.354,620	37.008,400
	2	015820	SENSOR DE MONITORIZACION DEL GASTO CARDIACO DE FORMA CONTINUA POR ANALISIS DE CONTORNO DE PULSO	180	180	157,95	28.431,000	5.970,510	34.401,510	62.548,200
							45.253,000	9.503,130	54.756,130	99.556,600