

EXPEDIENTE:	GCASU2100006
OBJETO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE USO SANITARIO, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS.

TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO

Celebrada con fecha 21 de abril de 2021 la Mesa de Contratación se da lectura de la valoración técnica de cumplimiento del PPT.

LOTE 1: AGUA ESTÉRIL

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	SI	

LOTE 2: FUNDA DE TERMÓMETRO

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
HELIANTHUS MEDICAL, S.L.	SI	

LOTE 3: TEST DE BOLSA ROTA

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
MASTER-LABOR, S.L.	SI	

LOTE 4: FUNDAS DE COMPRESIÓN NEUMÁTICA PIERNA COMPLETA

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
IZASA SCIENTIFIC, S.L.U	SI	
MEDICAL SOREVAN, S.L.	SI	
CARDINAL HEALTH SPAIN 51 SL	SI	
ARJO IBERIA, S.L.	NO	La compresión no es circunferencial. Revisadas las alarmas no se describe ninguna por sobrepresión.

LOTE 5: MEDIAS ANTIEMBÓLICAS

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
IZASA SCIENTIFIC, S.L.U	NO	Se exige que disponga de cinta abotonada que rodee la cintura y carece de ella.
CORIBERICA SANITARIA S.L.	SI	

LOTE 6: LÍNEA DE CAPNOGRAFÍA ORO NASAL CON TECNOLOGÍA SIDESTREAM

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	SI	
MASIMO EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPA*	NO	En el PPT se exige que permitirá el muestreo por los dos orificios nasales favoreciendo las lecturas precisas de EtCO2 al aumentar la superficie de muestra e incluso asegurando la lectura cuando uno de los orificios esté afectado por un tapón o similar. Realiza el muestreo por un solo orificio.

Y para que conste, se expide y firma en San Sebastián de los Reyes, a 21 de abril de 2021, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública a la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril.

EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN,

Fdo.: Jose Alberto Torcal Ochoa.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1055591471020684296915**