
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MATERIALES DE DIVERSOS EQUIPOS DE RAYOS X, TAC, VASCULAR DIGITAL, ECOGRAFÍA, RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, GAMMACÁMARA, DIVERSA MONITORIZACIÓN Y RESPIRADORES DE LA MARCA “PHILIPS”
EXPTE.: 292/2017

OBJETO: Es objeto de la presente contratación, el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y materiales de diversos equipos de Rayos X, TAC, vascular digital, Ecografía, Resonancia magnética nuclear, gammacámara y diversa monitorización y respiradores de la marca “Philips”, relacionados en el anexo al presente pliego.

EQUIPOS ELECTROMÉDICOS INCLUIDOS.

Se consideran incluidos dentro del objeto del contrato todos los equipos relacionados en el anexo I.

Si durante la duración del contrato finalizase el plazo de garantía de otros equipos de la marca “PHILIPS”, no relacionados en los anexos, éstos serían igualmente objeto de la prestación del mantenimiento correspondiente.

FUNCIONES DEL ADJUDICATARIO.

Las funciones a desarrollar por el adjudicatario serán las siguientes:

- El adjudicatario realizará el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. Garantizado una adecuada utilización, conservación y durabilidad de los equipos. Para ello se utilizarán repuestos nuevos y originales del fabricante.
- Mantendrá el inventario e historial de los equipos en colaboración con la Subdirección de Ingeniería del Hospital.
- Mensualmente el adjudicatario presentará informes mensuales de la actividad desarrollada.
- El adjudicatario deberá conocer las Alertas sanitarias o recomendaciones de los fabricantes. Detectadas anomalías se procedería a su resolución conforme a las indicaciones recibidas.
- El adjudicatario deberá actualizar el software de los equipos objeto del presente contrato cuando sea obligatorio, mejore la funcionalidad del equipo o suponga una mejora de la seguridad del paciente, describiéndose en la oferta.
- Propondrá programas de actualización.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- El adjudicatario se obliga al mantenimiento preventivo de aquellos equipos de la marca Philips cuya garantía haya finalizado o finalice durante el transcurso del año 2017.

- Se enviará calendario anual de estas actuaciones en el mes de agosto del año 2017 a la Subdirección de Ingeniería (Electromedicina), con las fechas de intervención por equipo. Este calendario se ajustará atendiendo a las necesidades asistenciales del Servicio.
- Se incluirán al menos 2 revisiones de mantenimiento preventivo para la monitorización, ventilación, ecografía, salas de rayos X y angiografos. Se incluirán 3 revisiones de mantenimiento preventivo para las RMN y 4 revisiones para los TAC y gammacámara.
- Se incluirá por línea de equipos, un protocolo que detalle todas las acciones que se llevan a cabo en el mantenimiento preventivo, materiales empleados si los hubiese y tiempo estimado de duración.
- Una vez realizado el mantenimiento preventivo, se entregará a la Subdirección de Ingeniería (Electromedicina) del Hospital, el protocolo cumplimentado, indicando todos aquellos problemas encontrados y las acciones correctoras llevadas a cabo.

Las hojas de trabajo deberán identificar perfectamente el equipo objeto de la intervención, su ubicación, tiempo empleado, materiales utilizados, cualquier observación o recomendación que estimen oportuna y confirmación explícita de que consideran que el aparato queda en condiciones correctas de funcionamiento y seguridad.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

- Se incluirá todas las intervenciones correctivas que se originen, incluyendo mano de obra, materiales y desplazamiento.
- El adjudicatario se obliga al mantenimiento correctivo de aquellos equipos de la marca Philips cuya garantía haya finalizado o finalice durante el transcurso del año 2014.
- Quedan incluidos de este contrato los siguientes componentes: Tubos de Rayos X, Intensificadores de Imagen, sondas de ecografía, láseres del PCR., bobinas y antenas de RMN y cristales de centelleo.
- El tiempo de respuesta del técnico deberá ser inferior a 4 horas laborables desde la recepción del aviso, con una cobertura de 8 a 17,15 horas en días laborables.
- Cualquier avería deberá ser resuelta en un máximo de 72 horas de días laborables contadas a partir de la recepción del aviso. En casos especiales, que deberán ser claramente justificados, se aceptará un tiempo máximo de cinco días.
- Con este contrato se debe garantizar una disponibilidad de los equipos durante el año en curso del 95% del tiempo útil del equipo. La disponibilidad se calculará de la siguiente forma:

$$D = \frac{T_t - T_p - T_c}{T_t - T_p} \geq D_g = \frac{T_t - T_p - T_{cm\acute{a}x}}{T_t - T_p}$$

Siendo **Tt** el tiempo total de uso del equipo, **Tp** el tiempo utilizado en el mantenimiento preventivo, **Tc** el tiempo de paro del equipo por averías y mantenimiento correctivo, **Dg** la

disponibilidad garantizada y **Tcmáx** el tiempo máximo de parada por mantenimiento correctivo.

- Las hojas de trabajo deberán entregarse en la Subdirección de Ingeniería (Electromedicina), del Hospital e identificarán perfectamente la siguiente información:
 - o El **equipo** objeto de la intervención y su ubicación.
 - o Las **acciones** correctivas llevadas a cabo.
 - o **Tiempo empleado** por los técnicos. Indicando claramente las horas de inicio y fin de la reparación.
 - o **Materiales** utilizados.
 - o **Número de reparación** que se comunicará en el momento de dar el aviso.
 - o **Diagnóstico de la avería y causa** (si no ha sido fortuita, medidas que recomiendan para evitar su repetición) y una confirmación explícita de que el aparato queda en condiciones correctas de funcionamiento y seguridad.

MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y SERVICIO REMOTO.

El adjudicatario debe disponer de un sistema de servicio de monitorización, vía conexión remota y en tiempo real para al menos los equipos TAC Brilliance, resonancia Intera y Achiva, y angiógrafo Allura FD. Este sistema predictivo de mantenimiento debe ser capaz de evitar paradas no programadas de los equipos y aumentar la disponibilidad de los mismos. Se presentará constancia documental del sistema de monitorización. Su no presentación será causa de exclusión.

La empresa adjudicataria debe disponer de un sistema remoto para el diagnóstico, la reparación y asistencia telefónica. Este servicio facilitará, vía conexión directa a los equipos, la realización de los mantenimientos preventivos, solventar algunas intervenciones correctivas de forma remota y, generar acciones preventivas.

MANTENIMIENTO EVOLUTIVO.

Se aplicará este tipo de mantenimiento, con el objeto de aumentar o cambiar las funcionalidades de los sistemas, ya sea por las necesidades asistenciales o cambios normativos, con el propósito de preservar el software sobre el tiempo, de modo que su uso sea fácil más eficiente y se empleen nuevas tecnologías.

Se incluirán todas las intervenciones del tipo:

- **Adaptativo:** son las modificaciones que afecten a los entornos en los que el sistema opera, por ejemplo, cambios de configuración de hardware, software de base, gestores de base de datos, comunicaciones.
- **Perfectivo:** son las acciones llevadas a cabo para mejorar la calidad interna de los sistemas en cualquiera de sus aspectos: reestructuración del código, definición más clara del sistema y optimización del rendimiento y eficiencia.

Se incluirán:

- o Pruebas de funcionamiento previo a nuevas revisión de software de los sistemas.
- o Implementación.
- o Formación a los usuarios en la nueva versión de aplicación.

MATERIALES

Todos los materiales necesarios para las reparaciones serán suministrados por la empresa adjudicataria; el pago de dichos materiales será por cuenta de la empresa adjudicataria, sea cual sea su importe.

De la misma forma, la gestión y almacenaje de los mismos, correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Todos los recambios deberán ser nuevos, originales o autorizados por el fabricante.

Se debe mantener un stock de repuestos suficiente para conseguir los tiempos de respuesta y de calidad requeridos en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

MEDIOS TECNICOS

Los medios técnicos serán aportados por la empresa adjudicataria.

El adjudicatario deberá acreditar al inicio del contrato y en anualidades sucesivas la correspondiente certificación de calibración en aquellos equipos y aparatos que así se requiera.

El personal técnico irá dotado de los más avanzados equipos de diagnóstico en averías, así como de aquellas herramientas y aparatos de medida precisos para el normal desarrollo de las actividades, siendo los más frecuentes:

- Frecuenciómetros.
- Simuladores de señales.
- Calibradores.
- Medidores de resistencia eléctrica.
- Medidores de fugas.
- Registradores de: Tensión, Intensidad y Temperatura.
- Polímetros.
- Osciloscopios.
- Analizadores de Espectros.
- Sonómetros.
- Generadores de señales.
- Fuentes de alimentación.
- Generadores de E.C.G.
- Contadores Geiger.
- Protecciones adecuadas para la diversidad de trabajos a realizar.
- Maletín individual.
- Y en general, todos aquellos necesarios para obtener plenas garantías de los trabajos efectuados.

MEDIOS HUMANOS

Para la coordinación de las relaciones de trabajo con el Centro, la empresa adjudicataria, designara un interlocutor, con titulación de Ingeniero Superior o Técnico, que será el único con capacidad para actuar como portavoz del adjudicatario, llevando la coordinación, dirección técnica del contrato y capaz de prestar asesoramiento técnico y legal sobre los equipos contratados. Este deberá estar localizado con carácter permanente por la Subdirección de Ingeniería.

Las empresas licitadoras incluirán en su oferta la organización propuesta para la prestación del servicio, indicando los horarios laborales y de los turnos de la plantilla asignada, así como, en su caso, los horarios de localización.

Al objeto de realizar con plenas garantías el servicio objeto del presente contrato. Se deberá presentar Curriculum Vitae de las personas que presentan los licitantes para la prestación del servicio.

Los técnicos propuestos deberán estar debidamente formados y acreditados.

La empresa dispondrá de un mínimo de 3 técnicos instalados en la Comunidad Autónoma de Madrid y con la formación adecuada en los equipos objeto de la licitación.

En caso de enfermedad, vacaciones u otras circunstancias similares, el adjudicatario tomará las medidas oportunas para cubrir el servicio.

En los casos de emergencia, el centro sanitario podrá exigir la presencia de un técnico responsable aunque sea fuera del horario habitual del trabajo, por lo que dicho técnico o responsable deberá estar localizable a cualquier hora del día o de la noche, incluyendo fines de semana y festivos.

El hospital pondrá solicitar a la empresa adjudicataria la modificación de la plantilla cuando, a su juicio, la calidad del servicio no sea la idónea, o alguno de los trabajadores no actúe con la corrección y cuidado precisos, sin que ello suponga un cargo adicional al presupuesto de contratación.

RELACIONES Y OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL.

La empresa adjudicataria queda obligada y será responsable de que todo el personal propio o subcontratado que emplee para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, esté afiliado a la Seguridad Social.

Todos los gastos y remuneraciones de carácter social, así como los relativos a tributos de dicho personal, serán por cuenta del adjudicatario.

Asimismo, el adjudicatario dotará al referido personal de todos los medios de seguridad necesarios, obligándose a cumplir con el mismo toda la legislación sobre Seguridad e Higiene en el trabajo.

La empresa adjudicataria será responsable ante los Tribunales de Justicia de los accidentes que pudieran sobrevenir a su personal (sea propio o subcontratado) por el ejercicio de su profesión en el Centro.

El personal que por su cuenta aporte o utilice la empresa adjudicataria, no adquirirá vinculación alguna con el Consejería de Sanidad contratante, toda vez que dependerá única y exclusivamente de la empresa adjudicataria, la cual tendrá todos los derechos y deberes respecto de dicho personal, con arreglo a la legislación vigente y a la que en lo sucesivo se promulgue, sin que en ningún caso resulte responsable el Hospital de las obligaciones del adjudicatario respecto a sus trabajadores, aún cuando los despidos y medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento e interpretación del contrato.

Todo el personal de la empresa adjudicataria deberá ir debidamente identificado.

Los daños que el personal de la empresa contratista, pueda ocasionar en los locales, mobiliario, instalaciones o cualquier propiedad del Centro, ya sean por negligencia o dolo, serán indemnizados por aquel, siempre a juicio de la Dirección del Hospital, la cual podrá detraer la compensación que proceda del importe de las facturas que presente el adjudicatario.

Asimismo, será responsable la empresa adjudicataria de las pérdidas de cualquier material, valores y efectos que, debidamente probadas, hayan sido imputadas a su personal, siguiéndose para su compensación idéntico procedimiento al señalado en el párrafo anterior.

Cuando el referido personal no procediera con la debida diligencia o corrección o fuera evidentemente poco cuidadoso en el desempeño de su cometido, el Centro podrá exigir de la empresa adjudicataria sustituya al trabajador que es motivo de conflicto.

El Centro se reserva el derecho de someter a reconocimiento médico a cualquier trabajador aportado por la empresa adjudicataria, así como de exigir al mismo la prueba documental de los reconocimientos, a los que como empresa, le obligue la legislación laboral vigente.

En caso de huelga de su personal, la Subdirección de Ingeniería fijará los mínimos de plantilla para cubrir aquellos servicios o actividades que son indispensables para el funcionamiento del Centro. Todo ello estará regulado de acuerdo con la normativa vigente al respecto.

SUBCONTRATACIÓN.

Para la realización de las actividades establecidas en este Pliego no se permite ningún nivel de subcontratación.

INFORMES

Se presentará un informe final al final del año 2.017 incluyendo la siguiente información:

- Índice de averías por cada equipo, analizando las actuaciones de mantenimiento más importantes, tiempos de reparación empleados, materiales utilizados con una valoración económica, averías repetitivas, causas y acciones correctoras efectuadas.
- Tiempo de paro de cada equipo tanto en preventivo como en correctivo.
- Una valoración del estado de adecuación y conservación de cada equipo.
- Sugerencias para un mejor rendimiento de los equipos.

INVENTARIO

El adjudicatario deberá colaborar con el Hospital, en la consecución y mantenimiento del inventario de los equipos de electromedicina y que contendrá si es posible:

- Identificación con marca, modelo, tipo, número de serie, etc.
 - Situación: Grupo funcional, planta de ubicación, zona, etc.
 - Breve descripción del equipo.
 - Proveedor y servicio posventa.
 - Empresa mantenedora.
 - Manuales técnicos y de uso.
 - Fecha de adquisición y precio.
 - Datos históricos sobre el mantenimiento de los equipos. En este concepto se incluirá toda la información procedente de las intervenciones de mantenimiento, incluyendo aspectos administrativos y contables.
- Informe detallado del estado de adecuación y conservación de todos los equipos, tanto desde el punto de vista técnico-legal como funcional.

En el plazo de un mes, a partir de la firma del contrato, se realizará el inventario definitivo. Una vez conformado por los servicios técnicos del hospital este inventario, se fijará el alcance de la actuación de la empresa adjudicataria, es decir, la cantidad de equipos bajo su responsabilidad sobre los que tenga que realizar el mantenimiento, objeto del contrato.

Se excluirán solamente, los equipos cedidos por reactivos, los que estén en garantía y otros que no sean propiedad del hospital.

FORMACIÓN

Se incluirán cursos de formación para el personal técnico del Hospital para poder abordar reparaciones básicas o dotarles de conocimientos técnicos suficientes para comunicar la avería con criterios más especializados.

El contratista deberá proponer los planes de formación que serán analizados y aprobados posteriormente por la Subdirección de Ingeniería (Electromedicina) del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón".

PENALIZACIONES

El Hospital queda facultado para poder solicitar la realización de auditorías sobre el mantenimiento desarrollado por la empresa adjudicataria por una empresa de asistencia técnica acreditada o por el fabricante. Como consecuencia de esas auditorías podrá proponerse sanciones o la resolución del contrato por el incumplimiento del mismo.

Si el compromiso de Disponibilidad (**Dg**) de los equipos no es cumplido y una vez analizadas las causas que han originado el excesivo paro de los equipos contratados, se podrá aplicar una penalización calculada de la siguiente fórmula:

$$P = F \frac{P_c}{T_t - T_p} [T_c - T_{cm\acute{a}x}]$$

Siendo **Pc** el precio de contrato del equipo y **F** un factor que dependerá de la importancia del equipo y los perjuicios que origina al Hospital el paro del mismo.

Teniendo en cuenta la importancia de los equipos de Diagnóstico por la Imagen (Rayos X, TAC, RMN, Angio, Ecografía) y Cardiología de este Hospital, se aplicará un factor **F=3** para equipos TAC, Angio, RMN y **F=2** para el resto de equipos.

La imposición de estas penalidades se aplicará de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público.

NORMATIVA APLICABLE:

La empresa mantenedora de los equipos indicados en el Anexo deberá cumplir en sus actuaciones lo indicado en el **artículo 15 del RD 1976/1999, de 23 de diciembre**, por el que se establecen los criterios de calidad en radiodiagnóstico.

MEJORAS DE CONDICIONES:

Medidas que mejoren las condiciones de prestación del servicio indicados en el pliego de prescripciones técnicas. Descripción de las actualizaciones propuestas.

Madrid, 8 de mayo de 2017

LA SUBDIRECTORA
DE INGENIERÍA

Ana Cabrero López

EL RESPONSABLE DE
ELECTROMEDICINA

Eugenio Herrero Alonso

ANEXO I

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MATERIALES DE DIVERSOS EQUIPOS DE RAYOS X, T.A.C., VASCULAR DIGITAL, ECOGRAFÍA, RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, GAMMACÁMARA DE LA MARCA "PHILIPS"
EXP. 292/2017**

Nº INV.	EQUIPO	MODELO	Nº SERIE	F.FIN GARANTÍA	UBICACION	Nº ID.
8020709	UD. TELEMANDO RX	OMNIDIAGNOST	148317		RX HNOS SANGRO	1484317
8020662	MONITOR TV	MD0709BRM/	AN040531001514		RX HNOS SANGRO	1484317
8020710	CONSOLA OPERADOR	---	---		RX HNOS SANGRO	1484317
8020711	ESTACIÓN ADQUISICIÓN	DELL PRECISION 370	---		RX HNOS SANGRO	1484317
8020712	PANTALLA	---	AN001024001136		RX HNOS SANGRO	1484317
8020713	PANTALLA	OMNIDIAGNOST	AN000537000054		RX HNOS SANGRO	1484317
8020714	GENERADOR RX	---	---		RX HNOS SANGRO	1484317
8020775	UD. TELEMANDO RX	OMNIDIAGNOST	1021801		RX MORATALAZ	1021801
8020776	CONSOLA OPERADOR	9890 010 03523	100560		RX MORATALAZ	1021801
8020777	ESTACIÓN ADQUISICIÓN	DELL PRECISION 370	8N4HB1J		RX MORATALAZ	1021801
8020778	MONITOR TV	MMM17AB	AN07040003885		RX MORATALAZ	1021801
8020779	PANTALLA	BRILLIANCE 190P	BZ000550118497		RX MORATALAZ	1021801
8020780	MONITOR TV	MMM20AB	AN020351001077		RX MORATALAZ	1021801
8020781	TUBO DE RAYOS X	SRO33100 ROT351	210350		RX MORATALAZ	1021801
8020782	GENERADOR RAYOS X	VEENPLUIS4-6	291		RX MORATALAZ	1021801
8020868	IMPRESORA	HP/DESKJET 5652	HU41L1Y2C4		RX MORATALAZ	1021801
8025921	ECÓGRAFO	HD5	CI56150210	24/09/2017	CONS.EXT. CIR.GRAL 3 HS	
8025922	SONDA	L12-3	B19QFN	24/09/2017	CONS.EXT. CIR.GRAL 3 HS	
8025923	SONDA	C5-2	B19L31	24/09/2017	CONS.EXT. CIR.GRAL 3 HS	
8010346	UD.RX CONVENCIONAL	BUCKY DIAGNOST	---	15/12/2001	RX IPR	2959
8010347	BUCKY MURAL	9848 500 29301	4968	15/12/2001	RX IPR	2959
8010348	MESA RADIOLÓGICA	9890 010 06502	00.00.193	15/12/2001	RX IPR	2959
8010350	COLIMADOR	9896 010 00615	4241100/004737	15/12/2001	RX IPR	2959
8010351	COLUMNA TELESCÓPICA	9848 500 23102	00.00.252	15/12/2001	RX IPR	2959
8010352	CONSOLA OPERADOR	9890 000 02403	00.01.0265	15/12/2001	RX IPR	2959
8010353	ARMARIO CONTROL	OPTIMUS 50	00.01.130	15/12/2001	RX IPR	2959
8009575	ESTACIÓN DE TRABAJO	EASY VISION	3734720-000058	---	RX INFANTIL	D2597
8009625	UD. RX CONVENCIONAL	---	---	01/01/1983	RX INFANTIL	B0859
8009619	ARMARIO DE CONTROL	SUPER 80 CP-ARMARIO	893059	29/06/1991	RX INFANTIL	B0859
8009620	GENERADOR RX	SUPER 80 CP	893059	---	RX INFANTIL	B0859
8009621	MESA RADIOLÓGICA	---	---	---	RX INFANTIL	B0859
8009624	BUCKY MURAL	---	---	---	RX INFANTIL	B0859
8013165	UD.RX CONVENCIONAL	DIGITAL DIAGNOST		26/05/2005	RX INFANTIL	289166
8013166	GENERADOR RX	OPTIMUS 65	30266	26/05/2005	RX INFANTIL	289166
8013167	MESA RADIOLÓGICA	9848 600 02221	300044	26/05/2005	RX INFANTIL	289166
8013168	SUSPENSIÓN DE TECHO	9890 010 06522	300248	26/05/2005	RX INFANTIL	289166
8013170	BUCKY	DIGITAL DIAG VE-VT	300043	26/05/2005	RX INFANTIL	289166
8013171	CONSOLA OPERADOR	9890 000 02406	3010287	26/05/2005	RX INFANTIL	289166
8013172	PANTALLA ORD. TFT	170B2	HD000308004717	26/05/2005	RX INFANTIL	289166
8013202	UD.RX CONVENCIONAL	DIGITAL DIAGNOST		26/05/2005	RX MATERNIDAD	289167
8013203	GENERADOR RX	OPTIMUS 65	30244	26/05/2005	RX MATERNIDAD	289167
8013204	MESA RADIOLÓGICA	9848 600 02221	300043	26/05/2005	RX MATERNIDAD	289167
8013205	SUSPENSIÓN DE TECHO	9890 010 06522	300011	26/05/2005	RX MATERNIDAD	289167
8013207	BUCKY	DIGITAL DIAG VE-VT	300044	26/05/2005	RX MATERNIDAD	289167
8013208	CONSOLA OPERADOR	9890 000 02406	3010261	26/05/2005	RX MATERNIDAD	289167

ANEXO I

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MATERIALES DE DIVERSOS EQUIPOS DE RAYOS X, T.A.C., VASCULAR DIGITAL, ECOGRAFÍA, RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, GAMMACÁMARA DE LA MARCA "PHILIPS"
EXP. 292/2017**

Nº INV.	EQUIPO	MODELO	Nº SERIE	F.FIN GARANTÍA	UBICACION	Nº ID.
8013209	PANTALLA ORD.TFT	170B2	HD000308004715	26/05/2005	RX MATERNIDAD	289167
8013210	ESTACIÓN ADQUISICIÓN	DIGITAL DIAGNOST	TW24910442	26/05/2005	RX MATERNIDAD	289167
8013247	TELEMANDO RX	MULTIDIAGNOST 4		01/06/2005	RX MATERNIDAD	300165
8013248	EQ. TELEMANDO	MULTIDIAGNOST 4	498973-0403	01/06/2005	RX MATERNIDAD	300165
8013249	MONITOR TV	MD0709BRM	AN150303010292	01/06/2005	RX MATERNIDAD	300165
8013250	CONSOLA OPERADOR	9896 000 58453	407	01/06/2005	RX MATERNIDAD	300165
8013251	MONITOR TV	MD0709BRM	AN020310002178	01/06/2005	RX MATERNIDAD	300165
8013252	ESTACIÓN DE TRABAJO	---	TW23810418	01/06/2005	RX MATERNIDAD	300165
8013253	LECTOR DISCO	---	---	01/06/2005	RX MATERNIDAD	300165
8013254	CONSOLA OPERADOR	9896 000 58632	437	01/06/2005	RX MATERNIDAD	300165
8013256	INTENSIFICADOR IMAGEN	9807 301 01101	5192	01/06/2005	RX MATERNIDAD	300165
8013257	GENERADOR RX	SUPER 80CP	03 3063	01/06/2005	RX MATERNIDAD	300165
8013258	ARMARIO DE CONTROL	II-TV	402	01/06/2005	RX MATERNIDAD	300165
8013259	ARMARIO DE CONTROL	DSI	2176	01/06/2005	RX MATERNIDAD	300165
8022823	MONITOR TV	MLCD18LB	AN0112300	---	RX MATERNIDAD	300165
8013260	TELEMANDO RX	MULTIDIAGNOST 4		01/06/2005	RX INFANTIL	300167
8013261	EQ. TELEMANDO	MULTIDIAGNOST 4	498974-0403	01/06/2005	RX INFANTIL	300167
8013262	MONITOR TV	MD0709BRM	AN150309010512	01/06/2005	RX INFANTIL	300167
8013263	CONSOLA OPERADOR	9896 000 58453	406	01/06/2005	RX INFANTIL	300167
8013265	ESTACIÓN DE TRABAJO	---	TW23840253	01/06/2005	RX INFANTIL	300167
8013266	LECTOR DISCO	---	---	01/06/2005	RX INFANTIL	300167
8013267	CONSOLA OPERADOR	9896 000 58632E	442	01/06/2005	RX INFANTIL	300167
8013269	INTENSIFICADOR IMAGEN	9807 301 01101	5194	01/06/2005	RX INFANTIL	300167
8013270	GENERADOR RX	SUPER 80CP	03 3064	01/06/2005	RX INFANTIL	300167
8013271	ARMARIO DE CONTROL	II-TV	403	01/06/2005	RX INFANTIL	300167
8013272	ARMARIO DE CONTROL	DSI	2175	01/06/2005	RX INFANTIL	300167
8022820	MONITOR TV	MD0709BRM	AN020312002189	01/06/2005	RX INFANTIL	300167
8013794	RESONANCIA	INTERA 1.5T	---	22/12/2005	RX INFANTIL	284822
8013790	GANTRY	INTERA	9018	22/12/2005	RX INFANTIL	284822
8013792	CÁMARA VIDEO	9896 030 07441	145	22/12/2005	RX INFANTIL	284822
8013793	MONITOR TV	VS2360ST	30009770	22/12/2005	RX INFANTIL	284822
8013795	CONSOLA OPERADOR	INTERA	9018	22/12/2005	RX INFANTIL	284822
8017621	PANTALLA	BRILLANCE 190P	AV3A0619047433	---	RX INFANTIL	284822
8022822	CONSOLA OPERADOR	INTERA	4522 132 44792	---	RX INFANTIL	284822
8013798	EQ. TRAT. IMAGEN	VIEW FORUM	CPT4Q0J	22/04/2004	RX INFANTIL	B284822
8013799	PANTALLA	BRILLANCE 180P2	HD000316001229	22/04/2004	RX INFANTIL	B284822
8013800	PANTALLA	BRILLANCE 180P2	HD000316001254	22/04/2004	RX INFANTIL	B284822
8021465	ECOCARDIOGRAFO	IE33	B043DQ	31/08/2016	C.EXT CARDIOLOGÍA INF	6600132291
8021466	SONDA	X7-2t	02QB5N	31/08/2016	C.EXT CARDIOLOGÍA INF	6600132291
8021467	SONDA	S8-3	B01ZJV	31/08/2016	C.EXT CARDIOLOGÍA INF	6600132291
8021468	SONDA	C5-1	B04Q8Y	31/08/2016	C.EXT CARDIOLOGÍA INF	6600132291
8021469	SONDA	X5-1	B04762	31/08/2016	C.EXT CARDIOLOGÍA INF	6600132291
8021470	VIDEOIMPRESORA	SONY UP-D897		31/08/2016	C.EXT CARDIOLOGÍA INF	6600132291
8021495	SONDA TRANSESOF.	X7-2t	B06GGB	31/08/2016	C.EXT CARDIOLOGÍA INF	6600132291
8026045	SONDA TRANSESOF.	S8-3t	03GWT5	01/09/2016	C.EXT CARDIOLOGÍA INF	6600132291
8021471	ESTACIÓN DE TRABAJO	ACER	PREDATOR G3600	31/08/2016	C.EXT CARDIOLOGÍA INF	

ANEXO I

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MATERIALES DE DIVERSOS EQUIPOS DE RAYOS X, T.A.C., VASCULAR DIGITAL, ECOGRAFÍA, RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, GAMMACÁMARA DE LA MARCA "PHILIPS"
EXP. 292/2017**

Nº INV.	EQUIPO	MODELO	Nº SERIE	F.FIN GARANTÍA	UBICACION	Nº ID.
8021472	PANTALLA	HP S2231A	3CQ102NGC1	31/08/2016	C.EXT CARDIOLOGÍA INF	
8022290	SONDA TRANSESOF.	T6207	B038DW	---	HEMODINÁMICA INFANTIL	
8022975	ECOCARDIOGRAFO	IE33	03B4YN	31/08/2016	C.EXT CARDIOLOGÍA INF	A660132291
8022976	SONDA	S8-3	B0121K	31/08/2016	C.EXT CARDIOLOGÍA INF	A660132291
8022977	SONDA	S5-1	03FFH6	31/08/2016	C.EXT CARDIOLOGÍA INF	A660132291
8022978	VIDEOIMPRESORA	SONY UP-D897	170516	31/08/2016	C.EXT CARDIOLOGÍA INF	A660132291
8024031	SONDA TRANSESOF.	T6207	B0RD96	---	HEMODINÁMICA INFANTIL	
8027499	ECÓGRAFO	AFFINITY 70	USD16F0296	27/12/2018	RADIOLOGÍA INFANTIL	6600282456
8027500	SONDA ECOGRAFÍA	C8-5	B1TJ9Y	27/12/2018	RADIOLOGÍA INFANTIL	6600282456
8027501	SONDA ECOGRAFÍA	C9-2	B1VRHY	27/12/2018	RADIOLOGÍA INFANTIL	6600282456
8000666	UD.ANGIOGRAFÍA	INTEGRIS V3000	---	19/12/1997	RX INTERVENC.	2223
8000469	MONITOR ESCOPIA	HM20S	6.049.930.125	---	RX INTERVENC.	2223
8000471	MONITOR ESCOPIA	HM20S	6.049.930.127	---	RX INTERVENC.	2223
8000653	CONSOLA OPERADOR	INTEGRIS	2223	---	RX INTERVENC.	2223
8000654	GRABADOR	PIONEER LASER MEMORY	8503675	---	RX INTERVENC.	2223
8000656	CONSOLA OPERADOR	INTEGRIS	3075730/000393	---	RX INTERVENC.	2223
8000657	MESA RADIOLÓGICA	ANGIODIAGNOST 5	3,08325E+13	---	RX INTERVENC.	2223
8000662	CONSOLA OPERADOR	SUPER 80 CP	852	---	RX INTERVENC.	2223
8001128	GENERADOR RX	OPTIMUS CP	967004	---	RX INTERVENC.	2223
8004462	PORTATIL RX DENTAL	ORALIX	9236255	12/04/1994	C.EXT. ESTOMATOLOGÍA	856
8004465	CONSOLA OPERADOR	DENS-O-MAT	9222217	20/02/1991	C.EXT. ESTOMATOLOGÍA	856
8008247	UD.RX CONVENCIONAL	COMPACT DIAGNOST 1	---	09/10/1990	RX-ONCOLOGÍA	858
8008245	CONSOLA OPERADOR	MEDIO 50 CP-CONSOLA	---	---	RX-ONCOLOGÍA	858
8008248	MESA RADIOLÓGICA	---	---	---	RX-ONCOLOGÍA	858
8008249	GENERADOR RX	DIAGNOST 1	---	---	RX-ONCOLOGÍA	858
8008984	UD.RX CONVENCIONAL	COMPACT DIAGNOST 1	---	09/10/1990	RX ONCOLOGÍA	B0858
8008244	CONSOLA OPERADOR	MEDIO 50CP-CONSOLA	8354581	---	RX ONCOLOGÍA	B0858
8008985	GENERADOR RX	---	894051	---	RX ONCOLOGÍA	B0858
8008986	MESA RADIOLÓGICA	---	89045	---	RX ONCOLOGÍA	B0858
8016121	BUCKY	DIAGNOST VE	96 001 32	---	RX ONCOLOGÍA	B0858
8009572	DIGITALIZADOR IMAGEN	PCR AC3	86664311	18/12/1999	RX INFANTIL	B2597
8017623	CONSOLA OPERADOR	4512 201 01712	06 00 2592	---	RX INFANTIL	B2597
8009695	UD.RX CONVENCIONAL	X-12	---	---	RX-ONCOLOGÍA	157
8007927	GENERADOR RX	---	---	---	RX-ONCOLOGÍA	157
8007928	SUSPENSION TECHO	DIAGNOST CS	98.00.032	---	RX-ONCOLOGÍA	157
8008236	ARMARIO CONTROL	---	---	---	RX-ONCOLOGÍA	157
8008237	BUCKY MURAL	352	2500	01/01/1978	RX-ONCOLOGÍA	157
8008994	CONSOLA OPERADOR	X-12	8363042	---	RX-ONCOLOGÍA	157
8010965	UD. HEMODINÁMICA	INTEGRIS H-5000F	S4F130900A-00001	10/10/2002	HEMODINÁMICA	2971
8010808	LÁMPARA EXPLOR.	MACH 130	9896 0013 1651	10/01/2002	HEMODINÁMICA	2971
8010811	MESA	ANGIODIAGNOST 5	4393190-001398	10/10/2002	HEMODINÁMICA	2971
8010813	INTENSIFICADOR IMAGEN	9896 010 23091	4379490-000899	10/01/2002	HEMODINÁMICA	2971
8010814	ARMARIO CONTROL	9896 001 32611	44	10/01/2002	HEMODINÁMICA	2971
8010815	ARMARIO CONTROL	9896 000 77233	4370250-001018	10/01/2002	HEMODINÁMICA	2971
8010816	GENERADOR RX	OPTIMUS CP	8438	10/01/2002	HEMODINÁMICA	2971

ANEXO I

CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MATERIALES DE DIVERSOS EQUIPOS DE RAYOS X, T.A.C., VASCULAR DIGITAL, ECOGRAFÍA, RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, GAMMACÁMARA DE LA MARCA "PHILIPS" EXP. 292/2017

Nº INV.	EQUIPO	MODELO	Nº SERIE	F.FIN GARANTÍA	UBICACION	Nº ID.
8010817	ARMARIO CONTROL	9896 001 30971	4395830-000168	10/01/2002	HEMODINÁMICA	2971
8010818	ARMARIO CONTROL	9896 010 30542	SB2AH50444	10/01/2002	HEMODINÁMICA	2971
8010819	ARMARIO CONTROL	9896 010 31011	4391250-000709	10/01/2002	HEMODINÁMICA	2971
8010820	CONSOLA OPERADOR	9896 000 75982	4391220-001445	10/01/2002	HEMODINÁMICA	2971
8010821	CONSOLA OPERADOR	9896 000 37251	4377380-002077	10/01/2002	HEMODINÁMICA	2971
8010822	MONITOR CONSOLA	MD0709BRM	AN090040004764	10/01/2002	HEMODINÁMICA	2971
8010824	MONITOR CONSOLA	107P20-00H	B2100043341095	10/01/2002	HEMODINÁMICA	2971
8010825	VIDEOIMPRESORA	MITSUBISHI P91	21146	10/01/2002	HEMODINÁMICA	2971
8010826	ORDENADOR	DELL PRECISION 420	1LW630J	10/01/2002	HEMODINÁMICA	2971
8010871	VIDEO	VRT100	JG010034600813	10/01/2002	HEMODINÁMICA	2971
8017242	MONITOR ESCOPIA	MD0709BRM	AN150239902619	---	HEMODINÁMICA	2971
8017265	MONITOR ESCOPIA	MD0709BRM	AN070001003961	---	HEMODINÁMICA	2971
8021013	MONITOR TV/PHILIPS	MD0709BRM	AN090038005207	---	HEMODINÁMICA	2971
8010985	GAMMACÁMARA	ADAC VERTEX V60	X0011005	20/11/2002	MEDICINA NUCLEAR	AD014
8010794	MONITOR ECG	BIOMEDICAL 101T	990122833	20/11/2002	MEDICINA NUCLEAR	AD014
8010799	ESTACIÓN TRABAJO	ADAC 2157-3001 A	P02051817	20/11/2002	MEDICINA NUCLEAR	AD014
8010984	ORDENADOR	ADAC 2152-3020 A	B0011063	20/11/2002	MEDICINA NUCLEAR	AD014
8011026	UD. ANGIOGRAFÍA	INTEGRIS ALLURA	---	29/11/2002	RX NEURO	3135
8011016	MONITOR TV	MD0709BRM	AN110121006724	29/11/2002	RX NEURO	3135
8011018	MONITOR TV	MD0710VR	AN020114001068	29/11/2002	RX NEURO	3135
8011020	MESA RADIOLÓGICA	ANGIO DIAGNOST 5	483260-001675	29/11/2002	RX NEURO	3135
8011021	INTENSIFICADOR IMAGEN	9896 010 00942	4508990-000934	29/11/2002	RX NEURO	3135
8011023	ARMARIO CONTROL	9896 001 32992	4587220-000343	29/11/2002	RX NEURO	3135
8011024	GENERADOR RX	OPTIMUS CP	01 8275	29/11/2002	RX NEURO	3135
8011025	MONITOR TV	MD0709BRM	AN110119005695	29/11/2002	RX NEURO	3135
8011027	CONSOLA OPERADOR	9896 000 75982	4583290-001795	29/11/2002	RX NEURO	3135
8011028	CONSOLA OPERADOR	9896 000 37251	4584350-002433	29/11/2002	RX NEURO	3135
8011045	ARMARIO CONTROL	9896 001 30971	4582240-000469	29/11/2002	RX NEURO	3135
8011046	ARMARIO CONTROL	9896 001 32611	119	29/11/2002	RX NEURO	3135
8011047	ARMARIO CONTROL	9896 010 30673	SB2AV50512	29/11/2002	RX NEURO	3135
8011048	ARMARIO CONTROL	9896 001 31012	4583040-001073	29/11/2002	RX NEURO	3135
8011050	MONITOR ORDENAD.	MCDA 402LT-E	AN000119001078	29/11/2002	RX NEURO	3135
8011052	LAMPARA EXPLOR.	MACH 130	01-0086	29/11/2002	RX NEURO	3135
8025757	MONITOR TV	MD0709BRM	AN110121006742		RX NEURO	3135
8025758	MONITOR TV	MD0709BRM	AN070001003889		RX NEURO	3135
8011088	TELEMANDO RX	OMNIDIAGNOST	---	04/12/2002	RX DIGESTIVO	8601
8011089	EQ. TELEMANDO RX	OMNIDIAGNOST	4299070-000203	04/12/2002	RX DIGESTIVO	8601
8011091	CONSOLA OPERADOR	9896 000 59561	4338190-000142	04/12/2002	RX DIGESTIVO	8601
8011092	ARMARIO CONTROL	9896 010 11822	4670260-001529	04/12/2002	RX DIGESTIVO	8601
8011093	GENERADOR RX	SUPER 80CP	01 3254	04/12/2002	RX DIGESTIVO	8601
8011094	MONITOR ESCOPIA	MD0709BRM	AN110135007265	04/12/2002	RX DIGESTIVO	8601
8011124	LECTOR DISCO	9896 050 02602	4635700-001718	04/12/2002	RX DIGESTIVO	8601
8011125	LECTOR DISCO	9896 050 03562	4656660-002030	04/12/2002	RX DIGESTIVO	8601
8017588	ESTACIÓN TRABAJO	DSI PRO	TWD4981116	---	RX DIGESTIVO	8601
8023501	MONITOR ESCOPIA	---	---	---	RX DIGESTIVO	8601

ANEXO I

CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MATERIALES DE DIVERSOS EQUIPOS DE RAYOS X, T.A.C., VASCULAR DIGITAL, ECOGRAFÍA, RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, GAMMACÁMARA DE LA MARCA "PHILIPS" EXP. 292/2017

Nº INV.	EQUIPO	MODELO	Nº SERIE	F.FIN GARANTÍA	UBICACION	Nº ID.
8013161	PORTÁTIL RX	PRACTIX 300	03.56.881	26/05/2005	RX GENERAL	289172
8013163	PORTÁTIL RX	PRACTIX 300	03.56.882	26/05/2005	RX GENERAL	289171
8013173	ESTACIÓN TRABAJO	EASY VISION	TW2445022R	26/05/2005	RX INFANTIL	A289166
8013211	ESTACIÓN TRABAJO	EASY VISION	TW24510524	26/05/2005	RX MATERNO	A289167
8013494	EQ. TRAT. IMAGEN	VIEW FORUM	35ZV50J	27/11/2004	ONCOLOGÍA - R.M.	B224115
8017583	PANTALLA	BRILLANCE 180P2	HD000345012983	27/11/2004	ONCOLOGÍA - R.M.	B224115
8013495(*)	RESONANCIA MAGNÉTICA	INTERA	10076	27/11/2004	ONCOLOGÍA - R.M.	224115
8013491	ANTENA RESONANCIA	QHC EL LOAD	ON-300014850	---	ONCOLOGÍA - R.M.	224115
8013492	GANTRY	FLINT 2000	T4043	---	ONCOLOGÍA - R.M.	224115
8013493	CONSOLA OPERADOR	EVO W8000	10076	---	ONCOLOGÍA - R.M.	224115
8013496	PANTALLA	BRILLANCE 180P2	HD000333006701	---	ONCOLOGÍA - R.M.	224115
8013497	PANTALLA	BRILLANCE 180P2	HD000333006745	---	ONCOLOGÍA - R.M.	224115
8025768	CONSOLA OPERADOR	---	300015831	---	ONCOLOGÍA - R.M.	224115
8025769	PANTALLA	---	AN041039002180	---	ONCOLOGÍA - R.M.	224115
8013499	EQ. TRAT. IMAGEN	VIEW FORUM	JPT4Q0J	27/11/2004	ONCOLOGÍA - R.M.	A224115
8013500	PANTALLA	BRILLANCE 180P2	HD000320006341	---	ONCOLOGÍA - R.M.	A224115
8014776	ORTOPANTOGRAFO	GENDEX	ORTHORALIX 9200	5700131	RADIOLOGÍA GENERAL	2193
8014815	EQ. TRAT. IMAGEN	VIEW FORUM	BMGJC1J	02/01/2007	RADIOLOGIA TAC	
8014820	PANTALLA	190S	VN1C0502006993	02/01/2007	RADIOLOGIA TAC	
8014816	EQ. TRAT. IMAGEN	VIEW FORUM	GDWZF1J	02/01/2007	RADIOLOGIA TAC	
8014819	PANTALLA	190S	VN1C0502007027	02/01/2007	RADIOLOGIA TAC	
8014817	EQ. TRAT. IMAGEN			02/01/2007	RADIOLOGIA TAC	
8014818	PANTALLA	190S	VN1C0502007024	02/01/2007	RADIOLOGIA TAC	
8014824	TAC	BRILLIANCE CT	---	02/01/2007	RX TAC	1100398
8014822	GANTRY	BRILLIANCE CT	351	02/01/2007	RX TAC	1100398
8014826	PANTALLA	190S	VN1B0448003034	02/01/2007	RX TAC	1100398
8022166	PANTALLA	ID19B1CS100	AU6A103400F213	02/01/2007	RX TAC	1100398
8022169	CONSOLA OPERADOR	4535	512	02/01/2007	RX TAC	1100398
8014894	RESONANCIA MAGNÉTICA	INTERA ACHIEVA NOVA	---	01/07/2009	ONCOLOGIA - R.M.	1061638
8014893	GANTRY	---	---	---	ONCOLOGIA - R.M.	1061638
8014895	CONSOLA OPERADOR	---	---	---	ONCOLOGIA - R.M.	1061638
8017582	PANTALLA	BRILLIANCE 190P	BZ3A0704383047	---	ONCOLOGIA - R.M.	1061638
8025768	CONSOLA OPERADOR	---	300073761	---	ONCOLOGIA - R.M.	1061638
8015282	UD. TELEMANDO RX	OMNIDIAGNOST E.	---	31/12/2009	RX DIGESTIVO	1479054
8015283	EQ. TELEMANDO	OMNIDIAGNOST E.	238	31/12/2009	RX DIGESTIVO	1479054
8015284	CONSOLA OPERADOR	9896 001 41552	530500404	31/12/2009	RX DIGESTIVO	1479054
8015286	GENERADOR RX	VELARA	05 14 310	31/12/2009	RX DIGESTIVO	1479054
8015287	ARMARIO DE CONTROL	9896 010 33061	85	31/12/2009	RX DIGESTIVO	1479054
8015288	MONITOR TV	MMM20AB	AN040539001118	31/12/2009	RX DIGESTIVO	1479054
8015289	PANTALLA	LCM18MPNA	AN000539001190	31/12/2009	RX DIGESTIVO	1479054
8015290	UD. RX	DIGITAL DIAGNOST	---	31/12/2009	RX TÓRAX	1479058
8015291	CONSOLA OPERADOR	9890 000 02407	5	31/12/2009	RX TÓRAX	1479058
8015292	BUCKY	BUCKY DIAGNOST VS	5000284	31/12/2009	RX TÓRAX	1479058

ANEXO I

CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MATERIALES DE DIVERSOS EQUIPOS DE RAYOS X, T.A.C., VASCULAR DIGITAL, ECOGRAFÍA, RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, GAMMACÁMARA DE LA MARCA "PHILIPS" EXP. 292/2017

Nº INV.	EQUIPO	MODELO	Nº SERIE	F.FIN GARANTÍA	UBICACION	Nº ID.
8015293	SUSPENSIÓN TECHO	9890 010 06522	5001104	31/12/2009	RX TÓRAX	1479058
8015295	GENERADOR RX	OPTIMUS 50	502454	31/12/2009	RX TÓRAX	1479058
8015296	PANTALLA	190R	VN1C050005976	31/12/2009	RX TÓRAX	1479058
8015451	EQ.TRAT.IMAGEN	SUN BLADE 2500	TE52140843	31/12/2009	RX TÓRAX	1479058
8015460	UD.RX CONVENCIONAL	DIGITAL DIAGNOST	---	03/04/2008	RX URGENCIAS	1479057
8015461	MESA RADIOLÓGICA	DIGITAL DIAGNOST TH2	9848 600 02222	03/04/2008	RX URGENCIAS	1479057
8015462	BUCKY	BUCKY DIAGNOST DIGITAL VS	05 01 1068	03/04/2008	RX URGENCIAS	1479057
8015464	SUSPENSIÓN TECHO	CS2	5001089	03/04/2008	RX URGENCIAS	1479057
8015467	CONSOLA OPERADOR	9890 000 2407	05 01 1068	03/04/2008	RX URGENCIAS	1479057
8015468	ESTACION TRABAJO	SUN MICROSYST. SUN BLADE 2500	FE45170002	03/04/2008	RX URGENCIAS	1479057
8015470	GENERADOR RX	OPTIMUS 50	502449	03/04/2008	RX URGENCIAS	1479057
8017601	PANTALLA	190S	BZ3A0705210017	03/04/2008	RX URGENCIAS	1479057
8015706	UD. ANGIOGRAFÍA	ALLURA FD20	---	30/11/2010	RX VASCULAR	1542057
8015707	CONSOLA OPERADOR	9896 001 85651	788	30/11/2010	RX VASCULAR	1542057
8015709	PANTALLA	MLCD-18-SB	AN00607000118	30/11/2010	RX VASCULAR	1542057
8015710	MESA RADIOLÓGICA	ANGIODIAGNOST 5	1064	30/11/2010	RX VASCULAR	1542057
8015711	PANTALLA	MLCD-18-PB	AN000615001001	30/11/2010	RX VASCULAR	1542057
8015712	PANTALLA	MLCD-18-PB	AN000611000636	30/11/2010	RX VASCULAR	1542057
8015713	PANTALLA	MLCD-18-PB	AN000612001042	30/11/2010	RX VASCULAR	1542057
8015714	LÁMPARA QUIRÓFANOS	MACH 130	06-0152	30/11/2010	RX VASCULAR	1542057
8015715	ARMARIO DE CONTROL	VELARA CVFD	64753	30/11/2010	RX VASCULAR	1542057
8015716	GENERADOR RX	VELARA		30/11/2010	RX VASCULAR	1542057
8015717	EQ.TRAT.IMAGEN	PRECISION 670	FHMN52J	30/11/2010	RX VASCULAR	1542057
8015718	PANTALLA	BRILLIANCE 190P	BZ000607212287	30/11/2010	RX VASCULAR	1542057
8022158	PANTALLA	MLCD-18-SB	AN020614901088	---	RX VASCULAR	1542057
8016085	UD.RADIODIAGNÓSTICO	DIGITAL DIAGNOST	---	30/01/2011	RX ONCOLOGÍA	2140600
8016086	CONSOLA OPERADOR	9890 000 02408	6	30/01/2011	RX ONCOLOGÍA	2140600
8016087	EQ.TRAT.IMAGEN	SUN BLADE	TE62240681	30/01/2011	RX ONCOLOGÍA	2140600
8016088	PANTALLA	FLEXSCAN S1910	27779096	30/01/2011	RX ONCOLOGÍA	2140600
8016089	TUBO RX	RO1750 ROT360	212108	30/01/2011	RX ONCOLOGÍA	2140600
8016090	BUCKY	BUCKY DIAGNOST VS	7000050	30/01/2011	RX ONCOLOGÍA	2140600
8016091	GENERADOR RX	OPTIMUS 50	702014	30/01/2011	RX ONCOLOGÍA	2140600
8016105	UD.RADIODIAGNÓSTICO	DIGITAL DIAGNOST	---	30/01/2011	RX URGENCIAS	2140617
8016101	MESA RX	DIGITAL DIAGNOST TH2	7020008	30/01/2011	RX URGENCIAS	2140617
8016103	SUSPENSIÓN TECHO	DIGITAL DIAGNOST CS	07 00 0051	30/01/2011	RX URGENCIAS	2140617
8016104	BUCKY	BUCKY DIAGNOST VS	7000053	30/01/2011	RX URGENCIAS	2140617
8016106	CONSOLA OPERADOR	9890 000 02408	6	30/01/2011	RX URGENCIAS	2140617
8016107	GENERADOR RX	OPTIMUS 50	702013	30/01/2011	RX URGENCIAS	2140617
8016108	PANTALLA	FLEXCAN S1910	27834096	30/01/2011	RX URGENCIAS	2140617
8016109	EQ.TRAT.IMAGEN	SUN BLADE	TE62240349	30/01/2011	RX URGENCIAS	2140617
8022168	PANTALLA	---	27446090C	---	RX URGENCIAS	2140617
8016425	ECÓGRAFO	PHILIPS XD11 XE	US40771932	04/09/2008	C.EXT. CIR.VAS.PERIF.	2469461
8016426	SONDA	L 12-3	02YGTH	04/09/2008	C.EXT. CIR.VAS.PERIF.	2469461
8016427	SONDA	L 5-2	02ZCJN	04/09/2008	C.EXT. CIR.VAS.PERIF.	2469461

ANEXO I

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MATERIALES DE DIVERSOS EQUIPOS DE RAYOS X, T.A.C., VASCULAR DIGITAL, ECOGRAFÍA, RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, GAMMACÁMARA DE LA MARCA "PHILIPS"
EXP. 292/2017**

Nº INV.	EQUIPO	MODELO	Nº SERIE	F.FIN GARANTÍA	UBICACION	Nº ID.
8018535	ARCO QUIRÚRGICO	BV Pulsera	1092	30/09/2013	RX GENERAL	6600070131
8018489	ARMARIO CONTROL	/18 095	1092	30/09/2013	RX GENERAL	6600070131
8020497	MESA RADIOLOGICA	MEDICAL TECH/CT160T	910	30/09/2013	RX GENERAL	6600070131
8020628(*)	TAC	BRILLIANCE CT64	10467	23/03/2013	RX TAC	6600115175
8020629	ESTACIÓN ADQUISICIÓN	DELL T7400		23/03/2013	RX TAC	6600115175
8020630	GANTRY		8008100038	23/03/2013	RX TAC	6600115175
8020633	GANTRY	TRIPPLITE PS7370	9931DLCPS737000032	23/03/2013	RX TAC	6600115175
8020635	PANTALLA	D-19P	AN021104002053	23/03/2013	RX TAC	6600115175
8020636	PANTALLA	D-19P	AN021104002131	23/03/2013	RX TAC	6600115175
8020648	PANTALLA	BRILLIANCE 190X	AU3A1046002634	23/03/2013	RX NEURO	6600115175
8020893	CONSOLA OPERADOR	45356702793	41	23/03/2013	RX TAC	6600115175
8020646	EQ. TRAT.IMAGEN	DELL/OPTIPLEX 760	FYDXD4J	23/03/2013	RX TORAX	6600115175
8020647	PANTALLA	BRILLIANCE 190S	AU3A1046002336	23/03/2013	RX URGENCIAS	6600115175
8020649	EQ.TRAT.IMAGEN	DELL/OPTIPLEX 760	HLTDJ4J	23/03/2013	RX TORAX	6600115175
8020700	PANTALLA	BRILLIANCE 190S	AU3A1046002636	23/03/2013	RX TORAX	6600115175
8020701	PANTALLA	BRILLIANCE 190S	AU3A1046002036	23/03/2013	RX TORAX	6600115175
8020906	ECÓGRAFO	HD7 XE	C1531100323	24/05/2012	C.EXT. CIR.VAS.PERIF.	6600121422
8020907	SONDA	PHILIPS/L 12-3	B022T7	24/05/2012	C.EXT. CIR.VAS.PERIF.	6600121422
8020908	SONDA	PHILIPS/C5-2	B02391	24/05/2012	C.EXT. CIR.VAS.PERIF.	6600121422
8022162	EQ.TRAT. IMAGEN	DELL/PRECISION T5500	70XX84J	---	RADIOLOGIA INTERV.	
8022228	ECÓGRAFO	HD7 XE	CI53120290	14/08/2013	QUIRÓFANOS 5ª PL IPMQ	6600159710
8025021	SONDA TRANSESOF.	T6H	037F68	29/01/2016	QUIRÓFANOS 5ª PL IPMQ	6600159710
8022928	ECOCARDIOGRAFO	iE33	B043CJ		CARDIOLOGÍA NI	6600174202
8022929	SONDA	S5-1	453561176741		CARDIOLOGÍA NI	6600174202
8026991	SONDA TRANSESOF.	X7-2t	B1J1PC	05/05/2017	CARDIOLOGÍA NI	6600174202
8023916	ARCO QUIRÚRGICO	BV ENDURA	586	20/12/2015	RX GENERAL	ES6600200119
8023917	MONITOR ESCOPIA	71805	586	20/12/2015	RX GENERAL	ES6600200119
8023918	ARCO QUIRÚRGICO	BV ENDURA	587	20/12/2015	RX GENERAL	ESA6600200119
8023919	MONITOR ESCOPIA	718075	587	20/12/2015	RX GENERAL	ESA6600200119
8024152	EQ.TRAT. IMAGEN	VIEW FORUM	H449H1L		RX REHABILITACIÓN	2242155
8024829	TOMÓGRAFO COMPUTERIZADO	MX 16-SLICE CT	100013	23/12/2018	RX TAC ONCOLOGÍA	6600225923
8024831	CONSOLA OPERADOR	CT BOX	001015	23/12/2018	RX TAC ONCOLOGÍA	6600225923
8024833	PANTALLA	HL 1926	FLOB1406112008	23/12/2018	RX TAC ONCOLOGÍA	6600225923
8024835	GANTRY	MX 16-SLICE CT	102013	23/12/2018	RX TAC ONCOLOGÍA	6600225923
8024837	MONITOR ESCOPIA	HL 1926	FLOB1410112024	23/12/2018	RX TAC ONCOLOGÍA	6600225923
8025177	ECOCARDIOGRAFO	iE33	03B4YN	31/08/2016	QUIRÓFANOS 5ª PL IPMQ	6600236666
8025176	SONDA TRANSESOF.	X7-2t	B1BF16	31/08/2016	QUIRÓFANOS 5ª PL IPMQ	6600236666
8025191	ECÓGRAFO	AFFINITY 70G	US515F0168	10/08/2017	RX ECOGRAFÍA	
8027671	SONDA ECOGRAFÍA	C5-1	B20YFL	---	RX ECOGRAFÍA	
8025633	SONDA ECOGRAFÍA	C9-2	B0R32R	10/08/2017	RX ECOGRAFÍA	

ANEXO I

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MATERIALES DE DIVERSOS EQUIPOS DE RAYOS X, T.A.C., VASCULAR DIGITAL, ECOGRAFÍA, RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, GAMMACÁMARA DE LA MARCA "PHILIPS"
EXP. 292/2017**

Nº INV.	EQUIPO	MODELO	Nº SERIE	F.FIN GARANTÍA	UBICACION	Nº ID.
8027620	SONDA ECOGRAFÍA	L12-5 50	B1RPG7	01/02/2018	RX ECOGRAFÍA	
8025760	RESONANCIA MAGNÉTICA	ACHIEVA 1,5T DS	---	23/06/2017	RESONANCIA MAGNÉTICA	6600237432
8025761	GANTRY	ACHIEVA 1,5T	32432	23/06/2017	RESONANCIA MAGNÉTICA	6600237432
8025762	CONSOLA OPERADOR	---	300380165	23/06/2017	RESONANCIA MAGNÉTICA	6600237432
8025763	PANTALLA	240PW9ES/00	FE3A0919001237	23/06/2017	RESONANCIA MAGNÉTICA	6600237432
8026050	ESTACIÓN DE TRABAJO	HP Z230 TOWER WORKSTATION	CZC5254BDD	18/11/2017	RX URGENCIAS	
8026048	PANTALLA	BARCO MDNC-2221	9385402387	18/11/2017	RX URGENCIAS	
8026049	PANTALLA	BARCO MDNC-2221	9385402389	18/11/2017	RX URGENCIAS	
8026051	ESTACIÓN DE TRABAJO	HP Z230 TOWER WORKSTATION	CZC414191S	18/11/2017	RX DIGESTIVO	
8026052	PANTALLA	BARCO MDNC-2221	9385402381	18/11/2017	RX DIGESTIVO	
8026053	PANTALLA	BARCO MDNC-2221	9385402386	18/11/2017	RX DIGESTIVO	

* Se propondrán programas de actualización

ANEXO I

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MATERIALES DE DIVERSOS
EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN Y RESPIRACIÓN, MARCA PHILIPS
EXP. 292/2017**

Nº INV.	EQUIPO	MODELO	Nº SERIE	F.FIN GARANTÍA	UBICACION
8000321	MÓDULO PRESIÓN INV.	M1006B	3728G26093	21/10/1998	U.E. 6300 IPMQ
8000474	MONITOR	78532B	2804A05442	11/10/1989	RX INTERVENCIONISTA
8000602	MÓDULO ECG+RESP	M1002A	DE94748644	---	URGENCIAS IPMQ
8000612	MONITOR MULTICANAL	VIRIDIA 24	3939A59482	04/11/2000	URGENCIAS IPMQ
8000764	MONITOR MULTICANAL	VIRIDIA 24	3902A45932	29/06/2000	URGENCIAS IPMQ
8000779	MÓDULO ECG	M1001A	3805G18143	---	URGENCIAS IPMQ
8001222	MÓDULO ECG	M1001A	3728G14979	21/10/1998	URPA 2
8001797	ELECTROCARDIOGRAFO	M1771A	CND4747044	07/03/2005	U.E. 0200 MQ (REANIMACIÓN)
8001825	MONITOR MODULAR	M1204A	3713A20223	21/10/1998	QUIRÓFANOS I.OF.
8001826	MÓDULO ECG	M1001A	3728G14980	21/10/1998	U.E. 6300 IPMQ
8001827	MÓDULO PRESIÓN INV.	M1006B	3728G26081	21/10/1998	U.E. 6300 IPMQ
8002171	FUENTE ALIMENTACIÓN	POWER TRUST	A95JC11495	---	PARITORIOS
8002296	MÓDULO T.A.	M1008B	DE911B4781	19/07/2002	UD. CORONARIA
8002900	MÓDULO TEMPERATURA	M1029A	3805G51000	19/07/2002	UD. CORONARIA
8002901	MÓDULO ECG+RESP	M1002B	DE01770460	19/07/2002	UD. CORONARIA
8002903	MÓDULO T.A.	M1008B	DE911B4418	19/07/2002	UD. CORONARIA
8002904	MÓDULO TEMPERATURA	M1029A	3805G50994	19/07/2002	UD. CORONARIA
8002906	MÓDULO SATURACIÓN	M1020A	DE805B1567	19/07/2002	UD. CORONARIA
8002907	MÓDULO ECG+RESP	M1002B	DE01769167	19/07/2002	UD. CORONARIA
8002908	MONITOR MODULAR	V24CT	4006A81257	19/07/2002	UD. CORONARIA
8002909	MÓDULO T.A.	M1008B	3911G98449	19/07/2002	UD. CORONARIA
8002910	MÓDULO SATURACIÓN	M1020A	DE805B1687	19/07/2002	UD. CORONARIA
8002911	MÓDULO ECG+RESP	M1002B	DE01769153	19/07/2002	UD. CORONARIA
8002912	MONITOR MODULAR	V24CT	4006A81258	19/07/2002	UD. CORONARIA
8002914	MÓDULO ECG+RESP	M1002B	DE01769162	19/07/2002	UD. CORONARIA
8002915	MÓDULO GASTO	M1012A	3805G16189	19/07/2002	UD. CORONARIA
8002916	MÓDULO SATURACIÓN	M1020A	DE805B1633	19/07/2002	UD. CORONARIA
8002917	MONITOR MODULAR	V24CT	4006A82264	19/07/2002	UD. CORONARIA
8002919	MÓDULO TEMPERATURA	M1029A	3805G50999	19/07/2002	UD. CORONARIA
8002920	MÓDULO SATURACIÓN	M1020A	DE805B1642	19/07/2002	UD. CORONARIA
8002921	MONITOR MODULAR	V24CT	4006A82260	19/07/2002	UD. CORONARIA
8002922	MÓDULO ECG+RESP	M1002B	DE01769160	19/07/2002	UD. CORONARIA
8002923	MÓDULO TEMPERATURA	M1029A	3805G50992	19/07/2002	UD. CORONARIA
8002924	MÓDULO ECG+RESP	M1002B	DE01768951	19/07/2002	UD. CORONARIA
8002925	MÓDULO SATURACIÓN	M1020A	DE805B1631	19/07/2002	UD. CORONARIA
8002927	MONITOR MODULAR	V24CT	4006A81251	19/07/2002	UD. CORONARIA
8002956	MÓDULO PRESIÓN INV.	M1006B	3601G09037	---	U.E. 6300 IPMQ
8003059	MONITOR FETAL	M1353A	3327G01691	07/03/1997	PARITORIOS
8003083	MONITOR FETAL	M1351A	3651G10680	16/12/2002	FISIOPATOLOGÍA FETAL
8003100	MONITOR FETAL	M1353A	3327G01690	07/03/1997	PARITORIOS
8003101	MONITOR FETAL	M1353A	3327G01689	07/03/1997	URGENCIAS MATERNIDAD
8003123	MONITOR FETAL	M1353A	3327G01694	07/03/1997	PARITORIOS
8003271	MÓDULO ECG	M1006B	3006G07847	01/12/2002	UCI NEONATAL
8003908	MONITOR MULTICANAL	M3046A	DE73106198	11/12/2001	UCI NEONATAL
8004020	MONITOR FETAL	M1353A	3327G01692	07/03/1997	PARITORIOS
8004050	MONITOR FETAL	M1353A	3327G01693	07/03/1997	PARITORIOS

ANEXO I

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MATERIALES DE DIVERSOS
EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN Y RESPIRACIÓN, MARCA PHILIPS
EXP. 292/2017**

Nº INV.	EQUIPO	MODELO	Nº SERIE	F.FIN GARANTÍA	UBICACION
8004438	MONITOR FETAL	M1351A	3816G15059	12/08/2002	UD. HOSP. 4A
8007753	ELECTROCARDIOGRAFO	PAGE WRITER 200	CNC4222549	--	CONS.EXT. IPR
8008392	MÓDULO SATURACIÓN	M1020A	3805G50188	29/10/1999	QUIRÓFANOS I.OF.
8008393	MÓDULO ECG+RESP	M1002B	DE74400923	29/10/1999	QUIRÓFANOS I.OF.
8008394	MÓDULO CO2	M1016A	3805G10607	29/10/1999	QUIRÓFANOS I.OF.
8008395	MÓDULO T.A.	M1008B	3805G44867	29/10/1999	QUIRÓFANOS I.OF.
8008396	MONITOR MODULAR	VIRIDIA 24C	3812A32843	09/04/1998	QUIRÓFANOS I.OF.
8008659	ELECTROCARDIOGRAFO	M1772A	CNB2911244	04/12/1999	UTMO
8008693	ELECTROCARDIOGRAFO	M1771A	CND4944579	12/09/2002	ONCOLOGÍA 4
8009346	MONITOR MULTICANAL	M3046A	DE73101628	12/08/2000	NEONATOLOGIA
8009497	MONITOR MULTICANAL	M3046A	DE73105933	---	URGENCIAS INFANTIL
8010415	MONITOR APNEA	VIRIDIA 24CT	3836A41907	12/12/2001	UD. HOSP. 3B
8010432	MÓDULO ECG	M1002B	DE74405860	31/01/2002	UD. HOSP. 3B
8010433	MÓDULO SATURACIÓN	M1020A	3805G54065	31/01/2002	UD. HOSP. 3B
8010521	MÓDULO REGISTRADOR	M1116B	3809A77946	---	U.E. 6300 IPMQ
8010625	MÓDULO ECG+RESP	M1002B	DE01770467	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010626	MÓDULO T.A.	M1008B	DE911B6203	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010627	MÓDULO PRESIÓN INV.	M1006B	DE805A4038	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010628	MÓDULO PRESIÓN INV.	M1006B	DE805A4057	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010629	MÓDULO GASTO	M1012A	3805G16198	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010630	MÓDULO SATURACIÓN	M1020A	DE805B2632	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010631	MÓDULO TEMPERATURA	M1029A	3805G50998	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010632	MONITOR MULTICANAL	M1046B	3920G08956	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010633	MÓDULO T.A.	M1008B	DE911B6204	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010636	MÓDULO PRESIÓN INV.	M1006B	DE805A4059	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010637	MÓDULO TEMPERATURA	M1029A	3805G50995	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010638	MÓDULO ECG+RESP	M1002B	DE01770473	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010639	MONITOR MULTICANAL	M1046B	3920G08953	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010640	MÓDULO GASTO	M1012A	3805G16193	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010641	MÓDULO PRESIÓN INV.	M1006B	DE805A3414	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010642	MÓDULO PRESIÓN INV.	M1006B	DE805A3413	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010643	MÓDULO SATURACIÓN	M1020A	DE805B2581	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010644	MÓDULO ECG+RESP	M1002B	DE01770546	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010645	MÓDULO TEMPERATURA	M1029A	3805G51004	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010646	MÓDULO T.A.	M1008B	DE911B6198	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010647	MONITOR MULTICANAL	M1046B	3920G08957	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010648	MÓDULO TEMPERATURA	M1029A	3805G51001	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010649	MÓDULO GASTO	M1012A	3805G16190	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010651	MÓDULO PRESIÓN INV.	M1006B	DE805A4063	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010652	MÓDULO SATURACIÓN	M1020A	DE805B2638	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010653	MÓDULO T.A.	M1008B	DE911B6200	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010654	MÓDULO ECG+RESP	M1002B	DE01770468	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010655	MONITOR MULTICANAL	M1046B	3920G08955	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010656	MÓDULO TEMPERATURA	M1029A	3805G50991	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010657	MÓDULO GASTO	M1012A	3805G16191	19/07/2002	UD. CORONARIA

ANEXO I

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MATERIALES DE DIVERSOS
EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN Y RESPIRACIÓN, MARCA PHILIPS
EXP. 292/2017**

Nº INV.	EQUIPO	MODELO	Nº SERIE	F.FIN GARANTÍA	UBICACION
8010658	MÓDULO PRESIÓN INV.	M1006B	DE805A4064	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010659	MÓDULO PRESIÓN INV.	M1006B	DE805A4066	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010662	MÓDULO ECG+RESP	M1002R	DF01770462	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010663	MONITOR MULTICANAL	M1046B	3920G08960	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010664	MÓDULO GASTO	M1012A	3805G16166	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010665	MÓDULO TEMPERATURA	M1029A	3805G50997	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010666	MÓDULO PRESIÓN INV.	M1006B	DE805A3425	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010668	MÓDULO PRESIÓN INV.	M1006B	DE805A3783	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010669	MÓDULO T.A.	M1008B	DE911B6114	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010670	MÓDULO ECG+RESP	M1002B	DE01770463	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010671	MONITOR MULTICANAL	M1046B	3920G08963	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010672	MÓDULO GASTO	M1012A	3805G16197	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010673	MÓDULO TEMPERATURA	M1029A	3805G51002	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010674	MÓDULO PRESIÓN INV.	M1006B	DE805A3415	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010675	MÓDULO PRESIÓN INV.	M1006B	DE805A3415	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010676	MÓDULO SATURACIÓN	M1020A	DE805B2641	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010677	MONITOR MULTICANAL	M1046B	3920G08954	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010745	MÓDULO INTERFASE	M1032A	3805G08595	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010746	MÓDULO INTERFASE	M1032A	3805G12324	19/07/2002	UD. CORONARIA
8010931	ELECTROCARDIOGRAFO	M1771A	CND4751978	12/09/2002	URGENCIAS IPMQ
8011008	ELECTROCARDIOGRAFO	M1772A	US00501132	09/10/2004	ECOCARDIOGRAFÍA
8011136	MONITOR FETAL	M1353A	3817G03935	01/01/2003	URGENCIAS MATERNIDAD
8011137	MONITOR FETAL	M1353A	3817G03266	01/01/2003	URGENCIAS MATERNIDAD
8011162	MONITOR MODULAR	M1205A	4006A94729	20/11/2002	U.E. 6300 IPMQ
8011275	MÓDULO TEMPERATURA	M1029A	3601G18284	---	U.E. 6300 IPMQ
8011277	MÓDULO GASTO	M1012A	3805G18601	06/11/2002	U.E. 6300 IPMQ
8011326	MÓDULO REGISTRO	M1116B	3428A25193	---	UCI NEONATAL
8011536	RESPIRADOR	RESPIRONICS BIPAP VISION	107262	---	U.E. 0200 MQ (REANIMACIÓN)
8012183	MÓDULO ECG	M1006B	3426G02291	12/09/1996	UCI NEONATAL
8012185	DESFIBRILADOR	M4735A	US00102768	22/10/2004	QUIRÓFANOS INFANTIL
8012404	MONITOR MULTICANAL	M8007A	DE22705687	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012405	MONITOR MULTICANAL	M8007A	DE22705701	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012406	MÓDULO PRESIÓN	M1006B	DE805E5830	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012407	MÓDULO PRESIÓN	M1006B	DE805E5756	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012409	MÓDULO GASTO CARDIACO	M1012A	3805G22608	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012411	MONITOR MULTICANAL	M8007A	DE22705681	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012412	MÓDULO TEMPERATURA	M1029A	3805G65064	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012413	MÓDULO PRESIÓN	M1006B	DE805E1670	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012414	MÓDULO ECG	M3001A	DE22707237	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012505	MONITOR MULTICANAL	M8007A	DE22705216	14/11/2004	UCI NEONATAL
8012506	MONITOR MULTICANAL	M8007A	DE22705223	14/11/2004	UCI NEONATAL
8012507	MONITOR MULTICANAL	M8007A	DE22705215	14/11/2004	UCI NEONATAL
8012508	MONITOR MULTICANAL	M8007A	DE22705208	14/11/2004	UCI NEONATAL
8012509	MONITOR MULTICANAL	M8007A	DE22705218	14/11/2004	UCI NEONATAL
8012510	MONITOR MULTICANAL	M8007A	DE22705213	14/11/2004	UCI NEONATAL
8012511	MONITOR MULTICANAL	M8007A	DE22705222	14/11/2004	UCI NEONATAL

ANEXO I
CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MATERIALES DE DIVERSOS
EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN Y RESPIRACIÓN, MARCA PHILIPS
EXP. 292/2017

Nº INV.	EQUIPO	MODELO	Nº SERIE	F.FIN GARANTÍA	UBICACION
8012512	MONITOR MULTICANAL	M8007A	DE22705219	14/11/2004	UCI NEONATAL
8012513	MONITOR MULTICANAL	M8007A	DE22705239	14/11/2004	UCI NEONATAL
8012514	MONITOR MULTICANAL	M8007A	DE22705217	14/11/2004	UCI NEONATAL
8012515	MONITOR MULTICANAL	M8007A	DE22705210	14/11/2004	UCI NEONATAL
8012516	MONITOR MULTICANAL	M8007A	DE22705221	14/11/2004	UCI NEONATAL
8012518	MÓDULO CO2	M3015A	DE02002860	14/11/2004	UCI NEONATAL
8012519	MÓDULO ECG	M3001A	DE22706875	14/11/2004	UCI NEONATAL
8012521	MÓDULO ECG	M3001A	DE22707092	14/11/2004	UCI NEONATAL
8012522	MÓDULO ECG	M3001A	DE22706878	14/11/2004	UCI NEONATAL
8012523	MÓDULO CO2	M3015A	DE02002855	14/11/2004	UCI NEONATAL
8012525	MÓDULO ECG	M3001A	DE22706898	14/11/2004	UCI NEONATAL
8012526	MÓDULO CO2	M3015A	DE02002856	14/11/2004	UCI NEONATAL
8012527	MÓDULO ECG	M3001A	DE22707125	14/11/2004	UCI NEONATAL
8012528	MÓDULO BIS	M1034A	DE10901522	14/11/2004	UCI NEONATAL
8012529	MÓDULO CO2	M3016A	DE90601976	14/11/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012530	MÓDULO ECG	M3001A	DE22707090	14/11/2004	UCI NEONATAL
8012531	MÓDULO ECG	M3001A	DE22706866	14/11/2004	UCI NEONATAL
8012533	MÓDULO ECG	M3001A	DE22707122	14/11/2004	UCI NEONATAL
8012534	MÓDULO ECG	M3001A	DE22707123	14/11/2004	UCI NEONATAL
8012535	MÓDULO ECG	M3001A	DE22706906	14/11/2004	UCI NEONATAL
8012536	DEFIBRILADOR	M4735A	US00117382	22/10/2004	UCI NEONATAL
8012563	MONITOR FETAL	M1350C	3835G01102	10/10/2004	PARITORIOS
8012576	DEFIBRILADOR	M4735A	US00117694	22/10/2004	NEONATOLOGÍA
8012578	DEFIBRILADOR	M4735A	US00114980	22/10/2004	CMA INFANTIL
8012583	MONITOR MULTICANAL	M8007A	DE22705689	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012584	MONITOR MULTICANAL	M8007A	DE22705695	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012585	MONITOR MULTICANAL	M8007A	DE22705680	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012586	MONITOR MULTICANAL	M8007A	DE22705704	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012587	MONITOR MULTICANAL	M8007A	DE22705679	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012588	MONITOR MULTICANAL	M8007A	DE22705694	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012606	MONITOR MULTICANAL	M1204A	4226A08909	30/10/2004	UD. HOSP. 3B
8012608	MÓDULO T.A.	M1008B	DE911F8035	30/10/2004	UD. HOSP. 3B
8012609	MÓDULO SATURACIÓN	M1020A	DE805F5712	30/10/2004	UD. HOSP. 3B
8012610	MÓDULO ECG	M1002B	DE242A9059	30/10/2004	UD. HOSP. 3B
8012611	MONITOR MULTICANAL	M1204A	4226A08882	30/10/2004	UD. HOSP. 3B
8012612	MÓDULO T.A.	M1008B	DE911F8045	30/10/2004	UD. HOSP. 3B
8012613	MÓDULO SATURACIÓN	M1020A	DE805F5662	30/10/2004	UD. HOSP. 3B
8012614	MÓDULO ECG	M1002B	DE242A8793	30/10/2004	UD. HOSP. 3B
8012620	MONITOR MULTICANAL	M3046A	DE00836239	30/10/2004	UD. HOSP. 3E
8012621	MÓDULO ECG	M3000A	DE94539055	30/10/2004	UD. HOSP. 3F
8012622	MONITOR MULTICANAL	M3046A	DE00836237	30/10/2004	UD. HOSP. 3A
8012623	MÓDULO ECG	M3000A	DE94539051	30/10/2004	UD. HOSP. 3A
8012624	DEFIBRILADOR	M4735A	US00115754	22/10/2004	URGENCIAS INFANTIL
8012625	DEFIBRILADOR	M4735A	US00117693	22/10/2004	HOSPITAL DÍA PEDIATRÍA
8012643	MONITOR MULTICANAL	M8010A	DE24900184	14/11/2004	UCI NEONATAL
8012644	MÓDULO PRESIÓN	M1006B	DE805E5598	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA

ANEXO I

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MATERIALES DE DIVERSOS
EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN Y RESPIRACIÓN, MARCA PHILIPS
EXP. 292/2017**

Nº INV.	EQUIPO	MODELO	Nº SERIE	F.FIN GARANTÍA	UBICACION
8012645	MÓDULO PRESIÓN	M1006B	DE805E1855	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012646	MÓDULO PRESIÓN	M1006B	DE805E1883	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012647	MÓDULO CO2	M3015A	DE90601962	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012649	MÓDULO CO2	M3015A	DE90601959	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012653	MÓDULO EEG	M1027A	DE02501730	14/11/2004	NEONATOLOGÍA
8012655	MÓDULO ECG	M3001A	DE22707087	14/11/2004	UCI NEONATAL
8012656	MÓDULO ECG	M3001A	DE22707082	14/11/2004	UCI NEONATAL
8012658	MÓDULO ECG	M3001A	DE22707121	14/11/2004	UCI NEONATAL
8012659	MÓDULO ECG	M3001A	DE22707225	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012660	MÓDULO CO2	M3015A	DE90601988	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012661	MÓDULO PRESIÓN	M1006B	DE805E1684	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012662	MÓDULO PRESIÓN	M1006B	DE805E1668	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012663	MÓDULO PRESIÓN	M1006B	DE805E1643	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012664	MÓDULO PRESIÓN	M1006B	DE805E1626	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012666	MÓDULO CO2	M3015A	DE90601945	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012668	MÓDULO CO2	M3015A	DE90601980	15/10/2004	UD. HOSP. 3B
8012671	MÓDULO ECG	M3001A	DE22707525	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012672	DEFIBRILADOR	M4735A	US00115541	22/10/2004	QUIRÓFANOS INFANTIL
8012673	DEFIBRILADOR	M4735A	US00115544	22/10/2004	UD. HOSP. 4C
8012758	DEFIBRILADOR	M4735A	US00115389	22/10/2004	UD. HOSP. 3A
8012798	MÓDULO ECG	M3001A	DE22707524	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012799	MONITOR MULTICANAL	M8007A	DE22705696	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012800	MÓDULO ECG	M3001A	DE22707517	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012801	MONITOR MULTICANAL	M8007A	DE22705702	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8012815	MONITOR MULTICANAL	M1204A	4226A08913	30/10/2004	UD. HOSP. 3B
8012816	MÓDULO T.A.	M1008B	DE911F8027	30/10/2004	UD. HOSP. 3B
8012817	MÓDULO SATURACIÓN	M1020A	DE805F5658	30/10/2004	UD. HOSP. 3B
8012818	MÓDULO ECG	M1002B	DE242A9066	30/10/2004	UD. HOSP. 3B
8012820	MÓDULO ECG	M1002B	DE242A9063	30/10/2004	UD. HOSP. 3B
8012821	MÓDULO SATURACIÓN	M1020A	DE805F5653	30/10/2004	UD. HOSP. 3B
8012822	MÓDULO T.A.	M1008B	DE911F8029	30/10/2004	UD. HOSP. 3B
8012926	MONITOR MULTICANAL	M3046A	DE00836235	30/10/2004	HOSPITAL DÍA NEFROLOGÍA
8012927	MÓDULO ECG	M3000A	DE94539050	30/10/2004	HOSPITAL DÍA NEFROLOGÍA
8012928	MONITOR MULTICANAL	M3046A	DE00836251	30/10/2004	UD. HOSP. 3E
8012929	MÓDULO ECG	M3000A	DE94539054	30/10/2004	UD. HOSP. 3B
8012972	MONITOR MULTICANAL	M3046A	DE00836234	30/10/2004	UD. HOSP. 3D
8012973	MÓDULO ECG	M3000A	DE94539046	30/10/2004	UD. HOSP. 3D
8012974	MONITOR MULTICANAL	M3046A	DE00836230	30/10/2004	UD. HOSP. 3B
8012975	MÓDULO ECG	M3000A	DE94539032	30/10/2004	UD. HOSP. 3B
8013022	MONITOR FETAL	M1350C	3835G01105	10/10/2004	PARITORIOS
8013023	MONITOR FETAL	M1350C	3835G01103	10/10/2004	PARITORIOS
8013024	MONITOR FETAL	M1350C	3835G01106	10/10/2004	PARITORIOS
8013052	MONITOR MULTICANAL	M3046A	DE00836233	30/10/2004	URGENCIAS INFANTIL
8013053	MÓDULO ECG	M3000A	DE94539030	30/10/2004	URGENCIAS INFANTIL
8013054	MONITOR MULTICANAL	M3046A	DE00836236	30/10/2004	URGENCIAS INFANTIL
8013055	MÓDULO ECG	M3000A	DE94539049	30/10/2004	URGENCIAS INFANTIL

ANEXO I
CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MATERIALES DE DIVERSOS
EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN Y RESPIRACIÓN, MARCA PHILIPS
EXP. 292/2017

Nº INV.	EQUIPO	MODELO	Nº SERIE	F.FIN GARANTÍA	UBICACION
8013056	MONITOR MULTICANAL	M3046A	DE00836244	30/10/2004	HOSPITAL DÍA NEFROLOGÍA
8013057	MÓDULO ECG	M3000A	DE94539044	30/10/2004	UD. HOSP. 3E
8013058	MONITOR MULTICANAL	M3046A	DE00836243	30/10/2004	URGENCIAS INFANTIL
8013063	MONITOR MULTICANAL	M3046A	DE00836232	30/10/2004	UD. HOSP. 3B
8013064	MÓDULO ECG	M3000A	DE94539045	30/10/2004	UD. HOSP. 3B
8013065	MONITOR MULTICANAL	M3046A	DE00836245	30/10/2004	UD. HOSP. 3A
8013066	MÓDULO ECG	M3000A	DE94538968	30/10/2004	UD. HOSP. 3B
8013067	MONITOR MULTICANAL	M3046A	DE00836241	30/10/2004	URGENCIAS INFANTIL
8013069	MONITOR MULTICANAL	M3046A	DE00836238	30/10/2004	NEONATOLOGIA
8013070	MÓDULO ECG	M3000A	DE94539052	30/10/2004	UCI NEONATAL
8013071	MONITOR MULTICANAL	M3046A	DE00836231	30/10/2004	UD. HOSP. 3B
8013072	MÓDULO ECG	M3000A	DE94539031	30/10/2004	UD. HOSP. 3B
8013073	MÓDULO CO2	M3015A	DE02002850	30/10/2004	UD. HOSP. 3E
8013075	MÓDULO CO2	M3015A	DE02002841	30/10/2004	UD. HOSP. 3B
8013109	DEFIBRILADOR	M4735A	US00121171	22/10/2004	UD. HOSP. 3F
8013110	DEFIBRILADOR	M4735A	US00118072	22/10/2004	UD. HOSP. 3A
8013111	CENTRAL MONITORIZACIÓN	M1383D	4321A00003	10/10/2004	PARITORIOS
8013112	CENTRAL MONITORIZACIÓN	M1382D	4321A00006	10/10/2004	PARITORIOS
8013118	DEFIBRILADOR	M4735A	US00103038	22/10/2004	QUIRÓFANOS INFANTIL
8013120	DEFIBRILADOR	M4735A	US00121193	22/10/2004	QUIRÓFANOS INFANTIL
8013123	MONITOR MULTICANAL	M8010A	DE24900183	14/11/2004	UCI NEONATAL
8013129	MÓDULO GASTO CARDIACO	M1012A	3805G22600	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8013131	MÓDULO PRESIÓN	M1006B	DE805E5657	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8013132	MÓDULO PRESIÓN	M1006B	DE805E5761	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8013133	MÓDULO PRESIÓN	M1006B	DE805E5750	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8013134	DEFIBRILADOR	M4735A	US00121197	22/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8013136	IMPRESORA	M3159A	JKPGR14727	15/10/2004	UVI PEDIATRICIA
8013137	REGISTRADOR	M1116B	4227A16521	15/10/2004	UVI PEDIATRICIA
8013138	CENTRAL COMUNICACIÓN	M1276A	3727A40347	15/10/2004	UVI PEDIATRICIA
8013139	DEFIBRILADOR	M4735A	US00121196	22/10/2004	UD. HOSP. 3C
8013142	DEFIBRILADOR	M4735A	US00121175	22/10/2004	UD. HOSP. 3D
8013144	DEFIBRILADOR	M4735A	US00115539	22/10/2004	UD. HOSP. 3E
8013145	DEFIBRILADOR	M4735A	US00121192	22/10/2004	HEMODINÁMICA INFANTIL
8013150	DEFIBRILADOR	M4735A	US00105036	22/10/2004	ANEST. Y REC. MATERNO
8013151	DEFIBRILADOR	M4735A	US00121198	22/10/2004	ANEST. Y REC. MATERNO
8013153	DEFIBRILADOR	M4735A	US00121194	22/10/2004	CONS.EXT. CARDIOL.INF.
8013154	DEFIBRILADOR	M4735A	US00115546	22/10/2004	URGENCIAS MATERNIDAD
8013155	DEFIBRILADOR	M4735A	US00121173	22/10/2004	UD. HOSP. 5B
8013277	DEFIBRILADOR	M4735A	US00115538	22/10/2004	CONS.EXT. ALERGIA INF.
8013278	CENTRAL MONITORIZACIÓN	M1382D	4321A00005	10/10/2004	PARITORIOS
8013281	CENTRAL MONITORIZACIÓN	M1382D	4321A00002	10/10/2004	PARITORIOS
8013295	MÓDULO CO2	M3015A	DE90601985	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8013334	MONITOR MULTICANAL	M3046A	DE00836242	30/10/2004	UD. HOSP. 3B
8013335	MÓDULO ECG	M3000A	DE94539056	30/10/2004	HOSPITAL DÍA NEFROLOGÍA
8013343	DEFIBRILADOR	M4735A	US00121172	22/10/2004	PARITORIOS

ANEXO I
CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MATERIALES DE DIVERSOS
EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN Y RESPIRACIÓN, MARCA PHILIPS
EXP. 292/2017

Nº INV.	EQUIPO	MODELO	Nº SERIE	F.FIN GARANTÍA	UBICACION
8013345	DEFIBRILADOR	M4735A	US00121195	22/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8013347	DEFIBRILADOR	M4735A	US00121430	22/10/2004	QUIRÓFANOS INFANTIL
8013561	MÓDULO BIS	BIS XP	E001678	15/10/2004	UVI PEDIATRICIA
8014163	DEFIBRILADOR	M4735A	US00115540	05/08/2004	U.E. 3300 IPMQ
8014260	MONITOR MULTICANAL	M8001A	DE42601112	10/08/2005	NEONATOLOGIA
8014261	MODULO DE ECG	M3001A	DE22743658	10/08/2005	UD. HOSP. 5E
8014264	MONITOR MULTICANAL	M8001A	DE42601107	06/08/2005	NEONATOLOGIA
8014265	MÓDULO PRESIÓN	M3012A	DE34702033	06/08/2005	NEONATOLOGIA
8014266	MÓDULO ECG	M3001A	DE22743667	06/08/2005	UD. HOSP. 5E
8014408	MONITOR FETAL	M1350B	3650G17627	22/06/2005	FISIOPATOLOGÍA FETAL
8014409	MONITOR FETAL	M1350B	3650G17628	22/06/2005	PARITORIOS
8014410	MONITOR FETAL	M1350B	3650G17626	22/06/2005	FISIOPATOLOGÍA FETAL
8014411	MONITOR FETAL	M1350B	3650G16029	22/06/2005	PARITORIOS
8014459	DEFIBRILADOR	M4735A	US00121174	23/09/2004	HOSPITAL DÍA ONCOLOGÍA
8014503	MÓDULO ECG	M3001A	DE22712573	15/10/2004	UVI PEDIÁTRICA
8015606	RESPIRADOR	RESPIRONICS BIPAP VISION	102087	---	UVI PEDIATRICIA
8015674	RESPIRADOR	RESPIRONICS BIPAP VISION	121263	07/04/2007	U.E. 3300 IPMQ
8015724	MONITOR FETAL	M1351A	3816G27806	26/07/2007	FISIOPATOLOGÍA FETAL
8015725	MONITOR FETAL	M1351A	3816G27805	26/07/2007	FISIOPATOLOGÍA FETAL
8015829	MONITOR MULTICANAL	M8001A	DE62219118	05/09/2007	QUIRÓFANOS I.OF.
8015830	MÓDULO ECG	M3001A	DE632E3485	05/09/2007	QUIRÓFANOS I.OF.
8015831	MONITOR MULTICANAL	M8001A	DE62219123	05/09/2007	QUIRÓFANOS I.OF.
8015832	MÓDULO ECG	M3001A	DE632E3477	05/09/2007	QUIRÓFANOS I.OF.
8015974	RESPIRADOR	RESPIRONICS BIPAP VISION	125685	18/01/2008	UD.PREHOSPITAL. 2
8016101	MONITOR FETAL	M2702A	DE45739232	30/12/2010	PARITORIOS
8016447	DEFIBRILADOR	M4735A	US00571249	26/03/2010	URGENCIAS IPMQ
8016766	DEFIBRILADOR	M4735A	US00458227	22/11/2008	QUIRÓFANOS PL. 2 IPMQ
8016822	MONITOR FETAL	M2702A	DE53006855	04/12/2008	UD. HOSP. 4B
8016889	MONITOR	M8001A	DE72833400	30/11/2009	URPA 2
8016892	MONITOR	M8004A	DE44034757	30/11/2009	URPA 2
8016893	MODULO SEÑALES VARIAS	M3001A	DE717M0110	30/11/2009	URPA 2
8016913	MODULO T.A.	M1008B	DE911J6173	19/07/2002	UD. CORONARIA
8016952	MONITOR	M8001A	DE72833380	30/11/2009	URPA 2
8016965	MONITOR	M8001A	DE72833405	30/11/2009	U.E. 1300 MQ (MED.INTENSIVA)
8016968	MONITOR	M8001A	DE72833386	30/11/2009	U.E. 1300 MQ (MED.INTENSIVA)
8016971	MODULO SEÑALES VARIAS	M3012A	DE34719040	30/11/2009	U.E. 1300 MQ (MED.INTENSIVA)
8016974	MODULO SEÑALES VARIAS	M3012A	DE34719039	30/11/2009	U.E. 1300 MQ (MED.INTENSIVA)
8016975	MONITOR	M8001A	DE72833404	30/11/2009	U.E. 1300 MQ (MED.INTENSIVA)
8016979	MONITOR	M8004A	DE44034745	30/11/2009	UCP
8016980	MONITOR	M8001A	DE72833408	30/11/2009	UCP
8016981	MONITOR	M8001A	DE72833396	30/11/2009	UCP
8017003	MONITOR	M8004A	DE44034773	30/11/2009	U.E. 1300 MQ (MED.INTENSIVA)
8017004	MONITOR	M8001A	DE72833390	30/11/2009	U.E. 1300 MQ (MED.INTENSIVA)
8017005	MODULO SEÑALES VARIAS	M3001A	DE717M0203	30/11/2009	U.E. 1300 MQ (MED.INTENSIVA)
8017007	MONITOR	M8001A	DE72833375	30/11/2009	U.E. 1300 MQ (MED.INTENSIVA)
8017009	MONITOR	M8001A	DE72833398	30/11/2009	UCP

ANEXO I
CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MATERIALES DE DIVERSOS
EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN Y RESPIRACIÓN, MARCA PHILIPS
EXP. 292/2017

Nº INV.	EQUIPO	MODELO	Nº SERIE	F.FIN GARANTÍA	UBICACION
8017010	DEFIBRILADOR	M3480A	605154435	---	ONCOLOGÍA 5
8017025	MÓDULO SEÑALES VARIAS	M3015A	DE43529997	30/11/2009	UCP
8017029	MÓDULO SEÑALES VARIAS	M3012A	DE34719037	30/11/2009	UCP
8017030	MÓDULO SEÑALES VARIAS	M3001A	DE717M0229	30/11/2009	UCP
8017049	MÓDULO SEÑALES VARIAS	M3012A	DE34719689	30/11/2009	U.E. 1300 MQ (MED.INTENSIVA)
8017051	MÓDULO SEÑALES VARIAS	M3012A	DE34719686	30/11/2009	U.E. 1300 MQ (MED.INTENSIVA)
8017172	DEFIBRILADOR	M4735A	US00457161	02/04/2009	U.E. CLINICA F
8017235	MÓDULO ECG+RESP	M1001B	DE24207869	22/02/2009	URGENCIAS IPMQ
8017258	RESPIRADOR	RESPIRONICS BIPAP VISION	107027	---	UVI PEDIATRICA
8017294	MÓDULO BIS	M1034A	E003827	27/05/2008	UVI PEDIATRICA
8017365	MODULO ECG	M3001A	DE22734570	---	UVI PEDIÁTRICA
8017454	MÓDULO ECG	M3000A	DE94552918	---	UCI NEONATAL
8017455	DEFIBRILADOR	M4735A	US00464400	03/07/2009	RADIOTERAPIA
8017724	DEFIBRILADOR	M4735A	US00467404	12/11/2009	U.E. 5100 IPMQ
8017965	RESPIRADOR	RESPIRONICS BIPAP VISION	121264	---	U.E. 1300 MQ (MED.INTENSIVA)
8018083	DEFIBRILADOR	M4735A	US00465713	26/03/2010	U.E. 5400 IPMQ
8018373	MONITOR MULTICANAL	M8002A	DE42601093	20/03/2010	ANEST. Y REC. INFANTIL
8018438	ELECTROCARDIOGRAFO	M1771A	CND4944572	---	RADIOTERAPIA
8018515	DEFIBRILADOR	M4735A	US00571250	16/07/2010	URPA 2
8018966	MONITOR GENERAL	M8105A	DE91322866	22/10/2010	URGENCIAS INFANTIL
8018967	MONITOR GENERAL	M8105A	DE91322665	22/12/2010	URGENCIAS INFANTIL
8019027	MÓDULO CO2	M3015A	DE43517935	---	UVI PEDIÁTRICA
8019029	MÓDULO CO2	M3015A	DE43515956	---	UVI PEDIÁTRICA
8019030	MÓDULO CO2	M3015A	DE43517754	---	UCI NEONATAL
8019123	INTERFASE TELEMETRÍA	M2720A	DE30405000	14/10/2010	PARITORIOS
8019130	EMISOR DE TELEMETRÍA	M2725A	DE30506885	---	PARITORIOS
8019132	INTERFASE TELEMETRÍA	M2720A	DE30404698	14/10/2010	PARITORIOS
8019185	EMISOR DE TELEMETRÍA	M2727A	DE30743356	14/10/2010	PARITORIOS
8019249	MODULO CO2	M3015A	DE43512789	---	UVI PEDIÁTRICA
8019390	MÓDULO PRESIÓN	M1006B	DE805F1531	---	UVI PEDIÁTRICA
8019524	MODULO DE PRESION	M1006B	DE805B8780	---	UD. HOSP. 5E
8019525	MODULO CO2	M3015A	DE43514236	---	UCI NEONATAL
8019533	MODULO CO2	M3015A	DE43517702	---	UCI NEONATAL
8019553	EMISOR DE TELEMETRÍA	TRX4851A+	US94209445	31/03/2014	U.E. 5200 IPMQ
8019565	CTRAL MONITORIZACION	M3150	4952A08117	31/03/2014	U.E. 5200 IPMQ
8019566	E. INFORMATICO, IMPRESORA	LASERJET 2055DN	CNCKC57497	31/03/2014	U.E. 5200 IPMQ
8019567	E. INFORMATICO, PANTALLA	10NLCD	I09C030635	31/03/2014	U.E. 5200 IPMQ
8019568	E. INFORMATICO, PANTALLA	10NLCD	H09C014493	31/03/2014	U.E. 5200 IPMQ
8019569	EMISOR DE TELEMETRÍA	TRX4851A	US94209399	31/03/2014	U.E. 5200 IPMQ
8019571	EMISOR DE TELEMETRÍA	TRX4851A	US94209447	31/03/2014	U.E. 5200 IPMQ
8019576	EMISOR DE TELEMETRÍA	TRX4851A	US94209393	31/03/2014	U.E. 5200 IPMQ
8019577	EMISOR DE TELEMETRÍA	TRX4851A	US94209391	31/03/2014	U.E. 5200 IPMQ
8019579	EMISOR DE TELEMETRÍA	TRX4851A	US94209394	31/03/2014	U.E. 5200 IPMQ
8019580	EMISOR DE TELEMETRÍA	TRX4851A	US94209449	31/03/2014	U.E. 5200 IPMQ
8019583	MODULO ECG	M3001A	DE22716492	---	UCI NEONATAL
8019631	CTRAL MONITORIZACION(*)	M3150	5016A12436	---	UD. CORONARIA

ANEXO I
CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MATERIALES DE DIVERSOS
EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN Y RESPIRACIÓN, MARCA PHILIPS
EXP. 292/2017

Nº INV.	EQUIPO	MODELO	Nº SERIE	F.FIN GARANTÍA	UBICACION
8019665	IMPRESORA	LASERJET P3005N/	CNK2N47135	---	UD. CORONARIA
8019674	MÓDULO CO2	M3015A	DE43545398	---	UVI PEDIÁTRICA
8019722	MODULO SATURACIÓN	M1011A	DE84100310	---	UCI NEONATAL
8019725	PANTALLA	---	I09C030822	---	UCI NEONATAL
8019734	CENTRAL MONITORIZACION	M3150	5010A10275	---	UCI NEONATAL
8019806	MODULO CO2	M3015A	DE43530004	---	URPA 2
8019807	MODULO DE ECG	M3001A	DE717L0557	---	URPA 2
8019869	MODULO DE SATURACION	M1020A	3805G92548	---	U.E. 6300 IPMQ
8020157	MÓDULO PRESIÓN	M1006B	DE805N2943	---	U.E. 6300 IPMQ
8020259	MÓDULO EEG	M1027A	DE02502281	---	UCI NEONATAL
8020278	MÓDULO PRESIÓN INV.	M1006B	DE805D9707	---	URPA 2
8020414	MÓDULO SEÑALES VARIAS	M3001A	DE632I4414	---	UCP
8020415	MÓDULO SEÑALES VARIAS	M3015A	DE43551906	---	UCP
8020416	MÓDULO PRESIÓN	M1006B	DE805N2939	---	UCI NEONATAL
8020611	RESPIRADOR	RESPIRONICS V60	201002276	17/03/2013	UD.PREHOSPITAL. 2
8020612	RESPIRADOR	RESPIRONICS V60	201002274	17/03/2013	UD.PREHOSPITAL. 2
8020631	MONITOR	M8105A	DE91333960	23/03/2013	RX TAC IPMQ
8020956	MÓDULO ECG	M3001A	DE22736535	---	UCI NEONATAL
8021115	PANTALLA	---	A11C013545	---	UCI NEONATAL
8021116	IMPRESORA	LASERJET P3005N	CNS2P30139	---	UCI NEONATAL
8021309	MÓDULO ECG+RESP	M1018A	3805G07947	---	UCI NEONATAL
8021426	MODULO CO2	M3015A	DE43534929	---	URPA 2
8021597	MÓDULO ECG	M3000A	DE94514800	---	URGENCIAS INFANTIL
8021630	DESFIBRILADOR	M4735A	US00595509	28/11/2012	UD. ACCESO RESTRINGIDO
8021710	CENTRAL DE MONITORIZACION	M3150	2UA1031PRM	---	UVI PEDIÁTRICA
8021757	MÓDULO ECG	M3002A	DE03782016	---	UCI NEONATAL
8021815	MODULO PRESION	M1006B	DE805P7447	---	UVI PEDIÁTRICA
8021818	MODULO PRESION	M1006B	DE805P2359	---	UVI PEDIÁTRICA
8021934	MÓDULO BIS	M1034A	BX36409	---	UVI PEDIATRICA
8021941	MÓDULO ECG+RESP	M1002B	DE242L3626	---	U.E. 6300 IPMQ
8021945	MÓDULO ECG+RESP	M1002B	DE242L3111	---	U.E. 6300 IPMQ
8021950	MÓDULO ECG+RESP	M1002B	DE242L2909	---	U.E. 6300 IPMQ
8021981	MÓDULO SEÑALES VARIAS	M3001A	DE9070ATCP	---	UCP
8022249	RESPIRADOR	RESPIRONICS V60	201004073	27/08/2013	UVI PEDIÁTRICA
8022350	MONITOR MULTICANAL	M8001A	DE72869577	28/08/2013	UVI PEDIÁTRICA
8022351	MÓDULO ECG	M3001A	DE9070B8TV	27/08/2013	UVI PEDIÁTRICA
8022359	MÓDULO ECG	M3002A	DE037A3372	03/09/2013	U.E. 5300 IPMQ
8022360	MÓDULO PRESIÓN	M3012A	DE83749291	03/09/2013	U.E. 5300 IPMQ
8022361	MÓDULO ECG	M3002A	DE037A3316	03/09/2013	U.E. 5300 IPMQ
8022362	MÓDULO PRESIÓN	M3012A	DE83749296	03/09/2013	U.E. 5300 IPMQ
8022363	MONITOR MULTICANAL	M8004A	DE820A3389	03/09/2013	U.E. 5300 IPMQ
8022364	MÓDULO ECG	M3002A	DE037A3324	03/09/2013	U.E. 5300 IPMQ
8022365	MÓDULO PRESIÓN	M3012A	DE83749289	03/09/2013	U.E. 5300 IPMQ
8022366	MONITOR MULTICANAL	M8004A	DE820A3369	03/09/2013	U.E. 5300 IPMQ
8022367	MÓDULO ECG	M3002A	DE037A3351	03/09/2013	U.E. 5300 IPMQ
8022368	MÓDULO PRESIÓN	M3012A	DE83749294	03/09/2013	U.E. 5300 IPMQ

ANEXO I
CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MATERIALES DE DIVERSOS
EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN Y RESPIRACIÓN, MARCA PHILIPS
EXP. 292/2017

Nº INV.	EQUIPO	MODELO	Nº SERIE	F.FIN GARANTÍA	UBICACION
8022371	MÓDULO PRESIÓN	M3012A	DE83749290	03/09/2013	U.E. 5300 IPMQ
8022375	CTRAL MONITORIZACION	M3150	5225A08902	03/09/2013	U.E. 5300 IPMQ
8022376	PANTALLA	ELO	K11C35410	03/09/2013	U.E. 5300 IPMQ
8022377	PANTALLA	ELO	K11C35385	03/09/2013	U.E. 5300 IPMQ
8022379	PRODUCCION ENERGIA, S.A.I.	SMART PRO	2128JLCSM562200642	03/09/2013	U.E. 5300 IPMQ
8022381	MODULO CO2	M3015A	DE43518825	---	UCI NEONATAL
8022400	MONITOR MULTICANAL	M8004A	DE820A3381	03/09/2013	U.E. 5300 IPMQ
8022401	MONITOR MULTICANAL	M8004A	DE820A3367	03/09/2013	U.E. 5300 IPMQ
8022402	MONITOR MULTICANAL	M8004A	DE820A3379	03/09/2013	U.E. 5300 IPMQ
8022874	MÓDULO TEMPERATURA	M1029A	DE907B0349	---	UVI PEDIÁTRICA
8022923	PRODUCCION ENERGIA, S.A.I.	TRIPPLITE/SMART PRO	9535ALCSM562200160	---	PARITORIOS
8022958	MODULO DE ECG	M3001A	DE717K9732	---	UVI PEDIÁTRICA
8023166	MÓDULO T.A.	M1008B	DE911J9181	---	UD. CORONARIA
8023167	MÓDULO PRESIÓN INV.	M1006B	DE805R7795	---	UD. CORONARIA
8023174	MODULO SATURACION	M1020A	DE805D3869	---	UD. HOSP. 3B
8023242	MODULO DE ECG	M1002B	DE242L3113	---	U.E. 6300 IPMQ
8023424	MONITOR GENERAL	M8105A	DE21070749	21/08/2014	URGENCIAS IPMQ
8023425	MONITOR GENERAL	M8105A	DE21070711	21/08/2014	URGENCIAS IPMQ
8023426	MONITOR GENERAL	M8105A	DE21070713	21/08/2014	URGENCIAS IPMQ
8023427	MONITOR GENERAL	M8105A	DE21070720	21/08/2014	URGENCIAS IPMQ
8023428	MONITOR GENERAL	M8105A	DE21070709	21/08/2014	URGENCIAS IPMQ
8023429	MONITOR GENERAL	M8105A	DE21070719	21/08/2014	URGENCIAS IPMQ
8023430	MONITOR GENERAL	M8105A	DE21070084	21/08/2014	URGENCIAS IPMQ
8023431	MONITOR GENERAL	M8105A	DE21070133	21/08/2014	URGENCIAS IPMQ
8023432	MONITOR GENERAL	M8105A	DE21070163	21/08/2014	URGENCIAS IPMQ
8023433	MONITOR GENERAL	M8105A	DE21070750	21/08/2014	URGENCIAS IPMQ
8023434	MONITOR GENERAL	M8105A	DE21070722	21/08/2014	URGENCIAS IPMQ
8023435	MONITOR GENERAL	M8105A	DE21070715	21/08/2014	URGENCIAS IPMQ
8023436	MONITOR GENERAL	M8105A	DE21070712	21/08/2014	URGENCIAS IPMQ
8023437	MONITOR GENERAL	M8105A	DE21070716	21/08/2014	URGENCIAS IPMQ
8023438	MONITOR GENERAL	M8105A	DE21070758	21/08/2014	URGENCIAS IPMQ
8023439	MONITOR GENERAL	M8105A	DE21070755	21/08/2014	URGENCIAS IPMQ
8023440	MONITOR GENERAL	M8105A	DE21070721	21/08/2014	URGENCIAS IPMQ
8023441	MONITOR GENERAL	M8105A	DE21070718	21/08/2014	URGENCIAS IPMQ
8023442	CTRAL MONITORIZACION	M1350	5320A19382	21/08/2014	URGENCIAS IPMQ
8023443	IMPRESORA	HP / LASER PRO 400	VNH6G06644	21/08/2014	URGENCIAS IPMQ
8023444	PRODUCCION ENERGIA, S.A.I.	SMART PRO		17/03/2013	URGENCIAS IPMQ
8023445	PANTALLA	ET1928L	K12C005901	21/08/2014	URGENCIAS IPMQ
8023446	PANTALLA	ET1928L	K12C005882	21/08/2014	URGENCIAS IPMQ
8023522	MODULO DE SATURACION	M1020A	DE80518194	---	UD. CORONARIA
8023523	MODULO DE SATURACION	M1020A	DE80518167	---	UD. CORONARIA
8023525	MODULO CO2	M3015A	DE43512906	---	UVI PEDIÁTRICA
8023538	MODULO DE SATURACION	M1020A	DE80518194	---	UD. CORONARIA
8023539	MODULO T.A.	M1008B	DE911J9272	---	UD. CORONARIA
8023542	MONITOR MULTICANAL	INTELLIVUE MX450	DE12522768	19/07/2015	QUIRÓFANOS PL. BAJA IPMQ
8023543	OTROS EQ. MONITORIZACIÓN	INTELLIBRIDGE EC 10	DE84603300	19/07/2015	QUIRÓFANOS PL. BAJA IPMQ

ANEXO I
CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MATERIALES DE DIVERSOS
EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN Y RESPIRACIÓN, MARCA PHILIPS
EXP. 292/2017

Nº INV.	EQUIPO	MODELO	Nº SERIE	F.FIN GARANTÍA	UBICACION
8023544	OTROS EQ. MONITORIZACIÓN	M1034A	DE11007762	19/07/2015	QUIRÓFANOS PL. BAJA IPMQ
8023545	MÓDULO PRESIÓN	M1000D	DC005P0373	19/07/2015	QUIRÓFANOS PL. BAJA IPMQ
8023546	MÓDULO PRESIÓN	M1006B	DE805P3050	19/07/2015	QUIRÓFANOS PL. BAJA IPMQ
8023547	MÓDULO ECG	M3002A	DE315D1203	19/07/2015	QUIRÓFANOS PL. BAJA IPMQ
8023569	DEFIBRILADOR	HEARTSTART XL+	USO1307398	06/06/2014	URGENCIAS INFANTIL
8023633	MÓDULO SATURACIÓN	M1020A	DE805E1314	---	UCI NEONATAL
8023639	MONITOR TENSIÓN ARTERIAL	SURESIGNS VSI	CN21209999	12/12/2014	URGENCIAS IPMQ
8023640	MONITOR TENSIÓN ARTERIAL	SURESIGNS VSI	CN21209998	12/12/2014	URGENCIAS IPMQ
8023641	MONITOR TENSIÓN ARTERIAL	SURESIGNS VSI	CN21209997	12/12/2014	URGENCIAS IPMQ
8023642	MONITOR TENSIÓN ARTERIAL	SURESIGNS VSI	CN21209820	12/12/2014	URGENCIAS IPMQ
8023643	MONITOR TENSIÓN ARTERIAL	SURESIGNS VSI	CN21209826	12/12/2014	URGENCIAS IPMQ
8023644	MONITOR TENSIÓN ARTERIAL	SURESIGNS VSI	CN21209818	12/12/2014	URGENCIAS IPMQ
8023645	MONITOR TENSIÓN ARTERIAL	SURESIGNS VSI	CN21209821	12/12/2014	URGENCIAS IPMQ
8023646	MONITOR TENSIÓN ARTERIAL	SURESIGNS VSI	CN21209824	12/12/2014	URGENCIAS IPMQ
8023647	MONITOR TENSIÓN ARTERIAL	SURESIGNS VSI	CN21209819	12/12/2014	URGENCIAS IPMQ
8023648	MONITOR TENSIÓN ARTERIAL	SURESIGNS VSI	CN21209830	12/12/2014	URGENCIAS IPMQ
8023649	MONITOR TENSIÓN ARTERIAL	SURESIGNS VSI	CN21209829	12/12/2014	URGENCIAS IPMQ
8023654	MÓDULO PRESIÓN	M1006B	DE805P4587	19/07/2015	QUIRÓFANOS PL. BAJA IPMQ
8023655	MÓDULO PRESIÓN	M1006B	DE805P4589	19/07/2015	QUIRÓFANOS PL. BAJA IPMQ
8023710	EMISOR DE TELEMETRIA	M2726A	DE11942128	---	PARITORIOS
8023716	EMISOR DE TELEMETRIA	M2725A	DE11917573	---	PARITORIOS
8023718	EMISOR DE TELEMETRIA	M2726A	DE11940202	---	PARITORIOS
8023818	MODULO DE PRESION	M3012A	DE34702000	---	UD. HOSP. 5E
8023902	MONITOR TENSIÓN ARTERIAL	SURESIGNS VSI	CN21209825	12/12/2014	URGENCIAS IPMQ
8023903	MONITOR TENSIÓN ARTERIAL	SURESIGNS VSI	CN21209827	12/12/2014	URGENCIAS IPMQ
8023904	MONITOR TENSIÓN ARTERIAL	SURESIGNS VSI	CN21209823	12/12/2014	URGENCIAS IPMQ
8023905	MONITOR TENSIÓN ARTERIAL	SURESIGNS VSI	CN21209828	12/12/2014	URGENCIAS IPMQ
8023906	MONITOR TENSIÓN ARTERIAL	SURESIGNS VSI	CN21209822	12/12/2014	URGENCIAS IPMQ
8023954	MÓDULO ECG	M3001A	453563486961	---	UVI PEDIÁTRICA
8024061	MÓDULO PRESIÓN	M1006B	DE80510662	---	UVI PEDIÁTRICA
8024135	MÓDULO ECG	M3001A	DE717M0238	---	U.E. 1300 MQ (MED.INTENSIVA)
8024190	MÓDULO SATURACIÓN	M1020A	DE805I7701	---	U.E. 6300 IPMQ
8024192	MÓDULO PRESIÓN	M1008B	3601G18542	---	U.E. 6300 IPMQ
8024260	EMISOR DE TELEMETRIA	TRX4851A	US03919958	---	U.E. 5200 IPMQ
8024268	EMISOR TELEMETRIA	TRX4851A	US03904773	---	U.E. 5200 IPMQ
8024417	MODULO CO2	M3015A	DE43535620	---	UVI PEDIÁTRICA
8024469	MODULO CO2	M3015A	DE43512044	---	UCI NEONATAL
8024508	MODULO ECG	M1016A	3805G28166	---	UCI NEONATAL
8024514	MODULO ECG	M3015A	DE43512286	---	UVI PEDIATRICIA
8024535	RESPIRADOR	RESPIRONICS V60	100114042	05/09/2015	U.E. 1300 MQ (MED.INTENSIVA)
8024536	RESPIRADOR	RESPIRONICS V60	100114039	05/09/2015	U.E. 1300 MQ (MED.INTENSIVA)
8024537	RESPIRADOR	RESPIRONICS V60	100114032	05/09/2015	U.E. 1300 MQ (MED.INTENSIVA)
8024790	MODULO ECG	M3015A	DE43550958	---	UCI NEONATAL
8025041	MONITOR FETAL	M2703A	DE45822744	23/12/2016	PARITORIOS
8025042	MONITOR FETAL	M2703A	DE45822322	27/01/2015	PARITORIOS
8025123	EMISOR DE TELEMETRIA	TRX4851A	US03920850	---	U.E. 5200 IPMQ

ANEXO I
CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MATERIALES DE DIVERSOS
EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN Y RESPIRACIÓN, MARCA PHILIPS
EXP. 292/2017

Nº INV.	EQUIPO	MODELO	Nº SERIE	F.FIN GARANTÍA	UBICACION
8025253	MONITOR TENSIÓN ARTERIAL	SURESIGNS VSI	CN42717829	06/05/2016	U.E. 4300 IPMQ
8025280	MÓDULO ECG	M3001A	DE90/L380	---	U.E. 1300 MQ (MED.INTENSIVA)
8025290	MONITOR TENSIÓN ARTERIAL	SURESIGNS VSI	CN42717830	09/06/2016	U.E. 5400 IPMQ
8025387	EMISOR TELEMETRÍA	TRX4851A	US03910166	---	U.E. 5200 IPMQ
8025388	EMISOR TELEMETRÍA	TRX4851A	US03912212	---	U.E. 5200 IPMQ
8025389	EMISOR TELEMETRÍA	TRX4851A	US03916452	---	U.E. 5200 IPMQ
8025555	MONITOR TENSIÓN ARTERIAL	SURESIGNS VSI	CN42717831	03/06/2016	U.E.OFTÁLMICO 3
8025609	MONITOR TENSIÓN ARTERIAL	SURESIGNS VSI	CN42718982	15/07/2016	U.E. 3200 IPMQ
8025698	MONITOR MULTICANAL	MX500	DE35137358	10/11/2017	U.E. 1300 MQ (MED.INTENSIVA)
8025699	MONITOR FETAL	M2703A	DE53110356	16/11/2016	PARITORIOS
8025775	MÓDULO ECG	M3001A	DE717M7329	---	UVI PEDIATRICA
8025776	MÓDULO ECG	M3001A	DE3450D2TE	---	UVI PEDIATRICA
8025815	MÓDULO CO2	M3015A	DE443513182	---	UCI NEONATAL
8025833	MONITOR GENERAL	SUREGIGNS VM4	CN42792174	15/09/2017	QUIRÓFANOS I.OF.
8025881	MÓDULO ECG	M3001A	DE5220F3J2	10/11/2017	U.E. 1300 MQ (MED.INTENSIVA)
8025919	MONITOR MULTICANAL	INTELLIVUE MX450	DE35132746	14/10/2017	UD. HOSP. 3B
8025920	MÓDULO ECG	M3001A	DE5220EYP7	14/10/2017	UD. HOSP. 3B
8026072	MÓDULO ECG	M3001A	DE5220EWZK	---	UVI PEDIATRICA
8026079	MÓDULO ECG	M3002A	DE535L6507	26/01/2018	U.E. 6300 IPMQ
8026080	MÓDULO ECG	M3002A	DE535L6509	26/01/2018	U.E. 6300 IPMQ
8026112	MONITOR MULTICANAL	INTELLIVUE MX450	DE35138049	10/12/2017	U.E. 6300 IPMQ
8026113	MÓDULO ECG	M3001A	DE5220F48C	10/12/2017	U.E. 6300 IPMQ
8026114	MONITOR MULTICANAL	INTELLIVUE MX450	DE35138048	10/12/2017	U.E. 6300 IPMQ
8026115	MÓDULO ECG	M3001A	DE5220F4B3	10/12/2017	U.E. 6300 IPMQ
8026116	MONITOR MULTICANAL	INTELLIVUE MX450	DE35138046	10/12/2017	U.E. 6300 IPMQ
8026117	MÓDULO ECG	M3001A	DE5220F47P	10/12/2017	U.E. 6300 IPMQ
8026119	MONITOR MULTICANAL	INTELLIVUE MX450	DE35138054	10/12/2017	U.E. 6300 IPMQ
8026120	MÓDULO ECG	M3001A	DE5220F46F	10/12/2017	U.E. 6300 IPMQ
8026121	MÓDULO ECG	M3001A	DE5220F46B	10/12/2017	U.E. 6300 IPMQ
8026122	MONITOR MULTICANAL	INTELLIVUE MX450	DE35138041	10/12/2017	U.E. 6300 IPMQ
8026124	MONITOR MULTICANAL	INTELLIVUE MX450	DE35138042	10/12/2017	U.E. 6300 IPMQ
8026125	MÓDULO ECG	M3001A	DE5220F46C	10/12/2017	U.E. 6300 IPMQ
8026126	MONITOR MULTICANAL	INTELLIVUE MX450	DE35138047	10/12/2017	U.E. 6300 IPMQ
8026127	MÓDULO ECG	M3001A	DE5220F48G	10/12/2017	U.E. 6300 IPMQ
8026128	MONITOR MULTICANAL	INTELLIVUE MX450	DE35138043	10/12/2017	U.E. 6300 IPMQ
8026129	MÓDULO ECG	M3001A	DE5220F46J	10/12/2017	U.E. 6300 IPMQ
8026130	MÓDULO PRESIÓN	M3012A	DE45270743	10/12/2017	U.E. 6300 IPMQ
8026131	MÓDULO PRESIÓN	M3012A	DE45270760	10/12/2017	U.E. 6300 IPMQ
8026132	MÓDULO ECG	M3001A	DE5220F4BD	10/12/2017	U.E. 6300 IPMQ
8026133	MONITOR MULTICANAL	INTELLIVUE MX450	DE35138044	10/12/2017	U.E. 6300 IPMQ
8026134	MÓDULO PRESIÓN	M3012A	DE45270761	10/12/2017	U.E. 6300 IPMQ
8026135	MÓDULO ECG	M3012A	DE45270740	10/12/2017	U.E. 6300 IPMQ
8026136	MÓDULO ECG	M3012A	DE45270739	10/12/2017	U.E. 6300 IPMQ
8026137	MÓDULO ECG	M3012A	DE45270759	10/12/2017	U.E. 6300 IPMQ
8026138	MÓDULO PRESIÓN	M3012A	DE56270764	10/12/2017	U.E. 6300 IPMQ
8026140	MÓDULO PRESIÓN	M3012A	DE45270762	10/12/2017	U.E. 6300 IPMQ

ANEXO I
CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MATERIALES DE DIVERSOS
EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN Y RESPIRACIÓN, MARCA PHILIPS
EXP. 292/2017

Nº INV.	EQUIPO	MODELO	Nº SERIE	F.FIN GARANTÍA	UBICACION
8026141	MÓDULO PRESIÓN	M3012A	DE45270763	10/12/2017	U.E. 6300 IPMQ
0020142	MÓDULO PRESIÓN	M3012A	DE45270742	10/12/2017	U.E. 0300 IPMQ
8026143	MONITOR MULTICANAL	INTELLIVUE MX450	DE35107374	10/12/2017	U.E. 6300 IPMQ
8026144	MÓDULO ECG	M3001A	DE3450D6PD	10/12/2017	U.E. 6300 IPMQ
8026146	RESPIRADOR	RESPIRONICS V60	100162904	---	UVI PEDIÁTRICA
8026147	RESPIRADOR	RESPIRONICS V60	100162896	27/11/2016	UVI PEDIÁTRICA
8026204	EMISOR DE TELEMETRIA	TRX4851A	US03901447	---	U.E. 5200 IPMQ
8026215	MÓDULO PRESIÓN	M1006B	DE408V2617	18/01/2018	U.E. 1300 MQ (MED.INTENSIVA)
8026383	ELECTROCARDIOGRAFO	TC50	CN21630243	07/03/2018	URGENCIAS IPMQ
8026384	ELECTROCARDIOGRAFO	TC50	CN21630244	07/03/2018	URGENCIAS IPMQ
8026407	MONITOR FETAL	M2703A	DE53101052	04/04/2018	PARITORIOS
8026919	MODULO CO2	M3001A	DE907U0104	14/04/2017	URPA 2
8026982	EMISOR DE TELEMETRIA	TRX+	US93896501	19/08/2017	U.E. 5200 IPMQ
8026986	OTROS EQ. MONITORIZACIÓN	EXPRESSION IP5	US51902316	18/08/2018	RX INFANTIL
8026987	OTROS EQ. MONITORIZACIÓN	9023	K5864	18/08/2018	RX INFANTIL
8026988	MONITOR GENERAL	EXPRESSION MR400	US53200421	18/08/2018	RX INFANTIL
8026989	MÓDULO SATURACIÓN		SGS01360	18/08/2018	RX INFANTIL
8026990	MÓDULO SATURACIÓN		SGE01591	18/08/2018	RX INFANTIL
8027052	MODULO CO2	M3015A	DE4558079	---	UCI NEONATAL
8027118	MODULO ECG	M30001A	DE7176744	---	UVI PEDIÁTRICA
8027119	MODULO ECG	M3001A	DE22719481	---	UVI PEDIÁTRICA
8027289	EMISOR DE TELEMETRIA	MX-40	US09686419	11/11/2017	U.E. 5200 IPMQ
8027697	MÓDULO ECG	M3001A	DE907L3367	---	UVI PEDIÁTRICA

* Se propondrán programas de actualización