

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE SONDAS DE PHMETRIA Y DIVERSO MATERIAL PARA EL SERVICIO DE MEDICINA APARATO DIGESTIVO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el suministro de Sondas de pHmetria y diverso material, con destino al Servicio de Medicina Aparato Digestivo del Hospital.

El Expediente consta de los siguientes lotes:

LOTE	ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
1	1	014434	SONDAS PHMETRÍA DE 24 HORAS DE DOS CANALES UN SOLO USO <ul style="list-style-type: none"> Sonda para pHmetría esófago/gástrica ambulatoria de 24 horas. Material de fabricación a base de poliuretano sin látex. Longitud aproximada de 160 cm. Marcas de longitud cada 1 cm. Tipo de conexión 2 x RJ45/10. 2 sensores de antimonio separados 15 cm entre sí. Diámetro del catéter 2.0 mm. o inferior. Las sondas se identificarán automáticamente con los registradores evitando la configuración de los mismos. Las sondas dispondrán de un número de serie único que se transmitirá automáticamente al registrador, con el fin de garantizar la trazabilidad de la prueba. Compatibles con los registradores y con el software de pH-Impedancia existentes en el Servicio.
	2	018484	SONDAS DE PHMETRIA DOS CANALES CON IMPEDANCIA UN SOLO USO <ul style="list-style-type: none"> Sonda para pHmetría e impedancia esófago/gástrica ambulatoria de 24 horas. Material de fabricación a base de poliuretano sin látex. Longitud aproximada de 160 cm. Marcas de longitud cada 1 cm. 2 sensores de antimonio separados 15 cm entre sí. Sensores de impedancia con anillos metálicos. Longitud de la sonda mínimo 160 cm. Tipo de conexión 2 x RJ45/10 Diámetro del catéter 2.0 mm. o inferior. 8 anillos para medida de la impedancia. Las sondas se identificarán automáticamente con los registradores evitando la configuración de los mismos. Las sondas dispondrán de un número de serie único que se transmitirá automáticamente al registrador, con el fin de garantizar la trazabilidad de la prueba. Compatibles con los registradores y con el software de pH-Impedancia existentes en el Servicio.

LOTE	ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
2	3	016927	CAPSULA PARA ESTUDIO DE TRÁNSITO COLÓNICO. <ul style="list-style-type: none"> • Cápsulas de gel, que contengan en cada una de ellas 10 marcadores radiopacos de silicona de 2,5 mm. • Presentación: Caja de 100 cápsulas.
3			SOLUCIONES BUFFER PARA COMPROBACIÓN DE CALIBRACIÓN EN PHMETRIA <ul style="list-style-type: none"> • Conservación en un rango de temperatura ambiente (15°C-25°C) • Envases de 500 ml.
	4	02C296	<ul style="list-style-type: none"> • Buffer, pH 7.0
	5	024545	<ul style="list-style-type: none"> • Buffer, pH 1.07

OTROS REQUISITOS:

- El Adjudicatario del lote 1, se comprometerá a recoger el material utilizado para su adecuado reciclaje.
- Los adjudicatarios se comprometen a suministrar todos los modelos, ajustándose a las necesidades del Servicio; así como a suministrar todas aquellas mejoras técnicas que aparezcan para el material objeto de este concurso en un futuro.

MUESTRAS

Para la evaluación de los productos se solicitan muestras **SI**

Cantidad de muestras: **LOTE 1, 1 unidad por número de orden.**

Lugar de Entrega: **Almacén General. Edificio MI planta -2**

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto


FORMACIÓN

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, si es preciso, al personal que se determine para el correcto uso de los productos, entregándose sin cargo el material docente necesario para la formación.

OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, 02 de Febrero de 2021



LA JEFE DE SECCION DE GASTROENTEROLOGIA
Fdo. Dra. Pilar MARTINEZ MONTIEL

EXPEDIENTE 2021-0-46

OBJETO: SUMINISTRO DE SONDAS DE PHMETRIA , MANOMETRIA Y OTRO MATERIAL PARA EL SERVICIO DE MEDICINA DE APARATO DIGESTIVO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

						PRESUPUESTO					
LOTE	ORDEN	COD. ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROGA 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO (incluida modificación) 20%	EPIGRAFE
1	1	014434	SONDAS DE PHMETRIA DE 24 HORAS DE DOS CANALES UN SOLO USO	900	900	73,40	66.060,00	13.872,60	79.932,60	145.332,00	27004
	2	018484	SONDA DE PHMETRIA DE 2 CANALES CON IMPEDANCIA UN SOLO USO	40	40	105,60	4.224,00	887,04	5.111,04	9.292,80	27004
2	3	016927	CAPSULA MARCADOR RADIOPACO	200	200	4,40	880,00	184,80	1.064,80	1.936,00	27004
3	4	02C296	BUFFER CALIBRACION PH-Z PH-7.0	14	14	70,00	980,00	205,80	1.185,80	2.156,00	27002
	5	024545	SOLUCION TAMPON BUFFER PH 1,07	14	14	70,00	980,00	205,80	1.185,80	2.156,00	27002
							73.124,00	15.356,04	88.480,04	160.872,80	