

**EXPEDIENTE N° 2015-0-55**

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ELECTRODO FETAL, LUBRICANTE Y GEL PARA ECOGRAFIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.**

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, forma parte del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adquisición del **SUMINISTRO DE ELECTRODO FETAL, LUBRICANTE Y GEL PARA ECOGRAFIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”**.

LOTE	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	014326	<p><b>ELECTRODO FETAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Electrodo para cuero cabelludo de espiral simple atraumático en presentación fetal.</li> <li>- Tope de seguridad en el extremo distal, para que la inserción del electrodo impida lesión en cuero cabelludo.</li> <li>- Este tope de seguridad sirve de referencia para conocer los grados de rotación realizados.</li> <li>- Incluye aplicador desechable compuesto de tubo introductor cilíndrico, en cuyo interior se presenta tubo de conducción de electrodo, con dispositivo de retención de cable.</li> <li>- Conector de seguridad con pin estándar para conectar cualquier tipo de electrodo de placa de pierna en el mercado.</li> <li>- Puerto de entrada para jeringa, con el objeto de limpiar la pieza por dentro, además de ser sumergible en agua y clorhexidina para su limpieza y desinfección externa.</li> <li>- La guía debe ir incluida con el electrodo para alcanzar la presentación fetal, cuyo grosor externo sea de 8 mm y 6mm de interno.</li> <li>- Dicha guía debe ser curvada hacia delante los últimos 12 cm, para facilitar la introducción del mismo, para su uso.</li> <li>- Exenta de látex. Exención de látex reflejada en el envase.</li> </ul> <p>Indicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitorización de la frecuencia cardiaca fetal.</li> </ul> <p>Deben incluirse todos los cables adaptadores necesarios para conexión con cardiotocógrafo, durante todo el período de contrato. La longitud del cable del electrodo fetal alrededor de 815 mm y del cable adaptador ECG, 650 mm.</p>

LOTE	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
2	014349	<p>GEL ULTRASONIDOS HIDROSOLUBLE PARA ECOGRAFIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gel hidrosoluble estéril transparente de consistencia semisólida que no se escurra o resbale por la piel.</li> <li>- Que no manche la ropa del paciente.</li> <li>- Que tenga muy buena conductividad (amplia gama de frecuencias).</li> <li>- Que no irrite la piel del paciente.</li> <li>- Que no dañe las superficies del transductor.</li> <li>- Presentación en envases de 250±10ml.</li> </ul> <p>Indicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procesos de ecografía diagnóstica y terapéutica.</li> </ul>
3	014347	<p>LUBRICANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lubricante hidrosoluble, estéril transparente.</li> <li>- Que no manche la ropa del paciente.</li> <li>- Que tenga muy buena conductividad.</li> <li>- Que no irrite la piel del paciente.</li> <li>- Presentación en envase de 100 gr máximo.</li> <li>- La valoración económica de este producto se realizará por la fórmula gr/€</li> <li>- Que no dañe superficies sintéticas de goma o metal.</li> </ul> <p>Indicación:</p> <p>Indicación:</p> <p>Introducción de catéteres en exploraciones ginecológicas, endoscópicas, urológicas, así como lubricación de instrumentos en general.</p>
4	014332	<p>GEL LUBRICANTE ESTERIL EN SOBRE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gel lubricante estéril, hidrosoluble y bacteriostático.</li> <li>- Para uso en quirófano principalmente.</li> <li>- Que tenga muy buena conductividad.</li> <li>- Que no irrite la piel del paciente.</li> <li>- Presentación en envase de 100 ml máximo.</li> <li>- La valoración económica de este producto se realizará por la fórmula gr/€.</li> <li>- Que no dañe superficies sintéticas de goma o metal.</li> </ul> <p>Indicación:</p> <p>Exploraciones que requieran un campo quirúrgico</p>

**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: (SI)  
3 UNIDADES POR CADA LOTE.**


No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

*Las muestras se entregarán en el Almacén General **separadas** del resto de documentación del expediente.*

Madrid, a 7 de Julio de 2015.

LA DIRECTORA GERENTE,

Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González.



EXPEDIENTE N° 2015-0-55

OBJETO: SUMINISTRO DE ELECTRODO FETAL, LUBRICANTE Y GEL PARA ECOGRAFIA

### ANEXO PLIEGO

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROGA 24 MESES	PRECIO S/IVA	PRESUPUESTO				
					BASE IMPONIBLE	IVA 10%	IVA 21%	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO
1	ELECTRODO FETAL	3.400	3.400	3,2870	11.175,800		2.346,918	13.522,718	22.351,600
2	GEL HIDROSOLUBLE PARA ECOGRAFIA	22.200	22.200	0,3500	7.770,000	777,000		8.547,000	15.540,000
3	LUBRICANTE	7.600	7.600	2,4000	18.240,000	1.824,00		20.064,000	36.480,000
4	GEL ULTRASONIDO ESTERIL EN SOBRE	1.060	1.060	0,8730	925,380		194,330	1.119,710	1.850,760
					38.111,18	2.601,00	2.541,25	43.253,43	76.222,360