

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE PULSERAS IDENTIFICATIVAS PACIENTE PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con los artículos 116 del TRLCSP, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del suministro de **PULSERAS IDENTIFICATIVAS PACIENTE**.

El expediente comprende los siguientes lotes:

LOTE	ORDE N	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCIÓN TECNICA)
1	1	015651	PULSERA IDENTIFICACION PACIENTE ADULTO <ul style="list-style-type: none"> • Personal e intransferible de un solo uso. • Material Hipoalergénico, exento de látex, resistente a la tensión, del cierre y ruptura en cualquier dirección. • Buena adaptación anatómica. • Material que no deteriore la piel del paciente durante todo el ingreso, con protección o almohadillado. • Cierre de seguridad con adhesivo troquelado para evitar ser reutilizadas. • Fácil manejo en la colocación de la pulsera. • Resistente al agua e indeleble. • Tamaño 260 mm. X 25 mm. (+/- 2mm) • Material que permita imprimir los datos necesarios para su identificación.
	2	015652	PULSERA IDENTIFICACION PACIENTE PEDIATRICO <ul style="list-style-type: none"> • Personal e intransferible de un solo uso. • Material Hipoalergénico, exento de látex, resistente a la tensión, del cierre y ruptura en cualquier dirección. • Material que no deteriore la piel del paciente durante todo el ingreso, con protección o almohadillado. • Buena adaptación anatómica. • Cierre de seguridad con adhesivo troquelado para evitar ser reutilizadas. • Fácil manejo en la colocación de la pulsera. • Resistente al agua e indeleble. • Tamaño 200 mm. X 20 mm.(+/- 2mm) • Material que permita imprimir los datos necesarios para su identificación.

LOTE	ORDEN	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCIÓN TÉCNICA)
1	3	015653	<p>PULSERA IDENTIFICACION DUADA MADRE Y NEONATO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doble indicada para madre y neonato • Personal e intransferible de un solo uso. • Material Hipoalergénico, exento de látex, resistente a la tensión, del cierre y ruptura en cualquier dirección • Material que no deteriore la piel del paciente durante todo el ingreso, con protección o almohadillado • Buena adaptación anatómica. • Cierre de seguridad con adhesivo troquelado para evitar ser reutilizadas • Resistente al agua e indeleble. • La pulsera de neonato, ha de tener una protección o almohadillado para evitar daños. • Fácil manejo en la colocación de la pulsera. • Tamaño Madre: 260 mm. X 20 mm. (+/- 2mm) • Tamaño Neonato: 150 mm. X 20 mm. (+/- 2 mm) • Tamaño Duada: 260 mmx X 40 mm(con tapa precorte) (+/- 2mm) • Material que permita imprimir los datos necesarios para su identificación.
2	4	015769	<p>PULSERA ADULTO IDENTIFICACION GRUPO SANGUINEO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material de plástico hipoalergénico, exento de látex, resistente a la tensión, del cierre y ruptura en cualquier dirección, personal e intransferible de un solo uso. • Material que no deteriore la piel del paciente durante todo el ingreso. • Buena adaptación anatómica. • Cierre de seguridad con clip de plástico inviolable. • Fácil manejo en la colocación de la pulsera. • Resistente al agua e indeleble. • Tamaño 280-90 mm. X 23-27 mm. (+/- 2mm) • La superficie de escritura es 55-60 mm x 25-30 mm. • Material que permita escribir o imprimir los datos necesarios para su identificación. • Diferentes colores mínimo 5 (siendo imprescindibles la presentación del color rojo, azul, amarillo y verde).
3	5	018748	<p>PULSERA IDENTIFICACION FOAM NEONATOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material de foam o espuma hipoalergénico con lámina protectora, exento de látex, resistente a la tensión, del cierre y ruptura en cualquier dirección, personal e intransferible de un solo uso. • Adhesivo plástico de protección de la etiqueta. • Material que no deteriore la piel del paciente durante todo el

LOTE	ORDEN	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCIÓN TÉCNICA)
3	5	018748	<p>ingreso.</p> <ul style="list-style-type: none"> Buena adaptación anatómica. Cierre de seguridad con velcro. Fácil manejo en la colocación de la pulsera. Resistente al agua e indeleble. Tamaño 130-140 mm. X 30-40 mm. (+/- 2mm) La superficie de escritura es 55-60 mm x 20-25 mm. Material que permita escribir o imprimir los datos necesarios para su identificación. Diferentes colores: uno para niños y otro para niñas.
	6	018749	<p>PULSERA IDENTIFICACION FOAM PREMATUROS</p> <ul style="list-style-type: none"> Material de foam o espuma hipoalergénico con lámina protectora, exento de látex, resistente a la tensión, del cierre y ruptura en cualquier dirección, personal e intransferible de un solo uso. Adhesivo plástico de protección de la etiqueta. Material que no deteriore la piel del paciente durante todo el ingreso. Buena adaptación anatómica. Cierre de seguridad con velcro. Fácil manejo en la colocación de la pulsera. Resistente al alcohol y al agua e indeleble. Tamaño: 60-65 mm. X 30-35 mm. (+/- 2 mm) La superficie de escritura es 55-60 mm x 20-25 mm. Material que permita escribir o imprimir los datos necesarios para su identificación. Diferentes colores: uno para niños y otro para niñas.

OTROS REQUISITOS:

LOTE 1 (Ordenes 1, 2,3)

Durante la vigencia del contrato el adjudicatario deberá:

- Ceder al Hospital, 19 impresoras con tarjeta de red, con impresión instantánea a demanda de los datos del paciente, así como la posibilidad también de imprimir códigos de barras, con corte automático de la pulsera y con impresión en tinta indeleble y resistente a la abrasión o termo-impresión.
- El Hospital dispone actualmente de 3 impresoras de la marca Birch modelo BP-745 (que es el modelo de impresora actualmente utilizado) que si el adjudicatario ofertara este modelo de impresora, no la tendría que proporcionar, solo la tendría que mantener.
- Asumir los gastos de mantenimiento y piezas para el correcto funcionamiento de las impresoras, debiéndose reparar o sustituir en el plazo máximo de 48 horas.
- En caso de oferta de impresión a través de ribbon, el mismo, estará incluido en el precio de la pulsera.
- Para cualquier duda sobre el sistema informático e impresoras se pondrán en contacto con el Jefe del Servicio de Informática.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SI, para todos los lotes 2 unidades de cada número de orden. Para el Lote 1 (2 BOBINAS RIBBON).


- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto. Las muestras se entregarán en el ALMACÉN del Hospital.

Madrid, 31 de enero de 2018

DIRECTORA DE ENFERMERIA


Fdo.: Andión Goni Olagua

SUPERVISOR RECURSOS MATERIALES


Fdo.: Antonio Jarillo Sánchez

JEFE SERVICIO INFORMÁTICA


Fdo.: Fernando Herráez Maestro

EXPEDIENTE: 2018-0-31

OBJETO: SUMINISTRO DE PULSERAS IDENTIFICATIVAS PACIENTES

LOTE	PRESUPUESTO							
	ORDEN	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
1	1	015651	PULSERA IDENTIFICATIVA PACIENTE ADULTO	668.000	0,0690	46.092,00	9.679,320	55.771,320
	2	015652	PULSERA IDENTIFICATIVA PACIENTE PEDIATRICO	150.000	0,0690	10.350,00	2.173,500	12.523,500
	3	015653	PULSERA IDENTIFICATIVA DUADA MADRE Y NEONATO	18.000	0,1000	1.800,00	378,000	2.178,000
2	4	015769	PULSERA ADULTO IDENTIFICACION GRUPO SANGUINEO	34.000	0,1100	3.740,00	785,400	4.525,400
3	5	018748	PULSERA IDENTIFICACION FOAM NEONATOS	1.400	1,6900	2.366,00	496,860	2.862,860
	6	018749	PULSERA IDENTIFICACION FOAM PREMATUROS	1.200	1,6900	2.028,00	425,880	2.453,880
						66.376,00	13.938,960	80.314,960