

PA 2019-0-007

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PARA EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA CON DESTINO AL SERVICIO DE CIRUGIA CARDIACA

1.- OBJETIVO Y ALCANCE.

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro de DISPOSITIVOS PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA, con destino al Servicio de Cirugía Cardíaca, para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

Todo el material ofertado deberá incluir en el precio de licitación todos los accesorios necesarios para su implantación.

2.- PRODUCTOS QUE SON OBJETO DE LICITACIÓN Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño:

LOTE/ ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Varios	DISPOSITIVO PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA (ESTERNOTOMIA) <ul style="list-style-type: none">- Dispositivo para la exclusión de la orejuela izquierda, con un clip Gillinow-Cosgrove precargado en un sistema de liberación. Diseñado para aplicarse a nivel epicárdico y a través de esternotomía. Con guía de selección.- Eje flexible de 6 cm.- Empuñadura de agarre.- Barras internas de sostén en titanio y carbothane TM- Muelles en nitinol.- Recubrimiento en Dacrón.- Medidas: de 35 a 50 mm

Madrid, 21 de Enero de 2019

Fdo: Luis Maroto Castellanos
Jefe Servicio de Cirugía Cardíaca



PA 2019-0-007

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PARA EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA CON DESTINO AL SERVICIO DE CIRUGIA CARDIACA

LOTE/ ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2	Varios	DISPOSITIVO PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA (TORACOTOMÍA) <ul style="list-style-type: none">- Dispositivo para la exclusión de la orejuela izquierda, con un clip Gillinow-Cosgrove precargado en un sistema de liberación. Diseñado para aplicarse de forma epicárdica con acceso por minitoracotomía. Con guía de selección.- Eje maleable de 25 cm.- Cabeza articulada omnidireccional (180º) dirigido por palancas de articulación horizontal y vertical con función de bloqueo.- Sin marco de anclaje.- Funciones de implantación rápidas.- Barras internas de sostén en titanio y carbothane TM- Muelles en nitinol.- Recubrimiento en Dacrón- Medidas: de 35 a 50 mm.

CLAÚSULAS:

1.- PRODUCTOS:


- Los productos que lo requieran deberán cumplir con el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre de 2009, publicado el 6 de noviembre de 2009, por el que se regulan los productos sanitarios.

- Será condición indispensable para su admisión el marcado C.E.

2.- MUESTRAS: NO

- Si el producto ofertado no se consume en el Centro y con la descripción de la ficha técnica el Servicio de Cardiología considera que no es suficiente para su valoración, se podrán solicitar muestras para realizar, si procede, un procedimiento de prueba.

Madrid, 21 de Enero de 2019



Hospital Clínico
San Carlos
Madrid

Fdo: Luis Maroto Castellanos
Jefe Servicio de Cirugía Cardíaca

Presupuesto base de licitación:

LOTE	Códigos	Descripción	Consumo estimado 12 meses	Euros/unid./IVA	Base imponible	Importe IVA (10%)	TOTAL € c/IVA	VALOR ESTIMADO
1	Varios	DISPOSITIVO PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA (ESTERNOTOMÍA)	29	1.100	31.900	3.190	35.090	70.180
2	Varios	DISPOSITIVO PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA (TORACOTOMÍA)	20	3.200	64.000	6.400	70.400	140.800
IMPORTE TOTAL					95.900	9.590	105.490	210.980

Madrid, 14 de febrero de 2019



 Fdo.: Prof. Luis Maroto Castellanos
 Jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca

