

COMUNICACIÓN EMPRESAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
--

LECTURA INFORME TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

Expediente:	P.A. 2018-0-08
--------------------	----------------

Denominación	SUMINISTRO DE SISTEMA COMPLETO DE IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA Y SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO "12 DE OCTUBRE"
---------------------	---

Tipo de Procedimiento	ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
------------------------------	----------------------------------

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario “12 de Octubre”, en sesión de fecha **03 de mayo de 2018**, evaluada la documentación técnica presentada por los licitadores en el expediente de referencia, ha realizado la lectura del Informe técnico emitido por el servicio correspondiente, acordando rechazar la siguiente proposición del licitador abajo indicado por presentar oferta que según Informe técnico recogido en el ANEXO, no se ajusta a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

NIF	EMPRESA
A28664589	BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.

A continuación se efectúa la apertura del sobre N° 3 (documentación económica) de las empresas que a continuación se relacionan:

NIF	EMPRESA
A50140706	BECTON DICKINSON, S.A.
A28171601	FRANCISCO SORIA MELGUIZO, S.A.

Y para que conste, se expide y firma en Madrid, a **03 de mayo de 2018**, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Real Decreto 49/2003, de 3 de abril.

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: M^a Nieves Lasso de la Vega Oteo





Documento de información en www.madrid.org/csv
 092588750158534160951

EXPEDIENTE: 2018-0-8

Material: SISTEMA COMPLETO DE IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA Y SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA LAB. MICROBIOLOGÍA

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
1	PANELES COMBO IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE MICROORGANISMOS GRAMNEGATIVOS Y POSITIVOS, Y PANELES DE ANTIBIOTICOS TOTAL PUNTOS..... MAXIMO 20 PUNTOS 1. Posibilidad de trabajar en modo multitarea desde los diferentes puestos de trabajo 10 Puntos 2. Inclusión de nuevos antibióticos en los paneles 10 Puntos	FRANCISCO SORIA MELGUIZO, S.A.: TOTAL PUNTOS.....20 PUNTOS 1. 10 Puntos 2. 10 Puntos	BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.: No cumple las especificaciones solicitadas. Se solicita: Equipo primario y de apoyo con lectura manual. El sistema ofertado y el de apoyo no permiten la lectura manual con visualización del crecimiento. Se solicitan: Paneles para identificación y sensibilidad (CMI) de forma conjunta. En su oferta no disponen de paneles combinados.
2	IDENTIFICACION MICROORGANISMOS POR ESPECTROMETRIA DE MASAS TOTAL PUNTOS MAXIMO 20 PUNTOS 1. Actualizaciones periódicas de la base de datos de identificación de microorganismos y de mecanismos de resistencia.... 10 Puntos 2. Actualizaciones del software con nuevas aplicaciones..... 10 Puntos	BECTON DICKINSON, S.A.: TOTAL PUNTOS 20 PUNTOS 1. 10 Puntos 2. 10 Puntos	BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.: No cumple con las especificaciones solicitadas. Se solicita: Equipo compacto de sobremesa que utilice placas reutilizables. Oferta un equipo que no es de sobremesa y no dispone de placas reutilizables. Se Solicita: Equipo con Software de identificación de mecanismos de resistencias. En la oferta no incluye procedimientos para detección de resistencias.

Madrid, 24 abril de 2018

Fdo: Dr. Delgado Vázquez

Jefe de Servicio de Microbiología

Fdo: Dr. Chaves Sánchez

Sección de Bacteriología