

EXPEDIENTE:	GCASU1800003
OBJETO:	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE USO SANITARIO

TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO

Que en la sesión del 18 de abril de 2018, la Mesa de Contratación ha constatado la subsanación de la documentación administrativa presentada por las empresas AB MEDICA GROUP, S.A.; BASTOS MEDICA, S.L. y PRODUCTOS FAVESAN, S.A. por tanto quedan admitidas al presentar correctamente la documentación exigida.

Seguidamente, se procede a la valoración técnica, quedando excluidos por no cumplir las especificaciones técnicas exigidas en el Pliego, los siguientes licitadores:

Licitadores excluidos de la licitación:

BASTOS MEDICAL, S.L.
BECTON DICKINSON, S.A.
FUNGI – MED, S.L.
GARRIC MEDICA, S.L.
HELIANTHUS MEDICAL, S.L.
IZASA HOSPITAL, S.L.
LELEMAN, S.L.
MEDGROWTH INTERNACIONAL, S.L.
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.

El resto de licitadores pasan a la siguiente fase de valoración. (Informe valoración técnica, ver Anexo)

Resumen de licitadores a los lotes presentados:

LICITADORES PRESENTADOS	lotes	No cumple	cumple	NO ABRIR SOBRE ECONOMICO
A B MEDICA GROUP, S.A.	10		10	
AMEBIL, S.L.	6, 7, 9		6, 7, 9	
AMEVISA, S.A.	3, 7, 8	8	3, 7	
BASTOS MEDICAL, S.L.	1, 2, 3	1, 2, 3		
BECTON DICKINSON, S.A.	8	8		
CAHNOS	1, 2, 7, 8, 9, 10	1,2,8	7,9,10	
DEXTRO MEDICA	9		9	
DISTRAUMA MEDICAL	1, 2, 7, 8	8	1, 2, 7	
DISTRIBUC. CLINICAS	1, 2, 3, 5, 6, 7, 9		1, 2, 3, 5, 6, 7, 9	
FUNGI MED	9	9		
GARRIC MEDICA	9	9		
HELIANTHUS MEDICAL	1, 2	1,2		
HOSPIFER SERUMESPA	5, 6, 7, 8	8	5, 6, 7	
HOSPIRA	8		8	
IBERHOSPITEX	6,7		6,7	

INTERSURGICAL ESPAÑA	5, 6, 7, 8, 9	5, 6, 8, 9	7	
IZASA HOSPITAL	5, 7, 9	5, 7, 9		
KLUTER MEDICAL	1, 2		1,2	
LAB. CAIR ESPAÑA	7, 8	8	7	
LELEMAN	1, 2	1, 2		
LIBERA MEDICA	6, 7, 8	8	6,7	
MEDGROWTH	1, 2	1, 2		
MEDICAL MIX	1, 2		1, 2	
MEDLINE INTERN.	7	7		
MERMAID MEDICAL IBERIA	9		9	
PROD. FAVESAN, S.A.	3		3	
PROD. MEDICOS HOSPITALARIOS	6, 7, 8	8	6, 7	
STIEFEL FARMA	1, 2		1,2	
SUMINISTROS HOSPITALARIOS	1,2,7	1, 2	7	
VECMEDICAL	6		6	

Divulgándose dichas circunstancias en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>).

Lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 19.3 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, expido y firmo en San Sebastián de los Reyes a 24 de abril de 2017.

EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN,



**Hospital Universitario
Infanta Sofía**

SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIONES
Fdo.: Jose Alberto Torcal Ochoa.

FICHA VALORACIÓN TÉCNICA
GCASU1800003 SUM. DE DIVERSO MATERIAL DE USO SANITARIO

LOTE 1 : CURETA DERMATOLOGICA DESECHABLE

LIOTADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
BASTOS MEDICAL, S.L.	NO	La cuchilla no corta perfectamente el tejido (piel)
CAHINOS S.L. DISTRIB. PROD. SANITARIOS	NO	La cuchilla no corta perfectamente el tejido (piel)
DISTRAUMA MEDICAL, S.L.	SI	
DISTRIBUCIONES CLÍNICAS S.A.	SI	
HELANTHUS MEDICAL S.L.	NO	La cuchilla no corta perfectamente el tejido (piel)
LELEMAN, S.L.	NO	La cuchilla no corta perfectamente el tejido (piel)
MEDGROWTH INTERNACIONAL, S.L.	NO	La cuchilla no corta perfectamente el tejido (piel)
MEDICAL MIX, S.L.	SI	
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	NO	La cuchilla no corta perfectamente el tejido (piel)
STIEFFEL FARMA. S.A.U.	SI	
KLUTER MEDICAL, S.L.	SI	

LOTE 2 : PUNCH DE BIOPSIA

LIOTADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
BASTOS MEDICAL, S.L.	NO	La cuchilla no corta perfectamente el tejido (piel)
CAHINOS S.L. DISTRIB. PROD. SANITARIOS	NO	La cuchilla no corta perfectamente el tejido (piel)
DISTRAUMA MEDICAL, S.L.	SI	
DISTRIBUCIONES CLÍNICAS S.A.	SI	
HELANTHUS MEDICAL. S.L.	NO	La cuchilla no corta perfectamente el tejido (piel)
KLUTER MEDICAL, S.L.	SI	
MEDGROWTH INTERNACIONAL, S.L.	NO	La cuchilla no corta perfectamente el tejido (piel)
LELEMAN, S.L.	NO	La cuchilla no corta perfectamente el tejido (piel)
MEDICAL MIX, S.L.	SI	
STIEFFEL FARMA	SI	
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	NO	La cuchilla no corta perfectamente el tejido (piel)

LOTE 3: PINZA CLAMP DE PLÁSTICO

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
AMEVISA, S.A.	SI	
BASTOS MEDICAL, S.L.	NO	Al clampar tubos de diámetros gruesos no dispone de la consistencia ni rigidez necesaria y las palas se entrecruzan
DISTRIBUCIONES CLÍNICAS, S.A.	SI	
PRODUCTOS FAVESAN, S.A.	SI	

LOTE 4: DEPRESOR LINGUAL DE PLÁSTICO

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
		DESIERTO

LOTE 5: TUBO SILICONA 6X12 mm

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
DISTRIBUCIONES CLÍNICAS, S.A.	SI	
INTERSUBJUGAL ESPAÑA, S.L.	NO	Presenta tubo de 8x11 y se pide de 6x12 y no es silicona.
HOSPITER SERUMESPA, S.L.	SI	
IZASA HOSPITAL, S.L.	NO	Se pide de 6x12 mm y oferta 5x10 mm.

LOTE 6: TUBO BULBO 7X9 mm

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
AMEBIL, S.L.	SI	
DISTRIBUCIONES CLÍNICAS, S.A.	SI	
HOSPITER SERUMESPA, S.L.	SI	
INTERSUBJUGAL ESPAÑA, S.L.	NO	Se pide transparente y lo presenta translúcido.
IBERHOSPITEX, S.A.	SI	
LIBERA MEDICA, S.L.	SI	
PRODUCTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	SI	
VECMEDICAL SPAIN, S.L.	SI	

LOTE 7: TUBO DE ASPIRACIÓN DE 7X10 mm.

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
PRODUCTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	SI	
HOSPITER SERUMESPA, S.L.	SI	
CAHNOS S.L. DISTRIB. PROD. SANITARIOS	SI	
AMEBIL, S.L.	SI	
DISTRAUMA MEDICAL, S.L.	SI	
AMEVISA, S.A.	SI	
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	SI	
DISTRIBUCIONES CLINICAS S.A.	SI	
IBERHOSPTEX S.A.	SI	
LIBERA MEDICA, S.L.	SI	
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.	NO	El diametro interno de la conexión tiene entre 8 y 9 mm. y se solicita que se puedan conectar elementos hasta 10 mm.
IZASA HOSPITAL, S.L.	NO	Presenta producto diferente al solicitado - (Presenta tubo bulbo)
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.	SI	
INTERSÚRGICAL ESPAÑA, S.L.	SI	

LOTE 8: PUNZÓN PARA TRASVASACIÓN

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	NO	INCUMPLIMIENTOS: Deberá ser dispositivo cerrado, de forma mecánica y microbiológicamente. Evitará la salida de vapores de fluidos potencialmente tóxicos durante la conexión y la desconexión. Compatible con sangre y derivados, lípidos, soluciones salinas, antisépticos y otros medicamentos de alto poder caústico. Volumen residual menor de 0,05 ml. Exento de DEHP.
CAHNOS S.L. DISTRIB. PROD. SANITARIOS	NO	INCUMPLIMIENTOS: Deberá ser dispositivo cerrado, de forma mecánica y microbiológicamente. Evitará la salida de vapores de fluidos potencialmente tóxicos. Compatible con sangre y derivados, lípidos, soluciones salinas, antisépticos y otros medicamentos de alto poder caústico. Volumen residual menor de 0,05 ml. Exento DEHP.

HOSPIRA PROD. FARMACEUT. Y HOSPITAL.	SI		
DISTRAUMA MEDICAL, S.L.	NO	INCUMPLIMIENTOS: Deberá ser dispositivo cerrado, de forma mecánica y microbiológicamente. Evitará la salida de vapores de fluidos potencialmente tóxicos durante la conexión y la desconexión. Compatible con sangre y derivados, lípidos, soluciones salinas, antisépticos y otros medicamentos de alto poder caústico. Volumen residual menor de 0,05 ml. Exento de FTALATOS.	
BECTON DICKINSON, S.A.	NO	INCUMPLIMIENTOS: Deberá ser dispositivo cerrado, de forma mecánica y microbiológicamente. Dispone de un solo orificio de entrada. Evitará la salida de vapores de fluidos potencialmente tóxicos durante la conexión y la desconexión. Compatible con sangre y derivados, lípidos, soluciones salinas, antisépticos y otros medicamentos de alto poder caústico. Volumen residual menor de 0,05 ml. Exento de ftalatos.	
AMEVISA, S.A.	NO	INCUMPLIMIENTOS: Deberá ser dispositivo cerrado, de forma mecánica y microbiológicamente. Dispone de un solo orificio de entrada. Evitará la salida de vapores de fluidos potencialmente tóxicos durante la conexión y la desconexión. Presenta filtro de 5 micras. Compatible con sangre y derivados, lípidos, soluciones salinas, antisépticos y otros medicamentos de alto poder caústico. Volumen residual menor de 0,05 ml. Exento de DEHP.	
LIBERA MÉDICA, S.L.	NO	INCUMPLIMIENTOS: Deberá ser dispositivo cerrado, de forma mecánica y microbiológicamente. Evitará la salida de vapores de fluidos potencialmente tóxicos durante la conexión y la desconexión. Compatible derivados de la sangre, lípidos, soluciones salinas, antisépticos y otros medicamentos de alto poder caústico. Volumen residual menor de 0,05 ml.	
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.	NO	INCUMPLIMIENTOS: Deberá ser dispositivo cerrado, de forma mecánica y microbiológicamente. Evitará la salida de vapores de fluidos potencialmente tóxicos durante la conexión y la desconexión. Compatible soluciones salinas, antisépticos y otros medicamentos de alto poder caústico. Volumen residual menor de 0,05 ml. Exento de látex.	
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	NO	INCUMPLIMIENTOS: Volumen residual menor de 0,05 ml.	
HOSPISFER SERUMESPA, S.L.	NO	INCUMPLIMIENTOS: Deberá ser dispositivo cerrado, de forma mecánica y microbiológicamente. Evitará la salida de vapores de fluidos potencialmente tóxicos durante la conexión y la desconexión. Compatible con sangre y derivados, lípidos, soluciones salinas, antisépticos y otros medicamentos de alto poder caústico. Volumen residual menor de 0,05 ml. Exento de DEHP y ftalatos.	

LOTE 9: GUANTE DE ATENUACIÓN RADIOLOGICA LIBRE DE PLOMO

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
IZASA HOSPITAL, S.L.	NO	Se pide una atenuación mínima del 60% para radiación de 60 Kv y presenta un 51%
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	NO	No contiene látex
MERMAID MEDICAL IBERIA, S.L.	SI	
CAHNOS S.L. DISTRIB. PROD. SANITARIOS	SI	
AMEIBL, S.L.	SI	
FUNGLI-MED, S.L.	NO	No contiene látex
DISTRIBUCIONES CLÍNICAS S.A.	SI	
DEXTROMEDICA, S.L.	SI	
GARRIC MEDICA, S.L.	NO	Se pide una atenuación mínima del 60% para radiación de 60 Kv y presenta un 55%

LOTE 10: PILA ALCALINA S PARA EQUIPAMIENTO MÉDICO

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
AB MEDICAL GROUP, S.A.	SI	
CAHNOS S.L. DISTRIB. PROD. SANITARIOS	SI	

San Sebastián de los Reyes, 17 de abril de 2018

LA RESPONSABLE DE RECURSOS MATERIALES

Fdo.: Ana M^a Lopez Martinez

