

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES, PARA EL SUMINISTRO DE COBERTURA QUIRURGICA POR PROCEDIMIENTO PARA QUIROFANOS DE LA RESIDENCIA GENERAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del suministro de SUMINISTRO DE COBERTURA QUIRURGICA POR PROCEDIMIENTO PARA QUIROFANOS DE LA RESIDENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

El concurso tiene por objeto el suministro de la cobertura quirúrgica por procedimiento de los Quirófanos de la Residencia General, según se detalla en este Pliego.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL

1. El material ofertado deberá cumplir las siguientes características:

- Fabricado en tejido no tejido o equivalente.
- Los paños quirúrgicos deberán ser impermeables y absorbentes en su totalidad.
- Resistente a la rotura en condiciones secas y húmedas.
- Resistente a la penetración microbiana, hipoalérgico, que no desprenda partículas.
- Las sábanas quirúrgicas serán adaptables a la anatomía del paciente.
- Adhesividad prolongada en el tiempo, e hipoalérgica que minimice las reacciones cutáneas.
- Las batas deberán tener puño elástico que se ajusten a las muñecas.
- Todos los materiales deben estar exentos de látex (reflejado en el etiquetado) y en presentación estéril.
- Todas las medidas son aproximadas.
- La composición de los equipos definidos en cada procedimiento es orientativa, si bien la variedad y cantidad de componentes debe respetarse en todo caso, pudiendo por tanto variarse la inclusión o no en los equipos correspondientes.

2. La composición del equipo : “ EQUIPO DE CIRUGIA BASICO”, común a varios procedimientos es la siguiente:

- 2 cubremesas reforzados 140 x 190 cm
- 1 sábana adhesiva reforzada de 240 x 150 cm
- 2 sábanas adhesivas de 170 X 200 cm.
- 3 batas quirúrgicas estándar resistentes y cómodas XL. (140 cm)

- 1 bata quirúrgica estándar resistentes y cómodas L.(130 cm)
- 2 paños adhesivos reforzados de 75 x 90 cm.
- 2 cintas adhesivas 10 x 50 cm.
- 2 toallitas para secar campo de incisión.

OTROS REQUISITOS

- El adjudicatario dejara en deposito un stock de material que permita cubrir las intervenciones programadas y las urgentes Asimismo, el stock, deberá incluir material suelto, para responder a posibles eventualidades (la posible utilización de este material será por cuenta del adjudicatario). Se incluirán en este material los manguitos.
- La oferta deberá incluir el servicio de reposición del material utilizado, la misma se realizara con la frecuencia necesaria para garantizar la disponibilidad de cobertura en las intervenciones programadas y urgentes.
- El desembalaje, la colocación del material y la retirada del cartón de embalaje será por cuenta del adjudicatario.
- Asimismo el adjudicatario deberá adecuar las instalaciones destinadas al almacenaje del material, así como el material de transporte interno que sea preciso
- El adjudicatario instalara un sistema informático que gestione los stocks de los diferentes artículos, y la preparación diaria por parte del personal de Hospital del material necesario para las intervenciones a realizar. Este sistema deberá constar tanto del software como de los equipos necesarios para su funcionamiento (lectores, impresoras, PC, etc.....). Asimismo seria conveniente que el adjudicatario instalara en el Servicio de Informática del Hospital el servidor que diera el soporte informático a la gestión del servicio descrito anteriormente
- Se deberá incluir en la oferta la formación al personal, tanto del Quirófano como de Esterilización, para las tareas del uso de la cobertura como para la logística. Se deberá especificar el número de horas destinadas a la misma, si fuera necesario esta formación se extenderá a toda la vigencia del concurso
- Si durante la vigencia del contrato, se acordara con el Hospital, realizar variaciones en la composición de la cobertura, el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de 3 meses para su suministro.

Se adjunta al Pliego Anexo con la estimación de procedimientos por tipo:

ESPECIALIDAD: ANESTESIA

Nº ORDEN	COBERTURA POR PROCEDIMIENTO
1	<p>PROCEDIMIENTO ANESTESIA RAQUIDEA EPIDURAL</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 paños estériles adhesivos 75x90 cm ▪ 1 paño estéril no adhesivo 75x90 cm
2	<p>PROCEDIMIENTO ANESTESIA VIA CENTRAL</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 paños estériles adhesivos 75x90 cm ▪ 1 paño estéril no adhesivo 75x90 cm ▪ 1 bata quirúrgica estándar talla XL (140 cm longitud)

ESPECIALIDAD: CIRUGIA CARDIACA

Nº ORDEN	COBERTURA POR PROCEDIMIENTO
3	<p>PROCEDIMIENTO CIRUGIA MAYOR CARDIACA</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE CIRUGIA MAYOR CARDÍACA: Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 cubremesa reforzado envolvente de 200 x 240 cm. ▪ 3 toallitas secamanos. ▪ 1 bata impermeable talla L (grande) ▪ 1 cubremesas de 200 X 240 cm (doblado). ▪ 1 cubremesa reforzada para mesa de instrumental reforzada de 100 x 150 cm. ▪ 1 sábana cubreperiné en U adhesiva reforzada como mínimo 200 x 250 cm y fenestrada 45x90 cm ▪ 1 sábana reforzada adhesivas de 200x170 95 cm. ▪ 1 lija para bisturí.

3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 paños absorbentes adhesivo extragrueso de 80 x 110 cm. ▪ 2 cintas adhesivas 50 x 9 cm. ▪ 6 compresas 45x45 cm con control radiológico. ▪ 6 compresas verdes 50x60cm ▪ 6 paños no adhesivos 45x60cm. ▪ 2 cintas de velcro adhesivo de 2,5 x 50 cm ▪ 1 paño estéril adhesivo reforzado de 75 X 90 cm. ▪ 11 paños absorbentes 60 x 40 cm aprox. ▪ 10 gasas tejido no tejido con contraste 10x10 y 50 g/m2 ▪ 1 sábana adhesiva y reforzada de 180 x 250 cm. ▪ 1 sábana adhesiva de 200 x 200 cm. ▪ 2 bolsas instrumentales 40 x 33 cm con adhesivo. <p>+ 2 calzas + 1 paño no adhesivo reforzado de 75x75cm. + 4 batas reforzadas, talla XL.</p>
4	<p>PROCEDIMIENTO CIRUGIA MENOR CARDÍACA</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE CIRUGIA BÁSICO: (Ver composición en apartado de características comunes de este Pliego).</p>

ESPECIALIDAD: CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVO

Nº ORDEN	COBERTURA POR PROCEDIMIENTO
5	<p>PROCEDIMIENTO LAPAROTOMIA Y CUELLO</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE CIRUGIA BASICO (Ver composición en apartado de características comunes de este Pliego).</p> <p>+ 2 paños adhesivos 75x90 cm + 1 paño no adhesivo 75x90 cm</p>

Nº ORDEN	COBERTURA POR PROCEDIMIENTO
6	<p>PROCEDIMIENTO ABDOMINOPERINEAL ABIERTO Y OBESIDAD MORBIDA</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE CIRUGÍA ABDOMINOPERINEAL ABIERTO: Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 cubremesas de 140 X 190 cm. ▪ 2 bolsas instrumental con adhesivo. ▪ 2 cintas adhesivas de 10 x 50 cm. ▪ 2 cintas tipo velcro de 2 x 23 cm. ▪ 1 sábana quirúrgica litotomía abdominal reforzada 250 x 300 cm <p>+ 1 bata quirúrgica estándar talla L (130 cm).</p> <p>+ 3 batas quirúrgica reforzada talla XL (140 cm)</p> <p>+ 2 paños adhesivos 75x90 cm</p> <p>+ 2 paños no adhesivo 75x90 cm</p> <p>+ 2 toallitas para secar campo de incisión</p>
7	<p>PROCEDIMIENTO ABDOMINO-PERINEAL LAPAROSCÓPICA</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE CIRUGÍA ABDOMINO-PERINEAL LAPAROSCÓPICA: Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 cubremesas de 140 X 190 cm. ▪ 2 bolsas instrumentales con adhesivo. ▪ 1 cinta adhesiva de 10 x 50 cm. ▪ 1 sábana quirúrgica fenestrada de 250 X 300 cm con fenestración central adhesiva de 23 x 36 cm. con refuerzo absorbente y anillas fija tubos. <p>+ 3 batas quirúrgica reforzada talla XL (140 cm)</p> <p>+ 1 batas quirúrgica estándar talla L (130 cm).</p> <p>+ 2 toallitas para secar campo de incisión.</p>

Nº ORDEN	COBERTURA POR PROCEDIMIENTO
8	<p>PROCEDIMIENTO CIRUGIA DE MAMA</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE CIRUGIA BASICO (Ver composición en apartado de características comunes de este Pliego).</p> <ul style="list-style-type: none"> + 1 cinta adhesiva. + 1 estoquinate de 20x 5 + 2 paños adhesivos 75x90 cm
9	<p>PROCEDIMIENTO CIRUGÍA RECTAL (PROCTOLOGÍA)</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO PROCTOLOGIA:</p> <p>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 cubremesas de 140 X 190 cm. ▪ 2 paños adhesivos de 75 X 75 cm. ▪ 2 toallitas para secar el campo de incisión. ▪ 2 fundas de perneras de 75 x 120 cm. <ul style="list-style-type: none"> + 1 bata quirúrgica talla L (130 cm). + 2 batas quirúrgicas talla XL (140 cm).

ESPECIALIDAD: CIRUGIA MAXILOFACIAL

Nº ORDEN	COBERTURA POR PROCEDIMIENTO
10	<p>PROCEDIMIENTO CIRUGIA CARA Y CABEZA (Máxilofacial y Plástica)</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE CIRUGÍA CARA Y CABEZA (MAXILOFACIAL Y PLÁSTICA)</p> <p>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 cubremesas extragrosos y resistente al material de osteosíntesis 140

10	<p>x 190 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 sábana abierta plastificadora adhesiva en “U” de 260 x 200 cm. ▪ 1 sábana adhesiva de 150 X 175 cm. ▪ 2 paños adhesivos de 90x75 cm. ▪ 1 cinta adhesiva 9 x 50 cm aprox. <p>+ 3 batas quirúrgicas estándar XL (140 cm). + 1 bata quirúrgica estándar L. (130 cm). + 1 funda de mesa de mayo de 75 x 150 cm.</p>
----	---

ESPECIALIDAD: CIRUGIA PLASTICA

Nº ORDEN	COBERTURA POR PROCEDIMIENTO
11	<p>PROCEDIMIENTO GRANDES CIRUGIAS Y MAMA</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE CIRUGIA BASICO (Ver composición en apartado de características comunes de este Pliego).</p> <p>+ 1 cubremesas extragrueso de 150x100cm</p>
12	<p>PROCEDIMIENTO CIRUGÍA DE MANO (Plástica, Vascular y Traumatología)</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE CIRUGIA DE MANO (PLÁSTICA, VASCULAR, TRAUMATOLOGÍA):</p> <p>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 cubremesas 140 x 190 cm. ▪ 1 sábana reforzada en T para manos de 380 x 140 cm ó 1 sábana estéril reforzada 195 x 370 cm ▪ 2 cintas adhesivas de 10 x 50 cm. ▪ 3 batas quirúrgicas estándar talla XL (140 cm). ▪ 1 bata quirúrgica estándar talla L (130 cm). ▪ 2 toallitas para secar el campo quirúrgico. ▪ 1 paño estéril adhesivo 75 x 90 cm

Nº ORDEN	COBERTURA POR PROCEDIMIENTO
13	<p>PROCEDIMIENTO CIRUGÍA EXTREMIDAD INFERIOR- INCLUIDO CODO, (Plástica y Traumatología)</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE CIRUGÍA EXTREMIDAD INFERIOR (PLÁSTICA y TRAUMATOLOGÍA):</p> <p>Consta de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 cubremesas extragruesos de 175 x 200 cm. ▪ 4 cintas adhesivas 9 x 50 cm. ▪ 4 toallitas para secar campo de incisión. ▪ 1 sábana de extremidad 280 x 200 cm con abertura elástica de 7 cm aprox. ▪ 1 sábana en U de aproximación de 280 x 225 cm. <p>+ 4 paños adhesivos absorbentes 90 x 75 cm</p> <p>+ 1 Estoquinete pequeño 20 x 75 cm.</p> <p>+ 1 cubremesas reforzado de 175 x 200 cm.</p> <p>+ 3 batas quirúrgicas reforzadas incluidos toda la extremidad superior y cadera XL (140 cm).</p> <p>+ 1 bata quirúrgica estándar L (130 cm).</p>

ESPECIALIDAD: CIRUGIA DE TORAX

Nº ORDEN	COBERTURA POR PROCEDIMIENTO
14	<p>PROCEDIMIENTO TORACOTOMIA</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO TORACOTOMIA:</p> <p>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 toallitas para secar campo de incisión ▪ 2 cintas adhesivas/velcro 10x50 cm ▪ 2 bolsas de instrumental adhesivo ▪ 4 paños adhesivo 75x90 cm ▪ 1 sábana torácica reforzada fenestrada (45 x 50 cm) con lámina de incisión adhesiva de 300 x 340 cm ó Sabana en U 200 x 305 cm reforzada ▪ 1 sábana de cabeza reforzada de 250x150 cm. ▪ 2 cubremesas de 140x190 ▪ 1 cubremesas de 150x100cm <p>+ 3 batas quirúrgicas reforzadas XL (140 cm).</p> <p>+ 1 bata quirúrgica estándar L (130 cm).</p>

Nº ORDEN	COBERTURA POR PROCEDIMIENTO
15	<p>PROCEDIMIENTO TORACOSCOPIA</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE CIRUGIA BASICO (Ver composición en apartado de características comunes de este Pliego).</p>

ESPECIALIDAD: CIRUGIA VASCULAR

Nº ORDEN	COBERTURA POR PROCEDIMIENTO
16	<p>PROCEDIMIENTO CIRUGIA MAYOR VASCULAR</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE CIRUGIA MAYOR VASCULAR</p> <p>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 Cubremesas 140x190 cm ▪ 1 Cubremesa 150x100cm ▪ 2 Toallitas para secar campo de incisión. ▪ 2 Bolsa instrumental auxiliar 40x33cm ▪ 1 Paño absorbente, 45x50 cm ▪ 4 Paños adhesivos 75x90cm ▪ 1 Sábana cabeza 260x160cm adhesiva ▪ 1 Sábana pies 196x200cm adhesiva <p>+ 1 Bata quirúrgica talla XL (140 cm)</p> <p>+ 3 Batas quirúrgicas reforzadas talla XL (140 cm)</p>
17	<p>PROCEDIMIENTO CIRUGÍA MENOR VASCULAR</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE CIRUGIA BASICO (Ver composición en apartado de características comunes de este Pliego).</p>

ESPECIALIDAD: DERMATOLOGIA

Nº ORDEN	COBERTURA POR PROCEDIMIENTO
18	<p>PROCEDIMIENTO MISCELANEAS (BIOPSIA, LIPOMA, REPARACION RENAL)</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 paño no adhesivo 75 x 90 cm ▪ 1 paño fenestrado de 50 x 60 cm adhesivo, con incisión de 5 cm. <p>+ 1 bata quirúrgica estándar talla XL (140 cm)</p> <p>+ 1 bata quirúrgica estándar talla L (130cm)</p>

ESPECIALIDAD: NEUROCIRUGIA

Nº ORDEN	COBERTURA POR PROCEDIMIENTO
19	<p>PROCEDIMIENTO CIRUGIA DE COLUMNA</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE CIRUGIA BASICO (Ver composición en apartado de características comunes de este Pliego).</p> <p>+ 1 cubremesas reforzado 150 x 100 cm.</p>
20	<p>PROCEDIMIENTO CRANEOTOMIA</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE CRANEOTOMIA</p> <p>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 cubremesas de 140 X 190 cm ▪ 1 cinta velcro de 2,5 x 15 cm ▪ 1 cinta adhesiva de 10 x 50 cm. ▪ 4 paños adhesivo de 45x50 cm

20	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 toallitas para secar campo quirúrgico. ▪ 1 cubremesas 160 x240 cm. ▪ 1 sábana fuertemente adhesiva de craneotomía fenestrada de 270 X 380 cm. con bolsa de recogida de líquidos justo debajo de la fenestración ovalada de 20 X 30 cm aprox. (la fenestración debe ubicarse en la mitad de la sábana, para que cubra perfectamente, la parte posterior de la incisión) Con bolsa de recogida de fluidos con filtro y bolsa de drenaje. <p>+ 1 bata quirúrgica estándar talla L (130 cm) + 2 batas quirúrgicas reforzadas talla XL (140 cm)</p>
21	<p>PROCEDIMIENTO NEUROCIRUGIA GENERAL</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE CIRUGIA BASICO (Ver composición en apartado de características comunes de este Pliego).</p>

ESPECIALIDAD: OFTALMOLOGIA

Nº ORDEN	COBERTURA POR PROCEDIMIENTO
22	<p>PROCEDIMIENTO CIRUGIA OFTALMOLOGICA</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA: Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 sábana de oftalmología fenestrada (12 x 9 cm aprox.) con bolsa colectora de fluidos de 175 x 280 cm. ▪ 1 paño no adhesivo de 75 x 90 cm. ▪ 1 bata quirúrgica estándar talla L (130 cm). ▪ 2 batas quirúrgicas estándar talla XL (140 cm). <p>+ 1 cubremesas de 140 x 190 cm.</p>
23	<p>PROCEDIMIENTO CIRUGIA DE ORBITA</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE CIRUGÍA DE ÓRBITA Consta de:</p>

23	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 cubremesa 140x190 cm ▪ 2 toallitas para secar campo ▪ 1 cinta adhesiva ▪ 1 turbante reforzado. ▪ 1 sábana reforzada en “U”, de 279x196cm <p>+ 1 bata estándar, talla L (130 cm)</p> <p>+ 3 batas estándar talla XL (140 cm)</p>
----	---

ESPECIALIDAD: ORL

Nº ORDEN	COBERTURA POR PROCEDIMIENTO
24	<p>PROCEDIMIENTO CIRUGIA DE CUELLO, LARINGE Y NARIZ</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE CIRUGÍA DE CUELLO Y LARINGE</p> <p>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 cubremesas de 140 X 190 cm ▪ 1 cubremesas de 160 x 240 cm ▪ 1 bata quirúrgica estándar talla L (130 cm). ▪ 2 batas quirúrgicas reforzado talla XL. (140 cm) ▪ 1 paño impermeable adhesivo de 90 x 75 cm ▪ 1 sábana en U adhesiva de 200 x 300 cm. ▪ 2 toallitas secar campo incisión. ▪ 1 cinta adhesiva 10x50cm. ▪ 1 bolsa de instrumental ▪ 1 cinta velcro.
25	<p>PROCEDIMIENTO CIRUGIA OIDO</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE CIRUGÍA DE OÍDO</p> <p>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 cubremesa de 140 X 190 cm ▪ 1 sábana en U adhesiva de 200 x 300 cm.

Nº ORDEN	COBERTURA POR PROCEDIMIENTO
25	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 paño fenestrado de 75x90cm ▪ 1 paño impermeable adhesivo de 90 x 75 cm. ▪ 2 toallitas para secar campo de incisión. ▪ 1 cinta velcro. ▪ 1 cinta adhesiva de 10 x 50 cm <p>+ 2 batas quirúrgica estándar talla L (130cm)</p> <p>+ 2 batas quirúrgicas reforzadas talla XL 140 cm)</p>
26	<p>MICROCIRUGÍA LARINGEA</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Cubremesa reforzado de 190 X 140 cm. ▪ 3 paños impermeables adhesivos de 90 x 75cm ▪ 1 sábana adhesiva de 150x175cm <p>+ 2 batas quirúrgicas estándar talla XL 140 cm).</p> <p>+ 1 bata quirúrgica talla L (130 cm)</p>

ESPECIALIDAD: TRAUMATOLOGIA

Nº ORDEN	COBERTURA POR PROCEDIMIENTO
27	<p>PROCEDIMIENTO ARTROSCOPIA DE RODILLA</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO ARTROSCOPIA RODILLA.</p> <p>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 cubremesas extragrueros 140 x 190 cm ▪ 2 cintas adhesivas de 10 x 50 cm ▪ 4 toallitas para secar campo de incisión. ▪ 1 Estoquinate (calcetín) impermeable de 20 x 90 cm ▪ 1 sábana quirúrgica fenestrada, de 235 X 305 cm aproximadamente, con fenestración elástica de 6 cm aprox., con bolsa colectora de líquidos <p>+ 2 paños impermeables adhesivos de 90 x 75 cm.</p> <p>+ 3 batas quirúrgicas reforzadas XL (140 cm).</p> <p>+ 1 bata quirúrgica estándar L (130 cm).</p>

Nº ORDEN	COBERTURA POR PROCEDIMIENTO
28	<p>PROCEDIMIENTO CIRUGIA ABIERTA DE HOMBRO</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE CIRUGÍA DE HOMBRO ABIERTA Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 cubremesas extragruoso 140 x 190 cm. ▪ 3 cintas adhesivas de 10 x 50 cm. ▪ 1 sábana quirúrgica plástica reforzada en “U” 230 x 160 cm. ▪ 1 sábana quirúrgica reforzada adhesiva en “U” 200 x 260 cm. ▪ 1 sábana quirúrgica fenestrada, de 235 X 305 cm ▪ 1 sábana adhesiva reforzada 270 x 400 cm aproximadamente, con fenestración elástica de 6 cm aprox. ▪ 2 toallitas para secar campo de incisión <p>+ 3 batas quirúrgicas reforzadas XL (140 cm).</p> <p>+ 4 paños adhesivos 90 x 75 cm.</p> <p>+ 1 bata quirúrgica estándar L (130 cm).</p>
29	<p>PROCEDIMIENTO ARTROSCOPIA DE HOMBRO DECÚBITO LATERAL</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE ARTROSCOPIA DE HOMBRO DECÚBITO LATERAL: Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 cubremesas extragruoso 140 x 190 cm. ▪ 3 cintas adhesivas de 10 x 50 cm. ▪ 1 sábana quirúrgica plástica reforzada en “U” 230 x 160 cm, con campo de incisión y bolsa. ▪ 1 sábana quirúrgica reforzada adhesiva en “U” 200 x 260 cm. ▪ 1 Estoquinete (calcetín) impermeable de 35 x 80 cm <p>+ 3 batas quirúrgicas reforzadas XL (140 cm).</p> <p>+ 3 paños adhesivos 90 x 75 cm.</p> <p>+ 1 bata quirúrgica estándar L (130 cm)</p>

Nº ORDEN	COBERTURA POR PROCEDIMIENTO
30	<p>PROCEDIMIENTO ARTROSCOPIA DE HOMBRO EN SILLA DE PLAYA</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE ARTROSCOPIA DE HOMBRO EN SILLA DE PLAYA: Consta de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 cubremesas extragrueso 140 x 190 cm. ▪ 3 cintas adhesivas de 10 x 50 cm. ▪ 3 toallitas para secar campo de incisión. ▪ 1 sábana adhesiva reforzada 270 x 400 cm fenestrada con bolsa. <p>+ 1 cubremesa 140 x 120 cm</p> <p>+ 3 batas quirúrgicas reforzadas XL (140 cm).</p> <p>+ 3 paños adhesivos 90 x 75 cm.</p> <p>+ 1 bata quirúrgica estándar L (130 cm)</p> <p>+ 1 Estoquinate (calcetín) impermeable de 35 x 80 cm</p>
31	<p>PROCEDIMIENTO CIRUGIA DE CADERA</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE CIRUGÍA DE CADERA: Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 cubremesas extragruesos 150 x 240 cm. ▪ 1 sábana adhesiva de 150 x 250 cm. ▪ 3 cintas adhesivas de 10 x 50 cm. ▪ 1 Estoquinate (calcetín) impermeable de 35 x 80 cm ▪ 1 rascador ▪ 2 sábanas reforzadas de 200 x 260 cm adhesivas. ▪ 1 sábana plástica en U de aproximación 225 x 280 cm. adhesiva ▪ 2 toallitas para secar campo de incisión. <p>+ 1 cubremesas de 150 x 175 cm.</p> <p>+ 3 batas quirúrgicas reforzadas XL (140 cm)</p> <p>+ 1 bata quirúrgica XL. (140 cm)</p> <p>+ 4 paños absorbentes de 90 x 75 cm</p>

Nº ORDEN	COBERTURA POR PROCEDIMIENTO
32	<p>PROCEDIMIENTO DE CIRUGÍA CADERA CON TRACCIÓN</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE CIRUGIA TRAUMATOLÓGICA CON TRACCIÓN Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 cubremesas extragrueso 140 x 190 cm. ▪ 3 sábana reforzada de 160 x 260 cm adhesiva. ▪ 1 sábana reforzada en U de 200 x 260 cm adhesiva. ▪ 1 sábana plástica en U de aproximación 150 x 200 cm. adhesiva. ▪ 2 cintas adhesivas de 10 x 50 cm. <p>+ 1 bata quirúrgica estándar XL (140 cm)</p> <p>+ 3 batas quirúrgicas reforzada XL. (140 cm)</p>
33	<p>PROCEDIMIENTO DE CIRUGIA DEL PIE</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE CIRUGÍA DE PIE Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 cubremesas extragrueso 140 x 190 cm ▪ 1 sábana de extremidades de 220 x 320 cm aprox. con fenestración elástica de 4 cm reforzada. ▪ 2 cintas adhesivas de 10 x 50 cm. <p>+ 2 paños quirúrgicos impermeables 90 x 75 cm adhesivos.</p> <p>+ 1 sábana quirúrgica impermeable 90 x 150 cm no adhesiva.</p> <p>+ 2 batas quirúrgicas estándar XL (140 cm).</p> <p>+ 1 bata quirúrgica estándar L (130 cm)</p>

ESPECIALIDAD: UROLOGIA

Nº ORDEN	COBERTURA POR PROCEDIMIENTO
34	<p>PROCEDIMIENTO RESECCIÓN TRANSURETRAL (RTU)</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE RTU</p> <p>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 sábana de RTU adhesiva de 185 x 200 cm, con 2 fenestraciones (suprapúbica y perineal de 7 cm diámetro, dedil), con bolsa de control de fluidos 90x60cm con conector a aspirador precortado ▪ 1 cubremesa grueso 140 X 190 cm ▪ 2 toallitas de campos de incisión. ▪ 1 cinta adhesiva 10x50 cm. <p>+ 1 bata de urología impermeable talla XL (140cm)</p> <p>+ 2 batas de urología, impermeables y transpirables reforzadas XXL (150 cm).</p>
35	<p>PROCEDIMIENTO CIRUGIA ABIERTA Y TRASPLANTE</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE CIRUGIA BASICO (Ver composición en apartado de características comunes de este Pliego).</p> <p>+ 1 cubremesas extragrueso de 140 x 120 cm.</p>
36	<p>PROCEDIMIENTO LAPAROSCOPIA UROLOGICA</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE LAPAROSCOPIA UROLÓGICA:</p> <p>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 cubremesas de 140 X 190 cm. ▪ 2 toallitas para secar campo de incisión. ▪ 2 bolsas de instrumental adhesiva. ▪ 1 sábana quirúrgica fenestrada de 250 X 300 cm con fenestración central adhesiva de 23 x 36 cm con refuerzo absorbente y anillas fija tubos. <p>+ 1 bata estándar talla L (130 cm)</p> <p>+ 3 batas quirúrgicas estándar talla XL (140 cm).</p>

ESPECIALIDAD: HEMODINAMIA

Nº ORDEN	COBERTURA POR PROCEDIMIENTO
37	<p>HEMODINAMICA</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE HEMODINÁMICA: Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Cubremesa Quirúrgico 150x200cm ▪ 6 Toalla celulosa 30x34cm (Batas) ▪ 1 Paño quirúrgico reforzado 75x90cm ▪ 1 Campo Angiografía Radial reforzado 230x350cm <p>+ 2 Bata Quirúrgica Reforzada (SMS) "L"</p> <p>+ 1 Bata Quirúrgica Reforzada (SMS) "XL"</p>

ESPECIALIDAD: RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

Nº ORDEN	COBERTURA POR PROCEDIMIENTO
38	<p>ARTERIOGRAFÍA</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO DE ARTERIOGRAFÍA: Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Cubremesa Quirúrgico reforzado 150x200cm ▪ 2 Paño quirúrgico (IS) 75x90cm ▪ 1 Bata Quirúrgica Reforzada talla L (130 cm) ▪ 1 Campo Angiografía Radial Laterales Reforzados 230x350cm con 4 fenestraciones (radiales y femorales)

Nº ORDEN	COBERTURA POR PROCEDIMIENTO
39	NEUROINTERVENCIONISMO (CÓDIGO ICTUS) Cobertura necesaria: EQUIPO DE NEUROINTERVENCIONISMO Consta de: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Cubremesa Quirúrgico 150x200cm ▪ 2 Paño quirúrgico 75x90cm ▪ 1 Bata Quirúrgica Reforzada (SMS) "L" ▪ 1 Bata Quirúrgica Reforzada (SMS) "XL" ▪ 1 Campo Angiografía Radial Laterales Reforzados 230x350cm
40	INTERVENCIONISMO NO VASCULAR Cobertura necesaria: EQUIPO DE INTERVENCIONISMO NO VASCULAR Consta de: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Cubremesa Quirúrgico 150x200cm ▪ 2 Paño quirúrgico (IS) 75x90cm ▪ 1 Bata Quirúrgica Reforzada (SMS) "L" ▪ 1 Campo Urológico Percutáneo 280x250cm con 2 fenestraciones (10x10cm)

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SI

Para la valoración del criterio Calidad Técnica, se entregaran las siguientes muestras:

ESPECIALIDAD	Nº ORDEN	PROCEDIMIENTO	NÚMERO MUESTRAS
CIRUGÍA CARDÍACA	3	CIRUGÍA MAYOR CARDÍACA	3
CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVO	5	LAPAROTOMÍA, CUELLO	5
	6	ABDOMINOPERINEAL ABIERTA Y OBESIDAD MORBIDA	3
	7	ABDOMINOPERINEAL LAPAROSCOPIA	3
	8	CIRUGÍA DE MAMA	3

ESPECIALIDAD	Nº ORDEN	PROCEDIMIENTO	NÚMERO MUESTRAS
CIRUGÍA MAXILOFACIAL PLÁSTICA	10	CIRUGÍA CARA Y CABEZA	3
CIRUGÍA TÓRAX	14	TORACOTOMÍA	3
CIRUGÍA VASCULAR	16	CIRUGÍA MAYOR VASCULAR	3
	17	CIRUGÍA MENOR VASCULAR	3
NEUROCIRUGÍA	20	CRANEOTOMÍA	3
OFTALMOLOGÍA	22	CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA	3
ORL	24	CIRUGÍA DE CUELLO, LARINGE Y NARIZ	3
TRAUMATOLOGÍA	28	CIRUGÍA ABIERTA DE HOMBRO	3
	29	CIRUGÍA DE ARTROSCOPIA DE HOMBRO DECÚBITO LATERAL	3
	31	CIRUGÍA DE CADERA	3
UROLOGÍA	34	RESECCIÓN TRANSURETRAL(RTU)	3
	35	CIRUGÍA ABIERTA Y TRASPLANTE	3
HEMODINÁMICA	37	HEMODINÁMICA	3
RADIOLOGÍA VASCULAR	38	ARTERIOGRAFÍA	3


- Será condición indispensable la presentación de las muestras en envase estéril.
- Para la valoración de las muestras, los componentes de la cobertura de los procedimientos se presentaran indistintamente de forma individual o en equipo. En todo caso una vez adjudicado el concurso, la presentación se ajustará a lo recogido en la descripción de cada lote.
- Cada licitador admitido dispondrá de una semana de prueba para la valoración técnica de muestras, para lo cual se le facilitara el acceso a lo quirófanos correspondientes. A estos efectos se elaborara un calendario de pruebas con las diferentes empresas.
- Las muestras serán entregadas el día establecido en el calendario en el quirófano correspondiente.

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Las muestras se entregaran en el Almacén de esterilización de la Residencia General, **separadas** del resto de la documentación del expediente.


En Madrid a, 1 de Marzo de 2017

LA DIRECTORA DE ENFERMERIA



Fdo. Andión Goñi Olagua

SUPERVISOR DE RECURSOS MATERIALES



Fdo. Antonio Jarillo Sanchez

SUPERVISORA DE AREA FUNCIONAL



Fdo. Raquel Vinagre Gaspar

SUPERVISORA DE UNIDAD DE QUIROFANO



Fdo. Raquel Heras Fernández

ANEXO AL PLIEGO TECNICO DE COBERTURA QUIRURGICA RG

(Estimación de procedimientos por tipo)

ESPECIALIDAD	Nº ORDEN	PROCEDIMIENTO	Estimación Procedimientos anuales
ANESTESIA	1	RAQUIDEA EPIDURAL	4.376
	2	VIA CENTRAL	3.630
CIRUGIA CARDIACA	3	CIRUGIA MAYOR CARDIACA	482
	4	CIRUGIA MENOR CARDIACA	108
CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVO	5	LAPAROTOMIA Y CUELLO	1.260
	6	ABDOMINOPERINEAL ABIERTO Y OBESIDAD MORBIDA	327
	7	ABDOMINOPERINEAL LAPAROSCOPICA	904
	8	CIRUGIA DE MAMA	86
	9	CIRUGÍA RECTAL (PROCTOLOGÍA)	251
CIRUGIA MAXILOFACIAL	10	CIRUGIA CARA Y CABEZA	469
CIRUGIA PLASTICA	11	GRANDES CIRUGIAS Y MAMA	167
	12	CIRUGIA DE MANO	586
	13	EXTREMIDAD INFERIOR Y CODO	908
CIRUGIA DE TORAX	14	TORACOTOMIA	214
	15	TORACOSCOPIA	330
CIRUGIA VASCULAR	16	CIRUGIA MAYOR VASCULAR	539
	17	CIRUGIA MENOR VASCULAR	462
DERMATOLOGIA	18	MISCELANEAS (BIOPSIA, LIPOMA, REPARACION RENAL)	628
NEUROCIRUGIA	19	CIRUGIA DE COLUMNA	492
	20	CRANEOTOMIA	376
	21	NEUROCIRUGIA GENERAL	218
OFTALMOLOGIA	22	CIRUGIA OFTALMOLOGICA	116
	23	CIRUGIA DE ORBITA	30

ESPECIALIDAD	Nº ORDEN	PROCEDIMIENTO	Estimación Procedimientos anuales
ORL	24	CIRUGIA DE CUELLO, LARINGE Y NARIZ	854
	25	CIRUGIA OIDO	105
	26	MICROCIRUGIA LARINGEA	142
TRAUMATOLOGIA	27	ARTROSCOPIA DE RODILLA	281
	28	CIRUGIA ABIERTA DE HOMBRO	180
	29	ARTROSCOPIA DE HOMBRO DECUBITO LATERAL	51
	30	ARTROSCOPIA DE HOMBRO SILLA DE PLAYA	173
	31	CIRUGIA DE CADERA	533
	32	CIRUGIA TRAUMATOLOGICA CON TRACCION	349
	33	CIRUGIA DEL PIE	444
UROLOGIA	34	RESECCIÓN TRANSURETRAL (RTU)	1.372
	35	CIRUGIA ABIERTA Y TRASPLANTE	1.234
	36	LAPAROSCOPIA UROLOGICA	409
HEMODINAMICA	37	HEMODINAMIA	4.000
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA	38	ARTERIOGRAFIA	500
	39	NEUROINTERVENCIONISMO (CODIGO ICTUS)	400
	40	INTERVENCIONISMO NO VASCULAR	1.000
			28.986

