

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE SISTEMAS DE ASPIRACIÓN-IRRIGACIÓN PARA LAPAROSCOPIA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con los artículos 116 del TRLCSP, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del suministro de **SISTEMAS DE ASPIRACIÓN-IRRIGACIÓN PARA LAPAROSCOPIA**.

El expediente comprende los siguientes lotes:

LOTE	CODIGO	DESCRIPCION ARTICULO
1	012617	CANULA DESECHABLE DE ASPIRACION-IRRIGACION PARA LAPAROSCOPIA UROLOGICA Dispositivo con las siguientes características: • Empuñadura con dos botones, uno para la irrigación y otro para la aspiración. • Una cánula de irrigación/aspiración. • Tubo de aspiración de diámetro interno superior a 6 mm e inferior a 7 mm • Envase individual estéril de un solo uso. • Exento de látex
2	012664	CANULA DE ASPIRACION-IRRIGACION DOBLE TUBULADURA PARA LAPAROSCOPIA Dispositivo con las siguientes características: • Empuñadura con dos botones, uno para la irrigación y otro para la aspiración. • Con doble tubuladura de irrigación. • Tubo de aspiración intercambiable de 3 y 5 mm. • Envase individual estéril de un solo uso. • Exento de látex.
3	013209	CANULA DE ASPIRACION-IRRIGACION PARA LAPAROSCOPIA Dispositivo con las siguientes características: • Empuñadura con dos botones, uno para la irrigación y otro para la aspiración. • Cánula de irrigación/aspiración metálica. • Tubo de aspiración de 5 mm.


LOTE	CODIGO	DESCRIPCION ARTICULO
3	013209	• Envase individual estéril de un solo uso. • Exento de látex • Tubuladuras. • Diferencias botones por tacto

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SI. 2 UNIDADES POR LOTE

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto. Las muestras se entregarán en el ALMACÉN del Hospital.

Madrid, 26 de enero de 2018

SUBDIRECTORA MÉDICA DEL
ÁREA QUIRÚRGICA



Fdo.: Mª Concepción Moliner Robredo

EXPEDIENTE 2018-0-26

SUMINISTRO DE SISTEMAS DE ASPIRACION/IRRIGACION PARA LAPAROSCOPIA

					PRESUPUESTO			
LOTE	Nº ORDEN	DESCRIPCION ARTICULO	UD MEDIDA BASICA	CANTIDAD 24 MESES	PRECIO (SIN IVA)	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
1	1	CANULA DESECHABLE DE ASPIRACION-IRRIGACION PARA LAPAROSCOPIA UROLOGICA	UNIDAD	500	45,20	22.600,00	4.746,00	27.346,00
2	2	CANULA DE ASPIRACION-IRRIGACION DOBLE TUBULADURA PARA LAPAROSCOPIA	UNIDAD	400	30,00	12.000,00	2.520,00	14.520,00
3	3	CANULA DE ASPIRACION-IRRIGACION PARA LAPAROSCOPIA	UNIDAD	2.300	14,50	33.350,00	7.003,50	40.353,50
						67.950,00	14.269,50	82.219,50