

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA

EL SUMINISTRO DE ELECTRODOS

GCASU 2017-172



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1037788179842791853369**

SUMINISTRO DE ELECTRODOS

GCASU 2017-172

1. OBJETO DEL CONTRATO

Este contrato tiene por objeto la adquisición de electrodos desechables que permitan la monitorización y el registro del electrocardiográfico, la pulsioximetría neonatal, electrodos para TENS e Iontoforesis, los parches de desfibrilación externa, así como los de estimulación miocárdica temporal, con destino al Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda y cuyas características se especifican en el Anexo I. Las cantidades solicitadas son aproximadas, habiendo sido estimadas en función de los consumos del centro, pudiendo aumentar o disminuir según las necesidades del mismo, sin posibilidad de modificar el precio de adjudicación.

2. CONDICIONES GENERALES

Todos los productos que componen este expediente deberán ajustarse a la normativa vigente en materia de calidad, etiquetaje envasado y concentración, y presentar los certificados CE y normas aplicables según anexos.- La no cumplimentación de los ANEXOS por cada nº de orden será motivo de exclusión.

2.1 Etiquetado: En español con la siguiente información

- 2.2.1 Nombre del producto y/o referencia comercial
- 2.2.2 Identificación del fabricante: nombre y dirección
- 2.2.3 Si procede, identificación del importador (nombre y dirección) para productos registrados. Y para productos con marcado "CE" identificación del mandatario en el espacio europeo
- 2.2.4 Número de Registro en la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios para productos sanitarios con autorización de comercialización, o marcado "CE".
- 2.2.5 Fecha de caducidad expresado en mes y año
- 2.2.6 Número de lote /serie
- 2.2.7 Todos los artículos deberán estar exentos de látex y DEHP (En los órdenes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8).

3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

El presupuesto de licitación es de 346.964,84 € (Base imponible: 286.747,80 €, Cuota de IVA 60.217,04 €) para un periodo de ejecución de 24 meses.

EL DIRECTOR GERENTE



ANEXO I.

Nº Lote	Nº Orden	Denominación Lote	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas	Unidades est. (24 meses)	Precio Unit.	Base Imponible	Cuota IVA (21%)	Importe Total
1	1	Electrodos y adaptadores	ELECTRODOS HIPOALERGÉNICOS	- Electrodo de gel de plata o cloruro plata, con material de soporte microporoso o tejido sin tejer hipoalergénico. Óptima calidad de señal en la monitorización - Conexión de corchete con buena adaptación (que conecte bien sin tener que realizar mucha presión y que no se suelte) - Mínima superficie y alto poder adhesivo. - Envase que impida la desecación del gel. - Exento de látex - Con marcado CE	1.671.400	0,037	61.841,80	12.986,78	74.828,58
	2	Electrodos y adaptadores	ELECTRODO COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNÉTICA	- Electrodo para monitorización ECG, de grafito - Apto para Resonancia magnética - Con corchete centrado - Tamaño aproximado de 50 X 48 mm - Hipoalergénico - El licitador aportará una declaración responsable en la que se indique que el electrodo está exento de metal que pueda interferir con la RMN. - Exento de látex - Con marcado CE	198.000	0,070	13.860,00	2.910,60	16.770,60
	3	Electrodos y adaptadores	ADAPTADOR ELECTRODO CORCHETE	- Adaptador tipo corchete para cable banana de ECG de 4 mm - Compatible con electrocardiógrafos del Hospital (Philips TC 50 y Trim III) - Con lengüeta para ajustar la conexión al electrodo - Conexión de acero niquelado. - Presentación en formato de 10 unidades - Exento de látex - Con marcado CE	500	2,500	1.250,00	262,50	1.512,50
Total 1							76.951,80	16.159,88	93.111,68

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 037788179842791853369



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1853369**

Nº Lote	Nº Orden	Denominación Lote	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas	Unidades est. (24 meses)	Precio Unit.	Base Imponible	Cuota IVA (21%)	Importe Total
2	4	Electrodo neonatal para pulsioxímetro	SENSOR ELECTRODO NEONATAL	- Sensor electrodo neonatal de 91 cm, desechable, para paciente con pesos de 3 a 40 kg. - Sin desprender calor que dañe la piel del neonato. - Hipoalergénico - 72 horas de análisis de tendencias, rango de Sat O2 de 1 a 99%, rango de frecuencia cardíaca de 30 a 230 lpm. - Fiabilidad en la lectura en movimiento - Exento de látex. - Con marcado CE - Los sensores serán compatibles con los equipos del hospital (Masimo mod. RAD 8), o bien se cederán 40 equipos con las siguientes características: 72 horas de análisis de tendencias, rango de Sat O2 de 1 a 99%, rango de frecuencia cardíaca de 30 a 230 lpm. - Equipos en cesión: 40 equipos.	9.600	10,700	102.720,00	21.571,20	124.291,20
Total 2							102.720,00	21.571,20	124.291,20
3	5	Electrodo estimulación Cardíaca	ELECTRODO PARA ESTIMULACION MIOCARDICA TEMPORAL	- Electrodo epicárdico para estimulación cardíaca temporal - aguja de triple bisel, muy afilada - cable de 49 hilos de acero inoxidable trenzados, recubierto de teflón por extrusión, de color que lo haga fácilmente distinguible. Grosor del cable 2-0 USP, y Long. de 61 cm mínimo. - Cable blando y aguja final curvada en 180º con punta muy fina - Seguridad de que no se desprendan los cables, salvo cuando son retirados de forma voluntaria por el cirujano. - hipoalergénico - libre de látex - con marcado CE	2.832	19,000	53.808,00	11.299,68	65.107,68
Total 3							53.808,00	11.299,68	65.107,68



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cs/1037788178642791833369 mediante el siguiente código de verificación:

Nº Lote	Nº Orden	Denominación Lote	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas	Unidades est. (24 meses)	Precio Unit.	Base Imponible	Cuota IVA (21%)	Importe Total
4	6	Electrodos iontoforesis y Tens	ELECTRODO IONTOFORESIS	- Electrodo con sistema de doble cámara: - una cámara que actúa como tampón que captura iones provenientes de la hidrólisis del agua, consiguiendo evitar quemadura piel - una cámara reservorio para la medicación, próxima a la piel para liberarla de forma más rápida y eficaz - Volumen de capacidad de: 1,5cc, 2cc, 2,5cc y 4cc - hipoalergénicos - libre de látex - con marcado CE La adjudicación de este lote conlleva la cesión de 5 equipos para iontoforesis con las siguientes características: - corriente galvánica continua - 2 canales completamente separados - Display numérico para visualización de la intensidad en cada uno de los canales, de forma independiente uno de otro, expresado en mA, pudiendo ser modificada de 0 a 20 en pasos de 1 mA - Display numérico para visualizar el valor del tiempo expresado en minutos, pudiendo ser modificado de 0 a 60 min - Cada canal debe estar previsto de un cable positivo (rojo) y uno negativo (negro)	3.528	5,500	19.404,00	4.074,84	23.478,84
	7	Electrodos iontoforesis y Tens	ELECTRODOS PARA ESTIMULACIÓN ELECTRICA TRANSCUTÁNEA	Electrodo reutilizable, hipoalérgico, con adaptabilidad a superficies irregulares, sin que pierda capacidad conductiva - Distribución óptima de la corriente - Cable para dispersión óptima de toda la corriente Gel adhesivo de doble capa: - 1ª capa de gel que se adhiere y suelda a cualquier sustrato común (gel especial para adherirse específicamente al dorso del electrodo) - 2ª capa de gel para adherirse específicamente a la piel - Malla colocada de forma controlada evitando desplazamientos y desprendimientos, hecha con fibras de poliéster - Exento de látex - Con marcado CE - Cesión de 50 equipos sin coste alguno para el hospital, durante la vigencia del presente contrato	3.144	3,500	11.004,00	2.310,84	13.314,84
Total 4							30.408,00	6.385,68	36.793,68



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 1853369-103778017964273

Nº Lote	Nº Orden	Denominación Lote	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas	Unidades est. (24 meses)	Precio Unit.	Base Imponible	Cuota IVA (21%)	Importe Total
5	8	Electrodo desechables para desfibrilador	ELECTRODO DEFIBRILACION ADULTO COMPATIBLE CON EQUIPOS DEL HOSPITAL	- Electrodo para desfibrilador tipo Quik-Combo, adulto con cable incorporado, conductor Ag/Ag Cl para uso prolongado en estimulación no invasiva. - Radiotransparente - Para uso de DEA (Desfibrilador externo automático) con tecnología de gradiente para evitar quemaduras. - Presentación en envase de 2 unidades, con fecha caducidad - Hipoalergénico - Exento de látex y DEPTH - Con macado CE	2.540	9,000	22.860,00	4.800,60	27.660,60
Total 5							22.860,00	4.800,60	27.660,60
TOTALES							286.747,80	60.217,04	346.964,84

ANEXO II

DECLARACIÓN PRODUCTO SANITARIO CON MARCADO CE

D./Dña..... , en nombre propio o en representación de la empresa con C.I.F. nº, en calidad de

DECLARA

Que los datos de los productos sanitarios ofertados, cuyos datos se consignan a continuación, son ciertos:

Nº Lote
Código SAP:
Nombre genérico
Marca comercial
Referencia
Marcado CE
Clase del producto con respecto CE

Fecha

Firma

- (1) Productos clase I, no estériles, ni con función de medición. Cuando proceda se consignará **SÍ**
- (2) Productos clase I estériles o con función de medición, clase IIa, clase IIb, clase III e implantes activos. Cuando proceda se consignará el número del organismo modificador.

ANEXO III

DECLARACION PRODUCTO SANITARIO SIN LATEX

D./Dña..... , en nombre propio o en representación de la empresa con C.I.F. nº, en calidad de

DECLARA

Que los datos de los productos sanitarios ofertados, cuyos datos se consignan a continuación, son ciertos:

Nº Lote
Código SAP:
Nombre genérico
Marca comercial
Referencia
¿Esta exento de látex? ☐ SI

☐ NO

Fecha

Firma



ANEXO IV

CARÁTULA DE SOBRES ¹	
EXPEDIENTE N° :	SOBRE N° : ☐
Título:	Documentación.....
LICITADOR	DESTINATARIO
Nombre o razón social: Domicilio: Código, localidad y provincia: N.I.F.: Tel. /..... Fax/..... Correo electrónico:	HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA REGISTRO GENERAL DEL HOSPITAL C/ Joaquín Rodrigo, 2 (Planta 0, Recursos Humanos) Tel.: 911917400, Fax: 913162848 28222 Majadahonda / Madrid
Relación de lotes a los que licita: DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL SOLO PARA USO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN: SI ☐ NO ☐ Enumeración de los documentos que el licitador considera confidenciales y de uso exclusivo para la mesa de contratación en el índice (nombre y firma del apoderado firmante)	Contenido de este sobre: (índice de la documentación aportada) 0 DEUC..... SI ☐ 0 0 0 0 0 0

(1).- Cada sobre deberá identificarse exteriormente con esta carátula

