


LOTE	Nº ORDE N	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MUESTRAS
1	1	287735	CAPSULA ENDOSCOPICA	<p>CARACTERISTICAS DE LA CAPSULA: Ángulo de visión al menos 160º Duración de la batería de más de 12h Peso >4gr Imagen de óptima calidad Tamaño no superior a 11mm (D) x 26mm (L) Velocidad fotograma al menos 2 fxs Duración de batería de al menos 12h</p> <p>RECEPTOR Receptor y visor a tiempo real en uno, pequeño y ligero. Que permita la reproducción y captura de imágenes durante la grabación. Fácil de interpretar la llegada a intestino delgado y ciego. Guía paciente con avisos acústicos y visuales de información y facultativo. Gran pantalla de visualización. Buena calidad de imagen para ayudar a identificar el tracto digestivo. Peso inferior a 400gr</p> <p>ANTENA Fácil de colocar sobre la ropa del paciente. Cómoda y duradera. Que permita información sobre la situación en 3D, hacer un seguimiento real en 3D de la cápsula que permita posicionarse y seleccionar, e identificar la zona en que se encuentra</p> <p>ESTACION DE TRABAJO Que permita una vista general de la grabación. Gran calidad de imagen. Informe detallado de la pantalla . Software intuitivo. Posicionado y recorrido 3D, para un perfecto posicionamiento de la cápsula. Detección de puntos rojos que identifican rápidamente sangrados. Visionado 3D de posicionamiento de la cápsula intuitivo. Visión 3D de la posición de la imagen seleccionada. Tracto digestivo en la visión 3D codificado por color.</p> <p>INTEGRACION CON LOS SISTEMAS DE INFORMACION El sistema de información asociado a la cápsula endoscópica debe disponer de una Integración con nuestro sistema de información, operativa inmediatamente a la adjudicación del expediente, y basada en mensajería HL7, con el sistema de elaboración de informes actual del departamento de endoscopias (ENDOBASE).</p>	<p>Nº muestras:</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Certificado de exención de látex:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>

P.A. 2016000028
CAPSULA ENDOSCOPICA

Página 1 de 2

Fdo. DR. AGUSTÍN ALBILLOS MARTÍNEZ
JEFE DE SERVICIO DE A. DIGESTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL
DIRECCION MEDICA
Vº Bº DIRECCIÓN MÉDICA


 <p>Hospital Universitario Ramón y Cajal SaludMadrid Comunidad de Madrid SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC</p>	<p>PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p>	<p>ANEXO 24</p>
--	--	-----------------

ANEXO:


1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de la referencia de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Cada uno de los artículos incluidos en este Procedimiento deberá reunir:
☐ Las condiciones exigidas en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de Octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.
3. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna.
 - Muestras: NO. En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
4. Etiquetado en el que figure:
 - a. La denominación del artículo.
 - b. El método de esterilización utilizado.
 - c. Las fechas de caducidad del producto.
 - d. El número de lote.
 - e. La referencia comercial.
 - f. Marcado CE.
 - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
5. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.

P.A. 2016000028
CAPSULA ENDOSCOPICA

Página 2 de 2



Fdo. DR. AGUSTÍN ALBILLOS MARTÍNEZ
JEFE DE SERVICIO DE A. DIGESTIVO



DIRECCIÓN MÉDICA

Vº Bº DIRECCIÓN MÉDICA



SaludMadrid

Hospital Universitario
Ramón y Cajal
Comunidad de Madrid
SERVICIO DE SUMINISTROS

SUMC

ANEXO AL PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

ANEXO 25

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (24 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA incluido)	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)	BASE IMPONIBLE	TOTAL IVA (Tipo 21 %)
1	1	287735	CAPSULA ENDOSCOPICA	UNIDAD	330	511,83	168.903,90	139.590,00	29.313,90

IMPORTE TOTAL:	168.903,90	139.590,00	29.313,90
-----------------------	------------	------------	-----------