

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE CATETERES DIAGNOSTICO PARA EL SERVICIO DE CARDIOLOGIA UNIDAD HEMODINAMICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO "12 DE OCTUBRE" DE MADRID.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del TRLCSP, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución suministro de **SUMINISTRO DE CATETERES DIAGNOSTICO PARA EL SERVICIO DE CARDIOLOGIA**, con destino al Hospital Universitario "12 de Octubre".

El Expediente comprende los siguientes Lotes:

LOTE	CODIGO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
1	011588	CATETER ANGIOGRAFIA CON BALON Catéter angiografía con balón, tipo BERMAN, sin orificio terminal, diámetro $\leq 7F$ y alta capacidad de resistencia a la torsión. Debe tener marcas de longitud identificables cada 10 cm y estar disponible en tamaños de 5 a 8 F
2	013648	CATETER DIAGNOSTICO BYPAS Y MAMARIA Catéter de diagnóstico bypass y mamario de alto flujo, (igual o mayor de 40 ml/s), con un límite de resistencia aproximado de 1000 psi. Longitud mínima de 100 cm. Lumen interior para guía de 0.038". French de 5F a 8F, siendo los de uso más habitual 6F y 5F
3	011564	CATÉTER DIAGNÓSTICO CORONARIA IZQUIERDA - Catéter de coronaria izquierda construido en Nylon, con malla metálica de acero inoxidable para mayor resistencia al acodamiento e impregnado de sustancia trombo-resistente, con punta atraumática, sin malla radiopaca Brite Tip, con tecnología Thruelumen que garantice el diámetro interno del catéter en toda su longitud, desde la punta hasta el extremo proximal. - Se exigirá que soporte hasta 1200 psi de presión límite. French de 5F a 8F, Curvas JUDKINS Y AMPLATZ de diferentes configuraciones. - Será necesaria la disponibilidad de curvas distintas a las citadas: GAMAL, CASTILLO, HOCKEY Y ESPECIALES
4	011758	CATÉTER DIAGNÓSTICO MULTIUSO - Catéter de diagnóstico multiuso construido en Nylon, con malla metálica de acero inoxidable para mayor resistencia al acodamiento e impregnado de sustancia trombo-resistente, con punta atraumática, sin malla radiopaca Brite Tip, con tecnología Thruelumen que garantice el diámetro interno del catéter en toda su longitud, desde la punta hasta el extremo proximal. - Se exigirá que soporte hasta 1200 psi de presión límite. French de 5F a 8F, Curvas JUDKINS Y AMPLATZ de diferentes configuraciones. - Disponibilidad de catéteres con agujeros laterales - Será necesaria la disponibilidad de curvas distintas a las citadas: GAMAL, CASTILLO, HOCKEY Y ESPECIALES

LOTE	CODIGO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
5	012842	CATÉTER DIAGNÓSTICO PIGTAIL Catéter de diagnóstico pigtail de alto flujo (igual o mayor de 40 ml/s), con un límite de resistencia aproximado de 1000 psi, de doble trenzado interno de trilón (combinación de pebax y nylon) con tecnología Flextrusión™ para ofrecer una transición suave entre el rígido cuerpo proximal y el segmento distal blando. Longitud mínima de 100 cm. Lumen interior para guía de 0.038". French de 5F a 8F, siendo el de uso más habitual (igual o mayor de 80%) el de 6F.
6	011935	CATÉTER RADIOPACO C/BALÓN EN EXTREMO DISTAL, CON 2 VIAS, 7F Y 110 CM LONGITUD Catéter tipo SWAN-GANZ para registro de presiones pulmonares, con lumen interior para guía de 0,038". Debe disponer de un balón distal para su enclavamiento y de marcas de longitud identificables cada 10 cm. Diámetro de ≤7F y longitud mínima de 110 cm. alta flexibilidad y capacidad de mantenimiento de la curva para acceder a arteria pulmonar.
7	012796	ALARGADERA ALTA PRESION 120CM MALLA METALICA Alargadera flexible de poliuretano, que soporte alta presión, hasta 1200 PSI.
8	012982	GUIA PARA ANGIOPLASTIA DE PRIMERA ELECCIÓN SOPORTE NORMAL - Guía para angioplastia de 0,014" con longitudes de 190 y 300 cm. - SopORTE normal, con recubrimiento hidrofílico distal. Capacidad de torsión 1:1. - Alma interna elástica no metálica con calibres en disminución hasta la estricta punta. - Alta capacidad de navegación, empuje y torsión - Marcador Único (Oro) a 4,5 cm de la punta

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SI

Se solicitan **1 unidad** por cada número de Lote.

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 1 de marzo de 2018

Subdirector Médico

Fdo: Dr. Rivas Clemente



Jefe de Servicio de Cardiología

Fdo.: Dr. Arribas Ynsaurriaga

Jefe de Sección de Hemodinámica
Fdo: Dr. Fernando Sarnago Cebada

EXPEDIENTE 2018-0-64

OBJETO: SUMINISTRO DE CATETERES DIAGNOSTICO PARA HEMODINAMICA ADULTO

LOTE	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 12 MESES	PRECIO S/IVA	PRESUPUESTO		
					BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
1	011588	CATETER ANGIOGRAFIA TIPO BERMANN	15	55,000	825,00	173,250	998,250
2	013648	CATETER DIAGNOSTICO BYPASS MAMARIA INTERNA	1.000	6,200	6.200,00	1.302,000	7.502,000
3	011564	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIA IZQUIERDA	1.300	6,200	8.060,00	1.692,600	9.752,600
4	011758	CATETER DIAGNOSTICO MULTIUSO PUNTA BLANDA Y RADIOPACA	300	6,200	1.860,00	390,600	2.250,600
5	012842	CATETER DIAGNOSTICO PIGTAIL PUNTA BLANDA Y RADIOPACA	900	6,000	5.400,00	1.134,000	6.534,000
6	011935	CATETER PRESION CAPILAR 7F SWAN-GANZ 110 CM.	20	88,200	1.764,00	370,440	2.134,440
7	012796	ALARGADERA ALTA PRESION 120 CM MALLA METALICA	560	10,500	5.880,00	1.234,800	7.114,800
8	012982	GUIA PARA ANGIOPLASTIAS DE PRIMERA ELECCION SOPORTE NORMAL	1.470	89,000	130.830,00	27.474,300	158.304,300
					160.819,00	33.771,99	194.590,99