

P.A. 2020 – 0 – 078

**SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
QUIRÚRGICOS DE CATARATAS CON CONTROL DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR**

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro de MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE CATARATAS CON CONTROL DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	305636	<p>SET DE CATARATAS PERSONAL</p> <p>Compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Pak de facoemulsificación. Componentes y unidades mínimos del pack: • Casete con set de tubos. • 1 Aguja de facoemulsificación con llave. • 2 capuchones para 2,2 mm. • Test de cámara. • Cubre bandeja.

Madrid, a 21 de febrero de 2020



Fdo.: Prof. Dr. Julián García Feijóo
Jefe del Servicio de Oftalmología



P.A. 2020 – 0 – 078


**SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
QUIRÚRGICOS DE CATARATAS CON CONTROL DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR**

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
		<ul style="list-style-type: none"> • 1 Campo quirúrgico no fenestrado 165x255 cm con bolsa. • 1 Cuchillete estándar de 1,2 mm angulado. • 1 Cuchillete estándar de 2,2 mm angulado. • Punta de irrigación/aspiración de polímero desechable. • 1 Batea de plástico graduada 250 ml. • 1 Cánula de cámara anterior 25 g. • 1 Cubremesa 112x199 cm. • 1 Bata talla "L" no reforzada con secamanos. • 1 Bata talla "S" no reforzada. • 10 gasas 10x10 cm, 12 pliegues. • 1 jeringa 20 cc, luer lock. • 1 jeringa 3 ml luer lock. • 1 jeringa 5 cc luer lock. • 1 toalla de papel. • Bolsa de BSS.
2	281079	VITREOTOMO ANTERIOR <ul style="list-style-type: none"> • Sonda de vitrectomía anterior 23G. • Sonda con doble conexión de plástico. • Modo de vitrectomía fijo o lineal.

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPAMIENTO EN CESION

La empresa adjudicataria del LOTE 1 deberá ceder en uso, durante la vigencia del contrato el siguiente equipamiento:

Madrid, a 21 de febrero de 2020


 Fdo.: Prof. Dr. Julián García Feijóo
 Jefe del Servicio de Oftalmología



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
 mediante el siguiente código seguro de verificación: **1202513244989631781752**

P.A. 2020 – 0 – 078

**SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
QUIRÚRGICOS DE CATARATAS CON CONTROL DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR**

➤ **DOS (2) EQUIPOS DE FACOEMULSIFICACIÓN:**

- Control de ultrasonidos lineal y ajustable.
- Control independiente de vacío y flujo de aspiración (mayor precisión cirujano y mayor estabilidad).
- Infusión dinámica con control de PIO a través de 2 sensores leídos por láser en tiempo real.
- Casetes desechables y tubos de alto vacío, que disminuyan el efecto SURGE.
- Posibilidad de practicar cirugía de catarata por micro incisión (por 2.2 mm o por debajo de esta medida).
- Posibilidad de incorporar los parámetros de actuación de múltiples cirujanos programables.
- Etapas y parámetros personalizados para cada técnica seleccionada según dureza de la catarata.
- Pedal inalámbrico, personalizable. Se valorará su carga por inducción e independencia de enchufes.
- Reflujo activo desde el pedal.
- Flujo de aspiración seleccionable.
- Vacío seleccionable.
- Posibilidad de vacío y flujo de aspiración fijo o lineal en cualquier etapa de la cirugía.
- Vitreotomo anterior con posibilidad de alcanzar como mínimo 4.000 cpm, 20G y/o 23G.
- Submodos vitrectomía mínimo:
 - Corte-I/A.
 - I/A – corte.
 - Iridectomía periférica.
- Vitreotomo bimanual (para no favorecer el prolapso del vítreo).

Madrid, a 21 de febrero de 2020



Fdo.: Prof. Dr. Julián García Feijóo
Jefe del Servicio de Oftalmología



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1202513244989631781752**

P.A. 2020 – 0 – 078

**SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
QUIRÚRGICOS DE CATARATAS CON CONTROL DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR**

- Sistema de regulación del nivel del ojo del paciente (regulación para cada caso de forma intuitiva, rápida y fácil).
- Tubo de Irrigación con conexión luer-lock (para evitar desconexión y colapso indeseado).
- Pantalla táctil con instrucciones visuales y en castellano.
- Sistema de coagulación bipolar.
- Dos puertos USB para almacenamiento de memoria de cirujano y todos los parámetros.

4. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La empresa adjudicataria realizará, para los profesionales implicados, actuaciones de transferencia de conocimiento en la correcta práctica clínica del manejo de los productos suministrados.

Madrid, a 21 de febrero de 2020



Fdo.: Prof. Dr. Julián García Feijóo
Jefe del Servicio de Oftalmología



ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

P.A. 2020-0-078

SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE CATARATAS CON CONTROL DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR

Lote/ítem	Códigos	Descripción	Consumo estimado 24 meses	Unidad/€ sin IVA	Unidad/€ con IVA	Base imponible	Importe IVA (21%)	TOTAL € c/IVA
1	305636	SET DE CATARATAS PERSONAL	1.300	105,00	127,05	136.500,00	28.665,00	165.165,00
2	281079	VITREOTOMIA ANTERIOR	48	124,37	150,49	5.969,76	1.253,65	7.223,41

IMPORTE TOTAL						142.469,76	29.918,65	172.388,41
---------------	--	--	--	--	--	------------	-----------	------------

Madrid, a 21 de febrero de 2020



Fdo: Prof. Dr. Julián García Feijóo
 Jefe del Servicio de Oftalmología

