

**APERTURA DOCUMENTACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
RESULTADO**

Expediente: PA SUM 18-029

Denominación: SUMINISTRO DE MALLAS PARA COLPOSACROFIJACIÓN LAPAROSCÓPICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

Tipo de procedimiento: ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario de Fuenlabrada, en sesión de fecha 1 de agosto de 2018, evaluada ya la documentación técnica presentada por los licitadores en el expediente de referencia y emitido informe técnico por el servicio correspondiente, acuerda rechazar las siguientes proposiciones de los licitadores abajo indicados por presentar oferta que según informe técnico no se ajusta a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

LICITADOR	LOTE	IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA	MOTIVACIÓN
JONHSON & JONHSON, S.A.	ÚNICO	15.000,00 €	Ver informe adjunto
TRAMEDIC S.A.	ÚNICO	15.000,00 €	
PRESURGY, S.L.	ÚNICO	16.500,00 €	
NEOMEDIC INTERNACIONAL, S.L.	ÚNICO	21.436,50 €	

Y acuerda elevar **PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN** al Órgano de Contratación del Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada del expediente a la empresa BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A., previa acreditación de la capacidad de contratar considerada adecuada y suficiente según lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares del expediente, y que ha presentado la oferta:

LICITADOR	LOTE	IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA	PUNTUACIÓN CRITERIO PRECIO	PUNTUACIÓN CRIT. EVAL. FORMA AUTOMÁTICA	TOTAL PUNTUACIÓN
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	ÚNICO	22.820,10 €	0	30	30

Se expide y firma en Madrid, para su publicación en el tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo establecido en la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas que regula el presente procedimiento.

Fuenlabrada, a 1 de agosto de 2018

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN



Fdo. Luisa Riquelme García


INFORME DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO

SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE MALLAS PARA COLPOSACROFIJACIÓN LAPAROSCÓPICA PA SUM 18/029

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	JONHSON & JONHSON ARTISTYN	TRAMEDIC S.A. SURGICAL	BOSTON SCIENTIFIC. UPSYLON	PRESURGY ENDOGYNIOUS	NEOMEDIC UPLIFT
Malla ligera de polipropileno, preformada en Y.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	COMPOSICION DESCONOCIDA	NO CUMPLE
Dos brazos de malla para la vagina y un brazo de malla para el sacro.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
De área superficial reducida para que minimice el contacto de la malla con la pared vaginal.	DUDOSA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Con valva maleable o dispositivo de posicionamiento vaginal que ayude a la posición y manipulación de la vagina durante el procedimiento quirúrgico.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
Envasado en cajas de 1 unidad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Acreditación clase IIb en conformidad con el anexo IX, regla 8, de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/EEC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

En base a las características del pliego, sólo una de ellas cumple los criterios.

Fuenlabrada, a 25 de julio de 2018


Fdo.: Dra. Estefanía Romero Selas
SERVICIO DE UROLOGÍA
Hospital Universitario de Fuenlabrada