

EXPEDIENTE: 2021-0-013



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO: “ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ÓRTESIS Y SUSPENSORIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR”

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ÓRTESIS Y SUSPENSORIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR.

PRIMERA.-DEFINICIÓN DEL OBJETO

El presente pliego contiene las prescripciones técnicas que, de acuerdo con el artículo 124 y siguientes de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2017/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, han de regir la contratación y ejecución del contrato administrativo cuyo objeto es la adquisición de material de órtesis y suspensorios para el Hospital Universitario Infanta Leonor (HUIL).

División en Lotes: SI

Número y denominación de los Lotes: 13.

LOTE	Nº ORDEN	SAP	DESCRIPCIÓN
1	1.1	101494	COLLARÍN BLANDO (TALLA EXTRAGRANDE)
	1.2	101495	COLLARÍN BLANDO (TALLA GRANDE)
	1.3	101496	COLLARÍN BLANDO (TALLA PEQUEÑA)
2	2.1	101555	FÉRULA MANO NEONATO
	2.2	101556	FÉRULA MANO PEDIATRICA
3	3.1	101583	SUSPENSORIO Nº 6
	3.2	101584	SUSPENSORIO Nº 7
4	4.1	107414	INMOVILIZADOR DE BRAZO Y HOMBRO TALLA MEDIANA
	4.2	107415	INMOVILIZADOR DE BRAZO Y HOMBRO TALLA GRANDE
5	5.1	108868	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO AJUSTABLE (NEONATO/PEDIÁTRICO/ADULTO PEQUEÑO)
	5.2	109946	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO AJUSTABLE ADULTO
6	6.1	109948	FÉRULA NASAL AUTOADHESIVA (GRANDES)
	6.2	109949	FÉRULA NASAL AUTOADHESIVA (PEQUEÑAS)
7	7.1	109950	FÉRULA NASAL INTERNA
8	8.1	109952	FÉRULA STACK DISTAL Nº 1

LOTE	Nº ORDEN	SAP	DESCRIPCIÓN
	8.2	109953	FÉRULA STACK DISTAL Nº 2
	8.3	109954	FÉRULA STACK DISTAL Nº 3
	8.4	109955	FÉRULA STACK DISTAL Nº 4
	8.5	109956	FÉRULA STACK DISTAL Nº 5
	8.6	109957	FÉRULA STACK DISTAL Nº 6
	8.7	113508	FÉRULA STACK DISTAL Nº 7
9	9.1	109959	FÉRULA STACK PROXIMAL Nº 1
	9.2	109960	FÉRULA STACK PROXIMAL Nº 2
	9.3	109961	FÉRULA STACK PROXIMAL Nº 3
	9.4	109962	FÉRULA STACK PROXIMAL Nº 4
	9.5	109963	FÉRULA STACK PROXIMAL Nº 5
	9.6	109964	FÉRULA STACK PROXIMAL Nº 6
10	10.1	111795	INMOVILIZADOR DE RODILLA TALLA PEQUEÑA
	10.2	111803	INMOVILIZADOR DE RODILLA TALLA MEDIANA
	10.3	111802	INMOVILIZADOR DE RODILLA TALLA GRANDE
11	11.1	112237	INMOVILIZADOR DE BRAZO
12	12.1	113506	FÉRULA DE ALUMINIO-ESPUMA
13	13.1	119377	INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES SUPERIORES CON MANOPLA DE PROTECCIÓN DE MANO

SEGUNDA.-PRESCRIPCIONES TECNICAS

Los productos descritos en el presente pliego deben cumplir las siguientes características técnicas mínimas:

LOTE 1. COLLARÍN BLANDO

- Soporte blando o semirrígido de espuma para inmovilización, cubierto por tejido compuesto de 100% algodón.
- Fijación de las cintas mediante cierre tipo velcro.
- No estéril.
- Densidad de espuma de entre 25- 30 Kg/m3.
- Ausencia de colas y adhesivos de fijación.

- Distintas medidas (*se admitirán variaciones de ± 2 cm de largo y 1,5 cm de ancho*):
 - Nº de orden 1: Collarín blando EG (Talla extragrande): 50cmx8,5 cm(101494)
 - Nº de orden 2: Collarín blando G (Talla grande):46cmx8,5cm (101495)
 - Nº de orden 3: Collarín blando S (Talla pequeña):37cmx7,5cm (101496)
- Clase de producto sanitario: Clase I no estéril

LOTE 2. FÉRULA DE MANO

- Inmovilizador de mano moldeable con cintas.
- Fijación de las cintas mediante cierre tipo velcro.
- Placa moldeable de aluminio cubierto de capa almohadillada de tejido hipoalergénico y transpirable.
- Ausencia de colas y adhesivos de fijación. Unión de los tejidos mediante soldadura de ultrasonido.
- Libre de látex.
- Distintas medidas (*se admitirán variaciones de ± 2 cm de largo y 1 cm de ancho*):
 - Nº de orden 1: Férula de mano neonato (101555)
 - Tamaño del cuerpo aprox. 10x5cm y medida de las cintas de aproximadamente 19x2cm.
 - Nº de orden 2: Férula de mano pediátrica (101556)
 - Tamaño del cuerpo 17x5cm aproximadamente y medida de las cintas de aproximadamente 24,5x2cm.
- Clase de producto sanitario: Clase I no estéril.

LOTE 3. SUSPENSORIO

- Suspensorio de algodón.
- Bolsa de algodón con bajo-nalgas.
- Cinturón semirrígido graduable con hebilla.
- Ancho de cinturón de 3 cm, admitiéndose variaciones de $\pm 0,5$ cm
- Libre de látex.
- Distintas medidas:
 - Nº de orden 1: Suspensorio del nº6. (101583)
 - Nº de orden 2: Suspensorio del nº7.(101584)
- Clase de producto sanitario: Clase I no estéril

LOTE 4. INMOVILIZADOR DE BRAZO Y HOMBRO

- Inmovilizador almohadillado para fijación de brazo y hombro al cuerpo.
- Banda de fijación para regular la altura del antebrazo.
- Provisto de cinta para ajustar a la cintura.
- Fijación de las cintas mediante cierre tipo velcro.
- Unión de las cintas al inmovilizador por hebillas.
- Envase individual.
- Lavable.
- Adaptable y confortable.
- Distintas medidas:
 - Nº de orden 1: Inmovilizador de brazo y hombro talla mediana.(107414)
 - Nº de orden 2: Inmovilizador de brazo y hombro talla grande. (107415)
- Clase de producto sanitario: Clase I no estéril

LOTE 5. COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO AJUSTABLE

- Inmovilizador rígido de polietileno de una sola pieza.
- De un solo uso.
- Ajustable a diferentes graduaciones.
- Con rebaje y protección para la barbilla.
- Libre de látex.
- Radiotransparente.
- Pieza única basculante en la barbilla para facilitar el manejo de la vía aérea.
- Provisto de apertura traqueal.
- Distinta medidas:
 - Nº de orden 1: Collarín cervical rígido ajustable (neonato/pediátrico/adulto pequeño) (108868)
 - Nº de orden 2: Collarín cervical rígido ajustable adulto. (109946)
- Clase de producto sanitario: Clase I no estéril

LOTE 6. FÉRULA NASAL AUTOADHESIVA

- Férula nasal externa.
- Consta de una superficie esponjosa que se adapta perfectamente a la anatomía del dorso nasal.
- Almohadillada y con aletas laterales que permiten moldear la propia férula.

- Distintas medidas:
 - Nº de orden 1: Férula nasal autoadhesiva (grandes). (109948)
 - Nº de orden 2: Férula nasal autoadhesiva (pequeñas). (109949)
- Clase de producto sanitario: Clase I no estéril

LOTE 7. FÉRULA NASAL INTERNA (109950)

- Férula nasal interna bivalva.
- Fabricadas en fluoroplástico 100% para reducir o prevenir las adhesiones entre el septum y la pared nasal lateral.
- Pre-perforados con agujeros de sutura.
- Férula nasal interna estándar de 0,25 mm.
- Clase de producto sanitario: Clase I estéril

LOTE 8. FÉRULA STACK DISTAL

- Dispositivo para estabilización, inmovilización y protección de las articulaciones interfalángicas distales.
- Estructura ligera de polipropileno o polietileno provisto de perforaciones para garantizar la transpirabilidad.
- Tipo dedil (apertura en la zona de la uña).
- Bordes atraumáticos.
- Radiotransparente.
- Libre de látex.
- Distintas medidas:
 - Nº de orden 1: Férula Stack distal nº 1. (109952)
 - Nº de orden 2: Férula Stack distal nº 2. (109953)
 - Nº de orden 3: Férula Stack distal nº 3. (109954)
 - Nº de orden 4: Férula Stack distal nº 4. (109955)
 - Nº de orden 5: Férula Stack distal nº 5. (109956)
 - Nº de orden 6: Férula Stack distal nº 6. (109957)
 - Nº de orden 7: Férula Stack distal nº 7. (113508)
- Clase de producto sanitario: Clase I no estéril

LOTE 9. FÉRULA STACK PROXIMAL

- Dispositivo para estabilización, inmovilización y protección de las articulaciones interfalángicas proximales.
- Estructura rígida y resistente de polipropileno o polietileno.
- Bordes atraumáticos.
- Radiotransparente.
- Libre de látex.
- Distintas medidas:
 - Nº de orden 1: Férula Stack proximal nº1. (109959)
 - Nº de orden 2: Férula Stack proximal nº2. (109960)
 - Nº de orden 3: Férula Stack proximal nº3 (109961)
 - Nº de orden 4: Férula Stack proximal nº4. (109962)
 - Nº de orden 5: Férula Stack proximal nº5. (109963)
 - Nº de orden 6: Férula Stack proximal nº6 (109964)
- Clase de producto sanitario: Clase I no estéril.

LOTE 10. INMOVILIZADOR DE RODILLA

- Inmovilizador de rodilla no articulada con abertura en la zona de la rótula.
- De espuma forrada en su parte interior en tejido de rizo.
- Provisto de:
 - 4 tiras desmontables
 - 2 pletinas laterales y 1 posterior, removibles y maleables de aluminio.
- Cierre tipo velcro con anillas en forma de “D”.
- Lavable.
- Libre de látex.
- Distintas medidas:
 - Nº de orden 1: Inmovilizador de talla pequeña (50cm alto). (111795)
 - Nº de orden 2: Inmovilizador de talla mediana (60 cm alto). (111803)
 - Nº de orden 3: Inmovilizador de talla grande (70 cm alto). (111802)
- Clase de producto sanitario: Clase I no estéril

LOTE 11. INMOVILIZADOR DE BRAZO (112237)

- Inmovilizador de brazo en formato rollo.
- Cinta inmovilizadora almohadillada.
- Compuesto de poliéster y poliuretano.

- Longitud de 10 metros mínimo, admitiéndose presentaciones de 2 rollos que sumen ambos dicha longitud.
- Fijación de la cinta tipo velcro con un mínimo de 28 fijaciones.
- No precortada.
- Radiotransparente.
- Lavable.
- Libre de látex.
- Clase de producto sanitario: Clase I no estéril

LOTE 12. FÉRULA DE ALUMINIO-ESPUMA (113506)

- Férula de aluminio almohadillada para la inmovilización de articulaciones interfalángicas distales y proximales.
- Moldeable y recortable.
- Espuma de polietileno con adhesivo de mínimo 5mm de espesor y lámina de aluminio de 0,8mm de espesor aproximadamente.
- Férula aluminio-espuma de ancho 2,5cm ($\pm 0,5$) x50cm de largo.
- Libre de látex.
- Clase de producto sanitario: Clase I no estéril.

LOTE 13. INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES SUPERIORES CON MANOPLA DE PROTECCIÓN DE MANO (119377)

- Inmovilizador de mano compuesto por un guante de malla de poliéster para la separación de los dedos y una base almohadillada en la zona de la palma de la mano.
- Transpirable e hipoalergénico.
- Cinta acolchada para la muñeca con tipo velcro por encima.
- Clase de producto sanitario: Clase I no estéril.

TERCERA.-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES PARA TODOS LOS NÚMEROS DE ORDEN:

- Tendrán que cumplir con la legislación española y comunitaria vigente. Siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación.
- Los productos tendrán su correspondiente Marcado CE, Declaración de Conformidad y la certificación del Organismo Notificador, si procede,

conforme a lo establecido en la legislación vigente reguladora de los productos sanitarios.

Madrid, a día de la fecha
POR LA ADMINISTRACIÓN
LA DIRECTORA GERENTE

Firmado digitalmente por: PANTOJA ZARZA MARIA DEL CARMEN
Fecha: 2021.05.20 16:07

Fdo.: M^a del Carmen Pantoja Zarza

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: [REDACTED]

CONFORME
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

ANEXO I: DESGLOSE DE LA LICITACIÓN

LOTE	Nº ORDEN	SAP	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
1	1.1	101494	COLLARIN BLANDO (TALLA EXTRAGRANDE)	55	1,65	90,75	10	9,08	99,83
	1.2	101495	COLLARIN BLANDO (TALLA GRANDE)	120	1,65	198,00	10	19,80	217,80
	1.3	101496	COLLARIN BLANDO (TALLA PEQUEÑA)	30	1,65	49,50	10	4,95	54,45
			TOTAL LOTE 1			338,25		33,83	372,08
2	2.1	101555	FERULA MANO NEONATO	100	1,75	175,00	10	17,50	192,50
	2.2	101556	FERULA MANO PEDIATRICA	1.000	1,85	1.850,00	10	185,00	2.035,00
			TOTAL LOTE 2			2.025,00		202,50	2.227,50
3	3.1	101583	SUSPENSORIO Nº 6	40	3,01	120,40	10	12,04	132,44
	3.2	101584	SUSPENSORIO Nº 7	50	3,01	150,50	10	15,05	165,55
			TOTAL LOTE 3			270,90		27,09	297,99
4	4.1	107414	INMOVILIZADOR DE BRAZO Y HOMBRO TALLA MEDIANA	2.700	4,60	12.420,00	10	1.242,00	13.662,00
	4.2	107415	INMOVILIZADOR DE BRAZO Y HOMBRO TALLA GRANDE	175	4,77	834,75	10	83,48	918,23

LOTE	Nº ORDEN	SAP	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
			TOTAL LOTE 4			13.254,75		1.325,48	14.580,23
5	5.1	108868	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO AJUSTABLE (NEONATO/PEDIÁTRICO/ADULTO PEQUEÑO)	15	7,50	112,50	10	11,25	123,75
	5.2	109946	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO AJUSTABLE ADULTO	60	7,50	450,00	10	45,00	495,00
			TOTAL LOTE 5			562,50		56,25	618,75
6	6.1	109948	FÉRULA NASAL AUTOADHESIVA (GRANDES)	40	14,39	575,60	21	120,88	696,48
	6.2	109949	FÉRULA NASAL AUTOADHESIVA (PEQUEÑAS)	20	14,39	287,80	21	60,44	348,24
			TOTAL LOTE 6			863,40		181,32	1.044,72
7	7.1	109950	FÉRULA NASAL INTERNA	38	8,18	310,84	21	65,28	376,12
			TOTAL LOTE 7			310,84		65,28	376,12
8	8.1	109952	FERULA STACK DISTAL Nº 1	15	0,75	11,25	10	1,13	12,38
	8.2	109953	FERULA STACK DISTAL Nº 2	120	0,75	90,00	10	9,00	99,00
	8.3	109954	FERULA STACK DISTAL Nº 3	100	0,75	75,00	10	7,50	82,50

LOTE	Nº ORDEN	SAP	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
	8.4	109955	FERULA STACK DISTAL Nº 4	120	0,75	90,00	10	9,00	99,00
	8.5	109956	FERULA STACK DISTAL Nº 5	60	0,75	45,00	10	4,50	49,50
	8.6	109957	FERULA STACK DISTAL Nº 6	190	0,75	142,50	10	14,25	156,75
	8.7	113508	FÉRULA DE STACK DISTAL Nº 7	60	0,75	45,00	10	4,50	49,50
			TOTAL LOTE 8			498,75		49,88	548,63
9	9.1	109959	FERULA STACK PROXIMAL Nº 1	20	1,98	39,60	10	3,96	43,56
	9.2	109960	FERULA STACK PROXIMAL Nº 2	20	1,98	39,60	10	3,96	43,56
	9.3	109961	FERULA STACK PROXIMAL Nº 3	20	1,98	39,60	10	3,96	43,56
	9.4	109962	FERULA STACK PROXIMAL Nº 4	40	1,98	79,20	10	7,92	87,12
	9.5	109963	FERULA STACK PROXIMAL Nº 5	30	1,98	59,40	10	5,94	65,34
	9.6	109964	FERULA STACK PROXIMAL Nº 6	30	1,98	59,40	10	5,94	65,34
			TOTAL LOTE 9			316,80		31,68	348,48
10	10.1	111795	INMOVILIZADOR DE RODILLA TALLA PEQUEÑA	60	13,00	780,00	10	78,00	858,00

LOTE	Nº ORDEN	SAP	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
	10.2	111803	INMOVILIZADOR DE RODILLA TALLA MEDIANA	50	13,00	650,00	10	65,00	715,00
	10.3	111802	INMOVILIZADOR DE RODILLA TALLA GRANDE	90	14,00	1.260,00	10	126,00	1.386,00
			TOTAL LOTE 10			2.690,00		269,00	2.959,00
11	11.1	112237	INMOVILIZADOR DE BRAZO	200	0,90	180,00	10	18,00	198,00
			TOTAL LOTE 11			180,00		18,00	198,00
12	12.1	113506	FÉRULA DE ALUMINIO-ESPUMA	450	0,42	189,00	10	18,90	207,90
			TOTAL LOTE 12			189,00		18,90	207,90
13	13.1	119377	INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES SUPERIORES CON MANOPLA DE PROTECCIÓN DE MANO	56	6,80	380,80	10	38,08	418,88
			TOTAL LOTE 13			380,80		38,08	418,88
TOTALES						21.880,99		2.317,29	24.198,28