

P.A. 2021 – 0 – 115

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO EN CESION PARA LA MORCELACION HISTEROSCÓPICA, REALIZADA POR EL SERVICIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS.

1. OBJETIVO Y ALCANCE

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro de MATERIAL Y EQUIPAMIENTO EN CESION PARA LA MORCELACION HISTEROSCOPICA, REALIZADA POR EL SERVICIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE	ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	1	313775	MORCELADORES HISTEROSCÓPICO PARA POLIPECTOMÍA <ul style="list-style-type: none">• Vaina y cuchilla de acero inoxidable• Mango con sistema de aspiración• Longitud de ventana: 10,2 mm \pm 0,2 mm• Diámetro exterior del dispositivo: 3mm.• Profundidad de la ventana: 1,5 mm \pm 0,2 mm• Longitud de trabajo: 32cm \pm 2 cm• Tamaño de la ventana: 32 mm³ \pm 2 mm³.• Desechable

Madrid, 16 de julio de 2021

CRISTOBAL GARCIA IGNACIO -
Fdo.:
Firmado digitalmente por CRISTOBAL GARCIA IGNACIO -
Fecha: 2021.07.20 11:24:51 +02'00'



Director del Instituto de la Mujer
Dr. Ignacio Cristóbal García

P.A. 2021 – 0 – 115

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO EN CESION PARA LA MORCELACION HISTEROSCÓPICA, REALIZADA POR EL SERVICIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS.

LOTE	ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	2	313774	MORCELADORES HISTEROSCÓPICO PARA MIOMECTOMÍA <ul style="list-style-type: none"> • Vaina y cuchilla de acero inoxidable. • Mango con sistema aspiración. • Longitud de la ventana: 14mm \pm 0,2 mm • Diámetro exterior del dispositivo: 3mm • Profundidad de la ventana: 1,8mm \pm 0,2 mm • Longitud de trabajo: 32cm \pm 2 cm. • Tamaño de la ventana: 54mm³ \pm 2 mm³ • Desechable
1	3	329787	MORCELADORES HISTEROSCÓPICO PARA MIOMECTOMÍA DE GRAN TAMAÑO <ul style="list-style-type: none"> • Vaina y cuchilla de acero inoxidable. • Mango con sistema de aspiración. • Longitud de la ventana: 14mm \pm 0,2 mm • Diámetro exterior del dispositivo: 4mm. • Profundidad de la ventana: 2,4mm \pm 0,2 mm • Tamaño de la ventana: 54mm \pm 2 mm • Longitud de trabajo: 32cm \pm 2 cm • Tamaño de la ventana: 98mm³ \pm 2 mm³ • Desechable
1	4	313778	KIT DE SELLADO HISTEROSCÓPICO <ul style="list-style-type: none"> • Válvula de silicona no rígida para el sellado del canal de trabajo y sellado del histeroscopio.

Madrid, 16 de julio de 2021

Fdo.: **CRISTOBAL GARCIA IGNACIO** -  Firmado digitalmente por CRISTOBAL GARCIA IGNACIO - 
Fecha: 2021.07.20 11:24:26 +02'00'

Director del Instituto de la Mujer
Dr. Ignacio Cristóbal García

P.A. 2021 – 0 – 115




PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO EN CESION PARA LA MORCELACION HISTEROSCÓPICA, REALIZADA POR EL SERVICIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS.

LOTE	ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
			<ul style="list-style-type: none"> • Estéril • Desechable
1	5	313776	SET DE TUBOS ENTRADA <ul style="list-style-type: none"> • Set de tubos de entrada para el sistema de gestión de fluidos. • Estéril. • Desechable.
1	6	313777	SET DE TUBOS SALIDA <ul style="list-style-type: none"> • Set de tubos de entrada para el sistema de gestión de fluidos. • Estéril. • Desechable.

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPAMIENTO EN CESION

La empresa adjudicataria del LOTE 1 deberá ceder en uso y sin cargo para el Hospital Clínico San Carlos, durante la vigencia del contrato, un Histeroscopia y una unidad de control, y adicionalmente, si fuese necesario, también cederá una bomba de aspiración. Todos estos equipos deberán ser compatible con los productos ofertados.

Madrid, 16 de julio de 2021

Fdo.: **CRISTOBAL GARCIA IGNACIO** -  
 Firmado digitalmente por CRISTOBAL GARCIA IGNACIO - 
 Fecha: 2021.07.20 11:23:57 +02'00'

Director del Instituto de la Mujer
Dr. Ignacio Cristóbal García

P.A. 2021 – 0 – 115

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO EN CESIÓN PARA LA MORCELACION HISTEROSCÓPICA, REALIZADA POR EL SERVICIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS.

(1) HISTEROSCOPIO

- ✓ Histeroscopia monobloque con canal de lavado y trabajo extraíble con lentes cilíndricas.
- ✓ Flujo continuo a través de un canal de salida extraíble.
- ✓ Sistema de válvula que evita la fuga de líquido y presión.
- ✓ Canal de trabajo para instrumentos de hasta 9 Fr. (6,2mm).

(2) UNIDAD DE CONTROL (GENERADOR)

- ✓ Velocidad de corte: 8075 RPM y 3 ciclos rotación/seg.

Por otra parte, la empresa adjudicataria se compromete a:

- Formalizar la cesión del equipamiento ofertado en el Servicio de Inventarios mediante la cumplimentación de un contrato de cesión según modelo que se le facilitará, con anterioridad a la puesta en funcionamiento.
- Instalar el equipamiento ofertado, en un plazo no superior a treinta días desde la firma del contrato, bajo la supervisión del Servicio Técnico del Hospital y siguiendo las directrices de la memoria de instalación aportada a la firma del contrato. No obstante, en caso de producirse daños estéticos, el adjudicatario se encargará de su reparación sin coste alguno para el Hospital.
- Mantener el equipamiento durante la vigencia del contrato en perfecto estado, con el fin de garantizar las mejores prestaciones, funcionalidades y seguridad en el uso, tanto para pacientes como para usuarios, sin coste alguno para el Hospital. En este sentido, y al regularse por el régimen de cesión en uso, la empresa adjudicataria realizará el mantenimiento total (incluyendo los costes de mano de obra, piezas, recambios y otros elementos necesarios) así como la sustitución del equipo en caso de parada, por cualquier causa, no superior a 48 horas.

Madrid, 16 de julio de 2021

Fdo.:

CRISTOBAL
GARCIA
IGNACIO -

Firmado digitalmente
por CRISTOBAL
GARCIA IGNACIO -

Fecha: 2021.07.20
11:23:38 +02'00'

Director del Instituto de la Mujer
Dr. Ignacio Cristóbal García

P.A. 2021 – 0 – 115

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO EN CESIÓN PARA LA MORCELACION HISTEROSCÓPICA, REALIZADA POR EL SERVICIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS.

- Renovar o sustituir el equipamiento durante la vigencia del contrato incorporando modificaciones, mejoras y/o actualizaciones técnicas que puedan ser de interés para el Hospital, como por ejemplo:
 - Si la vida útil indicada en la oferta técnica se entendiese caducada.
 - Si la empresa adjudicataria dispusiera de equipos tecnológicamente más avanzados, o de actualizaciones de hardware o de software

4. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, al personal que se determine para el correcto uso de sus productos, si así se requiriese. Se entregará sin cargo el material docente necesario para la formación.

Madrid, 16 de julio de 2021

CRISTOBAL
GARCIA
IGNACIO - 

Fdo.: 

Firmado digitalmente
por CRISTOBAL GARCIA
IGNACIO - 
Fecha: 2021.07.20
11:23:19 +02'00'

Director del Instituto de la Mujer
Dr. Ignacio Cristóbal García

ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



P.A. 2021 - 0 - 115

SUMINISTRO DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO EN CESION PARA LA MORCELACION HISTEROSCÓPICA, REALIZADA POR EL SERVICIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Lote	Item	Códigos	Descripción	Consumo estimado 24 meses	Uni/€ sin IVA	Uni/€ con IVA	Base imponible	Importe IVA (21%)	TOTAL € c/IVA	EPIGRAFE
1	1	313775	MORCELADORES HISTEROSCÓPICO PARA POLIPECTOMÍA	210	490,000	592,900	102.900,000	21.609,000	124.509,000	27004
	2	313774	MORCELADORES HISTEROSCÓPICO PARA MIOMECTOMÍA	150	525,000	635,250	78.750,000	16.537,500	95.287,500	27004
	3	329787	MORCELADORES HISTEROSCÓPICO PARA MIOMECTOMÍA DE GRAN TAMAÑO	20	650,000	786,500	13.000,000	2.730,000	15.730,000	27004
	4	313778	KIT DE SELLADO HISTEROSCÓPICO	420	10,000	12,100	4.200,000	882,000	5.082,000	27004
	5	313776	SET DE TUBOS ENTRADA	400	30,800	37,268	12.320,000	2.587,200	14.907,200	27004
	6	313777	SET DE TUBOS SALIDA	400	20,000	24,200	8.000,000	1.680,000	9.680,000	27004

IMPORTE TOTAL	219.170,000 €	46.025,700 €	265.195,700 €
---------------	---------------	--------------	---------------

Madrid, a 16 de julio de 2021

CRISTOBAL GARCIA IGNACIO -  Firmado digitalmente por CRISTOBAL GARCIA IGNACIO - 
Fecha: 2021.07.20 11:19:50 +02'00'

Fdo.:

Director del Instituto de la Mujer

Dr. Ignacio Cristóbal García