

SUMINISTRO DE INDICADORES DE IRRADIACION DE SANGRE (PA SUM 020-2021 - A/SUM-023753/2021)

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS

1.- OBJETO

El objeto del presente procedimiento es la adquisición de 100.000 indicadores de irradiación para componentes sanguíneos

Material	Descripción	Unidades
206327	ETIQUETA CONTROL SANGRE IRRADIADA	100.000

2.- DESCRIPCION DEL SUMINISTRO

1. Nivel de 25Gy o superior
2. Etiquetas autoadhesivas
3. El número de lote y la fecha de expiración ha de estar impreso en cada indicador y en cada caja.
4. Indicadores de irradiación sensible a los rayos gamma o rayos X, para verificación visual del producto irradiado.
5. El indicador ha de mostrar si el producto esta irradiado o no de una manera clara y sin dar lugar a equivoco.
6. Presentación en cajas de 200 unidades

3.- PLAZO DE CADUCIDAD.

Los indicadores suministrados deberán tener un plazo de caducidad superior a doce meses a partir de las recepciones parciales del suministro

4.- MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACION DE LOS PRODUCTOS:

Las muestras se enviarán al Departamento de Compras del Centro de Transfusión, en Avda. de la Democracia s/n. 28032 Madrid claramente identificadas con los siguientes datos:

- Numero de expediente
- Numero de lote, en su caso
- Nombre de la empresa licitadora.

Los licitadores deberán presentar un número suficiente de muestras del suministro objeto del contrato, con el fin de verificar el total cumplimiento de las características técnicas exigidas en este pliego

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

POR LA ADMINISTRACIÓN,
FECHA Y FIRMA

 LUISA
MARIA BAREA (R:
S2800474E) 
Fecha: 2021.05.21 13:16:44 +02'00'

Fdo.: Luisa Barea García

