

EXPEDIENTE:	<b>GCASU2100002</b>
OBJETO:	<b>SUMINISTRO DE ABREBOCAS PARA ENDOSCOPIO Y FILTRO BACTERIANO ESPIRATORIO, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS</b>

### **TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO**

Celebrada con fecha 24 de febrero de 2021 la Mesa de Contratación ha comprobado la subsanación de incidencias en la documentación administrativa-técnica de las empresas que se relacionan a continuación, por tanto quedan admitidas a licitación:

Nombre/Razón social	Licitador NIF
OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	A08214157
SANROSAN, S.A.	A28610889

La relación definitiva de empresas admitidas a este procedimiento es la siguiente:

Nombre/Razón social	Licitador NIF
ALBYN MEDICAL, S.L.	B62943063
AMEBIL, S.L.	B95492716
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	A80401821
HOSPITAL HISPANIA, S.L.	B59078071
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	B80957889
IZASA HOSPITAL S.L.U.	B08438731
LABORATORIOS BOHM, S.A.	A28843852
MEDICINA TECNICA WERKSTATTE IBERICA, S.L.	B80749781
OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	A08214157
PALEX MEDICAL, S.A.	A58710740
SANROSAN, S.A.	A28610889
SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.	A80776867

Seguidamente se procede a la valoración técnica de cumplimiento del PPT,

#### **LOTE 1: Abrebocas para endoscopio**

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
ALBYN MEDICAL, S.L.	<b>NO</b>	Se solicitan aberturas laterales de al menos 48x25 y las presenta de 35x25. Se solicita que las aberturas de la correa estén a 1 cm. y las presenta a 2,4 cm.
AMEBIL, S.L.	<b>NO</b>	Se solicitan aberturas laterales de al menos 48x25 y las presenta de 22x18.
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	<b>NO</b>	Se solicitan aberturas laterales de al menos 48x25 y las presenta de 32x22.
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	<b>NO</b>	Se solicitan aberturas laterales de al menos 48x25 y las presenta de 36x18. Rígido en zonas laterales.
IZASA HOSPITAL S.L.U.	<b>NO</b>	Se solicitan aberturas laterales de al menos 48x25 y las presenta de 30x25.
LABORATORIOS BOHM, S.A.	<b>NO</b>	Se solicitan aberturas laterales de al menos 48x25 y las presenta de 40x25. Se solicita que las aberturas de la correa estén a 1 cm. y las presenta a 3,5 cm.



MEDICINA TECNICA WERKSTATTE IBERICA, S.L	SI		
OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		NO	Se solicitan aberturas laterales de al menos 48x25 y las presenta de 37x30. Se solicita que las aberturas de la correa estén a 1 cm. y las presenta a 2,5 cm.
PALEX MEDICAL, S.A.		NO	Se solicitan aberturas laterales de al menos 48x25 y las presenta de 37x20. Rígido en zonas laterales.
SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.		NO	Se solicitan aberturas laterales de al menos 48x25 y las presenta de 35x25.

**LOTE 2: Filtro bacteriano espiratorio**

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
HOSPITAL HISPANIA, S.L.	NO	Se solicita una eficiencia de filtración bacterial a 750 l/min como mínimo del 99,955% y certifica del 99,502439
SANROSAN, S.A.	SI	

Y para que conste, se expide y firma en San Sebastián de los Reyes, a 24 de febrero de 2021, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública a la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril.

EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN,

Fdo.: Jose Alberto Torcal Ochoa.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **0926031625569878983769**