



EXPEDIENTE: 2018000036

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de OCLUSORES SEPTALES, para cubrir las necesidades del Hospital

LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO	CANTIDAD
1	1	OCLUSOR SEPTAL PARA COMUNICACIÓN INTERAURICULAR DISPOSITIVO DE CIERRE DE COMUNICACIÓN INTERAURICULAR Y FORAMEN OVAL PERMEABLE	36
	2	SET SISTEMA DE LIBERACIÓN Y VAINAS PARA CIERRE CIAS	40

- Dispositivo de cierre de comunicación interauricular y foramen oval permeable (anatomía estándar)
- Set sistema de liberación y vainas para cierre CIAS/F.OVAL anatomía estándar.
- Doble disco autoexpansible fabricado en malla de alambre de nitinol.
- Parches de poliéster y cintura de conexión corta.
- Sistema de liberación de rosca.
- Diámetros entre 4 y 40 mm.
- Disponibilidad de dispositivos tipo cribiforme para cierre de CIA multiperforadas y dispositivos para cierre de foramen oval permeable, de múltiples medidas.
- Variedad de tamaños de cintura con saltos de milímetro en milímetro hasta los 20 mm para la edad pediátrica y saltos de 2 en 2 entre 20 y 40 mm de cintura.
- Vainas de transporte del dispositivo desde un calibre mínimo de 6 Fr.
- Dispositivos de hasta 10 mm IMPLANTABLES por vaina 6 Fr y de hasta 20 mm por vaina de 8 Fr.

2	3	OCLUSOR SEPTAL PARA DUCTUS MODERADO GRAN TAMAÑO TIPO TAPÓN DISPOSITIVO PARA CIERRE DE DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE	10
	4	SET SISTEMA DE LIBERACIÓN Y VAINAS PARA CIERRE DUCTUS	22

- Dispositivo autoexpansible, fabricado en malla de alambre de nitinol.
- Parches de poliéster en su interior, diseñado específicamente para cierre de ductus arterioso.
- Disponibilidad de diferentes diseños para tratamiento de diferentes tipos anatómicos.
- Disponibilidad de varios tipos de morfología de dispositivo, TIPO TAPON, para cierre de distintas anatomías ductales, incluyendo dispositivos con UNO Ó DOS discos de retención y dispositivos de muy bajo perfil para cierre de ductus en recién nacidos y bajo peso.

 <p>Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC</p>	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 24
--	----------------------------------	-----------------

- Sistema de liberación tipo rosca.
- Vainas de transporte del dispositivo desde un calibre mínimo de 4 Fr.

3	5	OCLUSOR SEPTAL TIPO COIL PREMONTADO PARA DUCTUS DE PEQUEÑO TAMAÑO	14
---	---	---	----

- Dispositivo tipo Coil de nitinol, premontado en el cable transportador
- Disponibilidad de diferentes tamaños para tratamiento de diferentes tipos anatómicos de ductus (tamaño del lado aórtico entre 4 y 11 mm)
- CATÉTER transportador del dispositivo desde un calibre mínimo de 4 Fr, para dispositivos entre 4 y 6, y del 5 French, entre 7 y 11 mm.

4	6	OCLUSOR SEPTAL PARA COMUNICACIÓN INTERAURICULAR/F. OVAL EN SEPTO ANEURISMÁTICO	8
---	---	--	---


- Dispositivo ocluser autoexpandible y con extremo distal basculante hasta 50º para el cierre percutáneo de defectos del septo auricular aneurismático.
- Tejido de malla de nitinol con superficie pulida de óxido de titanio uniendo las hebras en el extremo proximal mediante soldadura de nitinol, formando un eje esférico que enganche al sistema de liberación y permita que el dispositivo bascule en un ángulo de hasta 50º.
- Sistema de liberación tipo pinza/bioptomo, con extremo distal moldeable, y basculante hasta 50º.
- Tamaños (diámetro de la cintura de unión entre los dos discos) , de 4 a 40 mm (comunicación interauricular) o según el tamaño del disco derecho de 18 a 35mm o del disco izquierdo de 16 a 31mm (foramen oval) o de 17 a 40mm (cribiformes).
- Set introductor percutáneo de diferentes french dependiendo del tamaño del dispositivo, que van desde los 7F hasta los 12F en el caso de las CIAs (ASD) y de 7F a 11F en el caso de las cribiformes y los PFO

ANEXO:

- En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de las referencias de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
- Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica en castellano o traducida al castellano (de no ser así, no será tenida en cuenta):
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna.
- Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**.
En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
- Etiquetado en el que figure:
 - La denominación del artículo.
 - El método de esterilización utilizado.
 - Las fechas de caducidad del producto.
 - El número de lote.
 - La referencia comercial.
 - Marcado CE.
 - Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.


EL SUBDIRECTOR MÉDICO
DE SERVICIOS MÉDICOS
Fdo. Marcelino Cucarella Galiana

FDO. DR. CUCARELLA GALIANA
SUBDIRECCIÓN MÉDICA

 <p>Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC</p>	<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p>	<p>ANEXO 24</p>
--	----------------------------------	-----------------

5. Los proveedores adjudicatarios deberán constituir los Depósitos que el Centro estime necesarios para la realización de su actividad quirúrgica. Asimismo, cederá sin cargo añadido, el instrumental/equipos necesarios para la implantación de dicho material. El mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos en cesión será por cuenta del adjudicatario.
El depósito inicial se formalizará en un albarán de entrega en el que se dejará constancia de las referencias que lo integran y que contará con el visto bueno del Servicio Promotor y el Proveedor.
La reposición del material debe realizarse en las 24 horas al de su petición.
6. Revisión de las caducidades por la empresa adjudicataria del concurso.
7. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.
8. Posibilidad de cursos de formación y actualización tanto a nivel médico, de enfermería y de gestión.


 SUBDIRECCIÓN MÉDICA
 DE SERVICIOS MÉDICOS
 Fdo. Marcelino Cucarella Galiana
 FDO. DR. CUCARELLA GALIANA
 SUBDIRECCIÓN MÉDICA

 <p>Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS</p>	<p align="center">ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p>	<p align="center">ANEXO 25</p>
SUMC		

LOTE	N.O.	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (24 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
		OCLUSOR SEPTAL PARA COMUNICACIÓN INTERAURICULAR							
1	1	DISPOSITIVO DE CIERRE DE COMUNICACIÓN INTERAURICULAR Y FORAMEN OVAL PERMEABLE	UNIDAD	36	3.925,00	141.300,00	10,00	14.130,00	155.430,00
1	2	SET SISTEMA DE LIBERACIÓN Y VAINAS PARA CIERRE CIAS	UNIDAD	40	430,00	17.200,00	21,00	3.612,00	20.812,00
TOTAL LOTE 1:						158.500,00		17.742,00	176.242,00

		OCLUSOR SEPTAL PARA DUCTUS MODERADO GRAN TAMAÑO TIPO TAPÓN							
2	3	DISPOSITIVO PARA CIERRE DE DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE	UNIDAD	10	2.225,00	22.250,00	10,00	2.225,00	24.475,00
2	4	SET SISTEMA DE LIBERACIÓN Y VAINAS PARA CIERRE DUCTUS	UNIDAD	22	430,00	9.460,00	21,00	1.986,60	11.446,60
TOTAL LOTE 2:						31.710,00		4.211,60	35.921,60

3	5	OCLUSOR SEPTAL TIPO COIL PREMONTADO PARA DUCTUS DE PEQUEÑO TAMAÑO	UNIDAD	14	1.500,00	21.000,00	10,00	2.100,00	23.100,00
4	6	OCLUSOR SEPTAL PARA COMUNICACIÓN INTERAURICULAR/F. OVAL EN SEPTO ANEURISMÁTICO	UNIDAD	8	4.700,00	37.600,00	10,00	3.760,00	41.360,00

IMPORTE TOTAL:	248.810,00		27.813,60	276.623,60
-----------------------	-------------------	--	------------------	-------------------